CTI

ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 校准 CALIBRATION CNAS L5102

华测计量检测有限公司

CTI MEASUREMENT AND TESTING CO., LTD.

校准证书

Calibration Certificate

证书编号 Certificate No.	C2511200120028		第 1 页 共 3 页 Page of
委托单位 Customer	上海格琳电子有限公司		
委托单位地址 Address	上海市嘉定区安亭镇先锋村先锋路200号		
器具名称 Name of instrument	外径千分尺		
型号规格 Model	（0~25）mm		
制造商 Manufacturer	Mitutoyo		
出厂编号 Serial No.	74336157	管理编号 Management No.	--------
接收日期 Received date	2025/12/17	校准日期 Calibration date	2025/12/17
发布日期 Issue date	2025/12/18	建议下次校准日期 Next calibration date	2026/12/16

华测计量检测有限公司 CTI MEASUREMENT AND TESTING CO., LTD. CTI 校准专用章 Calibration Seal Stamp

证书/报告章

批准 Approved by	洪通	洪通
审核 Inspected by	李泽文	李泽文
校准 Calibrated by	洪通	洪通

总部地址：广东省深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源科技创新园B、C栋

Headquarter address: Building B and C, Taohuayuan Sci-Tech Innovation Park, Tiegang Community, Xixiang Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

实验室地址：上海市闵行区万芳路1351号

Laboratory address: No.1351, Wanfang Road, Minhang District, Shanghai, China

邮编 Post code：201112 电话 Tel.：021-3107 3300 电子邮箱 E-mail：calibration@cti-cert.com

说明

Directions

证书编号 C2511200120028
Certificate No.

1. **本证书校准结果均可溯源至国际单位制（SI）单位。**
   The results are traceable to International System of Units(SI).

2. **证书未盖本公司证书/报告章及骑缝章无效。未经本公司书面批准，不得部分复制此证书。**
   Any certificate is deemed to be invalid without both the certificate/report seal and its across-page seal. This certificate shall not be copied partly without the written approval.

3. **本证书校准结果只与受校准仪器有关。如证书中的英文内容与中文内容有差异，以中文为准。**
   The results relate only to the items calibrated. In case of any discrepancy between the English version and Chinese version of the certificate(if generated), the Chinese version shall prevail.

4. **本次校准的技术依据：**
   Reference documents for the calibration
   JJG 21-2008 千分尺检定规程

5. **校准地点、环境条件：**
   Place and environment condition during calibration
   地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号二楼实验室
   Place
   温度：42℃ 相对湿度：21.0%
   Temperature R.H.

计量溯源性声明

6. **本次校准所使用的主要计量标准器具：**
   Main mearsurement standards used in the calibration

名称/型号规格 Name/Model	编号 Serial No.	测量范围 Measurement range	准确度等级/最大允许误差/不确定度 Accuracy class/Maximum permissible error/Uncertainty	证书号/溯源机构 Certificate No./Traceability to	有效期 Due date
量块 (5.12~100)mm (20)	85940	(5.12~100)mm	U=0.15 μ m+1.5 × 10^{-6} l_n, k=2	C2510142240014 华测计量检测有限公司	2026/10/21

校准结果

Results of calibration

证书编号 C2511200120028
Certificate No.

1. 外观及工作正常性检查
   Appearance and function check
   正常 Normal

2. 两工作面的平行度
   Error of indication

实测值（μm） Measured values	允差（μm） MPE	结论 Pass/Fail
1	2	Pass

3. 示值误差
   Indication error

校准点（mm） Calibration point	示值误差（μm） Indication error	允差（μm） MPE	结论 Pass/Fail	扩展不确定（μm） $U,k=2$
5.12	0	± 4	Pass	2
10.24	0	± 4	Pass	2
15.36	0	± 4	Pass	2
21.5	−1	± 4	Pass	2
25	−1	± 4	Pass	2

4. 分度值: 0.01mm
   Division value

备注:
Notes

1. 依据JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示。
   According to JJF1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement.
2. 校准项目符合技术要求。
   The calibrated measurand are accord with the technical specifications.

以下空白
Blank below