CÔNG TY TNHH KIỂM ĐỊNH ĐO LƯỜNG VIỆT
Số 12 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
ĐT: 024 3873 0000 · info@kdviet.vn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **00007/26/KĐ-HN**

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Tên phương tiện đo	Đồng hồ nước lạnh DN15 (Đồng hồ nước lạnh)
Kiểu / Số sê-ri	GMK / AS22-10450
Nơi sản xuất	Asahi
Phạm vi đo	Q3 = 2,5 m³/h
Độ phân giải / cấp chính xác	cấp 2
Nơi sử dụng	Công ty TNHH Nước sạch Sông Hồng, Ngõ 8 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Mã của khách hàng	–
Hình thức kiểm định	Định kỳ
Phương pháp kiểm định	ĐLVN 17:2017 – Đồng hồ nước lạnh – Quy trình kiểm định
Chuẩn sử dụng	CH-DT-02 – Hệ thống kiểm định đồng hồ nước DN15–DN40 (GCN HC số V04.CN.0151.25)
Điều kiện môi trường	nhiệt độ 23,5 °C, độ ẩm 58 %RH, áp suất 1.012 hPa
Ngày kiểm định	04/11/2026
Nơi kiểm định	Ngõ 8 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Kết luận	**ĐẠT yêu cầu kỹ thuật đo lường**
Số tem kiểm định	KĐV-000006
Có hiệu lực đến ngày	**04/11/2031**

Kết quả kiểm định

Nội dung / điểm kiểm	Sai số	Sai số cho phép	Kết quả
Kiểm tra sai số tại các lưu lượng (đơn vị: sai số %)			
Q1 = 0,016 m³/h	-1,090 %	± 5,000 %	Đạt
Q2 = 0,025 m³/h	-0,780 %	± 2,000 %	Đạt
Q3 = 2,5 m³/h	+0,080 %	± 2,000 %	Đạt

Quét mã để tra cứu giấy chứng nhận

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2026
GIÁM ĐỐC

Kiểm định viên: Lê Minh Cường (thẻ số KĐV-0188)

Nguyễn Văn An

Mã băm: 72805a0d769f