Laboratoire d'étalonnage Teranga Métrologie (fictif) 12 avenue des Instruments, Dakar, Sénégal (adresse fictive)	N° unique **SN-2026-0001**

Certificat d'étalonnage

Prototype pédagogique GET 409 — données fictives

Identification

Client	Société Exemple SARL, Dakar (fictif)
Instrument	Thermomètre numérique à sonde, marque Fictia, modèle T-100, n° de série TH-0042
Date d'étalonnage	6 octobre 2026
Date d'émission	6 octobre 2026

Méthode

Étalonnage par comparaison à un thermomètre étalon dans un bain thermostaté, 5 points de mesure (procédure interne fictive PE-TEMP-01). Erreur = lecture - référence ; règle de décision : conforme si la valeur absolue de l'erreur est inférieure ou égale à l'EMT (0,50 °C), limite incluse.

Résultats

Référence (°C)	Lecture (°C)	Erreur (°C)	EMT (°C)	Verdict
0,00	0,10	+0,10	0,50	Conforme
25,00	25,20	+0,20	0,50	Conforme
50,00	49,80	-0,20	0,50	Conforme
75,00	75,30	+0,30	0,50	Conforme
100,00	100,40	+0,40	0,50	Conforme

Incertitude élargie : U = ± 0,15 °C (k = 2, niveau de confiance d'environ 95 %) — valeur fictive.

Conclusion : CONFORME pour l'ensemble des points.

Traçabilité métrologique

Les résultats sont raccordés au Système international d'unités (SI) par l'intermédiaire du thermomètre étalon n° ET-0007 (fictif), étalonné par un laboratoire national de métrologie fictif, certificat n° LNM-2026-118 (fictif).

Conditions ambiantes

Lieu : laboratoire, Dakar. Température ambiante 23 °C ± 2 °C ; humidité relative 55 % ± 10 % (valeurs fictives).

Signature

Responsable technique : Mame Diarra Sow (fictive)	Signature et cachet
Fait à Dakar, le 6 octobre 2026	