

norma ISO 13485:2016 (Sistemi di gestione per la qualità per dispositivi medici).

La lista comprende **100 domande consecutive** basate esclusivamente sul **testo principale della norma** (Clausole 4-8), includendo il riferimento puntuale tra parentesi.

Metodologia della Checklist

- **Risposte:** 1) Conforme, 2) Parzialmente Conforme, 3) Non Conforme, 4) Non Applicabile.
- **Campo Note:** Obbligatorio per descrivere le evidenze o i motivi della non applicabilità.
- **Allegati:** Campo per il caricamento di file a supporto (es. procedure, piani di rischio, validazioni).

Checklist Gap Analysis UNI CEI EN ISO 13485:2016

4. Sistema di Gestione per la Qualità

1. È stato documentato un sistema di gestione per la qualità (SGQ) mantenendone l'efficacia in conformità alla norma e ai requisiti regolamentari? (4.1.1)
2. L'organizzazione ha documentato il/i proprio/i ruolo/i (fabbricante, importatore, ecc.) in base ai requisiti regolamentari? (4.1.1)
3. Sono stati determinati i processi necessari per il SGQ e la loro applicazione in tutta l'organizzazione? (4.1.2 a)
4. Viene applicato un approccio basato sul rischio al controllo dei processi necessari per il SGQ? (4.1.2 b)
5. Sono state determinate la sequenza e le interazioni tra i processi del SGQ? (4.1.2 c)
6. Sono stati determinati i criteri e i metodi necessari per l'efficace funzionamento e controllo dei processi? (4.1.3 a)
7. È assicurata la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per supportare e monitorare i processi? (4.1.3 b)
8. Vengono attuate le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati e mantenere l'efficacia dei processi? (4.1.3 c)
9. Le modifiche ai processi del SGQ vengono valutate per il loro impatto sul sistema e sui dispositivi medici prodotti? (4.1.4)

10. In caso di processi affidati all'esterno (outsourcing), l'organizzazione ne assicura il controllo tramite accordi per la qualità scritti? (4.1.5)
11. Esistono procedure documentate per la validazione del software utilizzato nel sistema di gestione per la qualità? (4.1.6)
12. La documentazione del SGQ include politica, obiettivi, manuale della qualità e le registrazioni richieste? (4.2.1)
13. È stato redatto un manuale della qualità che includa lo scopo e la giustificazione di eventuali esclusioni? (4.2.2)
14. È presente un "Archivio dei dispositivi medici" aggiornato per ogni tipo o famiglia di prodotto? (4.2.3)
15. Esiste una procedura documentata per il controllo dei documenti del SGQ (esame, aggiornamento, identificazione)? (4.2.4)
16. Viene impedito l'utilizzo involontario di documenti obsoleti tramite idonea identificazione o rimozione? (4.2.4 h)
17. È definita una procedura per il controllo delle registrazioni (identificazione, sicurezza, conservazione)? (4.2.5)
18. Le registrazioni sono conservate per almeno la durata di vita del dispositivo medico (minimo 2 anni dal rilascio)? (4.2.5)

5. Responsabilità della Direzione

19. L'alta direzione fornisce evidenza del suo impegno comunicando l'importanza dei requisiti regolamentari e del cliente? (5.1 a)
20. L'alta direzione assicura che i requisiti dei clienti e quelli regolamentari siano determinati e soddisfatti? (5.2)
21. La politica per la qualità è appropriata agli scopi dell'organizzazione e include l'impegno al mantenimento dell'efficacia del SGQ? (5.3)
22. Gli obiettivi per la qualità sono stabiliti per i pertinenti livelli, sono misurabili e coerenti con la politica? (5.4.1)

- 23. È assicurata l'integrità del SGQ quando vengono pianificate e attuate modifiche al sistema? (5.4.2 b)
- 24. Sono state definite, documentate e comunicate le responsabilità e le autorità nell'ambito dell'organizzazione? (5.5.1)
- 25. È stato designato un rappresentante della direzione con autorità specifica per la supervisione del SGQ? (5.5.2)
- 26. Sono stati attivati processi di comunicazione interna riguardanti l'efficacia del SGQ? (5.5.3)
- 27. L'alta direzione riesamina il SGQ ad intervalli prestabiliti secondo procedure documentate? (5.6.1)
- 28. Gli elementi in ingresso del riesame includono feedback, reclami, segnalazioni alle autorità e risultati degli audit? (5.6.2)
- 29. Gli elementi in uscita dal riesame includono decisioni su miglioramenti, modifiche regolamentari e risorse? (5.6.3)

6. Gestione delle Risorse

- 30. Sono individuate e rese disponibili le risorse necessarie per attuare il SGQ e soddisfare i requisiti regolamentari? (6.1)
- 31. È stato documentato il processo per stabilire la competenza del personale che influenza la qualità del prodotto? (6.2)
- 32. Vengono fornite attività di formazione e valutata l'efficacia delle azioni intraprese (proporzionalmente al rischio)? (6.2 c)
- 33. L'organizzazione ha documentato i requisiti per l'infrastruttura necessari a prevenire il mix-up dei prodotti? (6.3)
- 34. Sono documentati i requisiti per la manutenzione delle attrezzature di produzione e monitoraggio? (6.3)
- 35. Sono documentati i requisiti dell'ambiente di lavoro necessari per ottenere la conformità ai requisiti dei prodotti? (6.4.1)

- 36. Esistono requisiti documentati relativi alla salute e pulizia del personale se il contatto potesse incidere sulla sicurezza del dispositivo? (6.4.1 a)
- 37. Sono documentate le disposizioni per il controllo del prodotto contaminato per prevenire la contaminazione di altri prodotti o del personale? (6.4.2)

7. Realizzazione del Prodotto

- 38. È stato documentato uno o più processi per la gestione dei rischi nella realizzazione del prodotto? (7.1)
- 39. La pianificazione della realizzazione definisce requisiti, risorse, attività di verifica/validazione e criteri di accettazione? (7.1 a-d)
- 40. Sono determinati i requisiti specificati dal cliente e quelli necessari per l'uso previsto, inclusa la formazione dell'utilizzatore? (7.2.1)
- 41. Viene condotto un riesame dei requisiti del prodotto prima che l'organizzazione si impegni a fornirlo al cliente? (7.2.2)
- 42. Esistono modalità documentate per comunicare con il cliente su informazioni prodotto, reclami e note informative? (7.2.3)
- 43. Sono presenti procedure documentate per la progettazione e lo sviluppo? (7.3.1)
- 44. Durante la pianificazione dello sviluppo, sono documentate le attività di trasferimento della progettazione al fabbricante? (7.3.2 c)
- 45. Gli elementi in ingresso includono requisiti funzionali, regolamentari, norme e output della gestione rischi? (7.3.3)
- 46. Gli elementi in uscita dalla progettazione sono approvati prima del rilascio e consentono la verifica rispetto agli input? (7.3.4)
- 47. Sono effettuati riesami sistematici per valutare la capacità dei risultati dello sviluppo di soddisfare i requisiti? (7.3.5)
- 48. Viene effettuata la verifica della progettazione secondo piani documentati che includono metodi e criteri di accettazione? (7.3.6)

49. Viene effettuata la validazione della progettazione su prodotti rappresentativi (unità della produzione iniziale)? (7.3.7)
50. Come parte della validazione, vengono eseguite valutazioni cliniche o delle prestazioni in conformità ai requisiti regolamentari? (7.3.7)
51. Esistono procedure documentate per il trasferimento sicuro degli output della progettazione alle specifiche di produzione? (7.3.8)
52. Le modifiche della progettazione sono identificate, riesaminate, verificate, validate e approvate prima dell'implementazione? (7.3.9)
53. Viene mantenuto un archivio della progettazione (Design History File) per ogni tipo o famiglia di dispositivo medico? (7.3.10)
54. Esistono procedure documentate per assicurare che i prodotti approvvigionati siano conformi alle specifiche? (7.4.1)
55. I criteri per la selezione dei fornitori sono proporzionati al rischio associato al dispositivo medico? (7.4.1 d)
56. Le informazioni per l'approvvigionamento includono un accordo scritto affinché il fornitore notifichi le modifiche al prodotto? (7.4.2)
57. La portata delle attività di verifica sui prodotti approvvigionati è proporzionata ai rischi del prodotto stesso? (7.4.3)
58. Le attività di produzione e erogazione servizi sono pianificate, eseguite e monitorate in condizioni controllate? (7.5.1)
59. Viene mantenuta una registrazione per ogni lotto che identifichi la quantità fabbricata e approvata per la distribuzione? (7.5.1)
60. Sono documentati i requisiti di pulizia del prodotto se gli agenti di processo devono essere rimossi durante la fabbricazione? (7.5.2 e)
61. Se l'installazione è un requisito, l'organizzazione ha documentato i criteri di accettazione per la verifica della stessa? (7.5.3)
62. Se l'assistenza tecnica è richiesta, sono documentate le procedure e i materiali di riferimento necessari? (7.5.4)

63. L'organizzazione analizza le registrazioni di assistenza per determinare se l'informazione costituisca un reclamo? (7.5.4 a)
64. Per i dispositivi sterili, sono mantenute registrazioni rintracciabili dei parametri di sterilizzazione per ogni lotto? (7.5.5)
65. Vengono validati i processi di produzione i cui output non possono essere verificati mediante successivo monitoraggio? (7.5.6)
66. Esistono procedure documentate per la validazione del software utilizzato nei processi di produzione? (7.5.6)
67. Sono documentate le procedure per la validazione dei processi di sterilizzazione e dei sistemi di barriera sterile? (7.5.7)
68. È presente una procedura documentata per l'identificazione del prodotto durante tutta la realizzazione? (7.5.8)
69. L'organizzazione identifica lo stato del prodotto (accettato/scartato) lungo tutte le fasi della realizzazione? (7.5.8)
70. Se richiesto dai regolamenti, è documentato un sistema per assegnare un'identificazione univoca (UDI) al dispositivo? (7.5.8)
71. È presente una procedura documentata che definisce la portata della rintracciabilità in base ai requisiti regolamentari? (7.5.9.1)
72. Per i dispositivi impiantabili, la rintracciabilità include registrazioni di componenti, materiali e condizioni ambientali? (7.5.9.2)
73. L'organizzazione identifica, protegge e salvaguarda la proprietà del cliente finché è sotto il suo controllo? (7.5.10)
74. Sono presenti procedure documentate per conservare la conformità del prodotto durante imballaggio, stoccaggio e distribuzione? (7.5.11)
75. Esistono procedure documentate per assicurare che le attrezzature di misura siano tarate o verificate a intervalli specificati? (7.6)
76. Le attrezzature di misura sono identificate per determinarne lo stato di taratura e protette da regolazioni invalidanti? (7.6 c-d)

77. Viene valutata e registrata la validità dei risultati precedenti se l'attrezzatura di misura è riscontrata non conforme? (7.6)

8. Misurazioni, Analisi e Miglioramento

78. Sono stati pianificati i processi di monitoraggio e misurazione necessari a dimostrare la conformità del prodotto e del SGQ? (8.1)

79. È documentata una procedura per il processo di informazioni di ritorno (feedback) da produzione e post-produzione? (8.2.1)

80. Le informazioni di ritorno vengono utilizzate come input nella gestione dei rischi per monitorare i requisiti del prodotto? (8.2.1)

81. Sono presenti procedure documentate per gestire tempestivamente i reclami secondo i requisiti regolamentari? (8.2.2)

82. Se un reclamo non viene indagato, viene documentato un giustificativo specifico? (8.2.2)

83. Esistono procedure documentate per la comunicazione alle autorità regolamentari di eventi avversi o note informative? (8.2.3)

84. Vengono effettuate verifiche ispettive interne ad intervalli pianificati per accertare la conformità alla norma e al SGQ? (8.2.4)

85. È documentata una procedura che descriva le responsabilità per pianificare e condurre gli audit interni in modo imparziale? (8.2.4)

86. I responsabili delle aree auditate adottano senza ritardo le azioni necessarie per eliminare le non conformità rilevate? (8.2.4)

87. Vengono applicati metodi adeguati per monitorare e, ove applicabile, misurare i processi del sistema di gestione? (8.2.5)

88. L'organizzazione monitora le caratteristiche del prodotto per verificare che i requisiti siano soddisfatti in fasi appropriate? (8.2.6)

89. Viene registrata l'identità della persona che autorizza il rilascio del prodotto (e per gli impiantabili, chi esegue le prove)? (8.2.6)

90. Il rilascio del prodotto avviene solo dopo il completamento soddisfacente di quanto

pianificato e documentato? (8.2.6)

91. Esiste una procedura documentata per definire i controlli per l'identificazione e l'isolamento dei prodotti non conformi? (8.3.1)
92. La valutazione della non conformità include la determinazione della necessità di indagine e la notifica delle parti esterne? (8.3.1)
93. Il prodotto non conforme viene accettato su concessione solo se fornito un giustificativo e ottenuta l'approvazione? (8.3.2 c)
94. L'organizzazione adotta azioni appropriate agli effetti reali o potenziali se la NC è rilevata dopo la consegna? (8.3.3)
95. Esistono procedure documentate per emettere note informative attuabili in qualsiasi momento? (8.3.3)
96. La rilavorazione viene eseguita secondo procedure che considerano l'effetto avverso sul prodotto e sono ri-validate? (8.3.4)
97. Sono documentate procedure per raccogliere e analizzare i dati sull'andamento dei processi, prodotti e fornitori? (8.4)
98. L'organizzazione mantiene la continua idoneità ed efficacia del SGQ utilizzando politica, obiettivi e analisi post-vendita? (8.5.1)
99. È presente una procedura documentata per le azioni correttive (indagine cause, prevenzione ripetizione, verifica impatto)? (8.5.2)
100. Esiste una procedura documentata per le azioni preventive per eliminare le cause di NC potenziali? (8.5.3)