

**NORMA  
EUROPEA**

**Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità -  
Requisiti per scopi regolamentari**

**UNI CEI EN ISO  
13485**

MARZO 2016

Medical devices - Quality management systems - Requirements for  
regulatory purposes

Versione italiana  
dell'ottobre 2016

Corretta il  
7 marzo 2017

Corretta il  
16 novembre 2017

La norma specifica i requisiti per i sistemi di gestione per la qualità  
che permettono ad una organizzazione di dimostrare la sua  
capacità di fornire dispositivi medici e relativi servizi che siano  
conformi ai requisiti dei clienti e ai requisiti regolamentari applicabili  
a tali dispositivi medici.

**TESTO ITALIANO**

La presente norma è la versione ufficiale in lingua italiana della  
norma europea EN ISO 13485 (edizione marzo 2016) e tiene conto  
delle correzioni introdotte il 16 marzo 2016 e dell'errata corrige di  
dicembre 2016 (AC:2016).

La presente norma sostituisce la UNI CEI EN ISO 13485:2012 e la  
UNI CEN ISO/TR 14969:2005.

ICS 11.040.01, 03.120.10

## **PREMESSA NAZIONALE**

La presente norma costituisce il recepimento, in lingua italiana, della norma europea EN ISO 13485 (edizione marzo 2016 con correzioni del 16 marzo 2016 + errata corrige AC:2016), che assume così lo status di norma nazionale italiana.

La presente norma è stata elaborata sotto la competenza della Commissione Tecnica UNI

**Tecnologie biomediche e diagnostiche**

e del

**CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano.**

La presente norma è stata ratificata dal Presidente del CEI, con delibera del 24 febbraio 2016.

La presente norma è stata ratificata dal Presidente dell'UNI ed è entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 24 Marzo 2016.

Nota: Si richiama l'attenzione sul fatto che a livello CEN è allo studio un Corrigendum riguardante le appendici Z della presente norma.

---

Le norme UNI sono elaborate cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte le parti interessate e di conciliare ogni aspetto conflittuale, per rappresentare il reale stato dell'arte della materia ed il necessario grado di consenso.

Chiunque ritenesse, a seguito dell'applicazione di questa norma, di poter fornire suggerimenti per un suo miglioramento o per un suo adeguamento ad uno stato dell'arte in evoluzione è pregato di inviare i propri contributi all'UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, che li terrà in considerazione per l'eventuale revisione della norma stessa.

Le norme UNI sono revisionate, quando necessario, con la pubblicazione di nuove edizioni o di aggiornamenti.

È importante pertanto che gli utilizzatori delle stesse si accertino di essere in possesso dell'ultima edizione e degli eventuali aggiornamenti.

Si invitano inoltre gli utilizzatori a verificare l'esistenza di norme UNI corrispondenti alle norme EN o ISO ove citate nei riferimenti normativi.

EUROPEAN STANDARD  
NORME EUROPÉENNE  
EUROPÄISCHE NORM

**EN ISO 13485**

March 2016

ICS 03.120.10, 11.040.01

Supersedes  
CEN ISO/TR 14969:2005, EN ISO 13485:2012

English version

**Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes (ISO 13485:2016)**

Dispositifs médicaux - Systèmes de management de la qualité - Exigences à des fins réglementaires  
(ISO 13485:2016)

Medizinprodukte - Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen für regulatorische Zwecke  
(ISO 13485:2016)

This European Standard was approved by CEN on 30 January 2016.

CEN and CENELEC members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for giving this European Standard the status of a national standard without any alteration. Up-to-date lists and bibliographical references concerning such national standards may be obtained on application to the CEN-CENELEC Management Centre or to any CEN and CENELEC member.

This European Standard exists in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN and CENELEC member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CEN and CENELEC members are the national standards bodies and national electrotechnical committees of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United Kingdom.



**CEN-CENELEC Management Centre:  
Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels**

© 2016 CEN/CENELEC All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members and for CENELEC Members.

Ref. No. EN ISO 13485  
:2016:E

## INDICE

|             |                                                                             |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
|             | <b>PREMESSA</b>                                                             | <b>1</b>  |
| prospetto 1 | Corrispondenza tra i riferimenti normativi e le norme EN ed ISO datate..... | 1         |
|             | <b>INTRODUZIONE</b>                                                         | <b>2</b>  |
| <b>1</b>    | <b>SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE</b>                                        | <b>4</b>  |
| <b>2</b>    | <b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>                                                | <b>5</b>  |
| <b>3</b>    | <b>TERMINI E DEFINIZIONI</b>                                                | <b>5</b>  |
| <b>4</b>    | <b>SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ</b>                                   | <b>8</b>  |
| 4.1         | Requisiti generali.....                                                     | 8         |
| 4.2         | Requisiti della documentazione.....                                         | 9         |
| 4.2.1       | Generalità.....                                                             | 9         |
| 4.2.2       | Manuale qualità.....                                                        | 10        |
| 4.2.3       | Archivio dei dispositivi medici.....                                        | 10        |
| 4.2.4       | Controllo dei documenti.....                                                | 10        |
| 4.2.5       | Controllo delle registrazioni.....                                          | 11        |
| <b>5</b>    | <b>RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE</b>                                       | <b>11</b> |
| 5.1         | Impegno della direzione.....                                                | 11        |
| 5.2         | Attenzione focalizzata al cliente.....                                      | 11        |
| 5.3         | Politica per la qualità.....                                                | 11        |
| 5.4         | Pianificazione.....                                                         | 12        |
| 5.4.1       | Obiettivi per la qualità.....                                               | 12        |
| 5.4.2       | Pianificazione del sistema di gestione per la qualità.....                  | 12        |
| 5.5         | Responsabilità, autorità e comunicazione.....                               | 12        |
| 5.5.1       | Responsabilità e autorità.....                                              | 12        |
| 5.5.2       | Rappresentante della direzione.....                                         | 12        |
| 5.5.3       | Comunicazione interna.....                                                  | 12        |
| 5.6         | Riesame da parte della direzione.....                                       | 12        |
| 5.6.1       | Generalità.....                                                             | 12        |
| 5.6.2       | Elementi in ingresso per il riesame.....                                    | 13        |
| 5.6.3       | Elementi in uscita dal riesame.....                                         | 13        |
| <b>6</b>    | <b>GESTIONE DELLE RISORSE</b>                                               | <b>13</b> |
| 6.1         | Messa a disposizione delle risorse.....                                     | 13        |
| 6.2         | Risorse umane.....                                                          | 13        |
| 6.3         | Infrastruttura.....                                                         | 14        |
| 6.4         | Ambiente di lavoro e controllo della contaminazione.....                    | 14        |
| 6.4.1       | Ambiente di lavoro.....                                                     | 14        |
| 6.4.2       | Controllo della contaminazione.....                                         | 14        |
| <b>7</b>    | <b>REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO</b>                                           | <b>15</b> |
| 7.1         | Pianificazione della realizzazione del prodotto.....                        | 15        |
| 7.2         | Processi relativi al cliente.....                                           | 15        |
| 7.2.1       | Determinazione dei requisiti relativi al prodotto.....                      | 15        |
| 7.2.2       | Riesame dei requisiti relativi al prodotto.....                             | 15        |
| 7.2.3       | Comunicazione.....                                                          | 16        |
| 7.3         | Progettazione e sviluppo.....                                               | 16        |
| 7.3.1       | Generalità.....                                                             | 16        |
| 7.3.2       | Pianificazione della progettazione e dello sviluppo.....                    | 16        |
| 7.3.3       | Elementi in ingresso alla progettazione e allo sviluppo.....                | 16        |

|                                      |                                                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.3.4                                | Elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo .....                                                                                      | 17        |
| 7.3.5                                | Riesame della progettazione e dello sviluppo .....                                                                                                 | 17        |
| 7.3.6                                | Verifica della progettazione e dello sviluppo .....                                                                                                | 17        |
| 7.3.7                                | Validazione della progettazione e dello sviluppo .....                                                                                             | 17        |
| 7.3.8                                | Trasferimento della progettazione e dello sviluppo .....                                                                                           | 18        |
| 7.3.9                                | Controllo delle modifiche della progettazione e dello sviluppo .....                                                                               | 18        |
| 7.3.10                               | Archivi della progettazione e dello sviluppo .....                                                                                                 | 18        |
| 7.4                                  | Approvvigionamento .....                                                                                                                           | 19        |
| 7.4.1                                | Processo di approvvigionamento .....                                                                                                               | 19        |
| 7.4.2                                | Informazioni per l'approvvigionamento .....                                                                                                        | 19        |
| 7.4.3                                | Verifica del prodotto approvvigionato .....                                                                                                        | 19        |
| 7.5                                  | Produzione ed erogazione di servizi .....                                                                                                          | 20        |
| 7.5.1                                | Controllo delle attività di produzione e di erogazione dei servizi .....                                                                           | 20        |
| 7.5.2                                | Pulizia del prodotto .....                                                                                                                         | 20        |
| 7.5.3                                | Attività di installazione .....                                                                                                                    | 20        |
| 7.5.4                                | Attività di assistenza .....                                                                                                                       | 21        |
| 7.5.5                                | Requisiti particolari per dispositivi medici sterili .....                                                                                         | 21        |
| 7.5.6                                | Validazione dei processi di produzione e di erogazione dei servizi .....                                                                           | 21        |
| 7.5.7                                | Requisiti particolari per la validazione dei processi per la sterilizzazione e i sistemi di barriera sterile .....                                 | 21        |
| 7.5.8                                | Identificazione .....                                                                                                                              | 22        |
| 7.5.9                                | Rintracciabilità .....                                                                                                                             | 22        |
| 7.5.10                               | Proprietà del cliente .....                                                                                                                        | 22        |
| 7.5.11                               | Conservazione del prodotto .....                                                                                                                   | 22        |
| 7.6                                  | Controllo delle attrezzature di monitoraggio e di misurazione .....                                                                                | 23        |
| <b>8</b>                             | <b>MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO</b> .....                                                                                                  | <b>23</b> |
| 8.1                                  | Generalità .....                                                                                                                                   | 23        |
| 8.2                                  | Monitoraggio e misurazione .....                                                                                                                   | 24        |
| 8.2.1                                | Informazioni di ritorno .....                                                                                                                      | 24        |
| 8.2.2                                | Gestione dei reclami .....                                                                                                                         | 24        |
| 8.2.3                                | Comunicazione alle autorità regolamentari .....                                                                                                    | 24        |
| 8.2.4                                | Verifiche ispettive interne .....                                                                                                                  | 24        |
| 8.2.5                                | Monitoraggio e misurazione dei processi .....                                                                                                      | 25        |
| 8.2.6                                | Monitoraggio e misurazione del prodotto .....                                                                                                      | 25        |
| 8.3                                  | Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme .....                                                                                             | 25        |
| 8.3.1                                | Generalità .....                                                                                                                                   | 25        |
| 8.3.2                                | Azioni in risposta al prodotto non conforme individuato prima della consegna .....                                                                 | 26        |
| 8.3.3                                | Azioni in risposta al prodotto non conforme individuato dopo la consegna .....                                                                     | 26        |
| 8.3.4                                | Rilavorazione .....                                                                                                                                | 26        |
| 8.4                                  | Analisi dei dati .....                                                                                                                             | 26        |
| 8.5                                  | Miglioramento .....                                                                                                                                | 27        |
| 8.5.1                                | Generalità .....                                                                                                                                   | 27        |
| 8.5.2                                | Azione correttiva .....                                                                                                                            | 27        |
| 8.5.3                                | Azione preventiva .....                                                                                                                            | 27        |
| <b>APPENDICE A</b><br>(informativa)  | <b>CONFRONTO DEL CONTENUTO TRA LA ISO 13485:2003 E LA ISO 13485:2016</b> .....                                                                     | <b>28</b> |
| prospetto A.1                        | Confronto del contenuto tra la ISO13485:2003 e la ISO13485:2016 .....                                                                              | 28        |
| <b>APPENDICE B</b><br>(informativa)  | <b>CORRISPONDENZA TRA LA ISO 13485:2016 E LA ISO 9001:2015</b> .....                                                                               | <b>31</b> |
| prospetto B.1                        | Corrispondenza tra la ISO 13485:2016 e la ISO 9001:2015 .....                                                                                      | 31        |
| prospetto B.2                        | Corrispondenza tra la ISO 9001:2015 e la ISO 13485:2016 .....                                                                                      | 33        |
| <b>APPENDICE ZA</b><br>(informativa) | <b>RELAZIONE FRA LA PRESENTE NORMA EUROPEA E I REQUISITI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA DIRETTIVA UE 90/385/CEE (COME MODIFICATA)</b> ..... | <b>36</b> |
| prospetto ZA.1                       | Corrispondenza tra la presente norma europea e l'Allegato II della Direttiva 90/385/CEE (come modificata) .....                                    | 37        |

|                                      |                                                                                                                                                           |           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| prospetto ZA.2                       | Corrispondenza tra la presente norma europea e l'Allegato V della Direttiva 90/385/CEE (come modificata) .....                                            | 38        |
| <b>APPENDICE ZB</b><br>(informativa) | <b>RELAZIONE FRA LA PRESENTE NORMA EUROPEA E I REQUISITI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ RELATIVI ALLA DIRETTIVA UE 93/42/CEE (COME MODIFICATA)</b> ..... | <b>39</b> |
| prospetto ZB.1                       | Corrispondenza tra la presente norma europea e l'Allegato II della Direttiva 93/42/CEE (come modificata) .....                                            | 40        |
| prospetto ZB.2                       | Corrispondenza tra la presente norma europea e l'Allegato V della Direttiva 93/42/CEE                                                                     | 42        |
| prospetto ZB.3                       | Corrispondenza tra la presente norma europea e l'Allegato VI della Direttiva 93/42/CEE (come modificata) .....                                            | 43        |
| <b>APPENDICE ZC</b><br>(informativa) | <b>RELAZIONE FRA LA PRESENTE NORMA EUROPEA E I REQUISITI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ RELATIVA ALLA DIRETTIVA UE 98/79/CE</b> .....                    | <b>44</b> |
| prospetto ZC.1                       | Corrispondenza tra la presente norma europea e l'Allegato III della Direttiva 98/79/CE ..                                                                 | 45        |
| prospetto ZC.2                       | Corrispondenza tra la presente norma europea e l'Allegato IV della Direttiva 98/79/CEE ...                                                                | 46        |
| prospetto ZC.3                       | Corrispondenza tra la presente norma europea e l'allegato VII della Direttiva 98/79/CE.                                                                   | 48        |
|                                      | <b>BIBLIOGRAFIA</b> .....                                                                                                                                 | <b>49</b> |

## PREMESSA

Il presente documento (EN ISO 13485:2016) è stato elaborato dal Comitato Tecnico ISO/TC 210 "Quality management and corresponding general aspects for medical devices" in collaborazione con il Comitato Tecnico CEN/CLC/TC 3 "Quality management and corresponding general aspects for medical devices", la cui segreteria è affidata al NEN.

Alla presente norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale, o mediante pubblicazione di un testo identico o mediante notifica di adozione, al più tardi entro settembre 2016, e le norme nazionali in contrasto devono essere ritirate al più tardi entro marzo 2019.

Si richiama l'attenzione alla possibilità che alcuni degli elementi del presente documento possano essere oggetto di brevetti. Il CEN (e/o il CENELEC) non deve(devono) essere ritenuto(i) responsabile(i) di avere citato tali brevetti.

Il presente documento sostituisce la EN ISO 13485:2012 e il CEN ISO/TR 14969:2005.

Il presente documento è stato elaborato nell'ambito di un mandato conferito al CEN dalla Commissione Europea e dall'Associazione Europea di Libero Scambio ed è di supporto ai requisiti essenziali della(e) Direttiva(e) dell'UE.

Per quanto riguarda il rapporto con la(e) Direttiva(e) UE, si rimanda all'appendice informativa ZA che costituisce parte integrante del presente documento.

In conformità alle Regole Comuni CEN/CENELEC, gli enti nazionali di normazione dei seguenti Paesi sono tenuti a recepire la presente norma europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Ex Jugoslava di Macedonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.

I documenti richiamati di seguito sono indispensabili per l'applicazione del presente documento.

Per quanto riguarda i riferimenti non datati vale l'ultima edizione del documento a cui si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti). Per i riferimenti datati, si applica esclusivamente l'edizione citata. Tuttavia, per qualsiasi utilizzo della presente norma ai sensi delle appendici ZA, ZB e ZC, l'utilizzatore dovrebbe sempre verificare che tutti i documenti a cui si fa riferimento non siano stati sostituiti e che i contenuti pertinenti possano ancora rappresentare lo stato dell'arte generalmente riconosciuto.

Quando si richiama una norma IEC o ISO in un testo di norma ISO, tale riferimento deve essere inteso come un riferimento normativo alla norma europea (EN) corrispondente, se disponibile, oppure come un riferimento normativo alla versione datata della norma ISO o IEC, come elencato di seguito.

Nota Il modo in cui questi documenti a cui si fa riferimento sono citati nei requisiti normativi determina la misura in cui si applicano (totalmente o parzialmente).

| prospetto 1 | Corrispondenza tra i riferimenti normativi e le norme EN ed ISO datate |                          |               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
|             | Riferimenti normativi come elencato al punto 2 della norma ISO         | Norma datata equivalente |               |
|             |                                                                        | EN                       | ISO           |
|             | ISO 9000:2015                                                          | EN ISO 9000:2015         | ISO 9000:2015 |

## NOTIFICA DI ADOZIONE

Il testo della ISO 13485:2016 è stato approvato dal CEN come EN ISO 13485:2016 senza alcuna modifica.

## INTRODUZIONE

### 0.1

#### Generalità

La presente norma internazionale specifica i requisiti per un sistema di gestione per la qualità che possa essere utilizzato da un'organizzazione coinvolta in una o più fasi del ciclo di vita di un dispositivo medico, compresi progettazione e sviluppo, produzione, immagazzinamento e distribuzione, installazione, assistenza nonché dismissione finale e smaltimento dei dispositivi medici, e progettazione e sviluppo, oppure erogazione di attività associate (per esempio, assistenza tecnica). I requisiti della presente norma internazionale possono essere utilizzati anche da fornitori o altre parti esterne che forniscono il prodotto (per esempio, materie prime, componenti, sottogruppi, dispositivi medici, servizi di sterilizzazione, servizi di taratura, servizi di distribuzione, servizi di manutenzione) a tali organizzazioni. Il fornitore o la parte esterna possono volontariamente scegliere di essere conformi ai requisiti della presente norma internazionale oppure la conformità può essere richiesta per contratto.

Diverse giurisdizioni hanno requisiti regolamentari per l'applicazione dei sistemi di gestione per la qualità da parte di organizzazioni con una varietà di ruoli nella catena di fornitura dei dispositivi medici. Di conseguenza, la presente norma internazionale prevede che l'organizzazione:

- identifichi il proprio ruolo o ruoli in base ai requisiti regolamentari applicabili;
- identifichi i requisiti regolamentari che si applicano alle attività sottostanti tali ruoli;
- incorpori questi requisiti regolamentari applicabili all'interno del proprio sistema di gestione per la qualità.

Le definizioni nei requisiti regolamentari applicabili differiscono da nazione a nazione e da regione a regione. È necessario che l'organizzazione comprenda in che modo le definizioni nella presente norma internazionale sono interpretate alla luce delle definizioni regolamentari nelle giurisdizioni in cui i dispositivi medici sono resi disponibili.

La presente norma internazionale può anche essere utilizzata da parti interne ed esterne, inclusi gli organismi di certificazione, per valutare la capacità dell'organizzazione a soddisfare i requisiti del cliente e i requisiti regolamentari applicabili al sistema di gestione per la qualità ed a quelli stabiliti dall'organizzazione stessa. Va sottolineato che i requisiti del sistema di gestione per la qualità specificati nella presente norma internazionale sono complementari ai requisiti tecnici per il prodotto che sono necessari per soddisfare i requisiti regolamentari applicabili e del cliente per la sicurezza e le prestazioni.

L'adozione di un sistema di gestione per la qualità è una decisione strategica dell'organizzazione. La progettazione e l'implementazione del sistema di gestione per la qualità di un'organizzazione sono influenzate da:

- a) ambiente organizzativo, modifiche in tale ambiente e l'influenza che l'ambiente organizzativo ha sulla conformità dei dispositivi medici;
- b) variabilità delle esigenze dell'organizzazione;
- c) obiettivi particolari dell'organizzazione;
- d) prodotto fornito dall'organizzazione;
- e) processi impiegati dall'organizzazione;
- f) dimensioni dell'organizzazione e struttura organizzativa;
- g) requisiti regolamentari applicabili alle attività dell'organizzazione.

La presente norma internazionale non intende perseguire la necessità di uniformità nella struttura di diversi sistemi di gestione per la qualità, di uniformità di documentazione o di allineamento della documentazione alla struttura dei punti della presente norma internazionale.

Esiste un'ampia varietà di dispositivi medici e alcuni dei requisiti particolari della presente norma internazionale sono applicabili solo a gruppi definiti di dispositivi medici. Questi gruppi sono definiti nel punto 3.

## 0.2

### Chiarimento di concetti

Nella presente norma internazionale, i seguenti termini o espressioni sono utilizzati nel contesto descritto di seguito.

- Quando un requisito è qualificato dalla frase "appropriato", lo si ritiene tale a meno che l'organizzazione possa giustificare diversamente. Un requisito è considerato appropriato se è necessario per far sì che:
  - il prodotto soddisfi i requisiti;
  - vi sia la conformità ai requisiti regolamentari applicabili;
  - sia attuata un'azione correttiva da parte dell'organizzazione;
  - l'organizzazione gestisca i rischi.
- Quando è utilizzato il termine "rischio", l'applicazione del termine nell'ambito dello scopo e campo di applicazione della presente norma internazionale riguarda i requisiti di sicurezza o prestazioni del dispositivo medico o al soddisfacimento dei requisiti regolamentari applicabili.
- Quando è richiesto che un requisito sia "documentato", è richiesto anche che sia stabilito, implementato e mantenuto aggiornato.
- Quando è utilizzato il termine "prodotto", può significare anche "servizio". Il prodotto si applica agli elementi in uscita che sono destinati a, o richiesti, da un cliente o qualsiasi elemento in uscita previsto risultante da un processo di realizzazione di un prodotto.
- Quando è utilizzato il termine "requisiti regolamentari", comprende i requisiti contenuti in qualsiasi legge applicabile all'utilizzatore della presente norma internazionale (per esempio, statuti, regolamenti, ordinanze o direttive). L'applicazione del termine "requisiti regolamentari" è limitata ai requisiti per il sistema di gestione per la qualità e la sicurezza o le prestazioni del dispositivo medico.

Nella presente norma internazionale sono utilizzate le seguenti forme verbali:

- "deve" indica un requisito;
- "dovrebbe" indica una raccomandazione;
- "può" indica un permesso;
- "è in grado di" indica una possibilità o una capacità.

Le informazioni riportate nelle "NOTE" forniscono una guida per la comprensione o il chiarimento dei requisiti cui esse si riferiscono.

## 0.3

### Approccio per processi

La presente norma internazionale si basa su un approccio per processi per la gestione per la qualità. Un'attività che riceve elementi in ingresso e li trasforma in elementi in uscita può essere considerata come un processo. Spesso l'elemento in uscita da un processo costituisce direttamente l'elemento in ingresso per un processo successivo.

Un'organizzazione, per funzionare efficacemente, è necessario che individui e gestisca numerosi processi collegati tra di loro. L'applicazione di un sistema di processi nell'ambito di un'organizzazione, unitamente all'identificazione e alle interazioni di questi processi nonché alla loro gestione per produrre l'elemento in uscita desiderato, è denominata "approccio per processi".

Tale approccio, quando utilizzato nell'ambito del sistema di gestione per la qualità, sottolinea l'importanza:

- a) della comprensione dei requisiti e della loro osservanza;
- b) dell'esigenza di valutare i processi in termini di valore aggiunto;
- c) del conseguimento di risultati relativi alle prestazioni e all'efficacia dei processi;
- d) del miglioramento continuo dei processi sulla base di misurazioni oggettive.

#### 0.4

##### **Relazione con la ISO 9001**

Sebbene la presente sia una norma indipendente, si basa sulla ISO 9001:2008, che è stata sostituita dalla ISO 9001:2015. Per comodità degli utilizzatori, l'appendice B mostra la corrispondenza tra la presente norma internazionale e la ISO 9001:2015.

La presente norma internazionale è destinata a semplificare l'allineamento globale dei requisiti regolamentari appropriati per i sistemi di gestione per la qualità applicabili alle organizzazioni coinvolte in una o più fasi del ciclo di vita del dispositivo medico. La presente norma internazionale include alcuni requisiti particolari per le organizzazioni coinvolte nel ciclo di vita dei dispositivi medici ed esclude alcuni dei requisiti della ISO 9001 che non sono appropriati come requisiti regolamentari. A causa di tali esclusioni, le organizzazioni i cui sistemi di gestione per la qualità siano conformi alla presente norma internazionale non possono dichiarare la conformità alla ISO 9001 a meno che i loro sistemi per la gestione della qualità soddisfino tutti i requisiti della ISO 9001.

#### 0.5

##### **Compatibilità con altri sistemi di gestione**

La presente norma internazionale non include requisiti specifici di altri sistemi di gestione, come quelli particolari per la gestione ambientale, per la gestione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per la gestione finanziaria. Essa offre tuttavia la possibilità, ad un'organizzazione, di allineare o integrare i requisiti del proprio sistema di gestione per la qualità con quelli attinenti ad altri sistemi di gestione correlati. È anche possibile, per un'organizzazione, adattare il/i sistema/i di gestione esistente/i per realizzare un sistema di gestione per la qualità che sia conforme ai requisiti della presente norma internazionale.

---

### 1

#### **SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

La presente norma internazionale specifica i requisiti di un sistema di gestione per la qualità quando un'organizzazione ha l'esigenza di dimostrare la sua capacità di fornire con regolarità dispositivi medici e relativi servizi che siano conformi ai requisiti dei clienti ed a quelli regolamentari applicabili a dispositivi medici e relativi servizi. Tali organizzazioni possono essere coinvolte in una o più fasi del ciclo di vita, compresi progettazione e sviluppo, produzione, immagazzinamento e distribuzione, installazione o assistenza di un dispositivo medico e progettazione e sviluppo, oppure erogazione di attività associate (per esempio, assistenza tecnica). La presente norma internazionale può essere utilizzata anche da fornitori o parti esterne che forniscono un prodotto, compresi servizi correlati al sistema di gestione per la qualità a tali organizzazioni.

I requisiti della presente norma internazionale sono applicabili alle organizzazioni a prescindere dalle loro dimensioni e tipo, eccetto dove esplicitamente indicato. Ogni qualvolta i requisiti siano specificati come applicabili ai dispositivi medici, tali requisiti si applicano ugualmente ai servizi associati come forniti dall'organizzazione.

I processi richiesti dalla presente norma internazionale applicabili all'organizzazione, ma non eseguiti dall'organizzazione, sono di responsabilità dell'organizzazione e inclusi nel sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione mediante monitoraggio, mantenimento e controllo dei processi.

Se i requisiti regolamentari applicabili consentono l'esclusione dei controlli di progettazione e sviluppo, ciò può essere utilizzato come giustificativo per la loro esclusione dal sistema di gestione per la qualità. Tali requisiti regolamentari possono fornire disposizioni alternative di cui tenere conto nel sistema di gestione per la qualità. È responsabilità dell'organizzazione garantire che le dichiarazioni di conformità alla presente norma internazionale riflettono l'esclusione dei controlli di progettazione e sviluppo.

Qualora qualsiasi requisito dei punti 6, 7 o 8 della presente norma internazionale non sia applicabile a causa delle attività intraprese dall'organizzazione oppure a causa della natura del dispositivo medico per il quale è applicato il sistema di gestione per la qualità, l'organizzazione non è necessario includa tale requisito nel proprio sistema di gestione per la qualità. Per qualsiasi punto che sia determinato come non applicabile, l'organizzazione registra il giustificativo come descritto nel punto 4.2.2.

## 2 RIFERIMENTI NORMATIVI

I seguenti documenti, in tutto o in parte, sono richiamati con carattere normativo nel presente documento e sono indispensabili per la sua applicazione. Per quanto riguarda i riferimenti datati, si applica esclusivamente l'edizione citata. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione del documento a cui si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

ISO 9000:2015<sup>1)</sup> Quality management systems - Fundamentals and vocabulary

---

## 3 TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, si applicano i termini e le definizioni della ISO 9000:2015 e i seguenti.

**3.1 nota informativa:** Nota emessa dall'organizzazione, successivamente alla consegna del dispositivo medico, per fornire informazioni supplementari o per consigliare quale azione da intraprendere per:

- l'utilizzo di un dispositivo medico,
- la modifica di un dispositivo medico,
- la restituzione del dispositivo medico all'organizzazione che lo ha fornito, oppure
- la distruzione di un dispositivo medico.

Nota 1 Può essere richiesta l'emissione di una nota informativa per la conformità ai requisiti regolamentari applicabili.

**3.2 rappresentante autorizzato:** Persona fisica o giuridica residente in un paese o giurisdizione che ha ricevuto un mandato scritto dal fabbricante per agire in sua vece per compiti specifici in relazione agli obblighi di quest'ultimo in base alla legislazione di quel paese o giurisdizione.

[FONTE: GHTF/SG1/N055:2009, punto 5.2]

**3.3 valutazione clinica:** Valutazione e analisi di dati clinici riguardanti un dispositivo medico per verificare la sicurezza clinica e le prestazioni del dispositivo quando utilizzato come previsto dal fabbricante.

[FONTE: GHTF/SG5/N4:2010, punto 4]

**3.4 reclamo:** Comunicazione scritta, in formato elettronico o orale che dichiara carenze correlate a identità, qualità, durabilità, affidabilità, usabilità, sicurezza o prestazioni di un dispositivo medico che è stato rilasciato dal controllo dell'organizzazione o relative a un servizio che influisce sulle prestazioni di tali dispositivi medici.

Nota 1 Questa definizione di "reclamo" differisce dalla definizione indicata nella ISO 9000:2015.

**3.5 distributore:** Persona fisica o giuridica nella catena di fornitura che, per proprio conto, estende la disponibilità di un dispositivo medico all'utilizzatore finale.

Nota 1 Più distributori possono essere coinvolti nella catena di fornitura.

Nota 2 Le persone nella catena di fornitura coinvolte in attività quali immagazzinamento e trasporto per conto del fabbricante, importatore o distributore, non sono distributori secondo la presente definizione.

[FONTE: GHTF/SG1/N055:2009, punto 5.3]

**3.6 dispositivo medico impiantabile:** Dispositivo medico che può essere rimosso solo mediante intervento medico o chirurgico e che è destinato:

- ad essere completamente o parzialmente impiantato nel corpo umano o in un orificio naturale, o
- a sostituire una superficie epiteliale o la superficie oculare, e
- rimanere dopo il procedimento per almeno 30 giorni.

Nota 1 Questa definizione, di dispositivo medico impiantabile include il dispositivo medico impiantabile attivo.

---

1) Sostituisce la ISO 9000:2005.

- 3.7** **importatore:** Persona fisica o giuridica nella catena di fornitura che è la prima in una catena di fornitura a rendere disponibile un dispositivo medico, fabbricato in un altro paese o giurisdizione, nel paese o giurisdizione e da commercializzare.  
[FONTE: GHTE/SG1/N055:2009, punto 5.4]
- 3.8** **etichettatura:** Etichetta, istruzioni per l'uso e qualsiasi altra informazioni che sia correlata a identificazione, descrizione tecnica, scopo previsto e utilizzo corretto del dispositivo medico, ma escludendo i documenti di spedizione.  
[FONTE: GHTE/SG1/N70:2011, punto 4]
- 3.9** **ciclo di vita:** Tutte le fasi della vita di un dispositivo medico, dalla concezione iniziale alla dismissione finale e allo smaltimento.  
[FONTE: ISO 14971:2007, punto 2.7]
- 3.10** **fabbricante:** Persona fisica o giuridica con responsabilità per la progettazione e/o fabbricazione di un dispositivo medico con l'intenzione di renderlo disponibile per l'utilizzo, sotto il proprio nome a prescindere dal fatto che tale dispositivo medico sia progettato e/o fabbricato dalla persona stessa o per suo conto da altra persona.
- Nota 1 Questa "persona fisica o giuridica" ha la responsabilità legale ultima di garantire la conformità con tutti i requisiti regolamentari applicabili per i dispositivi medici nei paesi o giurisdizioni dove è destinato ad essere reso disponibile o venduto, a meno che questa responsabilità sia specificamente imposta su un'altra persona dall'Autorità Regolamentare (RA) all'interno della giurisdizione.
- Nota 2 Le responsabilità del fabbricante sono descritte in altri documenti di linee guida GHTE. Queste responsabilità comprendono il soddisfare i requisiti di pre e post commercializzazione, quali la comunicazione di eventi avversi e la notifica di azioni correttive.
- Nota 3 "Progettazione e/o fabbricazione", come riferite nella definizione precedente, possono includere specifica, sviluppo, produzione, fabbricazione, montaggio, lavorazione, imballaggio, re-imballaggio, etichettatura, ri-etichettatura, sterilizzazione, installazione o ri-fabbricazione di un dispositivo medico; oppure mettere assieme una raccolta di dispositivi ed eventualmente altri prodotti per una finalità medica.
- Nota 4 Qualsiasi persona che monti o adatti un dispositivo medico che è già stato fornito da un'altra persona per un singolo paziente, in conformità alle istruzioni per l'uso, non è il fabbricante, purché il montaggio o l'adattamento non modifichino l'utilizzo previsto del dispositivo medico.
- Nota 5 Qualsiasi persona che cambia l'utilizzo previsto o modifica un dispositivo medico senza agire per conto del fabbricante originale e che lo rende disponibile per l'uso sotto il proprio nome, dovrebbe essere considerato il fabbricante originario del dispositivo medico modificato.
- Nota 6 Un rappresentante autorizzato, distributore o importatore che aggiunge solo il proprio indirizzo e dettagli di contatto al dispositivo medico o all'imballaggio, senza coprire o cambiare l'etichettatura esistente, non è considerato un fabbricante.
- Nota 7 Nella misura in cui un accessorio è soggetto ai requisiti regolamentari di un dispositivo medico, la persona responsabile per la progettazione e/o la fabbricazione di tale accessorio è considerato esserne il fabbricante.  
[FONTE: GHTE/SG1/N055:2009, punto 5.1]
- 3.11** **dispositivo medico:** Qualsiasi strumento, apparecchiatura, attrezzatura, macchina, apparecchio, impianto, reagente per l'uso *in vitro*, software informatico, materiale o altro prodotto simile o correlato, destinato dal fabbricante ad essere impiegato, da solo o in combinazione, nell'uomo per uno o più scopi specifici medici di:
- diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia;
  - diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una lesione;
  - studio, sostituzione, modifica o supporto dell'anatomia o di un processo fisiologico;
  - supporto o mantenimento delle funzioni vitali;
  - controllo del concepimento;
  - disinfezione dei dispositivi medici;
  - fornire informazioni a fini medici per mezzo dell'esame *in vitro* di provini derivati dal corpo umano;

la cui azione principale voluta nel o sul corpo umano non sia conseguita con mezzi farmacologici né immunologici né mediante metabolismo, ma la cui funzione possa essere assistita da questi mezzi.

Nota 1 I prodotti che possono essere considerati dispositivi medici in alcune giurisdizioni, ma che non lo sono in altre includono:

- sostanze disinfettanti;
- ausili per persone disabili;
- dispositivi che incorporano tessuti di origine animale e/o umana;
- dispositivi per la fecondazione in vitro o le tecnologie di riproduzione assistita.

[FONTE: GHTF/SG1/N071:2012, punto 5.1]

**3.12 famiglia di dispositivi medici:** Gruppo di dispositivi medici fabbricato da o per la stessa organizzazione e avente le stesse caratteristiche di base di progettazione e prestazioni relative a sicurezza, utilizzo previsto e funzione.

**3.13 valutazione delle prestazioni:** Valutazione e analisi dei dati per stabilire o verificare la capacità di un dispositivo medico diagnostico in vitro di conseguire il suo utilizzo previsto.

**3.14 monitoraggio post-commercializzazione:** Processo sistematico per raccogliere e analizzare l'esperienza acquisita dai dispositivi medici che sono stati immessi sul mercato.

**3.15 prodotto:** Risultato di un processo.

Nota 1 Esistono quattro categorie generiche di prodotti.

- servizi (per esempio, trasporto);
- software (per esempio programma per computer, contenuto di un vocabolario);
- hardware (per esempio la parte meccanica di un motore);
- materiali da processo continuo (per esempio lubrificante).

Molti prodotti sono costituiti da elementi appartenenti a differenti categorie generiche di prodotti. L'attribuzione della denominazione servizio, software, hardware o materiale da processo continuo, dipende dalla prevalenza di una categoria rispetto alle altre. Per esempio, il prodotto "automobile" comprende hardware (per esempio pneumatici), materiali da processo (per esempio, carburante, liquido di raffreddamento), software (per esempio, programma software di controllo del motore, manuale d'utilizzo) e servizio (per esempio, spiegazioni operative fornite dal venditore).

Nota 2 Il servizio è il risultato di almeno una attività necessariamente eseguita all'interfaccia tra il fornitore e il cliente ed è generalmente intangibile. L'erogazione di un servizio può comportare, per esempio:

- un'attività eseguita su un prodotto tangibile fornito dal cliente (per esempio: un'automobile da riparare);
- un'attività eseguita su un prodotto intangibile fornito dal cliente (per esempio: la dichiarazione dei redditi per richiedere un rimborso fiscale);
- l'erogazione di un prodotto intangibile (per esempio: la fornitura di informazioni nel contesto della trasmissione di conoscenze);
- la creazione di un ambiente per il cliente (per esempio: nel settore alberghiero e della ristorazione).

Il software consiste in informazioni ed è generalmente intangibile; può presentarsi in forma di approcci, transazioni o procedure.

L'hardware è generalmente tangibile e presenta caratteristiche misurabili. I materiali da processo continuo sono generalmente tangibili e la loro quantità presenta caratteristiche continue. Hardware e materiali da processo sono spesso noti come merci.

Nota 3 Questa definizione di "prodotto" differisce dalla definizione indicata nella ISO 9000:2015.

[FONTE: ISO 9000:2005<sup>2)</sup>, punto 3.4.2, modificato]

2) Sostituita dalla ISO 9000:2015.

- 3.16** **prodotto approvvigionato:** Prodotto fornito da una parte esterna al sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione.
- Nota 1 La fornitura del prodotto non implica necessariamente un accordo commerciale o finanziario.
- 3.17** **rischio:** Combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e severità di tale danno.
- Nota 1 Questa definizione di "rischio" differisce dalla definizione indicata nella ISO 9000:2015.  
[FONTE: ISO 14971:2007, punto 2.16]
- 3.18** **gestione del rischio:** Applicazione sistematica di politiche, procedure e pratiche di gestione alle operazioni di analisi, valutazione e controllo e monitoraggio dei rischi.  
[FONTE: ISO 14971: 2007, punto 2.22]
- 3.19** **sistema di barriera sterile:** Imballaggio minimo che impedisce l'ingresso dei microrganismi e consente la presentazione asettica del prodotto al sito d'impiego.  
[FONTE: ISO 116071:2006, punto 3.22]
- 3.20** **dispositivo medico sterile:** Dispositivo medico destinato a soddisfare i requisiti di sterilità.
- Nota 1 I requisiti per la sterilità di un dispositivo medico possono essere soggetti ai requisiti regolamentari o alle norme applicabili.

---

## 4 SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

### 4.1 Requisiti generali

**4.1.1** L'organizzazione deve documentare un sistema di gestione per la qualità e mantenerne l'efficacia in conformità ai requisiti della presente norma internazionale e ai requisiti regolamentari applicabili.

L'organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere qualsiasi requisito, procedura, attività o disposizione di cui sia richiesta la documentazione in base alla presente norma internazionale o ai requisiti regolamentari applicabili.

L'organizzazione deve documentare il/i ruolo/i assunto/i dall'organizzazione in base ai requisiti regolamentari applicabili.

Nota I ruoli assunti dall'organizzazione possono includere fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore o distributore.

**4.1.2** L'organizzazione deve:

- determinare i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità e l'applicazione di questi processi in tutta l'organizzazione tenendo conto dei ruoli assunti dall'organizzazione medesima;
- applicare un approccio basato sul rischio al controllo dei processi appropriati necessari per il sistema di gestione per la qualità;
- determinare la sequenza e le interazioni tra questi processi.

- 4.1.3** Per ciascuno dei processi del sistema di gestione per la qualità, l'organizzazione deve:
- a) determinare i criteri ed i metodi necessari per assicurare l'efficace funzionamento e l'efficace controllo di questi processi;
  - b) assicurare la disponibilità delle risorse e delle informazioni necessarie per supportare il funzionamento e il monitoraggio di questi processi;
  - c) attuare le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati e mantenere l'efficacia di tali processi;
  - d) monitorare, misurare come appropriato ed analizzare questi processi;
  - e) stabilire e conservare le registrazioni necessarie a dimostrare la conformità alla presente norma internazionale e la conformità ai requisiti regolamentari applicabili (vedere punto 4.2.5).

- 4.1.4** L'organizzazione deve gestire questi processi del sistema di gestione per la qualità in conformità ai requisiti della presente norma internazionale e ai requisiti regolamentari applicabili. Le modifiche da apportare a questi processi devono essere:
- a) valutate per il loro impatto sul sistema di gestione per la qualità;
  - b) valutate per il loro impatto sui dispositivi medici prodotti in base a questo sistema per la gestione della qualità;
  - c) controllate in conformità ai requisiti della presente norma internazionale e ai requisiti regolamentari applicabili.

- 4.1.5** Qualora l'organizzazione scelga di affidare all'esterno processi che abbiano effetti sulla conformità del prodotto ai requisiti, essa deve monitorare e assicurare il controllo di tali processi. L'organizzazione deve mantenere la responsabilità della conformità alla presente norma internazionale e al cliente e ai requisiti regolamentari applicabili per i processi affidati all'esterno. I controlli devono essere proporzionati al rischio insito e alla capacità della parte esterna di soddisfare i requisiti in conformità al punto 7.4. I controlli devono includere accordi per la qualità scritti.

- 4.1.6** L'organizzazione deve documentare le procedure per la validazione dell'applicazione di software di computer utilizzata nel sistema di gestione per la qualità. Queste applicazioni software devono essere validate prima dell'utilizzo iniziale e, come appropriato, dopo le modifiche a questo software o alla sua applicazione.
- L'approccio specifico e le attività associate alla validazione del software e alla ri-validazione deve essere proporzionato al rischio associato all'utilizzo del software.
- Le registrazioni di tali attività devono essere conservate (vedere il punto 4.2.5).

## **4.2 Requisiti della documentazione**

### **4.2.1 Generalità**

La documentazione del sistema di gestione per la qualità (vedere il punto 4.2.4) deve includere:

- a) dichiarazioni documentate sulla politica per la qualità e sugli obiettivi per la qualità
- b) un manuale della qualità;
- c) le procedure documentate e le registrazioni richieste dalla presente norma internazionale;
- d) i documenti, comprese le registrazioni considerati dall'organizzazione come necessari per assicurare l'efficace pianificazione, funzionamento e controllo dei suoi processi;
- e) altra documentazione specificata dai requisiti regolamentari applicabili

#### 4.2.2

##### **Manuale qualità**

L'organizzazione deve redigere un manuale della qualità che includa:

- a) lo scopo e il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità, nonché dettagli e la giustificazione di esclusioni, o non applicazioni;
- b) le procedure documentate per il sistema di gestione per la qualità o i riferimenti alle stesse;
- c) una descrizione delle interazioni tra i processi del sistema di gestione per la qualità.

Il manuale della qualità deve evidenziare la struttura della documentazione utilizzata nel sistema per la gestione per la qualità.

#### 4.2.3

##### **Archivio dei dispositivi medici**

Per ogni tipo di dispositivo medico o famiglia di dispositivi medici, l'organizzazione deve stabilire e mantenere aggiornato uno o più archivi contenenti o facenti riferimento a documenti generati per dimostrare la conformità al requisito della presente norma internazionale e la conformità ai requisiti regolamentari applicabili.

Il contenuto dell'archivio/i deve includere, senza limitarsi a:

- a) descrizione generale del dispositivo medico, utilizzo previsto/scopo ed etichettatura, comprese le istruzioni per l'uso;
- b) specifiche per il prodotto;
- c) specifiche o procedure per la fabbricazione, l'imballaggio, l'immagazzinamento, la gestione e la distribuzione;
- d) procedure per misurazione e monitoraggio;
- e) come appropriato, requisiti per l'installazione;
- f) come appropriato, procedure di assistenza.

#### 4.2.4

##### **Controllo dei documenti**

I documenti richiesti dal sistema di gestione per la qualità devono essere tenuti sotto controllo. Le registrazioni sono un tipo speciale di documento e devono essere tenute sotto controllo secondo i requisiti indicati nel punto 4.2.5.

Deve essere predisposta una procedura documentata che stabilisca le modalità necessarie per:

- a) esaminare e approvare i documenti, circa l'adeguatezza, prima della loro emissione;
- b) riesaminare, aggiornare (quando necessario) e riapprovare i documenti stessi;
- c) assicurare che lo stato corrente della revisione e le modifiche ai documenti siano identificate;
- d) assicurare che le versioni pertinenti dei documenti applicabili siano disponibili sui luoghi di utilizzo;
- e) assicurare che i documenti siano e rimangano leggibili e facilmente identificabili;
- f) assicurare che i documentati di origine esterna, ritenuti necessari dall'organizzazione per la pianificazione e per il funzionamento del sistema di gestione per la qualità, siano identificati e la loro distribuzione sia tenuta sotto controllo;
- g) impedire il deterioramento o la perdita dei documenti;
- h) impedire l'utilizzo inintenzionale di documenti obsoleti e l'applicazione di un'ideale identificazione.

L'organizzazione deve assicurare che le modifiche ai documenti siano revisionate e approvate dalla funzione di approvazione originaria o da altra funzione designata che ha accesso alle informazioni pertinenti su cui basare le sue decisioni.

L'organizzazione deve definire il periodo durante il quale deve essere conservata almeno una copia della documentazione obsoleta. Tale periodo deve assicurare che i documenti in base ai quali i dispositivi medici sono stati fabbricati e sottoposti a prova siano disponibili per almeno la vita del dispositivo medico, come definito dall'organizzazione, ma non meno del periodo di conservazione di qualsiasi registrazione risultante (vedere punto 4.2.5), o come specificato dai requisiti regolamentari applicabili.

#### 4.2.5

##### **Controllo delle registrazioni**

Le registrazioni devono essere predisposte e conservate per fornire evidenza della conformità ai requisiti e dell'efficace funzionamento del sistema di gestione per la qualità.

L'organizzazione deve documentare delle procedure per definire i controlli necessari per l'identificazione, l'immagazzinamento, sicurezza e integrità, l'accessibilità, la definizione della durata di conservazione e le modalità di eliminazione delle registrazioni.

L'organizzazione deve definire e attuare i metodi per proteggere le informazioni confidenziali sulla salute contenute nelle registrazioni in conformità ai requisiti regolamentari applicabili.

Le registrazioni devono rimanere leggibili, facilmente identificabili e accessibili. Le modifiche a una registrazione devono rimanere identificabili.

L'organizzazione deve conservare le registrazioni per almeno la durata di vita del dispositivo medico come definito dall'organizzazione, o come specificato dai requisiti regolamentari applicabili, ma non meno di due anni dal rilascio del dispositivo medico da parte dell'organizzazione.

---

## 5

### **RESPONSABILITÀ DELLA DIREZIONE**

#### 5.1

##### **Impegno della direzione**

L'alta direzione deve fornire evidenza del suo impegno nello sviluppo e nell'implementazione del sistema di gestione per la qualità e nel miglioramento continuo della sua efficacia:

- a) comunicando all'organizzazione l'importanza di ottemperare ai requisiti del cliente ed i requisiti regolamentari applicabili;
- b) stabilendo la politica per la qualità;
- c) assicurando che siano definiti gli obiettivi per la qualità;
- d) effettuando i riesami da parte della direzione;
- e) assicurando la disponibilità di risorse.

#### 5.2

##### **Attenzione focalizzata al cliente**

L'alta direzione deve assicurare che i requisiti dei clienti e i requisiti regolamentari applicabili siano determinati e soddisfatti.

#### 5.3

##### **Politica per la qualità**

L'alta direzione deve assicurare che la politica per la qualità:

- a) sia appropriata agli scopi dell'organizzazione;
- b) includa l'impegno al soddisfacimento dei requisiti ed al mantenimento dell'efficacia del sistema di gestione per la qualità;
- c) preveda un quadro strutturale per definire e riesaminare gli obiettivi per la qualità;
- d) sia comunicata e compresa all'interno dell'organizzazione;
- e) sia riesaminata per accertarne la continua idoneità.

## **5.4 Pianificazione**

### **5.4.1 Obiettivi per la qualità**

L'alta direzione deve assicurare che, per i pertinenti livelli e funzioni dell'organizzazione, siano stabiliti gli obiettivi per la qualità, compresi quelli necessari per soddisfare i requisiti regolamentari applicabili e i requisiti dei prodotti. Gli obiettivi per la qualità devono essere misurabili e coerenti con la politica per la qualità.

### **5.4.2 Pianificazione del sistema di gestione per la qualità**

L'alta direzione deve assicurare che:

- a) la pianificazione del sistema di gestione per la qualità sia effettuata in modo da soddisfare i requisiti riportati nel punto 4.1, e conseguire gli obiettivi per la qualità;
- b) l'integrità del sistema di gestione per la qualità sia mantenuta quando sono pianificate ed attuate modifiche al sistema di gestione per la qualità.

## **5.5 Responsabilità, autorità e comunicazione**

### **5.5.1 Responsabilità e autorità**

L'alta direzione deve assicurare che le responsabilità e le autorità siano definite, documentate e comunicate nell'ambito dell'organizzazione.

L'alta direzione deve documentare l'interrelazione di tutto il personale che gestisce, esegue e verifica il lavoro che influenza la qualità e deve assicurare l'indipendenza e l'autorità necessarie a eseguire tali attività.

### **5.5.2 Rappresentante della direzione**

L'alta direzione deve designare un componente della propria struttura direzionale, che, indipendentemente da altre sue responsabilità, abbia la responsabilità e l'autorità anche per:

- a) assicurare che i processi necessari per il sistema di gestione per la qualità siano documentati;
- b) riferire all'alta direzione sull'efficacia del sistema di gestione per la qualità e su ogni esigenza per il miglioramento;
- c) assicurare la promozione della consapevolezza dei requisiti regolamentari applicabili e i requisiti del sistema di gestione per la qualità nell'ambito di tutta l'organizzazione.

### **5.5.3 Comunicazione interna**

L'alta direzione deve assicurare che siano attivati adeguati processi di comunicazione all'interno dell'organizzazione e che siano fornite anche comunicazioni riguardanti l'efficacia del sistema di gestione per la qualità.

## **5.6 Riesame da parte della direzione**

### **5.6.1 Generalità**

L'organizzazione deve documentare le procedure per il riesame da parte della direzione. L'alta direzione deve, ad intervalli prestabiliti, riesaminare il sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione per assicurarsi della sua continua idoneità, adeguatezza ed efficacia.

Il riesame deve comprendere la valutazione delle opportunità per il miglioramento e le esigenze di modifiche del sistema di gestione per la qualità, politica ed obiettivi per la qualità inclusi.

Le registrazioni dei riesami effettuati da parte della direzione devono essere mantenute (vedere punto 4.2.5).

## 5.6.2

### Elementi in ingresso per il riesame

Gli elementi in ingresso per il riesame, da parte della direzione devono includere, senza limitarsi a, informazioni derivanti da:

- a) feedback;
- b) gestione dei reclami;
- c) riferire alle autorità regolamentari;
- d) verifiche ispettive;
- e) monitoraggio e misurazione dei processi;
- f) monitoraggio e misurazione dei prodotti;
- g) azione correttiva;
- h) azione preventiva;
- i) azioni di follow-up dei precedenti riesami da parte della direzione;
- j) modifiche che potrebbero avere effetti sul sistema di gestione per la qualità;
- k) raccomandazioni per il miglioramento;
- l) requisiti regolamentari applicabili nuovi o revisionati.

## 5.6.3

### Elementi in uscita dal riesame

Gli elementi in uscita dal riesame da parte della direzione devono essere registrati (vedere punto 4.2.5) e includere gli elementi in ingresso riesaminati ed eventuali decisioni e azioni relative:

- a) ai miglioramenti necessari per mantenere l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del sistema per la gestione della qualità e dei suoi processi;
- b) al miglioramento dei prodotti in relazione ai requisiti del cliente;
- c) alle modifiche necessarie per rispondere ai requisiti regolamentari applicabili nuovi o revisionati regolarmente;
- d) alle esigenze delle risorse.

---

## 6

## GESTIONE DELLE RISORSE

### 6.1

#### Messa a disposizione delle risorse

L'organizzazione deve individuare e rendere disponibili le risorse necessarie per:

- a) attuare il sistema di gestione per la qualità e mantenerne l'efficacia;
- b) soddisfare ai requisiti regolamentari applicabili e del cliente.

### 6.2

#### Risorse umane

Il personale che esegue attività che influenzano la qualità del prodotto deve essere competente sulla base di un adeguato grado di istruzione, addestramento, abilità ed esperienza.

L'organizzazione deve documentare il/i processo/i per stabilire la competenza, provvedendo alla necessaria formazione e assicurando la consapevolezza del personale.

L'organizzazione deve:

- a) definire la competenza necessaria per il personale che svolge attività che influenzano la qualità del prodotto;
- b) fornire attività di formazione o intraprendere altre azioni per ottenere o mantenere la necessaria competenza;
- c) valutare l'efficacia delle azioni intraprese;

- d) assicurare che il suo personale sia consapevole della rilevanza e dell'importanza delle proprie attività e di come esse contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi per la qualità;
- e) mantenere appropriate registrazioni sul grado di istruzione, sull'addestramento, sull'abilità e sull'esperienza (vedere punto 4.2.5).

Nota La metodologia utilizzata per controllare l'efficacia è proporzionata al rischio associato con il lavoro per il quale è fornita la formazione o altra azione.

## 6.3

### Infrastruttura

L'organizzazione deve documentare i requisiti per l'infrastruttura necessari a ottenere la conformità ai requisiti dei prodotti, impedendo l'eventualità di mischiarli e assicurando una gestione ordinata del prodotto. Le infrastrutture comprendono, secondo i casi:

- a) edifici, spazi di lavoro e servizi connessi;
- b) apparecchiature di processo (sia hardware che software);
- c) servizi di supporto (quali trasporti e comunicazione o sistemi informativi).

L'organizzazione deve documentare i requisiti per le attività di manutenzione, incluso l'intervallo di esecuzione delle attività di manutenzione, quando tali attività di manutenzione, o la loro mancanza, possono influire sulla qualità del prodotto. Se del caso, i requisiti si devono applicare alle attrezzature utilizzate per la produzione, il controllo dell'ambiente di lavoro e il monitoraggio e la misurazione.

Le registrazioni di tale manutenzione devono essere mantenute (vedere punto 4.2.5).

## 6.4

### Ambiente di lavoro e controllo della contaminazione

#### 6.4.1

##### Ambiente di lavoro

L'organizzazione deve documentare i requisiti dell'ambiente di lavoro necessari per ottenere la conformità ai requisiti dei prodotti.

Se le condizioni per l'ambiente di lavoro possono avere un effetto avverso sulla qualità del prodotto, l'organizzazione deve documentare i requisiti per l'ambiente di lavoro e le procedure per monitorare e controllare l'ambiente di lavoro.

L'organizzazione deve:

- a) documentare i requisiti relativi alla salute, pulizia e abbigliamento del personale se il contatto tra detto personale e il prodotto o l'ambiente potrebbe incidere sulla sicurezza o prestazione del dispositivo medico;
- b) assicurare che tutto il personale a cui è richiesto di lavorare temporaneamente in condizioni ambientali particolari all'interno dell'ambiente di lavoro sia adeguatamente addestrato o sotto la supervisione di una persona addestrata.

Nota Ulteriori informazioni possono essere reperite nella ISO 14644 e nella ISO 14698.

#### 6.4.2

##### Controllo della contaminazione

Se appropriato, l'organizzazione deve pianificare e documentare disposizioni per il controllo del prodotto contaminato o potenzialmente contaminato, al fine di prevenire la contaminazione di altro prodotto, dell'ambiente di lavoro, del personale o del prodotto (vedere punto 7.5.3.1).

Per i dispositivi medici sterili, l'organizzazione deve documentare i requisiti per il controllo della contaminazione con microrganismi, o particolati e mantenere la pulizia richiesta durante i processi di montaggio o imballaggio.

## **7 REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO**

### **7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto**

L'organizzazione deve pianificare e sviluppare i processi richiesti per la realizzazione del prodotto. La pianificazione della realizzazione del prodotto deve essere coerente con i requisiti degli altri processi del sistema di gestione per la qualità.

L'organizzazione deve documentare uno o più processi per la gestione dei rischi nella realizzazione del prodotto. Le registrazioni di tali attività di gestione del rischio devono essere mantenute (vedere punto 4.2.5).

Nel pianificare la realizzazione del prodotto, l'organizzazione deve definire, quando appropriato:

- a) gli obiettivi per la qualità ed i requisiti relativi al prodotto;
- b) la necessità di stabilire processi e documenti (vedere punto 4.2.4) e di fornire risorse specifiche al prodotto, compresa l'infrastruttura e l'ambiente di lavoro;
- c) le richieste attività di verifica, validazione, monitoraggio, misurazione, ispezione e prova, gestione, immagazzinamento, distribuzione e rintracciabilità specifiche per il prodotto ed i relativi criteri di accettazione del prodotto;
- d) le registrazioni necessarie a fornire evidenza che i processi realizzativi ed i prodotti risultanti soddisfino i requisiti (vedere punto 4.2.5).

Gli elementi in uscita di questa pianificazione devono essere presentati in una forma adeguata al metodo di funzionamento dell'organizzazione.

Nota Ulteriori informazioni possono essere reperite nella ISO 14971.

### **7.2 Processi relativi al cliente**

#### **7.2.1 Determinazione dei requisiti relativi al prodotto**

L'organizzazione deve determinare:

- a) i requisiti specificati dal cliente, compresi quelli relativi alle attività di consegna e di assistenza dopo vendita;
- b) i requisiti non precisati dal cliente, ma necessari per l'uso specificato o per l'utilizzo previsto, dove conosciuto;
- c) i requisiti regolamentari applicabili relativi al prodotto;
- d) qualsiasi formazione dell'utilizzatore necessaria a garantire la prestazione specificata e l'utilizzo sicuro del dispositivo medico;
- e) ogni altro requisito aggiuntivo stabilito dall'organizzazione.

#### **7.2.2 Riesame dei requisiti relativi al prodotto**

L'organizzazione deve riesaminare i requisiti relativi al prodotto. Questo riesame deve essere effettuato prima che l'organizzazione si impegni a fornire un prodotto al cliente (per esempio: prima dell'emissione delle offerte, dell'accettazione di contratti o ordini, dell'accettazione delle modifiche a contratti o ordini) e deve assicurare che:

- a) i requisiti del prodotto siano definiti e documentati;
- b) siano state risolte le eventuali divergenze tra i requisiti di un contratto o di un ordine rispetto a quelli espressi in precedenza;
- c) siano soddisfatti i requisiti regolamentari applicabili;
- d) qualsiasi formazione dell'utilizzatore identificata in conformità al punto 7.2.1 sia disponibile o pianificata per essere disponibile;
- e) l'organizzazione abbia le capacità per soddisfare i requisiti definiti.

Le registrazioni del risultato dei riesami e delle conseguenti azioni devono essere conservate (vedere punto 4.2.5).

Dove il cliente non fornisca indicazioni documentate del requisito, i requisiti del cliente devono essere confermati dall'organizzazione prima della loro accettazione.

Dove i requisiti di un prodotto siano modificati, l'organizzazione deve assicurare che siano modificati i pertinenti documenti e che il personale coinvolto sia messo a conoscenza delle modifiche ai requisiti.

### **7.2.3 Comunicazione**

L'organizzazione deve pianificare e documentare modalità efficaci per comunicare con il cliente in merito a:

- a) informazioni relative al prodotto;
- b) quesiti, gestione di contratti o ordini e relative modifiche;
- c) informazioni di ritorno da parte del cliente, inclusi i suoi reclami;
- d) note informative.

L'organizzazione deve comunicare con le autorità regolamentari in conformità con i requisiti regolamentari applicabili.

## **7.3 Progettazione e sviluppo**

### **7.3.1 Generalità**

L'organizzazione deve predisporre procedure documentate per la progettazione e lo sviluppo.

### **7.3.2 Pianificazione della progettazione e dello sviluppo**

L'organizzazione deve pianificare e tenere sotto controllo la progettazione e lo sviluppo del prodotto. Se appropriato, devono essere mantenuti e aggiornati i documenti di pianificazione della progettazione e dello sviluppo con il progredire della progettazione e dello sviluppo.

Durante la pianificazione della progettazione e dello sviluppo l'organizzazione deve documentare:

- a) le fasi della progettazione e dello sviluppo;
- b) il/i riesame/i necessario/i a ogni fase di progettazione e sviluppo;
- c) le attività di verifica, di validazione e di trasferimento della progettazione adatte per ogni fase di progettazione e di sviluppo;
- d) le responsabilità e le autorità per la progettazione e lo sviluppo;
- e) i metodi per assicurare la rintracciabilità degli elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo agli elementi in ingresso alla progettazione e allo sviluppo;
- f) le risorse necessarie, compresa la competenza necessaria del personale.

### **7.3.3 Elementi in ingresso alla progettazione e allo sviluppo**

Gli elementi in ingresso, riguardanti i requisiti dei prodotti, devono essere definiti e le relative registrazioni conservate (vedere punto 4.2.5). Tali elementi in ingresso devono comprendere:

- a) i requisiti funzionali, prestazionali e di usabilità e sicurezza, secondo l'uso previsto;
- b) requisiti regolamentari e le norme applicabili;
- c) elemento/i in uscita applicabile/i della gestione dei rischi;
- d) le informazioni derivanti da precedenti progettazioni similari, ove applicabili;
- e) altri requisiti essenziali per la progettazione e lo sviluppo del prodotto e dei processi.

Tali elementi in ingresso devono essere riesaminati per stabilirne l'adeguatezza e approvati.

I requisiti devono essere completi, non ambigui, in grado di essere verificati o convalidati e non in conflitto tra loro.

Nota Ulteriori informazioni possono essere reperite nella IEC 62366-1.

#### 7.3.4

##### **Elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo**

Gli elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo devono:

- a) soddisfare i requisiti in ingresso alla progettazione e allo sviluppo;
- b) fornire adeguate informazioni per l'approvvigionamento, la produzione e per l'erogazione di servizi;
- c) contenere o richiamare i criteri di accettazione per i prodotti;
- d) specificare le caratteristiche dei prodotti che sono essenziali per un loro sicuro ed adeguato utilizzo.

Gli elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo devono essere forniti in forma tale da permettere la loro verifica a fronte degli elementi in ingresso e devono essere approvati prima del loro rilascio.

Le registrazioni degli elementi in uscita dalla progettazione e sviluppo devono essere conservate (vedere punto 4.2.5).

#### 7.3.5

##### **Riesame della progettazione e dello sviluppo**

In fasi opportune devono essere effettuati riesami sistematici della progettazione e dello sviluppo, in conformità a quanto pianificato e documentato, al fine di:

- a) valutare la capacità dei risultati della progettazione e dello sviluppo di soddisfare i requisiti;
- b) individuare e proporre le azioni necessarie.

A tali riesami devono partecipare rappresentanti delle funzioni coinvolte nella fase di progettazione e di sviluppo oggetto del riesame, nonché altro personale specializzato.

Le registrazioni dei risultati dei riesami e delle eventuali azioni necessarie devono essere conservate e includere l'identificazione della progettazione oggetto del riesame, i partecipanti coinvolti e la data del riesame (vedere punto 4.2.5).

#### 7.3.6

##### **Verifica della progettazione e dello sviluppo**

Devono essere effettuate verifiche della progettazione e dello sviluppo, in conformità a quanto pianificato e documentato, per assicurare che gli elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo abbiano soddisfatto i relativi requisiti in ingresso.

L'organizzazione deve documentare i piani di verifica che includono metodi, criteri di accettazione e, come appropriato, tecniche statistiche con razionale per le dimensioni del campione.

Se l'uso previsto richiede che il dispositivo medico sia collegato, o abbia un'interfaccia con altro/i dispositivo/i medico/i, la verifica deve includere la conferma che gli elementi in uscita della progettazione soddisfano gli elementi in ingresso della progettazione quando collegati o interfacciati in questo modo.

Le registrazioni dei risultati e le conclusioni delle verifiche e delle azioni necessarie devono essere conservate (vedere punti 4.2.4 e 4.2.5).

#### 7.3.7

##### **Validazione della progettazione e dello sviluppo**

Deve essere effettuata la validazione della progettazione e dello sviluppo in conformità con quanto pianificato e documentato per assicurare che il prodotto risultante sia in grado di soddisfare i requisiti per l'applicazione specificata o per l'uso previsto.

L'organizzazione deve documentare i piani di validazione che includono metodi, criteri di accettazione e, come appropriato, tecniche statistiche con razionale per le dimensioni del campione.

La validazione della progettazione deve essere condotta su un prodotto rappresentativo. Il prodotto rappresentativo include le unità, i lotti o i relativi equivalenti di produzione iniziale. Il razionale per la scelta del prodotto utilizzato per la validazione deve essere registrato (vedere punto 4.2.5).

Come parte della validazione della progettazione e dello sviluppo, l'organizzazione deve eseguire valutazioni cliniche o valutazioni delle prestazioni del dispositivo medico in conformità ai requisiti regolamentari applicabili. Un dispositivo medico utilizzato per la valutazione clinica o la valutazione delle prestazioni non è considerato rilasciabile per l'uso al cliente.

Se l'uso previsto richiede che il dispositivo medico sia collegato, o abbia un'interfaccia con altro/i dispositivo/i medico/i, la validazione deve includere la conferma che i requisiti per l'applicazione specifica o l'uso previsto sono stati soddisfatti quando collegati o interfacciati in questo modo.

La validazione deve essere completata prima del rilascio per l'utilizzo del prodotto al cliente.

Le registrazioni dei risultati e le conclusioni delle validazioni e delle azioni necessarie devono essere conservate (vedere punti 4.2.4 e 4.2.5).

### **7.3.8 Trasferimento della progettazione e dello sviluppo**

L'organizzazione deve predisporre procedure documentate per il trasferimento degli elementi in uscita della progettazione e dello sviluppo al fabbricante. Queste procedure devono garantire che gli elementi in uscita della progettazione e dello sviluppo sono verificati come idonei per la fabbricazione prima di diventare specifiche per la produzione finale e che tale capacità di produzione può soddisfare i requisiti del prodotto.

I risultati e conclusioni del trasferimento devono essere registrati (vedere punto 4.2.5).

### **7.3.9 Controllo delle modifiche della progettazione e dello sviluppo**

L'organizzazione deve documentare le procedure per controllare le modifiche della progettazione e dello sviluppo. L'organizzazione deve determinare la significatività della modifica sulla funzione, prestazione, usabilità, sicurezza e requisiti regolamentari applicabili per il dispositivo medico e il relativo uso previsto.

Le modifiche della progettazione e dello sviluppo devono essere identificate. Prima dell'implementazione, le modifiche devono essere:

- a) riesaminate;
- b) verificate;
- c) validate, come appropriato;
- d) approvate.

Il riesame delle modifiche della progettazione e dello sviluppo deve comprendere la valutazione degli effetti che tali modifiche hanno sulle parti componenti e il prodotto in fase di processo o già consegnato, sugli elementi in ingresso o in uscita della gestione dei rischi e sui processi di realizzazione del prodotto.

Le registrazioni delle modifiche, il loro riesame ed eventuali azioni necessarie devono essere conservate (vedere punto 4.2.5).

### **7.3.10 Archivi della progettazione e dello sviluppo**

L'organizzazione deve mantenere un archivio della progettazione e dello sviluppo per ogni tipo di dispositivo medico o famiglia di dispositivi medici. Questo archivio deve includere o fare riferimento a registrazioni generate per dimostrare la conformità ai requisiti per la progettazione e lo sviluppo e alle registrazioni delle modifiche della progettazione e dello sviluppo.

## **7.4 Approvvigionamento**

### **7.4.1 Processo di approvvigionamento**

L'organizzazione deve predisporre procedure documentate (vedere punto 4.2.4) per assicurare che i prodotti approvvigionati siano conformi alle informazioni specificati per l'approvvigionamento.

L'organizzazione deve stabilire i criteri per la valutazione e la selezione dei fornitori. I criteri devono essere:

- a) basati sulla capacità del fornitore di fornire un prodotto che soddisfa i requisiti dell'organizzazione
- b) basati sulla prestazione del fornitore;
- c) basati sull'effetto del prodotto approvvigionato sulla qualità del dispositivo medico;
- d) proporzionati al rischio associato al dispositivo medico.

L'organizzazione deve pianificare il monitoraggio e la ri-valutazione dei fornitori. La prestazione del fornitore nel soddisfare i requisiti per il prodotto approvvigionato deve essere monitorata. I risultati del monitoraggio devono fornire elementi in ingresso nel processo di ri-valutazione del fornitore.

La mancata rispondenza ai requisiti di approvvigionamento deve essere trattata con il fornitore in proporzione al rischio associato al prodotto approvvigionato e in conformità ai requisiti regolamentari applicabili.

Le registrazioni dei risultati della valutazione, selezione, monitoraggio e ri-valutazione della capacità del fornitore o prestazione ed eventuali azioni necessarie derivanti da queste attività devono essere conservate (vedere punto 4.2.5).

### **7.4.2 Informazioni per l'approvvigionamento**

Le informazioni per l'approvvigionamento devono descrivere o fare riferimento ai prodotti da approvvigionare, ivi inclusi, ove opportuno:

- a) specifiche del prodotto;
- b) i requisiti per l'approvazione del prodotto, delle procedure, dei processi e delle attrezzature;
- c) i requisiti per la qualificazione del personale del fornitore;
- d) i requisiti del sistema di gestione per la qualità.

L'organizzazione deve assicurare l'adeguatezza dei requisiti specificati per l'approvvigionamento prima della loro comunicazione al fornitore.

Le informazioni di approvvigionamento devono includere, come applicabile, un accordo scritto che il fornitore notifica all'organizzazione delle modifiche nel prodotto approvvigionato prima dell'implementazione di qualsiasi modifica che incida sulla capacità del prodotto approvvigionato di soddisfare i requisiti di approvvigionamento specificati.

Nella misura richiesta per la rintracciabilità indicata nel punto 7.5.9, l'organizzazione deve conservare le informazioni di approvvigionamento pertinenti, sotto forma di documenti (vedere 4.2.4) e registrazioni (vedere 4.2.5).

### **7.4.3 Verifica del prodotto approvvigionato**

L'organizzazione deve stabilire e implementare i controlli e i collaudi o altre attività necessarie per assicurare che i prodotti approvvigionati soddisfino i requisiti specificati per l'approvvigionamento. La portata delle attività di verifica deve essere basata sui risultati della valutazione del fornitore e proporzionata ai rischi associati al prodotto approvvigionato.

Quando l'organizzazione diventa consapevole di qualsiasi modifica al prodotto approvvigionato, l'organizzazione deve determinare se queste modifiche incidono sul processo di realizzazione del prodotto o del dispositivo medico.

Qualora l'organizzazione o il suo cliente intenda effettuare verifiche presso il fornitore, l'organizzazione deve precisare, tra le informazioni relative all'approvvigionamento, le modalità concernenti tali verifiche e il metodo di rilascio del prodotto.

Le registrazioni della verifica devono essere conservate (vedere punto 4.2.5).

## **7.5 Produzione ed erogazione di servizi**

### **7.5.1 Controllo delle attività di produzione e di erogazione dei servizi**

Le attività di produzione e di erogazione dei servizi devono essere pianificate, eseguite, monitorate e controllate per assicurare che il prodotto sia conforme alle specifiche. Come appropriato, i controlli di produzione devono comprendere, ma non limitarsi a:

- a) documentazione delle procedure e metodi per il controllo della produzione (vedere punto 4.2.4);
- b) qualificazione dell'infrastruttura;
- c) implementazione del monitoraggio e misurazione dei parametri di processo e delle caratteristiche di prodotto;
- d) disponibilità e l'utilizzo di attrezzature per il monitoraggio e la misurazione;
- e) attuazione di operazioni definite per l'etichettatura e l'imballaggio;
- f) attuazione di attività per il rilascio e la consegna dei prodotti e per l'assistenza post vendita.

L'organizzazione deve stabilire e mantenere una registrazione (vedere punto 4.2.5) per ogni dispositivo medico o lotto di dispositivi medici che fornisca la rintracciabilità ai livelli specificati nel punto 7.5.9 e identifichi la quantità fabbricata e la quantità approvata per la distribuzione. La registrazione deve essere verificata e approvata.

### **7.5.2 Pulizia del prodotto**

L'organizzazione deve documentare i requisiti di pulizia del prodotto o il controllo della contaminazione del prodotto se:

- a) il prodotto è pulito dall'organizzazione prima della sterilizzazione o del suo uso, oppure;
- b) il prodotto è fornito non sterile da sottoporre a processo di pulitura prima della sterilizzazione o dell'uso;
- c) il prodotto non può essere pulito prima della sterilizzazione o del suo uso e la sua pulizia è significativa nell'uso;
- d) il prodotto è fornito per essere utilizzato non sterile e la sua pulizia è significativa nell'uso;
- e) gli agenti di processo sono da rimuovere dal prodotto durante la fabbricazione.

Se il prodotto è pulito in conformità ad a) o b) di cui sopra, i requisiti contenuti nel punto 6.4.1 non si applicano prima del processo di pulizia.

### **7.5.3 Attività di installazione**

L'organizzazione deve documentare i requisiti per l'installazione del dispositivo medico e i criteri di accettazione per la verifica dell'installazione, come appropriato.

Se i requisiti concordati col cliente consentono che l'installazione del dispositivo medico sia eseguita da una parte esterna diversa dall'organizzazione o dal suo fornitore, l'organizzazione deve fornire requisiti documentati per l'installazione del dispositivo medico e la verifica dell'installazione.

Le registrazioni di installazione del dispositivo medico e la verifica dell'installazione eseguite dall'organizzazione o dal suo fornitore devono essere conservate (vedere punto 4.2.5).

#### 7.5.4

##### **Attività di assistenza**

Se l'assistenza del dispositivo medico è un requisito specificato, l'organizzazione deve documentare le procedure di assistenza, i materiali di riferimento e le misurazioni di riferimento, come necessario, per eseguire le attività di assistenza e verificare che i requisiti di prodotto siano soddisfatti.

L'organizzazione deve analizzare le registrazioni delle attività di assistenza effettuate dall'organizzazione o dal suo fornitore:

- a) per determinare se l'informazione è da trattare come un reclamo;
- b) come appropriato, per elementi in ingresso al processo di miglioramento.

Le registrazioni delle attività di assistenza condotte dall'organizzazione o dal suo fornitore devono essere conservate (vedere punto 4.2.5).

#### 7.5.5

##### **Requisiti particolari per dispositivi medici sterili**

L'organizzazione deve mantenere registrazioni dei parametri del processo di sterilizzazione utilizzati per ogni lotto di sterilizzazione (vedere punto 4.2.5). Le registrazioni di sterilizzazione devono essere rintracciabili di ogni lotto di produzione di dispositivi medici.

#### 7.5.6

##### **Validazione dei processi di produzione e di erogazione dei servizi**

L'organizzazione deve validare tutti i processi per la produzione e l'erogazione di servizi dove gli elementi in uscita risultanti non possono essere o non sono verificati mediante successivo monitoraggio o misurazione e, di conseguenza, le carenze divengono apparenti solo dopo che il prodotto in uso o il servizio sono stati erogati.

La validazione deve dimostrare la capacità di questi processi di conseguire coerentemente i risultati pianificati.

L'organizzazione deve predisporre procedure documentate per i processi di validazione, inclusi:

- a) criteri definiti per il riesame e l'approvazione dei processi;
- b) qualificazione delle attrezzature e qualificazione del personale;
- c) utilizzo di metodi specifici, procedure e criteri di accettazione;
- d) se appropriato, tecniche statistiche con rationale per le dimensioni dei campioni;
- e) requisiti per le registrazioni (vedere punto 4.2.5);
- f) ri-validazione, compresi i criteri di ri-validazione;
- g) approvazione delle modifiche ai processi.

L'organizzazione deve documentare le procedure per la validazione dell'applicazione di software di computer utilizzata nei processi di produzione e di erogazione dei servizi. Queste applicazioni di software devono essere validate prima dell'utilizzo iniziale e, come appropriato, dopo le modifiche a questo software o alla sua applicazione. L'approccio specifico e le attività associate alla validazione del software e alla ri-validazione devono essere proporzionati al rischio associato all'utilizzo del software, compreso l'effetto sulla capacità del prodotto di essere conforme alle specifiche.

Le registrazioni dei risultati e la conclusione della validazione e delle azioni necessarie della validazione devono essere conservate (vedere punti 4.2.4 e 4.2.5).

#### 7.5.7

##### **Requisiti particolari per la validazione dei processi per la sterilizzazione e i sistemi di barriera sterile**

L'organizzazione deve documentare le procedure (vedere punto 4.2.4) per la validazione dei processi per la sterilizzazione e per i sistemi di barriera sterile.

I processi per la sterilizzazione e i sistemi di barriera sterile devono essere validati prima dell'implementazione e dopo le modifiche del prodotto o del processo, come appropriato.

Le registrazioni dei risultati e la conclusione della validazione e delle azioni necessarie della validazione devono essere conservate (vedere punti 4.2.4 e 4.2.5).

Nota Ulteriori informazioni possono essere reperite nella ISO 11607-1 e nella ISO 11607-2.

## **7.5.8 Identificazione**

L'organizzazione deve documentare le procedure per l'identificazione del prodotto e identificare il prodotto tramite mezzi idonei durante tutta la realizzazione del prodotto.

L'organizzazione deve identificare lo stato del prodotto in relazione ai requisiti di monitoraggio e di misurazione durante tutta la realizzazione del prodotto. L'identificazione dello stato del prodotto deve essere tenuta aggiornata lungo tutte le fasi di produzione, immagazzinamento, installazione e assistenza del prodotto per assicurare che solo il prodotto che abbia superato le ispezioni e le prove richieste o rilasciato dietro concessione autorizzata sia spedito, utilizzato o installato.

Se richiesto dai requisiti regolamentari applicabili, l'organizzazione deve documentare un sistema per assegnare un'identificazione univoca al dispositivo medico.

L'organizzazione deve stabilire procedure documentate per assicurare che i dispositivi medici restituiti all'organizzazione siano identificati e distinti dal prodotto conforme.

## **7.5.9 Rintracciabilità**

### **7.5.9.1 Generalità**

L'organizzazione deve predisporre procedure documentate per la rintracciabilità. Queste procedure devono definire la portata della rintracciabilità in conformità con i requisiti regolamentari applicabili e le registrazioni da conservare (vedere punto 4.2.5).

### **7.5.9.2 Requisiti particolari per i dispositivi medici impiantabili**

Le registrazioni richieste per la rintracciabilità devono includere le registrazioni di componenti, materiali e condizioni per l'ambiente di lavoro utilizzato, se queste possono causare il fatto che il dispositivo medico non soddisfi i requisiti di sicurezza e prestazione specificati.

L'organizzazione deve richiedere che i suoi fornitori di servizi di distribuzione o distributori conservino le registrazioni della distribuzione dei dispositivi medici per consentire la rintracciabilità e che tali registrazioni siano disponibili per l'ispezione.

Devono essere conservate le registrazioni del nome e dell'indirizzo del destinatario del pacco spedito (vedere punto 4.2.5).

## **7.5.10 Proprietà del cliente**

L'organizzazione deve identificare, verificare, proteggere e salvaguardare la proprietà che il cliente ha fornito per essere utilizzata o incorporata nel prodotto mentre è sotto il controllo dell'organizzazione o è utilizzata dall'organizzazione. Qualora la proprietà del cliente sia persa, danneggiata o riscontrata inadeguata all'utilizzo, l'organizzazione deve comunicare queste situazioni al cliente e conservare le relative registrazioni (vedere punto 4.2.5).

## **7.5.11 Conservazione del prodotto**

L'organizzazione deve predisporre procedure documentate per conservare la conformità del prodotto ai requisiti durante lavorazione, immagazzinamento, la gestione e la distribuzione. La conservazione deve applicarsi anche alle parti componenti un dispositivo medico.

L'organizzazione deve proteggere il prodotto da alterazione, contaminazione o danno quando esposto a condizioni previste e pericoli durante le fasi di lavorazione, immagazzinamento, gestione e distribuzione da:

- a) progettazione e costruzione di idonei imballaggi e contenitori di spedizione;
- b) requisiti documentati per le condizioni particolari necessarie se l'imballaggio da solo non può fornire la conservazione.

Se tali condizioni particolari sono richieste devono essere controllate e registrate (vedere punto 4.2.5).

## 7.6

### Controllo delle attrezzature di monitoraggio e di misurazione

L'organizzazione deve individuare i monitoraggi e le misurazioni da effettuare nonché le attrezzature di monitoraggio e di misurazione necessari a fornire evidenza della conformità dei prodotti ai requisiti determinati.

L'organizzazione deve stabilire procedure documentate per assicurare che monitoraggi e misurazioni possano essere e siano eseguiti in modo coerente con i requisiti di monitoraggio e di misurazione.

Dove sia necessario assicurare risultati validi, le attrezzature di misurazione devono:

- a) essere tarate o verificate o entrambe ad intervalli specificati o prima del loro utilizzo, a fronte di riferimenti di misurazione riferibili a riferimenti internazionali o nazionali; qualora tali riferimenti non esistano, devono essere registrati i criteri adottati per la taratura o la verifica (vedere punto 4.2.5);
- b) essere regolate o regolate di nuovo come necessario: tali regolazioni o ri-regolazioni devono essere registrate (vedere punto 4.2.5);
- c) possedere un'identificazione al fine di determinare il suo stato di taratura;
- d) essere protette contro regolazioni che potrebbero invalidare i risultati delle misurazioni;
- e) essere protette da danneggiamenti e deterioramenti durante la movimentazione, la manutenzione e l'immagazzinamento.

L'organizzazione deve effettuare la taratura o la verifica in conformità alle procedure documentate.

Inoltre, l'organizzazione deve valutare e registrare la validità di precedenti risultati di misurazioni qualora si rilevi che l'attrezzatura non è conforme ai requisiti. L'organizzazione deve adottare azioni appropriate per le attrezzature ed i prodotti coinvolti.

Le registrazioni dei risultati delle tarature e delle verifiche devono essere conservate (vedere punto 4.2.5).

L'organizzazione deve documentare le procedure per la validazione dell'applicazione di software di computer utilizzata per il monitoraggio e la misurazione dei requisiti. Queste applicazioni software devono essere validate prima dell'utilizzo iniziale e, come appropriato, dopo le modifiche a questo software o alla sua applicazione. L'approccio specifico e le attività associate alla validazione del software e alla ri-validazione devono essere proporzionati al rischio associato all'utilizzo del software, compreso l'effetto sulla capacità del prodotto di essere conforme alle specifiche.

Le registrazioni dei risultati e la conclusione della validazione e delle azioni necessarie derivate dalla validazione devono essere conservate (vedere punti 4.2.4 e 4.2.5).

Nota Ulteriori informazioni possono essere reperite nella ISO 10012.

## 8

### MISURAZIONI, ANALISI E MIGLIORAMENTO

### 8.1

#### Generalità

L'organizzazione deve pianificare ed attuare i processi di monitoraggio, di misurazione, di analisi e di miglioramento necessari a:

- a) dimostrare la conformità del prodotto;
- b) assicurare la conformità del sistema di gestione per la qualità;
- c) mantenere l'efficacia del sistema di gestione per la qualità.

Questo deve comprendere l'individuazione dei metodi appropriati, incluse le tecniche statistiche, e l'estensione del loro utilizzo.

## **8.2 Monitoraggio e misurazione**

### **8.2.1 Informazioni di ritorno**

L'organizzazione deve raccogliere e monitorare le informazioni relative alla percezione del cliente su quanto l'organizzazione stessa abbia soddisfatto i requisiti del cliente medesimo, come una delle misurazioni dell'efficacia del sistema di gestione per la qualità. Devono essere documentati i metodi per ottenere e utilizzare tali informazioni.

L'organizzazione deve predisporre procedure documentate per il processo delle informazioni di ritorno. Questo processo di feedback o informazioni di ritorno deve includere disposizioni per raccogliere i dati dalle attività di produzione così come dalle attività di post-produzione.

Le informazioni raccolte nel processo delle informazioni di ritorno devono servire come potenziali elementi in ingresso nella gestione dei rischi per monitorare e mantenere i requisiti del prodotto nonché la realizzazione del prodotto o i processi di miglioramento.

Se i requisiti regolamentari applicabili richiedono all'organizzazione di acquisire esperienza specifica dalle attività di post-produzione, il riesame di tale esperienza deve fare parte del sistema di informazioni di ritorno.

### **8.2.2 Gestione dei reclami**

L'organizzazione deve disporre di procedure documentate per gestire tempestivamente i reclami in conformità ai requisiti regolamentari applicabili.

Queste procedure devono includere un minimo di requisiti e responsabilità per:

- a) ricevere e registrare informazioni;
- b) valutare le informazioni per determinare se le informazioni di ritorno costituiscono un reclamo;
- c) indagare sui reclami;
- d) determinare la necessità di comunicare le informazioni alle autorità regolamentari appropriate;
- e) gestire il prodotto oggetto del reclamo;
- f) determinare la necessità di attivare correzioni o azioni correttive.

Se alcuni reclami non sono indagati, ciò deve essere documentato in un giustificativo. Qualsiasi correzione o azione correttiva risultante dal processo di gestione del reclamo deve essere documentata.

Se un'indagine determina che attività esterne all'organizzazione hanno contribuito al reclamo, devono essere scambiate informazioni pertinenti tra l'organizzazione e la parte esterna coinvolta.

Le registrazioni della gestione dei reclami devono essere conservate (vedere punto 4.2.5).

### **8.2.3 Comunicazione alle autorità regolamentari**

Se i requisiti regolamentari applicabili richiedono la notifica dei reclami che soddisfano criteri di comunicazione specifici di eventi avversi o l'emissione di note informative, l'organizzazione deve disporre di procedure documentate per fornire comunicazioni alle autorità regolamentari appropriate.

Le registrazioni delle comunicazioni alle autorità regolamentari devono essere conservate (vedere punto 4.2.5).

### **8.2.4 Verifiche ispettive interne**

L'organizzazione deve effettuare ad intervalli pianificati verifiche ispettive interne per stabilire se il sistema di gestione per la qualità:

- a) è conforme alle disposizioni pianificate e documentate, ai requisiti della presente norma internazionale, ai requisiti del sistema per la gestione della qualità definiti dall'organizzazione e ai requisiti regolamentari applicabili;
- b) è efficacemente attuato e mantenuto.

L'organizzazione deve documentare una procedura per descrivere le responsabilità e i requisiti per pianificare e condurre verifiche ispettive interne e registrarne e riferirne i risultati.

Deve essere pianificato un programma di verifiche ispettive che tenga conto dello stato e dell'importanza dei processi e delle aree oggetto di verifica, oltre che dei risultati di precedenti verifiche ispettive. I criteri, lo scopo, il campo di applicazione, l'intervallo e i metodi delle verifiche ispettive devono essere definiti e registrati (vedere punto 4.2.5). La scelta dei valutatori e la conduzione delle verifiche ispettive devono assicurare l'obiettività e l'imparzialità del processo di verifica. I valutatori non possono effettuare verifiche ispettive sul proprio lavoro.

Le registrazioni delle verifiche ispettive e i rispettivi risultati, compresa l'identificazione dei processi e delle aree sottoposte a verifica ispettiva e le relative conclusioni, devono essere conservate (vedere punto 4.2.5).

I responsabili delle aree sottoposte a verifica ispettiva devono assicurare che siano adottate, senza indebiti ritardi, le azioni necessarie per eliminare le non conformità rilevate e le loro cause. Le attività successive devono prevedere la verifica delle azioni intraprese e la comunicazione dei risultati della verifica.

Nota Ulteriori informazioni possono essere reperite nella ISO19011.

## **8.2.5 Monitoraggio e misurazione dei processi**

L'organizzazione deve adottare adeguati metodi per monitorare e, ove applicabile, misurare i processi del sistema di gestione per la qualità. Questi metodi devono dimostrare la capacità dei processi ad ottenere i risultati pianificati. Qualora tali risultati non siano raggiunti, devono essere adottate correzioni ed intraprese azioni correttive, come opportuno.

## **8.2.6 Monitoraggio e misurazione del prodotto**

L'organizzazione deve monitorare e misurare le caratteristiche del prodotto per verificare che i relativi requisiti siano stati soddisfatti. Questo deve essere effettuato in fasi appropriate dei processi di realizzazione del prodotto, in conformità con quanto pianificato e documentato e con le procedure documentate.

Deve essere conservata l'evidenza della conformità ai criteri di accettazione. L'identità della persona che autorizza il rilascio del prodotto deve essere registrata (vedere punto 4.2.5). Se opportuno, le registrazioni devono identificare l'attrezzatura di prova utilizzata per eseguire le attività di misurazione.

Il rilascio del prodotto e l'erogazione dei servizi non devono essere effettuati fino a che quanto pianificato e documentato non sia stato completato in modo soddisfacente.

Per i dispositivi medici impiantabili, l'organizzazione deve registrare l'identità del personale che esegue tutte le ispezioni o le prove.

## **8.3 Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme**

### **8.3.1 Generalità**

L'organizzazione deve assicurare che i prodotti non conformi ai relativi requisiti siano identificati e tenuti sotto controllo per evitare il loro utilizzo involontario o consegna. L'organizzazione deve disporre di una procedura documentata per definire i controlli e le relative responsabilità e autorità per l'identificazione, la documentazione, l'isolamento e la valutazione e smaltimento dei prodotti non conformi.

La valutazione della non conformità deve includere una determinazione della necessità di un'indagine e la notifica di qualsiasi parte esterna responsabile per la non conformità.

Le registrazioni della natura delle non conformità e tutte le successive azioni intraprese, compresa la valutazione, qualsiasi ispezione e il rationale per le decisioni devono essere conservate (vedere punto 4.2.5).

### **8.3.2 Azioni in risposta al prodotto non conforme individuato prima della consegna**

L'organizzazione deve trattare il prodotto non conforme in uno o più dei seguenti modi:

- a) adottando azioni atte ad eliminare le non conformità rilevate;
- b) adottando azioni atte a precluderne l'utilizzo o l'applicazione originariamente previste;
- c) autorizzandone l'utilizzo, il rilascio o l'accettazione con concessione.

L'organizzazione deve assicurare che il prodotto non conforme sia accettato su concessione solo se è fornito un giustificativo, è ottenuta l'approvazione e sono soddisfatti i requisiti regolamentari applicabili. Le registrazioni dell'accettazione su concessione e dell'identità della persona che autorizza la concessione devono essere conservate (vedere punto 4.2.5).

### **8.3.3 Azioni in risposta al prodotto non conforme individuato dopo la consegna**

Quando un prodotto non conforme è rilevato dopo la sua consegna o dopo l'inizio del suo utilizzo, l'organizzazione deve adottare appropriate azioni in merito agli effetti, reali o potenziali, derivanti da tali non conformità. Le registrazioni delle azioni intraprese devono essere conservate (vedere punto 4.2.5).

L'organizzazione deve disporre di procedure documentate per emettere note informative in conformità ai requisiti regolamentari applicabili. Queste procedure devono essere tali da consentirne l'attuazione in qualsiasi momento. Le registrazioni delle azioni relative all'emissione delle note informative devono essere conservate (vedere punto 4.2.5).

### **8.3.4 Rilavorazione**

L'organizzazione deve eseguire le rilavorazioni in conformità alle procedure documentate che tengono conto del potenziale effetto avverso della rilavorazione sul prodotto. Queste procedure devono sottostare lo stesso riesame e approvazione della procedura originale.

Dopo il completamento della rilavorazione, il prodotto deve essere verificato per garantire che soddisfi i criteri di accettazione applicabili e i requisiti regolamentari.

Le registrazioni della rilavorazione devono essere conservate (vedere punto 4.2.5).

## **8.4 Analisi dei dati**

L'organizzazione deve disporre di procedure documentate per determinare, raccogliere e analizzare dati appropriati a dimostrare l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di gestione per la qualità. Le procedure devono comprendere l'individuazione dei metodi applicabili, incluse le tecniche statistiche, e l'estensione del loro utilizzo.

L'analisi dei dati deve includere i dati generati come risultato del monitoraggio e della misurazione e da altre fonti pertinenti e includere, come minimo, elementi in ingresso da:

- a) informazioni di ritorno (feedback);
- b) conformità ai requisiti del prodotto;
- c) caratteristiche ed andamento dei processi e dei prodotti, incluse le opportunità di miglioramento;
- d) fornitori;
- e) verifiche ispettive;
- f) rapporti di assistenza, come opportuno.

Se l'analisi dei dati mostra che il sistema di gestione per la qualità non è idoneo, adeguato o efficace, l'organizzazione deve utilizzare questa analisi come elemento in ingresso per il miglioramento come richiesto nel punto 8.5.

Le registrazioni dei risultati delle analisi devono essere conservate (vedere punto 4.2.5).

## **8.5 Miglioramento**

### **8.5.1 Generalità**

L'organizzazione deve individuare e attuare tutte le modifiche necessarie ad assicurare e mantenere la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia del sistema di gestione per la qualità nonché la sicurezza e la prestazione del dispositivo medico utilizzando la politica per la qualità, gli obiettivi per la qualità, i risultati delle verifiche ispettive, il monitoraggio post-commercializzazione, l'analisi dei dati, le azioni correttive e preventive ed i riesami da parte della direzione.

### **8.5.2 Azione correttiva**

L'organizzazione deve attuare azioni per eliminare la causa delle non conformità al fine di prevenire il loro ripetersi. Tutte le azioni correttive necessarie devono essere attuate senza indebiti ritardi. Le azioni correttive devono essere proporzionate agli effetti delle non conformità riscontrate.

L'organizzazione deve disporre di una procedura documentata per definire i requisiti per:

- a) il riesame delle non conformità (ivi inclusi i reclami);
- b) l'individuazione delle cause delle non conformità;
- c) la valutazione dell'esigenza di adottare azioni per evitare il ripetersi delle non conformità;
- d) l'azione di pianificazione e documentazione necessaria e l'attuazione di tale azione, ad inclusione, se opportuno, dell'aggiornamento della documentazione;
- e) la verifica che l'azione correttiva non incida negativamente sulla capacità di soddisfare i requisiti regolamentari applicabili o la sicurezza e la prestazione del dispositivo medico;
- f) il riesame dell'efficacia dell'azione correttiva intrapresa.

Le registrazioni dei risultati di tutte le indagini e delle azioni attuate devono essere conservate (vedere punto 4.2.5).

### **8.5.3 Azione preventiva**

L'organizzazione deve individuare le azioni per eliminare le cause delle non conformità potenziali, onde evitare che queste si verifichino. Le azioni preventive devono essere proporzionate agli effetti dei problemi potenziali.

L'organizzazione deve disporre di una procedura documentata per descrivere i requisiti per:

- a) l'individuazione delle non conformità potenziali e delle loro cause;
- b) la valutazione dell'esigenza di attuare azioni per prevenire il verificarsi delle non conformità;
- c) l'azione di pianificazione e documentazione necessaria e l'attuazione di tale azione, ad inclusione, se opportuno, dell'aggiornamento della documentazione;
- d) la verifica che l'azione non incide negativamente sulla capacità di soddisfare i requisiti regolamentari applicabili o la sicurezza e la prestazione del dispositivo medico;
- e) il riesame dell'efficacia dell'azione preventiva intrapresa, se opportuno.

Le registrazioni dei risultati di tutte le indagini e delle azioni attuate devono essere conservate (vedere punto 4.2.5).

## APPENDICE A CONFRONTO DEL CONTENUTO TRA LA ISO 13485:2003 E LA ISO 13485:2016 (informativa)

Il prospetto A.1 evidenzia le modifiche in questa edizione della presente norma internazionale (ISO 13485:2016) rispetto all'edizione precedente (ISO 13485:2003).

prospetto A.1 Confronto del contenuto tra la ISO13485:2003 e la ISO13485:2016

| Punto della ISO 13485:2016                                     | Commento sulla modifica rispetto alla ISO 13485:2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premessa                                                       | - Chiarisce l'effetto della terza edizione della presente norma internazionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Introduzione<br>0.1 Generalità                                 | - Include sostanzialmente maggiori dettagli correlati alla natura dell'organizzazione trattata dai requisiti della presente norma internazionale e le fasi del ciclo di vita coperte.<br>- Spiega che i requisiti possono essere utilizzati dai fornitori o altre parti esterne sia volontariamente che come risultato di accordi contrattuali<br>- Avvisa le organizzazioni informandole dei loro obblighi in relazioni ai requisiti regolamentari, incentrandosi sui sistemi per la gestione della qualità.<br>- Avvisa le organizzazioni sulle differenze nelle definizioni dei regolamenti locali e sul loro obbligo di comprendere come tali definizioni incidano sul loro sistema per la gestione della qualità.<br>- Aggiunge l'obbligo di soddisfare i requisiti del sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione.<br>- Evidenzia nello specifico la necessità di "soddisfare i requisiti regolamentari applicabili e del cliente per sicurezza e prestazione."<br>- Enfatizza che i requisiti di prodotto importanti sono quelli relativi alla sicurezza e alla prestazione.<br>- Aggiunge due influenze sulla natura del sistema di gestione per la qualità che non erano presenti nell'elenco originale (requisiti dell'ambiente organizzativo e requisiti regolamentari).<br>- Chiarisce che l'organizzazione non deve allineare la propria documentazione alla struttura a punti della presente norma internazionale. |
| 0.2 Chiarimento di concetti                                    | - Aggiunge due ulteriori criteri associati alla descrizione dei requisiti appropriati:<br>- la conformità con i requisiti regolamentari;<br>- il requisito è necessario per la gestione dei rischi da parte dell'organizzazione.<br>- Limita l'applicazione del rischio ai requisiti sulla sicurezza e la prestazione del dispositivo medico o al soddisfacimento dei requisiti regolamentari applicabili.<br>- Chiarisce che il termine "documentato" include la necessità di stabilire, attuare e mantenere<br>- Chiarisce che il termine "prodotto" si applica agli elementi in uscita destinati a o richiesti da un cliente, o a qualsiasi elemento in uscita previsto risultante da un processo di realizzazione di prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0.3 Approccio per processi                                     | Amplia la spiegazione dell'approccio per processi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0.4 Relazione con la ISO 9001                                  | - Definisce la relazione tra la ISO 13485:2016 e la ISO 9001.<br>- Indica che la relazione strutturale tra la ISO 13485:2016 e la ISO 9001:2015 è delineata nell'appendice B.<br>- L'uso del testo in corsivo all'interno della norma indica che le modifiche dalla ISO 9001:2008 sono state eliminate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 Scopo e campo d'applicazione                                 | - Indica l'applicabilità della presente norma internazionale alle organizzazioni che sono coinvolte in una o più fasi del ciclo di vita di un dispositivo medico.<br>- Indica che la presente norma internazionale può essere utilizzata anche da fornitori o parti esterne che forniscono il prodotto, compresi servizi correlati al sistema di gestione per la qualità a tali organizzazioni.<br>- Richiama specificamente le responsabilità per il monitoraggio, il mantenimento e il controllo dei processi affidati in esterno.<br>- Amplia i requisiti che possono non essere applicabili a quelli nei punti 6 e 8.<br>- Chiarisce che il termine "requisiti regolamentari" include statuti, regolamenti, ordinanze o direttive e limita lo scopo e il campo di applicazione dei "requisiti regolamentari applicabili" ai requisiti per il sistema di gestione per la qualità e per la sicurezza o prestazione del dispositivo medico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 Termini e Definizioni                                        | - Diverse nuove definizioni aggiunte e alcune definizioni esistenti perfezionate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 Sistema di gestione per la qualità<br>4.1 Requisiti generali | - Requisito aggiunto per documentare il ruolo/i dell'organizzazione.<br>- Richiede la determinazione dei processi "tenendo conto dei ruoli assunti dall'organizzazione."<br>- Richiede l'applicazione di un "approccio basato sul rischio al controllo dei processi appropriati necessari per il sistema di gestione per la qualità."<br>- Aggiunge requisiti correlati alle modifiche ai processi.<br>- Aggiunge requisiti correlati alla validazione dell'applicazione del software di computer utilizzato nel sistema per la qualità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.2 Requisiti relativi alla documentazione                     | Include il controllo delle registrazioni all'interno dei requisiti di controllo dei documenti.<br>Elenca i documenti che dovrebbero essere inclusi nell'archivio del dispositivo medico.<br>Nuovo requisito relativo alla protezione delle informazioni sanitarie riservate.<br>Nuovo requisito relativo al deterioramento e alla perdita di documenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

prospetto A.1 **Confronto del contenuto tra la ISO13485:2003 e la ISO13485:2016 (Continua)**

| Punto della ISO 13485:2016                                           | Commento sulla modifica rispetto alla ISO 13485:2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.6 Riesame da parte della direzione                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Include il requisito per la documentazione di una o più procedure per il riesame da parte della direzione e il requisito per il riesame da parte della direzione a "ad intervalli documentati prestabiliti".</li> <li>- Elenco degli elementi in ingresso e in uscita ampliati dal riesame della direzione.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.2 Risorse umane                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuovo requisito per i processi di documentazione riguardante la definizione delle competenze, fornendo la necessaria formazione e assicurando la consapevolezza del personale.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.3 Infrastruttura                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiunge il requisito che l'infrastruttura impedisce il confondersi e mischiarsi dei prodotti e garantisce una gestione ordinata del prodotto.</li> <li>- Aggiunge il sistema di informazioni all'elenco dei servizi di supporto.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.4 Ambiente di lavoro e controllo della contaminazione              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Requisiti di documentazione aggiunti per l'ambiente di lavoro.</li> <li>- Requisito aggiunto correlato al controllo della contaminazione da parte di microorganismi o particolati per i dispositivi medici sterili.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Requisiti aggiunti all'elenco.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.2 Processi relativi al cliente                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Requisiti aggiunti all'elenco.</li> <li>- Nuovo requisito relativo alla comunicazione con le autorità regolamentari.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.3.2 Pianificazione della progettazione e dello sviluppo            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Requisiti aggiunti all'elenco.</li> <li>- Eliminato il requisito relativo alla gestione delle interfacce tra gruppi diversi coinvolti nella progettazione e nello sviluppo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.3.3 Elementi in ingresso alla progettazione e allo sviluppo        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Requisiti aggiunti all'elenco.</li> <li>- Requisito aggiunto che i requisiti devono essere in grado di essere verificati o validati.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.3.5 Riesame della progettazione e sviluppo                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiunti dettagli dei contenuti delle registrazioni.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.3.6 Verifica della progettazione e dello sviluppo                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiunto requisito per la documentazione di verifica dei piani e considerazione sulle interfacce.</li> <li>- Aggiunto requisito per le registrazioni della verifica.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7.3.7 Validazione della progettazione e dello sviluppo               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiunto requisito per la documentazione dei piani di validazione, prodotto da essere utilizzato per la validazione e considerazioni sulle interfacce. Aggiunto requisito per le registrazioni della validazione.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.3.8 Trasferimento della progettazione e dello sviluppo             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuovo punto aggiunto.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.3.9 Controllo delle modifiche della progettazione e dello sviluppo | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiunge il requisito che la valutazione dell'effetto delle modifiche dovrebbe essere effettuata su prodotti in lavorazione e sugli elementi in uscita della gestione dei rischi e processi di realizzazione dei prodotti.</li> <li>- Aggiunto dettaglio da tenere in considerazione nella determinazione della significatività di un progetto e delle modifiche allo sviluppo.</li> </ul>                                                                                                                                                 |
| 7.3.10 Archivi della progettazione e dello sviluppo                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuovo punto aggiunto.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.4.1 Processo di approvvigionamento                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Focalizza i criteri di selezione del fornitore sull'effetto della prestazione del fornitore sulla qualità del dispositivo medico, il rischio associato al dispositivo medico e il prodotto che soddisfa i requisiti regolamentari applicabili.</li> <li>- Aggiunti nuovi requisiti relativi al monitoraggio e alla ri-valutazione dei fornitori e all'azione da intraprendere quando i requisiti di approvvigionamento non sono soddisfatti.</li> <li>- Fornisce dettagli aggiuntivi relativi al contenuto delle registrazioni.</li> </ul> |
| 7.4.2 Informazioni per l'approvvigionamento                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuovo requisito aggiunto per includere la notifica delle modifiche nel prodotto approvvigionato.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.4.3 Verifica dei prodotti approvvigionati                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuovi requisiti aggiunti sull'ampliamento delle attività di verifica da intraprendere quando l'organizzazione diviene consapevole di eventuali modifiche al prodotto approvvigionato.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.5.1 Controllo della produzione e di erogazione dei servizi         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiunge dettagli relativi ai controlli per effettuare la produzione e l'erogazione dei servizi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.5.2 Pulizia del prodotto                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Requisito aggiunto all'elenco.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.5.4 Attività di assistenza                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuovo requisito per l'analisi delle registrazioni per le attività di assistenza.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

prospetto A.1 Confronto del contenuto tra la ISO13485:2003 e la ISO13485:2016 (Continua)

| Punto della ISO 13485:2016                                                                                         | Commento sulla modifica rispetto alla ISO 13485:2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.5.6 Validazione dei processi di produzione e di erogazione di servizi                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Requisiti aggiunti all'elenco.</li> <li>- Aggiunge dettagli relativi alle situazioni che richiedono procedure.</li> <li>- Mette in relazione l'approccio specifico alla validazione del software rispetto al rischio associato con l'utilizzo del software medesimo.</li> <li>- Aggiunge requisiti correlati alle registrazioni di validazione.</li> </ul>                                                                                                                                   |
| 7.5.7 Requisiti particolari per la validazione dei processi per la sterilizzazione e i sistemi di barriera sterile | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiunti requisiti per i sistemi di barriera sterile.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.5.8 Identificazione                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiunto requisito per l'identificazione univoca del dispositivo.</li> <li>- Nuovo requisito per una procedura documentata per l'identificazione del prodotto e riguardo l'identificazione e lo stato del prodotto durante la produzione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.5.11 Conservazione dei prodotti                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiunge dettagli su come ottenere una conservazione ottimale.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8.2.1 Informazioni di ritorno                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indica che le informazioni di ritorno dovrebbero provenire dalle attività di produzione e post-produzione.</li> <li>- Aggiunge un requisito per utilizzare le informazioni di ritorno nei processi di gestione dei rischi al fine di monitorare e mantenere i requisiti di prodotto.</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
| 8.2.2 Gestione dei reclami                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuovo punto</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8.2.3 Comunicazione alle autorità regolamentari                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nuovo punto</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8.2.6 Monitoraggio e misurazione del prodotto                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiunge un requisito per identificare l'attrezzatura di prova utilizzata per eseguire le attività di misurazione.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.3 Controllo del prodotto non conforme                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiunti dettagli relativi ai tipi di controlli che devono essere documentati.</li> <li>- Generalizzato il requisito di includere qualsiasi indagine e il razionale per le decisioni.</li> <li>- Aggiunge requisiti correlati alle concessioni.</li> <li>- Separati i requisiti per le non conformità rilevate prima della consegna, rilevate dopo la consegna e la rilavorazione.</li> <li>- Aggiunge requisiti per le registrazioni relative all'emissione di note informative.</li> </ul> |
| 8.4 Analisi dei dati                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiunge il requisito per includere l'individuazione dei metodi appropriati, comprese le tecniche statistiche, e l'estensione del loro utilizzo.</li> <li>- Aggiunge dettagli all'elenco degli elementi in ingresso.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.5.2 Azione correttiva                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiunge il requisito per verificare che l'azione correttiva non abbia un effetto avverso.</li> <li>- Aggiunto il requisito che tutte le azioni correttive siano da attuare senza indebiti ritardi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8.5.3 Azione preventiva                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiunge il requisito per verificare che l'azione preventiva non abbia un effetto avverso.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## APPENDICE B CORRISPONDENZA TRA LA ISO 13485:2016 E LA ISO 9001:2015 (informativa)

I prospetti B.1 e B.2 indicano la corrispondenza tra la ISO 13485:2016 e la ISO 9001:2015.

### prospetto B.1 Corrispondenza tra la ISO 13485:2016 e la ISO 9001:2015

| Punto della ISO 13485:2016                                  | Punto della ISO 9001:2015                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Scopo e campo d'applicazione<br>4.1.1 (nessun titolo)     | 1 Scopo e campo d'applicazione<br>4.3 Determinare lo scopo e il campo di applicazione del sistema di gestione ambientale                                                                                                               |
| 4 Sistema di gestione per la qualità                        | 4 Contesto dell'organizzazione<br>4.1 Comprensione dell'organizzazione e del suo contesto<br>4.2 Comprensione delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate<br>4.4 Sistema di gestione per la qualità e dei suoi processi |
| 4.1 Requisiti generali                                      | 4.4 Sistema di gestione per la qualità e dei suoi processi<br>8.4 Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti in esterno                                                                                                        |
| 4.2 Requisiti relativi alla documentazione                  | 7.5 Informazioni documentate                                                                                                                                                                                                           |
| 4.2.1 Generalità                                            | 7.5.1 Generalità                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.2.2 Manuale della qualità                                 | 4.3 Determinare lo scopo e il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità<br>4.4 Sistema di gestione per la qualità e dei suoi processi<br>7.5.1 Generalità                                                           |
| 4.2.3 Archivio dei dispositivi medici                       | Nessun punto equivalente                                                                                                                                                                                                               |
| 4.2.4 Tenuta sotto controllo dei documenti                  | 7.5.2 Creazione e aggiornamento<br>7.5.3 Controllo delle informazioni documentate                                                                                                                                                      |
| 4.2.5 Controllo delle registrazioni                         | 7.5.2 Creazione e aggiornamento<br>7.5.3 Controllo delle informazioni documentate                                                                                                                                                      |
| 5 Responsabilità della direzione                            | 5 Leadership                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.1 Impegno della direzione                                 | 5.1 Leadership e impegno<br>5.1.1 Generalità                                                                                                                                                                                           |
| 5.2 Attenzione focalizzata al cliente                       | 5.1.2 Attenzione focalizzata al cliente                                                                                                                                                                                                |
| 5.3 Politica per la qualità                                 | 5.2 Politica<br>5.2.1 Definire la politica per la qualità<br>5.2.2 Comunicare la politica per la qualità                                                                                                                               |
| 5.4 Pianificazione                                          | 6 Pianificazione                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.4.1 Obiettivi per la qualità                              | 6.2 Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro conseguimento                                                                                                                                                                |
| 5.4.2 Pianificazione del sistema di gestione per la qualità | 6 Pianificazione<br>6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità<br>6.3 Pianificazione delle modifiche                                                                                                                               |
| 5.5 Responsabilità, autorità e comunicazione                | 5 Leadership                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.5.1 Responsabilità ed autorità                            | 5.3 Ruoli dell'organizzazione, responsabilità e autorità                                                                                                                                                                               |
| 5.5.2 Rappresentante della direzione                        | 5.3 Ruoli dell'organizzazione, responsabilità e autorità                                                                                                                                                                               |
| 5.5.3 Comunicazione interna                                 | 7.4 Comunicazione                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.6 Riesame da parte della direzione                        | 9.3 Riesame da parte della direzione                                                                                                                                                                                                   |
| 5.6.1 Generalità                                            | 9.3.1 Generalità                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.6.2 Elementi in ingresso per il riesame                   | 9.3.2 Riesame degli elementi in entrata da parte della direzione                                                                                                                                                                       |
| 5.6.3 Elementi in uscita dal riesame                        | 9.3.3 Riesame degli elementi in uscita da parte della direzione                                                                                                                                                                        |
| 6 Gestione delle risorse                                    | 7.1 Risorse                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.1 Messa a disposizione delle risorse                      | 7.1.1 Generalità<br>7.1.2 Persone                                                                                                                                                                                                      |
| 6.2 Risorse umane                                           | 7.2 Competenze<br>7.3 Consapevolezza                                                                                                                                                                                                   |
| 6.3 Infrastruttura                                          | 7.1.3 Infrastruttura                                                                                                                                                                                                                   |

prospetto B.1 **Corrispondenza tra la ISO 13485:2016 e la ISO 9001:2015 (Continua)**

| Punto della ISO 13485:2016                                                                                         | Punto della ISO 9001:2015                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.4 Ambiente di lavoro e controllo della contaminazione                                                            | 7.1.4 Ambiente per il funzionamento dei processi                                                                            |
| 7 Realizzazione del prodotto                                                                                       | 8 Funzionamento                                                                                                             |
| 7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto                                                                | 8.1 Pianificazione e controllo operativi                                                                                    |
| 7.2 Processi relativi al cliente                                                                                   | 8.2 Requisiti per prodotti e servizi                                                                                        |
| 7.2.1 Determinazione dei requisiti relativi al prodotto                                                            | 8.2.2 Determinazione dei requisiti per prodotti e servizi                                                                   |
| 7.2.2 Riesame dei requisiti relativi al prodotto                                                                   | 8.2.3 Riesame dei requisiti per prodotti e servizi<br>8.2.4 Modifiche ai requisiti per prodotti e servizi                   |
| 7.2.3 Comunicazione                                                                                                | 8.2.1 Comunicazione con il cliente                                                                                          |
| 7.3 Progettazione e sviluppo                                                                                       | 8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi                                                                          |
| 7.3.1 Generalità                                                                                                   | 8.3.1 Generalità                                                                                                            |
| 7.3.2 Pianificazione della progettazione e dello sviluppo                                                          | 8.3.2 Pianificazione della progettazione e dello sviluppo                                                                   |
| 7.3.3 Elementi in ingresso alla progettazione e allo sviluppo                                                      | 8.3.3 Elementi in ingresso alla progettazione e allo sviluppo                                                               |
| 7.3.4 Elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo                                                      | 8.3.5 Elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo                                                               |
| 7.3.5 Riesame della progettazione e sviluppo                                                                       | 8.3.4 Controlli di progettazione e sviluppo                                                                                 |
| 7.3.6 Verifica della progettazione e dello sviluppo                                                                | 8.3.4 Controlli di progettazione e sviluppo                                                                                 |
| 7.3.7 Validazione della progettazione e dello sviluppo                                                             | 8.3.4 Controlli di progettazione e sviluppo                                                                                 |
| 7.3.8 Trasferimento della progettazione e dello sviluppo                                                           | 8.3.4 Controlli di progettazione e sviluppo                                                                                 |
| 7.3.9 Controllo delle modifiche della progettazione e dello sviluppo                                               | 8.3.6 Modifiche della progettazione e dello sviluppo<br>8.5.6 Controllo delle modifiche                                     |
| 7.3.10 Archivi della progettazione e dello sviluppo                                                                | 7.5.3 Controllo delle informazioni documentate                                                                              |
| 7.4 Approvvigionamento                                                                                             | 8.4 Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti in esterno                                                           |
| 7.4.1 Processo di approvvigionamento                                                                               | 8.4 Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti in esterno<br>8.4.1 Generalità<br>8.4.2 Tipo e portata del controllo |
| 7.4.2 Informazioni per l'approvvigionamento                                                                        | 8.4.3 Informazioni per i fornitori esterni                                                                                  |
| 7.4.3 Verifica dei prodotti approvvigionati                                                                        | 8.4.2 Tipo e portata del controllo<br>8.4.3 Informazioni per i fornitori esterni<br>8.6 Rilascio di prodotti e servizi      |
| 7.5 Produzione ed erogazione di servizi                                                                            | 8.5 Produzione ed erogazione di servizi                                                                                     |
| 7.5.1 Controllo delle attività di produzione e di erogazione dei servizi                                           | 8.5.1 Controllo delle attività di produzione e di erogazione dei servizi                                                    |
| 7.5.2 Pulizia del prodotto                                                                                         | Nessun punto equivalente                                                                                                    |
| 7.5.3 Attività di installazione                                                                                    | Nessun punto equivalente                                                                                                    |
| 7.5.4 Attività di assistenza                                                                                       | Nessun punto equivalente                                                                                                    |
| 7.5.5 Requisiti particolari per i dispositivi medici sterili                                                       | Nessun punto equivalente                                                                                                    |
| 7.5.6 Validazione dei processi di produzione e di erogazione dei servizi                                           | 8.5.1 Controllo delle attività di produzione e di erogazione dei servizi                                                    |
| 7.5.7 Requisiti particolari per la validazione dei processi per la sterilizzazione e i sistemi di barriera sterile | Nessun punto equivalente                                                                                                    |
| 7.5.8 Identificazione                                                                                              | 8.5.2 Identificazione e rintracciabilità                                                                                    |
| 7.5.9 Rintracciabilità                                                                                             | 8.5.2 Identificazione e rintracciabilità                                                                                    |
| 7.5.10 Proprietà dei clienti                                                                                       | 8.5.3 Proprietà appartenente ai clienti o ai fornitori esterni                                                              |
| 7.5.11 Conservazione dei prodotti                                                                                  | 8.5.4 Conservazione                                                                                                         |
| 7.6 Controllo delle attrezzature di monitoraggio e di misurazione                                                  | 7.1.5 Risorse di monitoraggio e di misurazione                                                                              |
| 8 Misurazioni, analisi e miglioramento                                                                             | 9 Valutazione delle prestazioni<br>9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione                                     |

prospetto B.1 **Corrispondenza tra la ISO 13485:2016 e la ISO 9001:2015 (Continua)**

| Punto della ISO 13485:2016                                                         | Punto della ISO 9001:2015                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1 Generalità                                                                     | 9.1.1 Generalità                                                                                                                      |
| 8.2 Monitoraggi e misurazioni                                                      | 9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione                                                                                  |
| 8.2.1 Informazioni di ritorno                                                      | 8.5.5 Attività post-vendita<br>9.1.2 Soddisfazione del cliente                                                                        |
| 8.2.2 Gestione dei reclami                                                         | 9.1.2 Soddisfazione del cliente                                                                                                       |
| 8.2.3 Comunicazione alle autorità regolamentari                                    | 8.5.5 Attività post-vendita                                                                                                           |
| 8.2.4 Verifica ispettiva interna                                                   | 9.2 Verifica ispettiva interna                                                                                                        |
| 8.2.5 Monitoraggio e misurazione dei processi                                      | 9.1.1 Generalità                                                                                                                      |
| 8.2.6 Monitoraggio e misurazione del prodotto                                      | 8.6 Rilascio di prodotti e servizi                                                                                                    |
| 8.3 Controllo del prodotto non conforme                                            | 8.7 Controllo degli elementi in uscita non conformi                                                                                   |
| 8.3.1 Generalità                                                                   | 10.2 Non conformità e azioni correttive                                                                                               |
| 8.3.2 Azioni in risposta al prodotto non conforme individuato prima della consegna | 8.7 Controllo degli elementi in uscita non conformi                                                                                   |
| 8.3.3 Azioni in risposta al prodotto non conforme individuato dopo la consegna     | 8.7 Controllo degli elementi in uscita non conformi                                                                                   |
| 8.4 Analisi dei dati                                                               | 9.1.3 Analisi e valutazione                                                                                                           |
| 8.5 Miglioramento                                                                  | 10 Miglioramento                                                                                                                      |
| 8.5.1 Generalità                                                                   | 10.1 Generalità<br>10.3 Miglioramento continuo                                                                                        |
| 8.5.2 Azione correttiva                                                            | 10.2 Non conformità e azione correttiva                                                                                               |
| 8.5.3 Azioni preventive                                                            | 0.3.3 Approccio basato sui rischi<br>6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità<br>10.1 Generalità<br>10.3 Miglioramento continuo |

prospetto B.2 **Corrispondenza tra la ISO 9001:2015 e la ISO 13485:2016**

| Punto della ISO 9001:2015                                                                  | Punto della ISO 13485:2016                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Scopo e campo d'applicazione                                                             | 1 Scopo e campo d'applicazione                                                                                                          |
| 4 Contesto dell'organizzazione                                                             | 4 Sistema di gestione per la qualità                                                                                                    |
| 4.1 Comprensione dell'organizzazione e del suo contesto                                    | 4.1 Requisiti generali                                                                                                                  |
| 4.2 Comprensione delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate                | 4.1 Requisiti generali                                                                                                                  |
| 4.3 Determinare lo scopo e il campo di applicazione del sistema di gestione per la qualità | 4.1 Requisiti generali<br>4.2.2 Manuale della qualità                                                                                   |
| 4.4 Sistema di gestione per la qualità e dei suoi processi                                 | 4.1 Requisiti generali                                                                                                                  |
| 5 Leadership                                                                               | 5 Responsabilità della direzione                                                                                                        |
| 5.1 Leadership e impegno                                                                   | 5.1 Impegno della direzione                                                                                                             |
| 5.1.1 Generalità                                                                           | 5.1 Impegno della direzione                                                                                                             |
| 5.1.2 Attenzione focalizzata al cliente                                                    | 5.2 Attenzione focalizzata al cliente                                                                                                   |
| 5.2 Politica                                                                               | 5.3 Politica per la qualità                                                                                                             |
| 5.2.1 Definire la politica per la qualità                                                  | 5.3 Politica per la qualità                                                                                                             |
| 5.2.2 Comunicare la politica per la qualità                                                | 5.3 Politica per la qualità                                                                                                             |
| 5.3 Ruoli dell'organizzazione, responsabilità e autorità                                   | 5.4.2 Pianificazione del sistema di gestione per la qualità<br>5.5.1 Responsabilità ed autorità<br>5.5.2 Rappresentante della direzione |
| 6 Pianificazione                                                                           | 5.4.2 Pianificazione del sistema di gestione per la qualità                                                                             |

prospetto B.2 **Corrispondenza tra la ISO 9001:2015 e la ISO 13485:2016 (Continua)**

| Punto della ISO 9001:2015                                               | Punto della ISO 13485:2016                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Azioni per affrontare rischi e opportunità                          | 5.4.2 Pianificazione del sistema di gestione per la qualità<br>8.5.3 Azioni preventive                                                                                                                                    |
| 6.2 Obiettivi per la qualità e pianificazione per il loro conseguimento | 5.4.1 Obiettivi per la qualità                                                                                                                                                                                            |
| 6.3 Pianificazione delle modifiche                                      | 5.4.2 Pianificazione del sistema di gestione per la qualità                                                                                                                                                               |
| 7 Supporto                                                              | 6 Gestione delle risorse                                                                                                                                                                                                  |
| 7.1 Risorse                                                             | 6 Gestione delle risorse                                                                                                                                                                                                  |
| 7.1.1 Generalità                                                        | 6.1 Messa a disposizione delle risorse                                                                                                                                                                                    |
| 7.1.2 Persone                                                           | 6.2 Risorse umane                                                                                                                                                                                                         |
| 7.1.3 Infrastruttura                                                    | 6.3 Infrastruttura                                                                                                                                                                                                        |
| 7.1.4 Ambiente per il funzionamento dei processi                        | 6.4.1 Ambiente di lavoro                                                                                                                                                                                                  |
| 7.1.5 Risorse di monitoraggio e di misurazione                          | 7.6 Controllo delle attrezzature di monitoraggio e di misurazione                                                                                                                                                         |
| 7.1.5.1 Generalità                                                      | 7.6 Controllo delle attrezzature di monitoraggio e di misurazione                                                                                                                                                         |
| 7.1.5.2 Rintracciabilità della misurazione                              | 7.6 Controllo delle attrezzature di monitoraggio e di misurazione                                                                                                                                                         |
| 7.1.6 Conoscenze organizzative                                          | 6.2 Risorse umane                                                                                                                                                                                                         |
| 7.2 Competenze                                                          | 6.2 Risorse umane                                                                                                                                                                                                         |
| 7.3 Consapevolezza                                                      | 6.2 Risorse umane                                                                                                                                                                                                         |
| 7.4 Comunicazione                                                       | 5.5.3 Comunicazione interna                                                                                                                                                                                               |
| 7.5 Informazioni documentate                                            | 4.2 Requisiti relativi alla documentazione                                                                                                                                                                                |
| 7.5.1 Generalità                                                        | 4.2.1 Generalità                                                                                                                                                                                                          |
| 7.5.2 Creazione e aggiornamento                                         | 4.2.4 Controllo dei documenti<br>4.2.5 Controllo delle registrazioni                                                                                                                                                      |
| 7.5.3 Controllo delle informazioni documentate                          | 4.2.3 Archivio dei dispositivi medici<br>4.2.4 Controllo dei documenti<br>4.2.5 Controllo delle registrazioni<br>7.3.10 Archivi della progettazione e dello sviluppo                                                      |
| 8 Funzionamento                                                         | 7 Realizzazione del prodotto                                                                                                                                                                                              |
| 8.1 Pianificazione e controllo operativi                                | 7.1 Pianificazione della realizzazione del prodotto                                                                                                                                                                       |
| 8.2 Requisiti per prodotti e servizi                                    | 7.2 Processi relativi al cliente                                                                                                                                                                                          |
| 8.2.1 Comunicazione con il cliente                                      | 7.2.3 Comunicazione                                                                                                                                                                                                       |
| 8.2.2 Determinazione dei requisiti per prodotti e servizi               | 7.2.1 Determinazione dei requisiti relativi al prodotto                                                                                                                                                                   |
| 8.2.3 Riesame dei requisiti per prodotti e servizi                      | 7.2.2 Riesame dei requisiti relativi al prodotto                                                                                                                                                                          |
| 8.2.4 Modifiche ai requisiti per prodotti e servizi                     | 7.2.2 Riesame dei requisiti relativi al prodotto                                                                                                                                                                          |
| 8.3 Progettazione e sviluppo di prodotti e servizi                      | 7.3 Progettazione e sviluppo                                                                                                                                                                                              |
| 8.3.1 Generalità                                                        | 7.3.1 Generalità                                                                                                                                                                                                          |
| 8.3.2 Pianificazione della progettazione e dello sviluppo               | 7.3.2 Pianificazione della progettazione e dello sviluppo                                                                                                                                                                 |
| 8.3.3 Elementi in ingresso alla progettazione e allo sviluppo           | 7.3.3 Elementi in ingresso alla progettazione e allo sviluppo                                                                                                                                                             |
| 8.3.4 Controlli di progettazione e sviluppo                             | 7.3.5 Riesame della progettazione e sviluppo<br>7.3.6 Verifica della progettazione e dello sviluppo<br>7.3.7 Validazione della progettazione e dello sviluppo<br>7.3.8 Trasferimento della progettazione e dello sviluppo |
| 8.3.5 Elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo           | 7.3.4 Elementi in uscita dalla progettazione e dallo sviluppo                                                                                                                                                             |
| 8.3.6 Modifiche della progettazione e dello sviluppo                    | 7.3.9 Controllo delle modifiche della progettazione e dello sviluppo                                                                                                                                                      |
| 8.4 Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti in esterno       | 4.1 Requisiti generali (vedere punto 4.1.5)<br>7.4.1 Processo di approvvigionamento                                                                                                                                       |
| 8.4.1 Generalità                                                        | 7.4.1 Processo di approvvigionamento                                                                                                                                                                                      |

prospetto B.2 **Corrispondenza tra la ISO 9001:2015 e la ISO 13485:2016 (Continua)**

| Punto della ISO 9001:2015                                                | Punto della ISO 13485:2016                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.4.2 Tipo e portata del controllo                                       | 4.1 Requisiti generali (vedere punto 4.1.5)<br>7.4.1 Processo di approvvigionamento<br>7.4.3 Verifica dei prodotti approvvigionati                                                                                                                                                                             |
| 8.4.3 Informazioni per i fornitori esterni                               | 7.4.2 Informazioni per l'approvvigionamento<br>7.4.3 Verifica dei prodotti approvvigionati                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.5 Produzione ed erogazione di servizi                                  | 7.5 Produzione ed erogazione di servizi                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8.5.1 Controllo delle attività di produzione e di erogazione dei servizi | 7.5.1 Controllo delle attività di produzione e di erogazione dei servizi<br>7.5.6 Validazione dei processi di produzione e di erogazione dei servizi                                                                                                                                                           |
| 8.5.2 Identificazione e rintracciabilità                                 | 7.5.8 Identificazione<br>7.5.9 Rintracciabilità                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.5.3 Proprietà appartenente ai clienti o ai fornitori esterni           | 7.5.10 Proprietà dei clienti                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.5.4 Conservazione                                                      | 7.5.11 Conservazione dei prodotti                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.5.5 Attività post-vendita                                              | 7.5.1 Controllo delle attività di produzione e di erogazione dei servizi<br>7.5.3 Attività di installazione<br>7.5.4 Attività di assistenza<br>8.2.2 Gestione dei reclami<br>8.2.3 Comunicazione alle autorità regolamentari<br>8.3.3 Azioni in risposta al prodotto non conforme individuato dopo la consegna |
| 8.5.6 Controllo delle modifiche                                          | 7.3.9 Controllo delle modifiche della progettazione e dello sviluppo                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8.6 Rilascio di prodotti e servizi                                       | 7.4.3 Verifica dei prodotti approvvigionati<br>8.2.6 Monitoraggio e misurazione dei prodotti                                                                                                                                                                                                                   |
| 8.7 Controllo degli elementi in uscita non conformi                      | 8.3 Controllo di prodotto non conformi                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9 Valutazione delle prestazioni                                          | 8 Misurazioni, analisi e miglioramento                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9.1 Monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione                     | 8 Misurazioni, analisi e miglioramento                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9.1.1 Generalità                                                         | 8.1 Generalità<br>8.2.5 Monitoraggio e misurazione dei processi<br>8.2.6 Monitoraggio e misurazione del prodotto                                                                                                                                                                                               |
| 9.1.2 Soddisfazione del cliente                                          | 7.2.3 Comunicazione<br>8.2.1 Informazioni di ritorno<br>8.2.2 Gestione dei reclami                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.1.3 Analisi e valutazione                                              | 8.4 Analisi dei dati                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.2 Verifiche ispettive interne                                          | 8.2.4 Verifiche ispettive interne                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.3 Riesame da parte della direzione                                     | 5.6 Riesame da parte della direzione                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.3.1 Generalità                                                         | 5.6.1 Generalità                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9.3.2 Riesame degli elementi in ingresso da parte della direzione        | 5.6.2 Elementi in ingresso per il riesame                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.3.3 Riesame degli elementi in uscita da parte della direzione          | 5.6.3 Elementi in uscita dal riesame                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 Miglioramento                                                         | 8.5 Miglioramento                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10.1 Generalità                                                          | 8.5.1 Generalità                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10.2 Non conformità e azioni correttive                                  | 8.3 Controllo del prodotto non conforme<br>8.5.2 Azione correttiva                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.3 Miglioramento continuo                                              | 5.6.1 Generalità<br>8.5 Miglioramento                                                                                                                                                                                                                                                                          |

---

**APPENDICE ZA RELAZIONE FRA LA PRESENTE NORMA EUROPEA E I REQUISITI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA DIRETTIVA UE 90/385/CEE (COME MODIFICATA)**

---

**ZA.0**

**Generalità**

La presente norma europea è stata elaborata nell'ambito di un mandato conferito al CEN/CENELEC dall'Unione Europea e dall'Associazione Europea di Libero Scambio per fornire uno strumento tramite il quale il fabbricante può dimostrare la conformità, e tramite il quale l'Organismo Notificato può valutare la conformità del fabbricante, ai requisiti della Direttiva 90/385/CE (come modificata) in merito ai dispositivi medici impiantabili attivi.

Una volta che la presente norma europea è stata citata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come rientrante nella Direttiva 90/385/CEE (come modificata) e che è stata adottata come norma nazionale in almeno uno Stato membro, la conformità ai punti normativi della presente norma europea indicati nel prospetto ZA.1 o nel prospetto ZA.2 conferisce, entro i limiti dello scopo e campo di applicazione della presente norma europea, una presunzione di conformità ai requisiti del sistema qualità di un fabbricante come indicati negli Allegati II e V di quella Direttiva e regolamenti EFTA associati. La presente appendice ZA spiega a quali requisiti, in quali condizioni e in che misura la presunzione di conformità può essere rivendicata.

Gli allegati 2 e 5 di valutazione della conformità della Direttiva includono la descrizione del processo e delle attività regolamentari assunte dall'organismo notificato, che sono entrambi al di fuori dello scopo e del campo di applicazione della presente norma europea e pertanto non trattati dalla presente norma europea. Inoltre, i requisiti della Direttiva si riferiscono a un'applicazione a un organismo notificato, non ai requisiti per un sistema per la qualità in quanto tale. Di conseguenza, la copertura dei requisiti legali può essere presunta solo nella misura elencata nei prospetti ZA.1 e ZA.2 in un'applicazione a un organismo notificato:

- contiene la necessaria documentazione del sistema per la qualità;
- è stata riesaminata e approvata da un organismo notificato,

e gli impegni elencati nell'applicazione sono correttamente eseguiti dal fabbricante.

- Nota 1 Quando in un punto della presente norma europea si fa riferimento al processo di gestione dei rischi, il processo di gestione del rischio necessita di essere conforme alla Direttiva 90/385/CE aggiornata da 2007/47/CE. Questo significa che i rischi devono essere ridotti 'per quanto possibile', 'al minimo', 'al minor livello possibile', 'minimizzati' o 'rimossi', secondo la formulazione del corrispondente requisito essenziale.
- Nota 2 La linea di condotta del fabbricante per determinare il rischio accettabile deve essere in conformità ai Requisiti essenziali 1, 4, 5, 8, 9, e 10 della Direttiva.
- Nota 3 La presente appendice ZA si basa su riferimenti normativi secondo il prospetto dei riferimenti contenuto nella premessa europea, sostituendo i riferimenti nel testo principale.
- Nota 4 Quando un Requisito non è presente nel prospetto ZA.1 o nel prospetto ZA.2, significa che esso non è considerato dalla presente norma europea.
- Nota 5 La presente appendice utilizza il termine "sistema per la qualità" come impiegato nella Direttiva, mentre la presente norma europea utilizza il termine "sistema di gestione per la qualità" in conformità alla terminologia ISO.

---

**ZA.1**

**Relazione con l'Allegato II della Direttiva 90/385/CEE (come modificata)**

La conformità con la presente norma europea non fornisce presunzione di conformità con tutti gli aspetti dell'Allegato II, come delineato nel prospetto ZA.1. Pertanto, un fabbricante o un organismo notificato deve assumere ulteriori disposizioni per garantire la conformità, e rivendicare o certificare la conformità, con l'Allegato II di questa Direttiva. I requisiti legali devono essere esaminati, applicati e verificati uno per uno e le soluzioni adottate devono divenire parte del sistema per la qualità ai sensi della Direttiva.

prospetto ZA.1 **Corrispondenza tra la presente norma europea e l'Allegato II della Direttiva 90/385/CEE (come modificata)**

| Paragrafo della Direttiva 90/385/CEE, Allegato II | Punto(i) della presente norma europea                                | Commenti/Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1, 1ª frase                                     |                                                                      | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.1, 2ª frase, 1º capoverso                       |                                                                      | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.1, 2ª frase, 2º capoverso                       | 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 | Trattato. La documentazione richiesta nella presente norma europea tratta la documentazione del sistema per la qualità di cui al punto 3.2 dell'Allegato II quando i requisiti legali espliciti sono incorporati nella documentazione del sistema per la qualità. Vedere anche il trattamento del punto 3.2 a seguire.                                                                                                            |
| 3.1, 2ª frase, 3º capoverso                       | 4.1, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6                                              | Trattato in parte. La presente norma europea richiede l'impegno dell'alta direzione per l'attuazione del sistema per la qualità e che siano implementate procedure documentate, ma non richiede un impegno firmato.                                                                                                                                                                                                               |
| 3.1, 2ª frase, 4º capoverso                       | 4.1, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6                                              | Trattato in parte. La presente norma europea richiede il mantenimento del sistema per la qualità approvato, ma non richiede un impegno firmato.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.1, 2ª frase, 5º capoverso                       |                                                                      | Non trattato. La presente norma europea include i requisiti sul monitoraggio post-commercializzazione e la comunicazione alle autorità di eventi avversi e azioni correttive di sicurezza sul campo, ma non tratta tutti i dettagli richiesti dalla Direttiva, compresa la tempistica di comunicazione.                                                                                                                           |
| 3.2, 1º paragrafo                                 |                                                                      | Non trattato. L'applicazione della presente norma europea non garantisce di per sé il soddisfacimento di tutti i requisiti regolamentari della Direttiva. I requisiti legali devono essere esaminati, applicati e verificati uno per uno e le soluzioni adottate devono divenire parte del sistema per la qualità ai sensi della Direttiva.                                                                                       |
| 3.2, 2ª frase, 1ª frase                           | 4.1, 4.2                                                             | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.2, 2º paragrafo, 2ª frase                       | 4.1, 4.2                                                             | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.2, 2º paragrafo, 3ª frase                       | 4.1, 4.2, 7                                                          | Trattato, purché la documentazione del sistema di gestione per la qualità renda possibile un'interpretazione uniforme delle politiche e delle procedure per la qualità, quali programmi per la qualità, piani per la qualità, manuali per la qualità e registrazioni per la qualità, e che la documentazione applicabile elencata nel punto 3.2 dell'Allegato II sia incorporata nella documentazione del sistema per la qualità. |
| 3.2, 3º paragrafo (a)                             | 4.2.1, 4.2.3, 5.1, 5.3, 5.4.1                                        | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.2, 3º paragrafo (b)                             | 4.2.2, 5.1                                                           | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.2, 3º paragrafo (b), 1º capoverso               | 4.2.2, 5.1, 5.5.1, 5.5.2                                             | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.2, 3º paragrafo (b), 2º capoverso               | 4.1, 5.6, 7.1, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3                         | Trattato, purché i metodi e i criteri di accettazione scelti dal fabbricante garantiscano che i requisiti della Direttiva siano soddisfatti.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.2, 3º paragrafo (b), 3º capoverso               | 1, 4.1, 4.2, 7.4, 8.2.2                                              | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.2, 3º paragrafo (c), 1º capoverso               | 4.2, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.7, 7.3.9, 7.3.10                              | Trattato, purché la documentazione del sistema di gestione per la qualità applicabile includa specifiche di progettazione che identificano le norme che sono da applicare e una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali che si applicano quando le norme armonizzate non sono applicate per intero.                                                                                            |
| 3.2, 3º paragrafo (c), 2º capoverso               | 7.3.1, 7.3.6, 7.3.7, 7.3.9                                           | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.2, 3º paragrafo (c), 3º capoverso               |                                                                      | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.2, 3º paragrafo (c), 4º capoverso               | 7.3.6, 7.3.7                                                         | Trattato, purché le registrazioni del sistema di gestione per la qualità includano la valutazione pre-clinica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.2, 3º paragrafo (c), 5º capoverso               |                                                                      | Non trattato. Il punto 7.3.7 non include i dettagli dell'Allegato VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.2, 3º paragrafo (d), 1º capoverso               | 4.2, 6.4, 7.1, 7.4, 7.5                                              | Trattato, purché la documentazione del sistema di gestione per la qualità includa documenti e registrazioni pertinenti in merito alla sterilizzazione e all'approvvigionamento.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.2, 3º paragrafo (d), 2º capoverso               | 4.2, 7.5.8, 7.5.9                                                    | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.2, 3º paragrafo (e)                             | 4.2, 7.1, 7.4.3, 7.5.9.1, 7.6, 8.2.6                                 | Trattato, purché la frequenza documentata alla quale sono eseguite le prove sia descritta in dettaglio nella documentazione del sistema di gestione per la qualità.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6.1                                               |                                                                      | Non trattato. I periodi di tempo specifici nella Direttiva non sono specificati nei punti 4.2.4 o 4.2.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## ZA.2

### Relazione con l'Allegato V della Direttiva 90/385/CEE (come modificata)

La conformità con la presente norma europea non fornisce presunzione di conformità con tutti gli aspetti dell'Allegato V, come delineato nel prospetto ZA.2. Pertanto, un fabbricante o un organismo notificato devono assumere ulteriori disposizioni per garantire la conformità, e rivendicare o certificare la conformità, con l'Allegato V di questa Direttiva. I requisiti legali devono essere esaminati, applicati e verificati uno per uno e le soluzioni adottate devono divenire parte del sistema per la qualità ai sensi della Direttiva.

prospetto ZA.2

### Corrispondenza tra la presente norma europea e l'Allegato V della Direttiva 90/385/CEE (come modificata)

| Paragrafo della Direttiva 90/385/CEE, Allegato V | Punto(i) della presente norma europea                                | Commenti/Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1, 1° paragrafo                                |                                                                      | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.1, 2° paragrafo, 1o capoverso                  |                                                                      | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.1, 2° paragrafo, 2° capoverso                  | 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 | Trattato. La documentazione richiesta nella presente norma europea tratta la documentazione del sistema qualità di cui al punto 3.2 dell'Allegato V quando i requisiti legali espliciti sono incorporati nella documentazione del sistema per la qualità. Vedere anche il trattamento del punto 3.2 a seguire. |
| 3.1, 2° paragrafo, 3° capoverso                  | 4.1, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6                                              | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.1, 2° paragrafo, 4° capoverso                  | 4.1, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6                                              | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.1, 2° paragrafo, 5° capoverso                  | 4.1, 4.2                                                             | Trattato in parte, purché il sistema di gestione per la qualità includa la documentazione tecnica correlata al/ai tipo/i approvato/i applicabile/i di dispositivo/i medico/i,<br>Il riferimento al certificato CE di esame di tipo non è trattato.                                                             |
| 3.1, 2° paragrafo, 6° capoverso                  |                                                                      | Non trattato. La presente norma europea include i requisiti sul monitoraggio post-commercializzazione e la comunicazione alle autorità di eventi avversi e azioni correttive di sicurezza sul campo, ma non tratta tutti i dettagli richiesti dalla Direttiva, compresa la tempistica di comunicazione.        |
| 3.2, 1° paragrafo                                |                                                                      | Non trattato. Il riferimento al certificato CE di esame di tipo non è trattato.                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.2, 2° paragrafo                                | 4.1, 4.2                                                             | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.2, 3° paragrafo (a)                            | 4.2.1, 4.2.3, 5.1, 5.3, 5.4.1                                        | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.2, 3° paragrafo (b), 1° capoverso              | 5.5.1, 5.5.2                                                         | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.2, 3° paragrafo (b), 2° capoverso              | 4.1, 5.6, 7.1, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3                         | Trattato, purché i metodi e i criteri di accettazione scelti dal fabbricante garantiscano che i requisiti della Direttiva siano soddisfatti.                                                                                                                                                                   |
| 3.2, 3° paragrafo (b), 3° capoverso              | 1, 4.1, 4.2, 7.4, 8.2.2                                              | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.2, 3° paragrafo (c), 1° capoverso              | 4.2, 6.4, 7.1, 7.4, 7.5                                              | Trattato, purché la documentazione del sistema di gestione per la qualità includa documenti e registrazioni pertinenti in merito alla sterilizzazione e all'approvvigionamento.                                                                                                                                |
| 3.2, 3° paragrafo (c), 2° capoverso              | 4.2, 7.5.8, 7.5.9                                                    | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.2, 3° paragrafo (d)                            | 7.1, 7.4.3, 7.6, 8.2.6                                               | Trattato, purché la frequenza alla quale sono eseguite le prove sia documentata nella documentazione del sistema di gestione per la qualità.                                                                                                                                                                   |

**AVVERTENZA:** Il testo e i prospetti precedenti sono intesi specificatamente per le organizzazioni che necessitano di essere conformi alla Direttiva Europea 90/385/CE al fine di apporre la marcatura CE sui propri prodotti e per le altre parti coinvolte nel processo. Anche altre direttive potrebbero essere applicabili e richiedere una marcatura CE.

---

**APPENDICE ZB RELAZIONE FRA LA PRESENTE NORMA EUROPEA E I REQUISITI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ RELATIVI ALLA DIRETTIVA UE 93/42/CEE (COME MODIFICATA)**  
(informativa)

---

**ZB.0**

**Generalità**

La presente norma europea è stata elaborata nell'ambito di un mandato conferito al CEN/CENELEC dall'Unione Europea e dall'Associazione Europea di Libero Scambio per fornire uno strumento tramite il quale il fabbricante può dimostrare la conformità, e tramite il quale l'Organismo Notificato può valutare la conformità del fabbricante, ai requisiti della Direttiva 93/42/CE (come modificata) in merito ai dispositivi medici.

Una volta che la presente norma europea è stata citata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come rientrante nella Direttiva 93/42/CEE (come emendata) e che è stata adottata come norma nazionale in almeno uno Stato membro, la conformità ai punti normativi della presente norma europea indicati nei prospetti ZB.1, ZB.2 o ZB.3 conferisce, entro i limiti dello scopo e campo di applicazione della presente norma europea, una presunzione di conformità ai requisiti del sistema per la qualità di un fabbricante come indicati negli Allegati II, V e VI di quella Direttiva e regolamenti EFTA associati. La presente appendice ZB spiega a quali requisiti, in quali condizioni e in che misura la presunzione di conformità può essere rivendicata.

Gli allegati II, V e VI di valutazione della conformità della Direttiva includono la descrizione del processo e delle attività regolamentari assunte dall'organismo notificato, che sono entrambi al di fuori dello scopo e del campo di applicazione della presente norma europea e pertanto non trattati dalla presente norma europea. Inoltre, i requisiti della Direttiva si riferiscono a un'applicazione a un organismo notificato, non ai requisiti per un sistema per la qualità in quanto tale. Di conseguenza, la copertura dei requisiti legali può essere presunta solo nella misura elencata nei prospetti ZB.1, ZB.2 e ZB.3 in un'applicazione a un organismo notificato:

- contiene la necessaria documentazione del sistema per la qualità;
  - è stata riesaminata e approvata da un organismo notificato,
- e gli impegni elencati nell'applicazione sono correttamente eseguiti dal fabbricante.

- Nota 1 Quando in un punto della presente norma europea si fa riferimento al processo di gestione del rischio, il processo di gestione del rischio necessita di essere conforme alla Direttiva 93/42/CE aggiornata da 2007/47/CE. Questo significa che i rischi devono essere ridotti 'per quanto possibile', 'al minimo', 'al minor livello possibile', 'minimizzati' o 'rimossi', secondo la formulazione del corrispondente requisito essenziale.
- Nota 2 La linea condotta del fabbricante per determinare il rischio accettabile deve essere in conformità ai Requisiti essenziali 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 della Direttiva.
- Nota 3 La presente appendice ZB si basa su riferimenti normativi secondo il prospetto di riferimento contenuto nella premessa europea, sostituendo i riferimenti nel testo principale.
- Nota 4 Quando un requisito non è presente nei prospetti ZB.1, ZB.2 o ZB.3, significa che esso non è considerato dalla presente norma europea.
- Nota 5 La presente appendice utilizza il termine "sistema per la qualità" come impiegato nella Direttiva, mentre la presente norma europea utilizza il termine "sistema di gestione per la qualità" in conformità alla terminologia ISO.

---

**ZB.1**

**Relazione con l'Allegato II della Direttiva 93/42/CEE (come modificata)**

La conformità con la presente norma europea non fornisce presunzione di conformità con tutti gli aspetti dell'Allegato II, come delineato nel prospetto ZB.1. Pertanto, un fabbricante o un organismo notificato deve assumere ulteriori disposizioni per garantire la conformità, e rivendicare o certificare la conformità, con l'Allegato II di questa Direttiva. I requisiti legali devono essere esaminati, applicati e verificati uno per uno e le soluzioni adottate devono divenire parte del sistema per la qualità ai sensi della Direttiva.

prospetto ZB.1 **Corrispondenza tra la presente norma europea e l'Allegato II della Direttiva 93/42/CEE (come modificata)**

| Paragrafo della Direttiva 93/42/CEE, Allegato II                               | Punto(i) della presente norma europea                                | Commenti/Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1, 1ª frase                                                                  |                                                                      | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.1, 2ª frase, 1º capoverso                                                    |                                                                      | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.1, 2ª frase, 2º capoverso                                                    |                                                                      | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.1, 2ª frase, 3º capoverso                                                    |                                                                      | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.1, 2ª frase, 4º capoverso                                                    | 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 | Trattato. La documentazione richiesta nella presente norma europea tratta la documentazione del sistema per la qualità di cui al punto 3.2 dell'Allegato II quando i requisiti legali espliciti sono incorporati nella documentazione del sistema per la qualità. Vedere anche il trattamento del punto 3.2 a seguire.                                                                                                              |
| 3.1, 2ª frase, 5º capoverso                                                    | 4.1, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6                                              | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.1, 2ª frase, 6º capoverso                                                    | 4.1, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6                                              | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.1, 2ª frase, 7º capoverso<br>3.1, 7º capoverso (i)<br>3.1, 7º capoverso (ii) |                                                                      | Non trattato. La presente norma europea include i requisiti sul monitoraggio post-commercializzazione e la comunicazione alle autorità di eventi avversi e azioni correttive di sicurezza sul campo, ma non tratta tutti i dettagli richiesti dalla Direttiva, compresa la tempistica di comunicazione.                                                                                                                             |
| 3.2, 1º paragrafo, 1a frase                                                    |                                                                      | Non trattato. L'applicazione della presente norma europea non garantisce di per sé il soddisfacimento di tutti i requisiti regolamentari della Direttiva. I requisiti legali devono essere esaminati, applicati e verificati uno per uno e le soluzioni adottate devono divenire parte del sistema per la qualità ai sensi della Direttiva.                                                                                         |
| 3.2, 1º paragrafo, 2ª frase                                                    | 4.1, 4.2, 7.1                                                        | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.2, 2º paragrafo                                                              | 4.1, 4.2, 7                                                          | Trattato, purché la documentazione del sistema di gestione per la qualità renda possibile un'interpretazione uniforme delle politiche e delle procedure per la qualità, quali programmi per la qualità, piani per la qualità, manuali per la qualità e registrazioni per la qualità, e che la documentazione applicabile elencata nel punto 3.2 dell'Allegato II sia incorporata nella documentazione del sistema per la qualità.   |
| 3.2, 3º paragrafo (a)                                                          | 4.2.3, 5.1, 5.3, 5.4.1                                               | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.2, 3º paragrafo (b)                                                          | 4.2.2, 5.1                                                           | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.2, 3º paragrafo (b), 1º capoverso                                            | 1, 4.2.2, 5.1, 5.5.1, 5.5.2                                          | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.2, 3º paragrafo (b), 2º capoverso                                            | 4.1, 5.6, 7.1, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3                         | Trattato, purché i metodi e i criteri di accettazione scelti dal fabbricante garantiscano che i requisiti della Direttiva siano soddisfatti.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.2, 3º paragrafo (b), 3º capoverso                                            | 1, 4.1, 4.2, 7.4, 8.2.2                                              | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.2, 3º paragrafo (c)                                                          | 7.1, 7.2, 7.3                                                        | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.2, 3º paragrafo (c), 1º capoverso                                            | 4.2.3, 7.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.10                                     | Trattato, purché la documentazione contenente una descrizione generale del dispositivo medico includa tutte le varianti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.2, 3º paragrafo (c), 2º capoverso                                            | 4.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.6, 7.3.8                                      | Trattato, purché la documentazione del sistema di gestione per la qualità applicabile includa specifiche di progettazione che identifichino le norme che sono da applicare e una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali che si applicano quando le norme armonizzate non sono applicate per intero.                                                                                             |
| 3.2, 3º paragrafo (c), 3º capoverso                                            | 7.3.1, 7.3.6, 7.3.7, 7.3.8, 7.3.9, 7.3.10                            | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.2, 3º paragrafo (c), 4º capoverso                                            | 7.3.2, 7.3.3, 7.3.5, 7.3.6                                           | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.2, 3º paragrafo (c), 5º capoverso                                            | 4.2.3                                                                | Trattato, purché la documentazione del sistema di gestione per la qualità includa una dichiarazione indicante se il dispositivo medico incorpora o meno, come parte integrante, una sostanza o un derivato ematico e la data sulle prove condotte in questa connessione richiesta per valutare la sicurezza, la qualità e l'utilità di tale sostanza o derivato ematico, tenendo conto dello scopo previsto del dispositivo medico. |

prospetto ZB.1 **Corrispondenza tra la presente norma europea e l'Allegato II della Direttiva 93/42/CEE (come modificata) (Continua)**

| Paragrafo della Direttiva 93/42/CEE, Allegato II        | Punto(i) della presente norma europea | Commenti/Note                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2, 3° paragrafo (c), 6° capoverso                     | 4.2.3                                 | Trattato, purché la documentazione del sistema di gestione per la qualità includa una dichiarazione indicante se il dispositivo è fabbricato o meno utilizzando tessuti di origine animale come indicato nella Direttiva della Commissione 2003/32/CE. |
| 3.2, 3° paragrafo (c), 7° capoverso                     |                                       | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.2, 3° paragrafo (c), 8° capoverso                     | 7.3.5, 7.3.8                          | Trattato, purché le registrazioni del sistema di gestione per la qualità includano la valutazione pre-clinica.                                                                                                                                         |
| 3.2, 3° paragrafo (c), 9° capoverso                     |                                       | Non trattato. Il punto 7.3.7 non include i dettagli dell'Allegato X.                                                                                                                                                                                   |
| 3.2, 3° paragrafo (c), 10° capoverso                    | 4.1, 4.2, 7                           | Trattato, purché la documentazione del sistema di gestione per la qualità includa l'etichetta e, dove appropriato, le istruzioni per l'uso.                                                                                                            |
| 3.2, 3° paragrafo (d)                                   | 4.2, 7.1, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2.5, 8.2.6 | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.2, 3° paragrafo (d), 1° capoverso, sterilizzazione    | 4.1.1, 6.4, 7.5                       | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.2, 3° paragrafo (d), 1° capoverso, approvvigionamento | 4.1.1, 7.4                            | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.2, 3° paragrafo (d), 1° capoverso                     | 4.2, 7.1                              | Trattato, purché la documentazione del sistema di gestione per la qualità includa documenti e registrazioni pertinenti in merito alla sterilizzazione e all'approvvigionamento.                                                                        |
| 3.2, 3° paragrafo (d), 2° capoverso                     | 4.2, 7.5.8, 7.5.9                     | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.2, 3° paragrafo (e)                                   | 4.2, 7.1, 7.4.3, 7.5.9.1, 7.6, 8.2.6  | Trattato, purché la frequenza documentata alla quale sono eseguite le prove sia descritta in dettaglio nella documentazione del sistema di gestione per la qualità.                                                                                    |
| 6.1                                                     | 4.2.4, 4.2.5                          | Non trattato, i periodi di tempo specifici nella Direttiva non sono specificati.                                                                                                                                                                       |

**ZB.2**

**Relazione con l'Allegato V della Direttiva 93/42/CEE (come modificata)**

La conformità con la presente norma europea non fornisce presunzione di conformità con tutti gli aspetti dell'Allegato V, come delineato nel prospetto ZB.2. Pertanto, un fabbricante o un organismo notificato devono assumere ulteriori disposizioni per garantire la conformità, e rivendicare o certificare la conformità, con l'Allegato V di questa Direttiva. I requisiti legali devono essere esaminati, applicati e verificati uno per uno e le soluzioni adottate devono divenire parte del sistema per la qualità ai sensi della Direttiva.

prospetto ZB.2 **Corrispondenza tra la presente norma europea e l'Allegato V della Direttiva 93/42/CEE**

| Paragrafo della Direttiva 93/42/CEE, Allegato V                                                             | Punto(i) della presente norma europea        | Commenti/Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 1° paragrafo                                                                                            |                                              | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.1, 2° paragrafo, 1° capoverso                                                                             |                                              | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.1, 2° paragrafo, 2° capoverso                                                                             |                                              | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.1, 2° paragrafo, 3° capoverso                                                                             |                                              | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.1, 2° paragrafo, 4° capoverso                                                                             | 4.1, 4.2                                     | Trattato, purché la documentazione del sistema di gestione per la qualità renda possibile un'interpretazione uniforme delle politiche e delle procedure per la qualità, quali programmi per la qualità, piani per la qualità, manuali per la qualità e registrazioni per la qualità, e che la documentazione applicabile elencata nel punto 3.2 dell'Allegato V sia incorporata nella documentazione del sistema per la qualità. |
| 3.1, 2° paragrafo, 5° capoverso                                                                             | 4.1, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6                      | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.1 2° paragrafo, 6° capoverso                                                                              | 4.1, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6                      | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.1 2° paragrafo, 7° capoverso                                                                              | 4.1, 4.2                                     | Trattato in parte, purché il sistema di gestione per la qualità includa la documentazione tecnica correlata al/i tipo/i applicabile/i approvato/i di dispositivo/i medico/i, Il riferimento al certificato CE di esame tipo non è trattato.                                                                                                                                                                                      |
| 3.1 2° paragrafo, 8° capoverso<br>3.1 2° paragrafo, 8° capoverso (i)<br>3.1 2° paragrafo, 8° capoverso (ii) |                                              | Non trattato. La presente norma europea include i requisiti sul monitoraggio post-commercializzazione e la comunicazione alle autorità di eventi avversi e azioni correttive di sicurezza sul campo, ma non tratta tutti i dettagli richiesti dalla Direttiva, compresa la tempistica di comunicazione.                                                                                                                          |
| 3.2 1° paragrafo                                                                                            |                                              | Non trattato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.2 2° paragrafo                                                                                            | 4.1, 4.2                                     | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.2 3° paragrafo (a)                                                                                        | 4.2.1, 5.1, 5.3, 5.4.1                       | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.2 3° paragrafo (b)                                                                                        | 4.2.2                                        | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.2 3° paragrafo (b), 1° capoverso                                                                          | 5.1, 5.5.1, 5.5.2                            | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.2 3° paragrafo (b), 2° capoverso                                                                          | 4.1, 5.6, 7.1, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3 | Trattato, purché i metodi e i criteri di accettazione scelti dal fabbricante garantiscano che i requisiti della Direttiva siano soddisfatti.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.2, 3° paragrafo (b), 3° capoverso                                                                         | 1, 4.1, 4.2, 7.4, 8.2.2                      | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.2 3° paragrafo (c) 1° capoverso                                                                           | 4.2, 6.4, 7.1, 7.4, 7.5                      | Trattato, purché la documentazione del sistema di gestione per la qualità includa documenti e registrazioni pertinenti in merito alla sterilizzazione e all'approvvigionamento.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.2 3° paragrafo (c) 2° capoverso                                                                           | 4.2, 7.5.8, 7.5.9                            | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.2 3° paragrafo (d)                                                                                        | 7.1, 7.4.3, 7.6, 8.2.6                       | Trattato, purché la frequenza documentata alla quale sono eseguite le prove sia descritta in dettaglio nella documentazione del sistema di gestione per la qualità.                                                                                                                                                                                                                                                              |

### ZB.3

### Relazione con l'Allegato VI della Direttiva 93/42/CEE (come modificata)

La conformità con la presente norma europea non fornisce presunzione di conformità con tutti gli aspetti dell'Allegato VI, come delineato nel prospetto ZB.3. Pertanto, un fabbricante o un organismo notificato devono assumere ulteriori disposizioni per garantire la conformità, e rivendicare o certificare la conformità, con l'Allegato VI di questa Direttiva. I requisiti legali devono essere esaminati, applicati e verificati uno per uno e le soluzioni adottate devono divenire parte del sistema per la qualità ai sensi della Direttiva.

prospetto ZB.3 **Corrispondenza tra la presente norma europea e l'Allegato VI della Direttiva 93/42/CEE (come modificata)**

| Paragrafo della Direttiva 93/42/CEE, Allegato VI                                                              | Punto(i) della presente norma europea                                | Commenti/Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 1° paragrafo                                                                                              |                                                                      | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1, 2° paragrafo, 1° capoverso                                                                               |                                                                      | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1, 2° paragrafo, 2° capoverso                                                                               |                                                                      | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1, 2° paragrafo, 3° capoverso                                                                               |                                                                      | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1, 2° paragrafo, 4° capoverso                                                                               | 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 | Trattato. La documentazione richiesta nella presente norma europea tratta la documentazione del sistema per la qualità di cui al punto 3.2 dell'Allegato VI quando i requisiti legali espliciti sono incorporati nella documentazione del sistema per la qualità. Vedere anche il trattamento del punto 3.2 a seguire. |
| 3.1, 2° paragrafo, 5° capoverso                                                                               | 4.1, 5.4, 5.5, 5.6                                                   | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.1, 2° paragrafo, 6° capoverso                                                                               | 4.1, 5.4, 5.5, 5.6                                                   | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.1, 2° paragrafo, 7° capoverso                                                                               | 4.1, 4.2                                                             | Trattato in parte, purché il sistema di gestione per la qualità includa la documentazione tecnica correlata al tipo/i applicabile/i approvato/i di dispositivo/i medico/i.<br>Il riferimento al certificato CE di esame tipo non è trattato.                                                                           |
| 3.1, 2° paragrafo, 8° capoverso<br>3.1, 2° paragrafo, 8° capoverso (i)<br>3.1 2° paragrafo, 8° capoverso (ii) |                                                                      | Non trattato. La presente norma europea include i requisiti sul monitoraggio post-commercializzazione e la comunicazione alle autorità di eventi avversi e azioni correttive di sicurezza sul campo, ma non tratta tutti i dettagli richiesti dalla Direttiva, compresa la tempistica di comunicazione.                |
| 3.2, 1ª frase                                                                                                 |                                                                      | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.2, 2° e 3ª frase                                                                                            | 4.1, 4.2                                                             | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.2, 2° paragrafo, 1° capoverso                                                                               | 4.2.1, 5.1, 5.3, 5.4.1                                               | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.2, 2° paragrafo, 2° capoverso                                                                               | 7.1, 7.4.3, 7.6, 8.2.6                                               | Trattato, purché la frequenza documentata alla quale sono eseguite le prove sia descritta in dettaglio nella documentazione del sistema di gestione per la qualità.                                                                                                                                                    |
| 3.2, 2° paragrafo, 3° capoverso                                                                               | 4.1, 5.6, 7.1, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3                         | Trattato, purché i metodi e i criteri di accettazione scelti dal fabbricante garantiscano che i requisiti della Direttiva siano soddisfatti.                                                                                                                                                                           |
| 3.2, 2° paragrafo, 4° capoverso                                                                               | 4.1, 4.2, 6.1                                                        | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.2, 2° paragrafo, 5° capoverso                                                                               | 1.2, 4.1, 4.2, 7.4, 8.2.2                                            | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.2, 3° paragrafo                                                                                             |                                                                      | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**AVVERTENZA:** Il testo e i prospetti precedenti sono intesi specificatamente per le organizzazioni che necessitano di essere conformi alla Direttiva Europea 93/42/CE al fine di apporre la marcatura CE sui propri prodotti e per le altre parti coinvolte nel processo. Anche altre direttive potrebbero essere applicabili e richiedere una marcatura CE.

---

**APPENDICE ZC RELAZIONE FRA LA PRESENTE NORMA EUROPEA E I REQUISITI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ RELATIVA ALLA DIRETTIVA UE 98/79/CE**

---

**ZC.0**

**Generalità**

La presente norma europea è stata elaborata nell'ambito di un mandato conferito al CEN/CENELEC dall'Unione Europea e dall'Associazione Europea di Libero Scambio per fornire uno strumento tramite il quale il fabbricante può dimostrare la conformità, e tramite il quale l'Organismo Notificato può valutare la conformità del fabbricante, ai requisiti della Direttiva 98/79/CE in merito ai dispositivi medici diagnostici in vitro.

Una volta che la presente norma europea è stata citata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come rientrante nella Direttiva 98/79/CE e che è stata adottata come norma nazionale in almeno uno Stato membro, la conformità ai punti normativi della presente norma europea indicati nei prospetti ZC.1, ZC.2 e ZC.3 conferisce, entro i limiti dello scopo e campo di applicazione della presente norma europea, una presunzione di conformità ai requisiti del sistema per la qualità del fabbricante come indicati negli Allegati III, IV e VII di quella Direttiva e regolamenti EFTA associati. La presente appendice ZC spiega a quali requisiti, in quali condizioni e in che misura la presunzione di conformità può essere rivendicata.

Gli allegati III, IV e VII di valutazione della conformità della Direttiva includono la descrizione del processo e delle attività regolamentari assunte dall'organismo notificato, che sono entrambi al di fuori dello scopo e del campo di applicazione della presente norma europea e pertanto non trattati dalla presente norma europea. Inoltre, i requisiti della Direttiva si riferiscono a un'applicazione a un organismo notificato, non ai requisiti per un sistema per la qualità in quanto tale. Di conseguenza, la copertura dei requisiti legali può essere presunta solo nella misura elencata nei prospetti ZC.1, ZC.2 e ZC.3 in un'applicazione a un organismo notificato:

- contiene la necessaria documentazione del sistema per la qualità;
- è stata riesaminata e approvata da un organismo notificato,

e gli impegni elencati nell'applicazione sono correttamente eseguiti dal fabbricante.

- Nota 1 Quando in un punto della presente norma europea si fa riferimento al processo di gestione del rischio, il processo di gestione del rischio necessita di essere conforme alla Direttiva 98/79/CE. Questo significa che i rischi devono essere ridotti 'per quanto possibile', 'al minimo', 'al minor livello possibile', 'minimizzati' o 'rimossi', secondo la formulazione del corrispondente requisito essenziale.
- Nota 2 La linea di condotta del fabbricante per determinare il rischio accettabile deve essere in conformità ai Requisiti essenziali Parte A: 1, 2 e 5; Parte B: 1.2, 2, 3, 5, 6 e 7 della Direttiva.
- Nota 3 La presente appendice ZC si basa su riferimenti normativi secondo il prospetto dei riferimenti contenuto nella premessa europea, sostituendo i riferimenti nel testo principale.
- Nota 4 Quando un requisito non è presente nel prospetto ZC.1, ZC.2 o ZC.3, significa che esso non è considerato dalla presente norma europea.
- Nota 5 La presente appendice utilizza il termine "sistema per la qualità" come utilizzato nella Direttiva, mentre la presente norma europea utilizza il termine "sistema di gestione per la qualità" in conformità alla terminologia ISO.

---

**ZC.1**

**Relazione con l'Allegato III della Direttiva 98/79/CE**

La conformità con la presente norma europea non fornisce presunzione di conformità con tutti gli aspetti dell'Allegato III, come delineato nel prospetto ZC.1. Pertanto, un fabbricante o un organismo notificato devono assumere ulteriori disposizioni per garantire la conformità, e rivendicare o certificare la conformità, con l'Allegato III di questa Direttiva. I requisiti legali devono essere esaminati, applicati e verificati uno per uno e le soluzioni adottate devono divenire parte del sistema per la qualità ai sensi della Direttiva.

prospetto ZC.1 **Corrispondenza tra la presente norma europea e l'Allegato III della Direttiva 98/79/CE**

| Paragrafo della Direttiva 98/79/CE, Allegato III | Punto(i) della presente norma europea                                | Commenti/Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3, 1 <sup>a</sup> frase                          |                                                                      | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3, 1° capoverso                                  | 4.2.1.2, 7.2, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.10                                   | Trattato, purché la documentazione contenente una descrizione generale del dispositivo medico includa tutte le varianti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3, 2° capoverso                                  | 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 | Trattato. La documentazione richiesta nella presente norma europea tratta la documentazione del sistema per la qualità di cui al punto 3.2 dell'Allegato III quando i requisiti legali espliciti sono incorporati nella documentazione del sistema per la qualità. Vedere anche il trattamento del punto 3 a seguire.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3, 3° capoverso                                  | 4.2, 7.1, 7.3, 7.5                                                   | Trattato, purché la documentazione del sistema di gestione per la qualità includa informazioni di progettazione, compresa la determinazione delle caratteristiche dei materiali di base, le caratteristiche e la limitazione della prestazione dei dispositivi medici, i metodi di fabbricazione e, nel caso di strumenti, disegni di progettazione, diagrammi dei componenti, sottogruppi, circuiti e similari.                                                                                                                                                   |
| 3, 4° capoverso                                  | 4.1, 4.2                                                             | Trattato, purché, nel caso di dispositivi contenenti tessuti di origine umana o sostanze derivate da tali tessuti, le informazioni della documentazione del sistema di gestione per la qualità sull'origine di tale materiale e sulle condizioni in cui è stato raccolto.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3, 5° capoverso                                  | 4.1, 4.2                                                             | Trattato, purché la documentazione del sistema di gestione per la qualità includa le descrizioni e le spiegazioni necessarie a comprendere le caratteristiche dei disegni e dei diagrammi del dispositivo medico e il funzionamento del prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3, 6° capoverso                                  | 4.2, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.6, 7.3.8                                      | Trattato, purché la documentazione del sistema di gestione per la qualità includa i risultati dell'analisi dei rischi e, dove appropriato, un elenco delle norme applicate parzialmente o in parte, e le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della Direttiva se le norme armonizzate non sono state applicate appieno.                                                                                                                                                                                                      |
| 3, 7° capoverso                                  | 6.4, 7.5.2, 7.5.5, 7.5.7                                             | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3, 8° capoverso                                  | 4.2.1, 7.1.8.1, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.4.3, 8.2.5, 8.2.6      | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3, 9° capoverso                                  | 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7                             | Trattato, purché i requisiti regolamentari applicabili negli elementi in ingresso della progettazione e dello sviluppo includano i requisiti essenziali e che la conformità con questi requisiti essenziali sia dimostrata nella verifica e nella validazione della progettazione e dello sviluppo per i dispositivi medici che sono combinati con altri dispositivi medici al fine di funzionare come previsto.                                                                                                                                                   |
| 3, 10° capoverso                                 | 4.2.5, 8.2.6                                                         | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3, 11° capoverso                                 | 4.1, 4.2                                                             | Trattato, purché la documentazione del sistema di gestione per la qualità includa dati degli studi in un ambiente clinico o altrimenti adeguato o i risultati da riferimenti bibliografici pertinenti che mostrano dati adeguati di valutazione delle prestazioni che mostrano le prestazioni rivendicate dal fabbricante e supportate da un sistema di misurazione di riferimento (quando disponibile), con informazioni sui metodi di riferimento, i materiali di riferimento, i valori di riferimento noti, l'accuratezza e le unità di misurazione utilizzate. |

prospetto ZC.1 **Corrispondenza tra la presente norma europea e l'Allegato III della Direttiva 98/79/CE (Continua)**

| Paragrafo della Direttiva 98/79/CE, Allegato III | Punto(i) della presente norma europea | Commenti/Note                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3, 12° capoverso                                 | 4.2.1.2                               | Trattato, purché la documentazione del sistema di gestione per la qualità includa le etichette e le istruzioni per l'uso.                                                                                                                                                                               |
| 3, 13° capoverso                                 | 4.2                                   | Trattato, purché le registrazioni del sistema di gestione per la qualità includano i risultati degli studi di stabilità.                                                                                                                                                                                |
| 4, paragrafo 1                                   | 1, 4-8                                | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4, 2 paragrafo, 1° capoverso                     | 1.2, 4.2.2, 5.1, 5.5.1, 5.5.2         | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4, paragrafo, 2° capoverso                       | 4, 6, 7, 8                            | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4, paragrafo, 3° capoverso                       | 4.1, 5.6, 8.2.4, 8.4, 8.5.2, 8.5.3    | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5                                                |                                       | Non trattato. La presente norma europea include i requisiti sul monitoraggio post-commercializzazione e la comunicazione alle autorità di eventi avversi e azioni correttive di sicurezza sul campo, ma non tratta tutti i dettagli richiesti dalla Direttiva, compresa la tempistica di comunicazione. |

## ZC.2

### Relazione con l'Allegato IV della Direttiva 98/79/CE

La conformità con la presente norma europea non fornisce presunzione di conformità con tutti gli aspetti dell'Allegato IV, come delineato nel prospetto ZC.2. Pertanto, un fabbricante o un organismo notificato devono assumere ulteriori disposizioni per garantire la conformità, e rivendicare o certificare la conformità, con l'Allegato IV di questa Direttiva. I requisiti legali devono essere esaminati, applicati e verificati uno per uno e le soluzioni adottate devono divenire parte del sistema per la qualità ai sensi della Direttiva.

prospetto ZC.2 **Corrispondenza tra la presente norma europea e l'Allegato IV della Direttiva 98/79/CEE**

| Paragrafo della Direttiva 98/79/CEE, Allegato IV | Punto(i) della presente norma europea                                | Commenti/Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1, 1° paragrafo                                |                                                                      | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1, 2° paragrafo, 1° capoverso                  |                                                                      | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1, 2° paragrafo, 2° capoverso                  |                                                                      | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1, 2° paragrafo, 3° capoverso                  |                                                                      | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1, 2° paragrafo, 4° capoverso                  | 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 | Trattato. La documentazione richiesta nella presente norma europea tratta la documentazione del sistema per la qualità di cui al punto 3.2 dell'Allegato IV quando i requisiti legali espliciti sono incorporati nella documentazione del sistema per la qualità. Vedere anche il trattamento del punto 3.2 a seguire. |
| 3.1, 2° paragrafo, 5° capoverso                  | 4.1, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6                                              | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.1, 2° paragrafo, 6° capoverso                  | 4.1, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6                                              | Trattato in parte. La presente norma europea richiede l'impegno dell'alta direzione per l'attuazione del sistema per la qualità e che siano implementate procedure documentate, ma non richiede un impegno firmato.                                                                                                    |
| 3.1, 2° paragrafo, 7° capoverso                  |                                                                      | Non trattato. La presente norma europea include i requisiti sul monitoraggio post-commercializzazione e la comunicazione alle autorità di eventi avversi e azioni correttive di sicurezza sul campo, ma non tratta tutti i dettagli richiesti dalla Direttiva, compresa la tempistica di comunicazione.                |
| 3.2, 1ª frase                                    |                                                                      | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.2, 2ª frase                                    | 4.1, 4.2                                                             | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.2, 2° paragrafo (a)                            | 4.2.1, 5.1, 5.3, 5.4.1                                               | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.2, 2° paragrafo (b)                            | 4.2.2                                                                | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.2, 2° paragrafo (b), 1° capoverso              | 5.5.1, 5.5.2                                                         | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3.2, 2° paragrafo (b), 2° capoverso              | 5.6, 8.2.4, 8.3, 8.5.2                                               | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

prospetto ZC.2 **Corrispondenza tra la presente norma europea e l'Allegato IV della Direttiva 98/79/CEE (Continua)**

| Paragrafo della Direttiva 98/79/CEE, Allegato IV                                              | Punto(i) della presente norma europea                       | Commenti/Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2, 2° paragrafo (c), 1° capoverso                                                           | 4.2.3, 7.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.10                            | Trattato, purché la documentazione contenente una descrizione generale del dispositivo medico includa tutte le varianti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.2, 2° paragrafo (c), 2° capoverso<br>riferimento all'Allegato III – sezione 3 3° capoverso  | 4.2, 7.1, 7.3, 7.5                                          | Trattato, purché la documentazione del sistema di gestione per la qualità includa informazioni di progettazione, compresa la determinazione delle caratteristiche dei materiali di base, le caratteristiche e la limitazione della prestazione dei dispositivi medici, i metodi di fabbricazione e, nel caso di strumenti, disegni di progettazione, diagrammi dei componenti, sottogruppi, circuiti e similari.                                                                                                                                                   |
| 3.2, 2o paragrafo (c), 2o capoverso<br>riferimento all'Allegato III – sezione 3 4° capoverso  | 4.1, 4.2                                                    | Trattato, purché, nel caso di dispositivi contenenti tessuti di origine umana o sostanze derivate da tali tessuti, le informazioni della documentazione del sistema di gestione per la qualità sull'origine di tale materiale e sulle condizioni in cui è stato raccolto,                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.2, 2° paragrafo (c), 2° capoverso<br>riferimento all'Allegato III – sezione 3 5° capoverso  | 4.1, 4.2                                                    | Trattato, purché la documentazione del sistema di gestione per la qualità includa le descrizioni e le spiegazioni necessarie a comprendere le caratteristiche dei disegni e dei diagrammi del dispositivo medico e il funzionamento del prodotto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.2, 2° paragrafo (c), 2° capoverso<br>riferimento all'Allegato III – sezione 3 6° capoverso  | 4.2, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.6, 7.3.8                             | Trattato, purché la documentazione del sistema di gestione per la qualità includa i risultati dell'analisi dei rischi e, dove appropriato, un elenco delle norme applicate parzialmente o in parte, e le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della Direttiva se le norme armonizzate non sono state applicate completamente.                                                                                                                                                                                                |
| 3.2, 2° paragrafo (c), 2° capoverso<br>riferimento all'Allegato III – sezione 3 7° capoverso  | 6.4, 7.5.2, 7.5.5, 7.5.7                                    | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.2, 2° paragrafo (c), 2° capoverso<br>riferimento all'Allegato III – sezione 3 8° capoverso  | 4.2.1, 7.1, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.4.3, 8.2.5, 8.2.6 | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.2, 2° paragrafo (c), 2° capoverso<br>riferimento all'Allegato III – sezione 3 9° capoverso  | 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.7                    | Trattato, purché i requisiti regolamentari applicabili negli elementi in ingresso della progettazione e dello sviluppo includano i requisiti essenziali e che la conformità con questi requisiti essenziali sia dimostrata nella verifica e nella validazione della progettazione e dello sviluppo per i dispositivi medici che sono combinati con altri dispositivi medici al fine di funzionare come previsto.                                                                                                                                                   |
| 3.2, 2° paragrafo (c), 2° capoverso<br>riferimento all'Allegato III – sezione 3 10° capoverso | 4.2.5, 8.2.6                                                | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.2, 2° paragrafo (c), 2° capoverso<br>riferimento all'Allegato III – sezione 3 11° capoverso | 4.1, 4.2                                                    | Trattato, purché la documentazione del sistema di gestione per la qualità includa dati degli studi in un ambiente clinico o altrimenti adeguato o i risultati da riferimenti bibliografici pertinenti che mostrano dati adeguati di valutazione delle prestazioni che mostrano le prestazioni rivendicate dal fabbricante e supportate da un sistema di misurazione di riferimento (quando disponibile), con informazioni sui metodi di riferimento, i materiali di riferimento, i valori di riferimento noti, l'accuratezza e le unità di misurazione utilizzate. |
| 3.2, 2° paragrafo (c), 2° capoverso<br>riferimento all'Allegato III – sezione 3 12° capoverso | 4.2.3                                                       | Trattato, purché la documentazione del sistema di gestione per la qualità includa le etichette e le istruzioni per l'uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.2, 2° paragrafo (c), 2° capoverso<br>riferimento all'Allegato III – sezione 3 13° capoverso | 4.2                                                         | Trattato, purché le registrazioni del sistema di gestione per la qualità includano i risultati degli studi di stabilità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.2, 2° paragrafo (d), 1° capoverso                                                           | 6.4, 7.5                                                    | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.2, 2° paragrafo (d), 2° capoverso                                                           | 7.4                                                         | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.2, 2° paragrafo (d), 3° capoverso                                                           | 4.2, 7.4, 7.5                                               | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.2, 2° paragrafo (e)                                                                         | 7.1, 7.4.3, 7.6, 8.2.6                                      | Trattato, purché la frequenza documentata alla quale sono eseguite le prove sia descritta in dettaglio nella documentazione del sistema di gestione per la qualità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### ZC.3

### Relazione con l'Allegato VII della Direttiva 98/79/CE

La conformità con la presente norma europea non fornisce presunzione di conformità con tutti gli aspetti dell'Allegato VII, come delineato nel prospetto ZC.3. Pertanto, un fabbricante o un organismo notificato devono assumere ulteriori disposizioni per garantire la conformità, e rivendicare o certificare la conformità, con l'Allegato VII di questa Direttiva. I requisiti legali devono essere esaminati, applicati e verificati uno per uno e le soluzioni adottate devono divenire parte del sistema per la qualità ai sensi della Direttiva.

prospetto ZC.3

#### Corrispondenza tra la presente norma europea e l'allegato VII della Direttiva 98/79/CE

| Paragrafo della Direttiva 98/79/CE, Allegato VII                                   | Punto(i) della presente norma europea                                      | Commenti/Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1, 1° paragrafo                                                                  |                                                                            | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.1, 2° paragrafo, 1° capoverso<br>riferimento all'Allegato IV, 3.1, 1° capoverso  |                                                                            | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.1, 2° paragrafo, 1° capoverso<br>riferimento all'Allegato IV, 3.1, 2° capoverso  |                                                                            | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.1, 2° paragrafo, 1° capoverso,<br>riferimento all'Allegato IV, 3.1, 3° capoverso |                                                                            | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.1, 2° paragrafo, 1° capoverso,<br>riferimento all'Allegato IV, 3.1, 4° capoverso | 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4,<br>4.1.6, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,<br>4.2.4, 4.2.5 | Trattato. La documentazione richiesta nella presente norma europea tratta la documentazione del sistema per la qualità intesa di cui al punto 3.2 dell'Allegato VII quando i requisiti legali espliciti sono incorporati nella documentazione del sistema per la qualità. Vedere anche il trattamento del punto 3.2 a seguire. |
| 3.1, 2° paragrafo, 1° capoverso,<br>riferimento all'Allegato IV, 3.1, 5° capoverso | 4.1, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6                                                    | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.1, 2° paragrafo, 1° capoverso,<br>riferimento all'Allegato IV, 3.1, 6° capoverso | 4.1, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6                                                    | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.1, 2° paragrafo, 1° capoverso,<br>riferimento all'Allegato IV, 3.1, 7° capoverso |                                                                            | Non trattato. La presente norma europea include i requisiti sul monitoraggio post-commercializzazione e la comunicazione alle autorità di eventi avversi e azioni correttive di sicurezza sul campo, ma non tratta tutti i dettagli richiesti dalla Direttiva, compresa la tempistica di comunicazione.                        |
| 3.1, 2° paragrafo, 2° capoverso                                                    | 4.1, 4.2                                                                   | Trattato in parte, purché il sistema di gestione per la qualità includa la documentazione tecnica correlata al/ai tipo/i applicabile/i approvato/i, di dispositivo/i medico/i. Il riferimento al certificato CE di esame tipo non è trattato.                                                                                  |
| 3.2, 1° paragrafo                                                                  |                                                                            | Non trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3.2, 2° paragrafo                                                                  | 4.1, 4.2                                                                   | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.2, 3° paragrafo (a)                                                              | 4.2.1, 5.1, 5.3, 5.4.1                                                     | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.2, 3° paragrafo (b)                                                              | 4.2.2                                                                      | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.2, 3° paragrafo (b), 1° capoverso                                                | 5.5.1, 5.5.2                                                               | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.2, 3° paragrafo (b), 2° capoverso                                                | 5.6, 8.2.4, 8.3, 8.5.2                                                     | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.2, 3° paragrafo (c), 1° capoverso                                                | 6.4, 7.5                                                                   | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.2, 3° paragrafo (c), 2° capoverso                                                | 7.4                                                                        | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.2, 3° paragrafo (c), 3° capoverso                                                | 4.2, 7.4, 7.5                                                              | Trattato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.2, 3° paragrafo (d)                                                              | 4.2, 7.1, 7.4.3, 7.6, 8.2.6                                                | Trattato, purché la frequenza alla quale sono eseguite le prove sia documentata nella documentazione del sistema di gestione per la qualità.                                                                                                                                                                                   |

**AVVERTENZA:** Il testo e i prospetti precedenti sono intesi specificatamente per le organizzazioni che necessitano di essere conformi alla Direttiva Europea 98/79/CE al fine di apporre la marcatura CE sui propri prodotti e per le altre parti coinvolte nel processo. Anche altre direttive potrebbero essere applicabili e richiedere una marcatura CE.

## BIBLIOGRAFIA

- [1] ISO 9001:2015<sup>3)</sup> Quality management systems - Requirements
- [2] ISO 10012 Measurement management systems - Requirements for measurement processes and measuring equipment
- [3] ISO 11607-1:2006 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems
- [4] ISO 11607-2 Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes
- [5] ISO 14644 (tutte le parti) Cleanrooms and associated controlled environments
- [6] ISO 14698 (tutte le parti) Cleanrooms and associated controlled environments - Biocontamination control
- [7] ISO 14971:2007 Medical devices - Application of risk management to medical devices
- [8] ISO 19011 Guidelines for auditing management systems
- [9] IEC 62366-1 Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices
- [10] GHTF/SG1/N055:2009<sup>4)</sup> Definition of the Terms "Manufacturer", "Authorised Representative", "Distributor" and "Importer"
- [11] GHTF/SG5/N4:2010<sup>5)</sup> Post-Market Clinical Follow-Up Studies
- [12] GHTF/SG1/N70:2011<sup>6)</sup> Label and Instructions for Use for Medical Devices
- [13] GHTF/SG1/N071:2012<sup>7)</sup> Definition of the Terms "Medical Device" and "In Vitro Diagnostic (IVD) Medical Device"

---

3) Sostituisce la ISO 9001:2008.

4) Disponibile presso il sito Web: <http://www.imdrf.org/documents/doc-ghtf-sg1.asp>

5) Disponibile presso il sito Web: <http://www.imdrf.org/documents/doc-ghtf-sg5.asp>

6) Disponibile presso il sito Web: <http://www.imdrf.org/documents/doc-ghtf-sg1.asp>

7) Disponibile presso il sito Web: <http://www.imdrf.org/documents/doc-ghtf-sg1.asp>

