



Amplitud generada de 200Mhz

amplitud generada(200Mhz)	amplitud osciloscopio (mV)	amplitud osciloscopio (V)	% amplitud
0,5	864,29	0,86429	172,8580
0,25	433,57	0,44357	177,4280
0,125	221,69	0,22169	177,3520
0,0625	110,84	0,11084	177,3440



Amplitud generada de 300Mhz

amplitud generada(300Mhz)	amplitud osciloscopio (mV)	amplitud osciloscopio (V)	% amplitud
0,5	525,36	0,5254	112,8725
0,25	268,56	0,2686	107,4240
0,125	139,65	0,1397	111,7200
0,0625	73.733	0,0737	117,9728



Amplitud generada de 500Mhz

amplitud generada(500Mhz)	amplitud osciloscopio (mV)	amplitud osciloscopio (V)	% amplitud
0,5	203,1	0,2031	40,6200
0,25	106,45	0,1065	42,5800
0,125	58.981	0,0590	47,1848
0,0625	33	0,0330	52,8000

