CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

NÚMERO: CA-2026-003

MAGNITUD:	MEDICIONES ELÉCTRICAS Y FRECUENCIA CARDÍACA
INSTRUMENTO:	MONITOR MULTIPARÁMETRO DE SIGNOS VITALES
MARCA:	MINDRAY
MODELO:	BENEVISION N17
CÓDIGO INTERNO:	HV-UCI-003
SERIE:	MN-N17-883902
REG. SANITARIO INVIMA:	**INVIMA 2019EBC-0019812**
RIESGO INVIMA:	**CLASE IIB (Riesgo Moderado Alto - Dec. 4725/2005)**
UNIDAD DE MEDIDA:	BPM (Latidos Por Minuto)
DIVISIÓN DE ESCALA:	1 BPM
UBICACIÓN:	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI ADULTOS - CAMA 03)
SOLICITANTE:	CLÍNICA VITAL IPS // SALUD DIGITAL UAO
FECHA CALIBRACIÓN:	2026-10-13
PÁGINAS:	2 INCLUYENDO ANEXOS
CALIBRADO POR:	ING. ALEJANDRO SARRIA TEJADA

MÉTODO Y MARCO NORMATIVO INVIMA

Calibración por generación de señales ECG patrón en cumplimiento con el **Decreto 4725 de 2005 (INVIMA)**, la **Resolución 3100 de 2019**, el Programa de Tecnovigilancia (**Res. 4816/2008**), norma IEC 60601-2-27 e instructivo MET-BIO-05.

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura: 23.5 ± 1.0 °C | **Humedad Relativa:** 48.0 %HR

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

CÓDIGO	PATRÓN	MARCA	CERTIFICADO	PRÓX. CALIB.
PE-009	Simulador Paciente ECG/SpO2	BC BIOMEDICAL	CA-176209	2027-01-20

ING. JORGE A. CANO GONZALEZ
Jefe de Laboratorio de Metrología Biomédica

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. PECHY.S.A.S no se responsabiliza por mal uso del equipo.

TABLA DE MEDICIONES Y RESULTADOS

SIMULADO (BPM)	FRECUENCIA CARDÍACA (BPM) - LECTURAS MONITOR						RESULTADOS		
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	PROM.	ERROR	U
30	30	30	30	30	30	30	**30.0**	**0.0**	**±0.69**
60	60	60	60	60	60	60	**60.0**	**0.0**	**±0.90**
120	120	120	120	120	120	120	**120.0**	**0.0**	**±1.50**
180	180	180	180	180	180	180	**180.0**	**0.0**	**±2.90**
240	240	240	240	240	240	240	**240.0**	**0.0**	**±3.04**

Promedio de Errores vs Valor Generado (BPM)



Error Máximo Obtenido: 0.0 BPM

Incertidumbre Máxima Expandida (U): ±3.04 BPM

DICTAMEN METROLÓGICO: CONFORME / APTO PARA USO CLÍNICO (CUMPLIMIENTO INVIMA)

OBSERVACIONES

El canal electrocardiográfico del Mindray BeneVision N17 responde con exactitud del 100% y cumple plenamente los criterios de habilitación INVIMA.

*** Final del Certificado CA-2026-003 ***