

เอกสารไม่ควบคุม กรณำตรวจสอบฉบับปัจจุบันก่อนใช้งาน

	เอกสารควบคุม
	ประเภท : ระเบียบปฏิบัติ (Document Type) : Quality Procedure (QP)
	แผนก : กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ Department : Medical Technology
	ครั้งที่แก้ไข : 10 (Revision) : 10
เรื่อง : การออกรายงานผลอัตโนมัติ	หมายเลขเอกสาร : QP-LAB-22 (Document No.) : QP-LAB-22
วันที่ประกาศใช้เอกสาร : 11 ธันวาคม 2558 (Issue Date) : 11 December 2015	หน้า/จำนวนหน้า : 1/3 (Page No.) : 1/3
วันที่แก้ไขเอกสาร : 8 มีนาคม 2569 (Edit Date) : 8 March 2026	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
วันที่บังคับใช้เอกสาร : 8 มีนาคม 2569 (Effective Date) : 8 March 2026	
ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องรับทราบ : นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่งานวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	
จัดทำโดย : นายศิริวัฒน์ จำปีรัตน์ ตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ	ลายมือชื่อ  วันที่ 8 มีนาคม 2569
รับรองโดย : นางนฤมล งามวชิราพร ตำแหน่ง : ผู้จัดการคุณภาพ	ลายมือชื่อ  วันที่ 8 มีนาคม 2569
อนุมัติโดย : นางสาวณัฏฐ์ฤทัย ไพโรจน์ ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	ลายมือชื่อ  วันที่ 8 มีนาคม 2569

เอกสารไม่ควบคุม กรุณาตรวจสอบฉบับปัจจุบันก่อนใช้งาน

	แก้ไขครั้งที่ : 10	หน้าที่ : 2/3	เอกสารควบคุม
	หมายเลขเอกสาร : QP-LAB-22	วันที่บังคับใช้ : 8 มีนาคม 2569	
ชื่อเอกสาร :	การออกรายงานผลอัตโนมัติ		

1.0 วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโดยระบบอัตโนมัติให้ เป็นแนวทางเดียวกัน ภายใต้การพิทักษ์สิทธิของผู้ป่วยและเพื่อให้การรายงานผลถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา อันก่อให้เกิดประโยชน์ในการรักษา การติดตามเฝ้าระวังอาการของผู้ป่วย

2.0 ขอบเขต

ครอบคลุมบุคลากรกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการออกรายงานผลการวิเคราะห์โดยระบบอัตโนมัติผ่านระบบคอมพิวเตอร์

3.0 คำจำกัดความ

การตรวจสอบยืนยันผลอัตโนมัติ (Auto verification) หมายถึง กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโดยอัตโนมัติด้วยกฎทางคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างเครื่องมือตรวจวิเคราะห์และระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ(LIS) โดยปราศจากการแทรกแซงของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

4.0 ผู้ที่เกี่ยวข้อง

นักเทคนิคการแพทย์, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์, เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์, บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

5.0 ระเบียบปฏิบัติงาน

5.1 การเลือกใช้วิธีการตรวจสอบยืนยันผลอัตโนมัติ(Auto verification) หัวหน้างาน คณะทำงานด้านวิชาการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดทำค่าเกณฑ์การตรวจสอบยืนยันผลอัตโนมัติ เสนอหัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้ แจ้งประธานคณะกรรมการระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการและผู้จัดการคุณภาพทราบ

5.2 คณะทำงานด้านวิชาการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเกณฑ์หรือกฎ (validate criteria) การตรวจสอบยืนยันผลอัตโนมัติก่อนการใช้งานจริง กฎที่นำมาใช้ต้องครอบคลุมการตรวจสอบ รายงานผลได้แก่

5.2.1 กฎการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือ เช่น ตัวอย่างน้อย มีฟองอากาศหรือก้อน clotted

5.2.2 ดัชนีสัญญาณรบกวน เช่น hemolysis, icterus, and lipemia

เอกสารไม่ควบคุม กรณำตรวจสอบฉบับปัจจุบันก่อนใช้งาน

	แก้ไขครั้งที่ : 10	หน้าที่ : 3/3	เอกสารควบคุม
	หมายเลขเอกสาร : QP-LAB-22	วันที่บังคับใช้ : 8 มีนาคม 2569	
ชื่อเอกสาร :	การออกรายงานผลอัตโนมัติ		

- 5.2.3 ช่วงค่าอ้างอิงของการวัด(Validation range) , ค่าอ้างอิงปกติ (Reference range)
- 5.2.4 ค่าวิกฤต (Critical value)
- 5.2.5 การตรวจสอบการเปรียบเทียบค่าปัจจุบันกับค่าก่อนหน้าหากมีจากผู้ป่วยรายเดียวกัน (Delta check)
- 5.2.6 การตรวจสอบความสอดคล้องของผลการทดสอบอื่นๆรวม เช่น ค่า BUN กับค่า Creatinine , Bilirubin(direct) กับ Bilirubin (Total) เป็นต้น
- 5.2.7 ความสอดคล้องกับอาการทางคลินิกอื่นๆ
- 5.3 เมื่อระบบพร้อมใช้งาน หัวหน้างาน คณะทำงานด้านวิชาการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการแจ้งผู้รับบริการ(แพทย์ พยาบาล) และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทราบก่อนการใช้งานจริง
- 5.4 หากมีการตรวจพบความคลาดเคลื่อนจากการใช้งานระบบการตรวจสอบยืนยันผลอัตโนมัติ คณะทำงานด้านวิชาการต้องหยุดระบบการตรวจสอบยืนยันผลอัตโนมัติทันที และกลับไปใช้ระบบการตรวจสอบยืนยันผลโดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการแทน พร้อมกับบันทึกความคลาดเคลื่อนที่พบในโปรแกรมรายงานอุบัติการณ์ Incident occurrence report(IOR) มีการค้นหาสาเหตุ ดำเนินการแก้ไข และแจ้งผู้ให้บริการทราบ
- 5.5 มีการระบุในใบรายงานผลว่าเป็นการรายงานผลด้วยระบบอัตโนมัติ
- 5.6 หัวหน้างาน คณะทำงานด้านวิชาการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีการทวนสอบความถูกต้องของกฎหรือเกณฑ์ที่ใช้ในระบบการตรวจสอบยืนยันผลอัตโนมัติอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 12 เดือนหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎและมีบันทึกผลการทวนสอบ
- 6.0 ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด
ไม่มี
- 7.0 เอกสารสนับสนุน
ไม่มี
- 8.0 แผนผังการดำเนินงาน (Flow Chart)
ไม่มี

เอกสารไม่ควบคุม กรณำตรวจสอบฉบับปัจจุบันก่อนใช้งาน

แบบบันทึกประวัติการแก้ไข/ทบทวนเอกสาร กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี ประเภทเอกสาร ☐ คู่มือคุณภาพ (QM) ☒ ระเบียบปฏิบัติ (QP) ☐ วิธีปฏิบัติ (WI) ☐ Other เรื่อง การออกรายงานผลอัตโนมัติ หมายเลขเอกสาร QP-LAB-22						
ลำดับที่	แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายการแก้ไข	ผู้ทำการแก้ไข	ผู้อนุมัติ
1	00	11-ธ.ค.-58	11-ธ.ค.-58	ประกาศใช้ครั้งแรกทั้งฉบับ	นายสิทธิพงศ์ ทับทิม	นางแสงเดือน หลายวัฒนไพศาล
2	01	11-ม.ค.-59	11-ม.ค.-59	ทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไข	นายสิทธิพงศ์ ทับทิม	นางแสงเดือน หลายวัฒนไพศาล
3	02	11-ธ.ค.-59	11-ม.ค.-60	ทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไข	นายสิทธิพงศ์ ทับทิม	นางแสงเดือน หลายวัฒนไพศาล
4	03	11-ธ.ค.-60	11-ม.ค.-61	ทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไข	นายสิทธิพงศ์ ทับทิม	นางแสงเดือน หลายวัฒนไพศาล
5	04	11-ธ.ค.-61	11-ม.ค.-62	แก้ไขทั้งฉบับ(เปลี่ยนชื่อ QP-LAB-25 การรายงานผลโดยระบบอัตโนมัติ เป็น QP-LAB-22 การออกรายงานผลอัตโนมัติ)	นางสาวลลิตา เหลืองพิพัฒน์สร	นางแสงเดือน หลายวัฒนไพศาล
6	05	11-ธ.ค.-62	11-ม.ค.-63	ทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไข	นางสาวลลิตา เหลืองพิพัฒน์สร	นางแสงเดือน หลายวัฒนไพศาล
7	06	1-พ.ค.-63	1-มิ.ย.-63	ทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไข	นางสาวลลิตา เหลืองพิพัฒน์สร	นางแสงเดือน หลายวัฒนไพศาล
8	-	-	-	ทบทวนแล้วเมื่อวันที่ 1 เม.ย 64 ไม่มีการแก้ไขและคงใช้เอกสารฉบับวันที่บังคับใช้ 11 มิ.ย.63	นางสาววัชรี้ จรุงวัชร	นางสาววัชรี้ จรุงวัชร
9	-	-	-	ทบทวนแล้วเมื่อวันที่ 1 เม.ย 65 ไม่มีการแก้ไขและคงใช้เอกสารฉบับวันที่บังคับใช้ 11 มิ.ย.63	นางสาววัชรี้ จรุงวัชร	นางสาววัชรี้ จรุงวัชร

เอกสารไม่ควบคุม กรณำตรวจสอบฉบับปัจจุบันก่อนใช้งาน

แบบบันทึกประวัติการแก้ไข/ทบทวนเอกสาร						
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชลบุรี						
ประเภทเอกสาร ☐ คู่มือคุณภาพ (QM) ☒ ระเบียบปฏิบัติ (QP) ☐ วิธีปฏิบัติ (WI) ☐ Other						
เรื่อง การออกรายงานผลอัตโนมัติ หมายเลขเอกสาร QP-LAB-22						
ลำดับที่	แก้ไขครั้งที่	วันที่แก้ไข	วันที่บังคับใช้	รายการแก้ไข	ผู้ทำการแก้ไข	ผู้อนุมัติ
10	07	1-ก.พ.-66	1-มี.ค.-66	แก้ไขทั้งฉบับ	นางสาวณัฐฤทัย ไพโรจน์	นางสาววัชร จรุงวัชร
11	08	1-ก.พ.-67	1-มี.ค.-67	ทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไข	นายศิริวัฒน์ จำปีรัตน์	นางสาวณัฐฤทัย ไพโรจน์
12	09	1-ก.พ.-68	1-มี.ค.-68	ทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไข	นายศิริวัฒน์ จำปีรัตน์	นางสาวณัฐฤทัย ไพโรจน์
13	10	8-มี.ค.-69	8-มี.ค.-69	ทบทวนแล้วไม่มีการแก้ไข	นายศิริวัฒน์ จำปีรัตน์	นางสาวณัฐฤทัย ไพโรจน์