Hankintapäätös 506357 / Urologiset tarvikkeet

Hankintayksikkö

Sansia Oy

Mukana olevat muut yhteisöt

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 3221326-2
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite 3221325-4
Kainuun hyvinvointialue 3221331-8
Lapin hyvinvointialue Lapha 3221332-6
Etelä-Karjalan hyvinvointialue 3221313-1
Päijät-Hämeen hyvinvointialue 3221309-4

Hankinnan nimi

506357, Urologiset tarvikkeet

Ilmoitus julkaistu

18.11.2024 12:14:50

Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohde, kokonaishinta ja sopimuskausi

Hankinnan kohteena ovat urologiset tarvikkeet.
Hankinnan arvioitu arvo sopimuskaudelle, neljälle (4) vuodelle 2 410 000 euroa (€).
Kyseinen arvo on laskettu vertailutaulukosta, ja se sisältää päätökselle menneiden osa-alueiden arvon koko sopimuskaudelle; neljälle (4) vuodelle.

Sopimuksen kesto on kaksi (2) vuotta sen voimaantulosta. Sopimusta on mahdollisuus jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden optiokaudella.

Saapuneiden tarjousten tai hakemusten lukumäärä

Määräaikaan 20.12.2024 12:00:00 mennessä saapui 23 tarjousta / hakemusta.

Päätös tehty

11.8.2025

Päätös

KESKEYTYSPÄÄTÖKSET

Hankinnan osa-alueet 1–8, 10–14, 16–20, 27, 29–31, 33–34, 36–51, 53, 55–58, 62–66, 68, 71, 74–78, 80–90 on keskeytetty erillisellä keskeyttämispäätöksellä markkinaoikeuden antaman ratkaisun MAO: 203/2025 mukaisesti.

Esitys:
Hankinta-asiantuntija Outi Randelin ja vastaava hankinta-asiantuntija Irina Lev esittävät, että seuraavat hankinnan osa-alueet keskeytetään:

15. HUUHTELUKATETRI 3-TIE LATEXRUNKO DUFOUR, vähimmäisvaatimusten määrittelyssä on tapahtunut virhe. Tarjousten vertailuvaiheessa havaittiin hankinnan kohteen määrittelyssä olleen sellaisia virheitä tai puutteita, joita ei voida korjata keskeyttämättä hankintaa.

28. KERTAKATETRI KÄYTTÖVALMIS HYGIENIASUOJA TIEMAN KÄRKI, osa-alueeseen ei saatu yhtään vähimmäisvaatimukset täyttävää tarjousta.

79. VIRTSANKERÄYSPUSSI LASTEN TEHDASPUHDAS, osa-alueeseen ei saatu yhtään vähimmäisvaatimukset täyttävää

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/a6ef6f87-5e6e-4eee-8db6-e51af6f1741d
visma sign
www.vismasign.com

tarjousta.

Hankintalain (1397/2016) 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään 123 §:ssä. Oikeuskäytännössä ja –kirjallisuudessa todellisina, ja siten hankinnan osan keskeyttämisen perusteena hyväksyttävinä syinä, on pidetty muun muassa sitä, että hankintamenettelyssä on havaittu olennainen virhe, eikä virhettä voida korjata muutoin, kuin keskeyttämällä hankinta ja käynnistämällä kokonaan uusi tarjouskilpailu. Lisäksi perusteltuna keskeyttämisen syynä pidetään sitä, että hankintamenettelyn osaan ei olla saatu yhtään hyväksyttyä tarjousta.

Päätöksessä keskeytettäväksi mainittujen osa-alueiden keskeyttämiselle on lainsäädännön tarkoittama todellinen ja perusteltu syy. Ratkaisu ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin.

Päätös:
Hyväksyn esitykset.

HYLKÄYSPÄÄTÖKSET

Esitys:

Hankinta-asiantuntija Outi Randelin ja vastaava hankinta-asiantuntija Irina Lev esittävät, että seuraavien tarjoajien tarjoukset hylätään tarjouspyyntöä vastaamattomana seuraavissa osa-alueessa:

9. KIVENPOISTOKORI 1,9 CH 4-LANKAINEN - Mediq Suomi Oy
21. KERTAKATETRI NELATON LIUKASTEELLA 7-24 CM - Berner Oy, OneMed Oy
22. KERTAKATETRI NELATON LIUKASTEELLA 25-45CM - OneMed Oy
23. KERTAKATETRI TIEMAN LIUKASTEELLA- Berner Oy
24. KERTAKATETRI KÄYTTÖVALMIS NELATON 7-24 CM- Berner Oy
25. KERTAKATETRI KÄYTTÖVALMIS NELATON 25-45 CM- Berner Oy
26. KERTAKATETRI KÄYTTÖVALMIS TIEMAN- Berner Oy
54. KATETRIOHJAINVAIJERI HYDROFILINEN STIFF - Steripolar Oy
60. VIRTSAJOHTIMEN VAIJERILLINEN LAAJENNINSETTI, ILMAN PALLOA - Mediq Suomi Oy, Steripolar Oy
70. VIRTSAPUSSI RAAJAKIINNITYS 200-300 ML –OneMed Oy

Hylkäyksen perustelut löytyvät tämän päätöksen kohdasta "Päätöksen perustelut".

Päätös:
Hyväksyn esityksen.

HANKINTAPÄÄTÖKSET

Esitys:

Hankinta-asiantuntija Outi Randelin ja vastaava hankinta-asiantuntija Irina Lev esittävät, että toimittajavalinnat tehdään osa-alueittain seuraavasti:

9. KIVENPOISTOKORI 1,9 CH 4-LANKAINEN - Boston Scientific Nordic AB
21. KERTAKATETRI NELATON LIUKASTEELLA 7-24 CM - Wellspect Oy
22. KERTAKATETRI NELATON LIUKASTEELLA 25-45CM - Wellspect Oy
23. KERTAKATETRI TIEMAN LIUKASTEELLA - Wellspect Oy
24. KERTAKATETRI KÄYTTÖVALMIS NELATON 7-24 CM – 1. Wellspect Oy, 2. Coloplast Oy
25. KERTAKATETRI KÄYTTÖVALMIS NELATON 25-45 CM - 1. Wellspect Oy, 2. Coloplast Oy
26. KERTAKATETRI KÄYTTÖVALMIS TIEMAN - 1. Wellspect Oy, 2. Coloplast Oy
32. KERTAKATETRI VIRTSANKERÄYSPUSSILLA - Wellspect Oy
35. ASETTIMELLINEN KERTAKATETRI NELATON, LASTEN - Wellspect Oy
52. GLYSEROLIRUISKU BALONGIN TÄYTTÖÖN – 1. OneMed Oy, 2. Mekalasi Oy
54. KATETRIOHJAINVAIJERI HYDROFILINEN STIFF – 1. Cook Medical Finland Oy, 2. Boston Scientific Nordic AB
59. VIRTSAJOHTIMEN VAIJERILLINEN LAAJENNINSETTI PALLOLLA - Cook Medical Finland Oy
60. VIRTSAJOHTIMEN VAIJERILLINEN LAAJENNINSETTI, ILMAN PALLOA - Cook Medical Finland Oy
61. KIVESPROTEESI – 1. OneMed Oy, 2. Steripolar Oy
67. VIRTSAPULLO - Berner Oy
69. VIRTSAPUSSI RAAJAKIINNITYS 500-600ML – 1. UNOQUIP GmbH, 2. Mediq Suomi Oy

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/a6ef6f87-5e6e-4eee-8db6-e51af6f1741d
visma sign
www.vismasign.com

70. VIRTSAPUSSI RAAJAKIINNITYS 200-300 ML – 1. Coloplast Oy, 2. Berner Oy
72. VIRTSAPUSSI TYHJENNETTÄVÄ TEHDASPUHDAS – 1. OneMed Oy, 2. Coloplast Oy
73. VIRTSAPUSSI TYHJENNETTÄVÄ STERIILI – 1. Mediq Suomi Oy, 2. UNOQUIP GmbH

Päätös:
Hyväksyn esitykset.

Päätöksen perustelut

1. Tarjoajien soveltuvuuden arviointi

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset määriteltiin hankintailmoituksessa.
Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset.

2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus tarkastettiin tarjouspyynnössä kuvatusti. Tarjottavaa tavaraa ja tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnössä. Tarjoajien edellytettiin vastaavan kaikkiin kohtiin ja liittävän kaikki vaadittavat asiakirjat ja selvitykset tarjouksensa liitteeksi.

Tarjousten ja tarjottujen tuotteiden vaatimusten täyttyminen tarkastettiin ensisijaisesti tarjoajan tarjouksessa ilmoitettujen tietojen perusteella ja toissijaisesti erikseen pyydettävien tuote-esitteiden tai mallikappaleiden perusteella.

Tarjousten tarkastamisessa todettiin, että seuraavissa osa-alueissa ilmeni tarjouksia, jotka olivat tarjouspyynnön vastaisia, minkä vuoksi ne suljettiin tarjouskilpailusta:

OSA 9. KIVENPOISTOKORI 1,9 CH 4-LANKAINEN:
Mediq Suomi Oy:n tarjous oli tarjouspyynnön vastainen, minkä vuoksi tarjous hylättiin ko. osa-alueesta. Tarjottu tuote ei täyttänyt kaikkia tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia.
Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksena oli:
"Empower-järjestelmään yhteensopiva. Kärjestään avoin. Korin pitää olla kiinnitettävissä ureterorenoskoopin automatisoituun käsikahvaan."
Mediq Suomi Oy:n tarjoamasta tuotteesta pyydettiin tuotenäyte vähimmäisvaatimusten todentamiseksi. Vähimmäisvaatimusten tarkastamisessa todettiin, että tarjottu tuote ei täyttänyt vaatimusta Empower-järjestelmän yhteensopivuudesta.

OSA 21. KERTAKATETRI NELATON LIUKASTEELLA 7-24 CM:
Berner Oy: n tarjous oli tarjouspyynnön vastainen, minkä vuoksi tarjous hylättiin ko. osa-alueesta. Tarjottu tuote ei täyttänyt kaikkia tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia.
Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksena oli:
” Katetrin tulee olla niin jäykkä, että potilas voi sen helposti viedä virtsaputkeen.”
Berner Oy: n tarjoamasta tuotteesta pyydettiin tuotenäyte vähimmäisvaatimusten todentamiseksi. Vähimmäisvaatimusten tarkastamisessa todettiin, että tarjottu tuote ei täyttänyt vaatimusta katetrin jäykkyydestä. Tarjouspyynnössä esitetty vaatimus jäykkyydestä ei toteutunut, koska katetri taipui mutkalle, mikäli katetroitaessa oli yhtään estettä.

OneMed Oy: n tarjous oli tarjouspyynnön vastainen, minkä vuoksi tarjous hylättiin ko. osa-alueesta. Tarjottu tuote ei täyttänyt kaikkia tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia.
Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksena oli:
” Katetrin tulee olla niin jäykkä, että potilas voi sen helposti viedä virtsaputkeen.”
” Katetrin pinnan osmolaliteetti on vähintään sama kuin virtsalla eli 300 mOsm/kg.”
”Tarjoaja lataa tarjouksen liitteeksi tuote-esitteen ja dokumentaation, joilla todentaa vähimmäisvaatimusten täyttymisen. ”
OneMed Oy: n tarjoamasta tuotteesta pyydettiin tuotenäyte vähimmäisvaatimusten todentamiseksi. Vähimmäisvaatimusten tarkastamisessa todettiin, että tarjottu tuote ei täyttänyt vaatimusta katetrin jäykkyydestä. Tarjouspyynnössä esitetty vaatimus jäykkyydestä ei toteutunut, koska katetri taipui mutkalle, mikäli katetroitaessa oli yhtään estettä.
Vaadittua osmolaliteettia ei todennettu tarjousmateriaalissa. Tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouksia arvioidaan ainoastaan niistä ilmenevien tietojen perusteella.

OSA 22. KERTAKATETRI NELATON LIUKASTEELLA 25-45CM
OneMed Oy: n tarjous oli tarjouspyynnön vastainen, minkä vuoksi tarjous hylättiin ko. osa-alueesta. Tarjottu tuote ei täyttänyt kaikkia tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia.
Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksena oli:
” Katetrin tulee olla niin jäykkä, että potilas voi sen helposti viedä virtsaputkeen.”

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/a6ef6f87-5e6e-4eee-8db6-e51af6f1741d
visma sign
www.vismasign.com

” Katetrin pinnan osmolaliteetti on vähintään sama kuin virtsalla eli 300 mOsm/kg.”
”Tarjoaja lataa tarjouksen liitteeksi tuote-esitteen ja dokumentaation, joilla todentaa vähimmäisvaatimusten täyttymisen. ”
OneMed Oy: n tarjoamasta tuotteesta pyydettiin tuotenäyte vähimmäisvaatimusten todentamiseksi. Vähimmäisvaatimusten tarkastamisessa todettiin, että tarjottu tuote ei täyttänyt vaatimusta katetrin jäykkyydestä. Tarjouspyynnössä esitetty vaatimus jäykkyydestä ei toteutunut, koska katetri taipui mutkalle, mikäli katetroitaessa oli yhtään estettä.
Vaadittua osmolaliteettia ei todennettu tarjousmateriaalissa. Tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouksia arvioidaan ainoastaan niistä ilmenevien tietojen perusteella.

OSA 23. KERTAKATETRI TIEMAN LIUKASTEELLA
Berner Oy: n tarjous oli tarjouspyynnön vastainen, minkä vuoksi tarjous hylättiin ko. osa-alueesta. Tarjottu tuote ei täyttänyt kaikkia tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia.
Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksena oli:
” Katetrin tulee olla niin jäykkä, että potilas voi sen helposti viedä virtsaputkeen.”
Berner Oy: n tarjoamasta tuotteesta pyydettiin tuotenäyte vähimmäisvaatimusten todentamiseksi. Vähimmäisvaatimusten tarkastamisessa todettiin, että tarjottu tuote ei täyttänyt vaatimusta katetrin jäykkyydestä. Tarjouspyynnössä esitetty vaatimus jäykkyydestä ei toteutunut, koska katetri taipui mutkalle, mikäli katetroitaessa oli yhtään estettä.

OSA 24. KERTAKATETRI KÄYTTÖVALMIS NELATON 7-24 CM
Berner Oy: n tarjous oli tarjouspyynnön vastainen, minkä vuoksi tarjous hylättiin ko. osa-alueesta. Tarjottu tuote ei täyttänyt kaikkia tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia.
Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksena oli:
” Katetrin tulee olla niin jäykkä, että potilas voi sen helposti viedä virtsaputkeen.”
Berner Oy: n tarjoamasta tuotteesta pyydettiin tuotenäyte vähimmäisvaatimusten todentamiseksi. Vähimmäisvaatimusten tarkastamisessa todettiin, että tarjottu tuote ei täyttänyt vaatimusta katetrin jäykkyydestä. Tarjouspyynnössä esitetty vaatimus jäykkyydestä ei toteutunut, koska katetri taipui mutkalle, mikäli katetroitaessa oli yhtään estettä.

OSA 25. KERTAKATETRI KÄYTTÖVALMIS NELATON 25-45 CM
Berner Oy: n tarjous oli tarjouspyynnön vastainen, minkä vuoksi tarjous hylättiin ko. osa-alueesta. Tarjottu tuote ei täyttänyt kaikkia tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia.
Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksena oli:
” Katetrin tulee olla niin jäykkä, että potilas voi sen helposti viedä virtsaputkeen.”
Berner Oy: n tarjoamasta tuotteesta pyydettiin tuotenäyte vähimmäisvaatimusten todentamiseksi. Vähimmäisvaatimusten tarkastamisessa todettiin, että tarjottu tuote ei täyttänyt vaatimusta katetrin jäykkyydestä. Tarjouspyynnössä esitetty vaatimus jäykkyydestä ei toteutunut, koska katetri taipui mutkalle, mikäli katetroitaessa oli yhtään estettä.

OSA 26. KERTAKATETRI KÄYTTÖVALMIS TIEMAN
Berner Oy: n tarjous oli tarjouspyynnön vastainen, minkä vuoksi tarjous hylättiin ko. osa-alueesta. Tarjottu tuote ei täyttänyt kaikkia tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia.
Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksena oli:
” Katetrin tulee olla niin jäykkä, että potilas voi sen helposti viedä virtsaputkeen.”
Berner Oy: n tarjoamasta tuotteesta pyydettiin tuotenäyte vähimmäisvaatimusten todentamiseksi. Vähimmäisvaatimusten tarkastamisessa todettiin, että tarjottu tuote ei täyttänyt vaatimusta katetrin jäykkyydestä. Tarjouspyynnössä esitetty vaatimus jäykkyydestä ei toteutunut, koska katetri taipui mutkalle, mikäli katetroitaessa oli yhtään estettä.

OSA 54. KATETRIOHJAINVAIJERI HYDROFILINEN STIFF
Steripolar Oy: n tarjous oli tarjouspyynnön vastainen, pyydettyä tuotenäytettä ei toimitettu määräajassa. Tarjous hylättiin ko. osa-alueesta.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjoaja on sitoutunut tarjousta jättäessään toimittamaan erikseen pyydettäessä tuotenäytteet tarjoamistaan tuotteista noudattaen vaadittua toimitusaikaa. Tarjoaja vastaa näytteiden toimittamisesta tuotenäytepyynnössä ilmoitettuun osoitteeseen määräaikaan mennessä. Mikäli tuotetta ei toimiteta määräajassa tai se on merkitty puutteellisesti, sitä ei oteta mukaan tarjousvertailuun.

OSA 60. VIRTSAJOHTIMEN VAIJERILLINEN LAAJENNINSETTI, ILMAN PALLOA
Mediq Suomi Oy: n ja Steripolar Oy: n tarjoukset olivat tarjouspyynnön vastaisia, pyydettyjä tuotenäytettä ei toimitettu määräajassa. Tarjoukset hylättiin ko. osa-alueesta.

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjoaja on sitoutunut tarjousta jättäessään toimittamaan erikseen pyydettäessä tuotenäytteet tarjoamistaan tuotteista noudattaen vaadittua toimitusaikaa. Tarjoaja vastaa näytteiden toimittamisesta tuotenäytepyynnössä ilmoitettuun osoitteeseen määräaikaan mennessä. Mikäli tuotetta ei toimiteta määräajassa tai se on merkitty puutteellisesti, sitä ei oteta mukaan tarjousvertailuun.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/a6ef6f87-5e6e-4eee-8db6-e51af6f1741d
visma sign
www.vismasign.com

OSA 70. VIRTSAPUSSI RAAJAKIINNITYS 200-300 ML
OneMed Oy: n tarjous oli tarjouspyynnön vastainen, minkä vuoksi tarjous hylättiin ko. osa-alueesta. Tarjottu tuote ei täyttänyt kaikkia tarjouspyynnössä asetettuja vähimmäisvaatimuksia.
Tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksena ja hankinnan kohteena oli: ” VIRTSAPUSSI RAAJAKIINNITYS 200-300 ML”. OneMed Oy: n tarjoama tuote oli 350 ml, eikä täyttänyt asetettua kokovaatimusta.

Hankintalain (1397/2016) 74 §:n mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran ja palvelun olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksikön on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi hylättävä tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset, ja että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä. Tarjouksia arvioidaan ainoastaan niistä ilmenevien tietojen perusteella.

Muut tarjoukset todettiin osa-alueissa tarjouspyynnön mukaisiksi ja hyväksyttiin mukaan tarjousvertailuun.

3. Tarjousten vertailu

Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet on kuvattu tarjouspyynnössä. Tarjousten vertailu ja hankintapäätös tehdään osa-alueittain.

VERTAILUPERUSTE HINTA:
Hinta vertaillaan siten, että halvimman vertailuhinnan tarjonnut saa x pistettä ja muut suhteessa siihen kaavalla: pienin annettu arvo/tarjottu arvo x maksimipistemäärä.

VERTAILUPERUSTEENA HINTA-LAATU:
Halvimman vertailuhinnan tarjonnut saa hinnalle määritetyn maksimipistemäärän ja muut suhteessa siihen kaavalla: pienin annettu arvo / tarjottu arvo x maksipistemäärä.
Laatupisteiden enimmäismäärät ja pisteytykset on kuvattu "Hankinnan kohteen kriteerit" kohdassa osa-alueittain.

Hinta ja laatupisteet lasketaan yhteen, mikä muodostaa tarjoajan vertailupistemäärän. Valituksi tulee eniten vertailupisteitä saanut tarjoaja/tarjoajat.

Tarjousten vertailu ilmenee liitteestä: Vertailutaulukko 506357

4. Hankintapäätös

Sopimustoimittajiksi valitaan osa-alueittain Päätös, hankintapäätökset -kohdassa mainitut tarjoajat.

6. Hankintasopimus

Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen ja valitusosoituksen tiedoksi.

7. Liitteet

1. Vertailutaulukko 506357
2. Valitusosoitus ja oikaisuohje

Valittu toimittaja/toimittajat

Berner Oy
- 70. VIRTSAPUSSI RAAJAKIINNITYS 200-300 ML
- 67. VIRTSAPULLO

Boston Scientific Nordic AB

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/a6ef6f87-5e6e-4eee-8db6-e51af6f1741d
visma sign
www.vismasign.com

- 9. KIVENPOISTOKORI 1,9 CH 4-LANKAINEN
- 54. KATETRIOHJAINVAIJERI HYDROFILINEN STIFF

Coloplast Oy
- 24. KERTAKATETRI KÄYTTÖVALMIS NELATON 7-24 CM
- 72. VIRTSAPUSSI TYHJENNETTÄVÄ TEHDASPUHDAS
- 25. KERTAKATETRI KÄYTTÖVALMIS NELATON 25-45 CM
- 26. KERTAKATETRI KÄYTTÖVALMIS TIEMAN
- 70. VIRTSAPUSSI RAAJAKIINNITYS 200-300 ML

Cook Medical Finland Oy
- 54. KATETRIOHJAINVAIJERI HYDROFILINEN STIFF
- 59. VIRTSAJOHTIMEN VAIJERILLINEN LAAJENNINSETTI PALLOLLA
- 60. VIRTSAJOHTIMEN VAIJERILLINEN LAAJENNINSETTI, ILMAN PALLOA

Mediq Suomi Oy
- 69. VIRTSAPUSSI RAAJAKIINNITYS 500-600ML
- 73. VIRTSAPUSSI TYHJENNETTÄVÄ STERIILI

Mekalasi Oy
- 52. GLYSEROLIRUISKU BALONGIN TÄYTTÖÖN

OneMed Oy
- 52. GLYSEROLIRUISKU BALONGIN TÄYTTÖÖN
- 72. VIRTSAPUSSI TYHJENNETTÄVÄ TEHDASPUHDAS
- 61. KIVESPROTEESI

Steripolar Oy
- 61. KIVESPROTEESI

UNOQUIP GmbH
- 69. VIRTSAPUSSI RAAJAKIINNITYS 500-600ML
- 73. VIRTSAPUSSI TYHJENNETTÄVÄ STERIILI

Wellspect Oy
- 21. KERTAKATETRI NELATON LIUKASTEELLA 7-24 CM
- 24. KERTAKATETRI KÄYTTÖVALMIS NELATON 7-24 CM
- 35. ASETTIMELLINEN KERTAKATETRI NELATON, LASTEN
- 32. KERTAKATETRI VIRTSANKERÄYSPUSSILLA
- 22. KERTAKATETRI NELATON LIUKASTEELLA 25-45CM
- 23. KERTAKATETRI TIEMAN LIUKASTEELLA
- 25. KERTAKATETRI KÄYTTÖVALMIS NELATON 25-45 CM
- 26. KERTAKATETRI KÄYTTÖVALMIS TIEMAN

Allekirjoittajat

Janne Naukkarinen

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/a6ef6f87-5e6e-4eee-8db6-e51af6f1741d
visma sign
www.vismasign.com

SIGNATURES **ALLEKIRJOITUKSET** **UNDERSKRIFTER** **SIGNATURER** **UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Janne Markus Juhani Naukkarinen
Sansia Oy, FI23647608, Puutarhakatu 6, 70300, Kuopio
63560882-8b5b-4744-9bf4-8f0b7e17dd46 - 2025-08-11 11:13:31 UTC +03:00
BankID / MobileID - 2911358f-8121-4f29-9b88-c49c0fa241a8 - FI
Representative - Nimenkirjoitusoikeus - Firmateckningsrätt - Representant - Repræsentant

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/a6ef6f87-5e6e-4eee-8db6-e51af6f1741d
visma sign
www.vismasign.com