# **Proces Verbal**

privind îndeplinirea volumului de lucru

#### INTERMED-SERVICE SRL.

Adresa:	str. Tighina 65, of. 617, MD2001, Chisinau
Telefon:	022-27-20-05

SC	)L	IC	IΤ	Α	N	IT
----	----	----	----	---	---	----

Instituţia:	IMSP CRDM	Raion:	Chisinau
-------------	-----------	--------	----------

#### DISPOZITIV

Model:	BrightSpeed	Tip:	СТ
Producător:	General Electric	S/N:	10519YC7
Garanție:	Nu		

S-a d	epistat:
-------	----------

### Lucrări efectuate:

S-a efectuat mentenanta preventiva a echipamentului si cu procedura trimisa de producatorul GE FMI No:22933a.

Scoaterea capacelor gantry-ului, mesei si consolei.

Deprafuirea sistemului integral si a filtrelor de racire a tubului. Si filtrele de racire a detectorului.

Dezasamblarea cutiilor SlipRing-ului si deprafuirea acestuia.

Deprafuirea periilor de pe slipring.

Inlocuirea a 2 perii de grafit de inalta tensiune pe slipring.

Verificarea zgomotelor externe ale mesei. S-a depistat o problema mecanica la suportul lateral al mesei si mecanismul de blocarea a mesei. Deprafuirea componentelor mesei.

Instalarea cablurilor noi venite in pachetul FMI No:22933a (5406379 Thermal switch cable. 5429368 NGPDU Series RC Filter Cable)

Reasamblarea integrala a echipamentului.

Efectuarea procedurii de Fast Calibration.

Efectuarea procedurii de verificare a calitatii imaginii cu fantoma de calitate.

Luind in consideratie ca la momentul verificarii versiunii de soft, S-a constatat ca nu este nevoie de continuare a FMI-ului si finalizarea acestuia cu codul 2. (Ver.Soft: 11BW46.3+SP1.9)

## Remarcă:

Aparatul functioneaza normal.

Se recomanda inlocuirea pieselor urmatoare pentru a asigura o eficienta mai buna a echipamentului

Piese masa:

- 1. Latch Assembly PN:2269177,
- 2. Roller PN:46-296370P1 x 2buc.

Piese Gantry:

- 1. POWER BRUSH TIP COLLECTOR FOR H-PWR PN:2349603 x 10buc.
- 2. SIGNAL BRUSH TIP COLLECTOR FOR H-PWR PN:2349604 x10 buc.

INGINER:		REPREZENTANT INSTITUȚIE:		
Nume/Prenume:	Andrei Guranda	Nume/Prenume:		
Semnătura:		Semnătura:		

Data:	15.05.2019
Data.	15.05.2015