

Agência Nacional de Vigilância Fictícia — ANVF

Documento sintético gerado para fins de estudo de caso de Engenharia de Requisitos. A ANVF é uma instituição fictícia; nenhum dado real é representado.

ANVF-PT-2026-001 | Emissão original | 14/02/2026

Parecer Técnico de Registro — Dispositivo de Monitoramento Ambiental Modelo DX-7

1. Identificação

Produto: Dispositivo de Monitoramento Ambiental, Modelo DX-7. Requerente: Sensoria Instrumentos Ltda. (fictícia). Classe de risco: II (risco moderado), conforme critérios do ANVF-MP-001.

2. Fundamentação técnica

O dispositivo foi avaliado quanto à estabilidade de calibração, resistência a variações de temperatura operacional (-10°C a 45°C) e conformidade eletromagnética. Os ensaios apresentados pelo requerente atendem aos parâmetros de referência para produtos da Classe II.

3. Prazo de validade

Com base na classificação de risco do produto e nos critérios da Seção 2 do ANVF-MP-001, este parecer estabelece prazo de validade de registro de **24 (vinte e quatro) meses**, contados a partir da data de emissão.

4. Condicionantes

Renovação sujeita a nova análise documental, conforme tabela de prazos do ANVF-MP-001.

5. Conclusão

Parecer favorável ao registro do Dispositivo de Monitoramento Ambiental Modelo DX-7, com validade de 24 meses. Analista responsável: R. Andrade Souza, matrícula ANVF-1042.