BIOMEDIC Anti-Streptolysin O (ASO)

(Latex Enhanced Immunoturbidimetric)

شماره سفارش	حجم معرف R1	حجم معرف R2	Total Vol.	دمای نگهداری
SO0011	1 x 40 ml	1 x 10 ml	50 ml	2-8 °C
SO0017	1 x 40 ml	1 x 10 ml	50 ml	

- **کاربرد:**

جهت اندازه‌گیری کمی **Anti-Streptolysin O (ASO)** در سرم انسان به روش دستی و دستگاهی.

- **اهمیت بالینی:**

آزمایش های ایمونولوژیک برای بررسی وجود آنتی بادی های اختصاصی متابولیت های استرپتوکوکی، اطلاعات مفیدی را در ورد ابتلا به عفونت در اختیار ما قرار میدهد. این آنتی بادی ها بر علیه خود پاتوژن و یا محصولات متابولیک آن تولید میشود. استرپتولایزین O آنزیمی است که توسط استرپتوکوک های بتا همولیتیک گروه A تولید میشود و منجر به تحریک سیستم ایمنی و تولید آنتی بادی میگردد. اندازه گیری این آنتی بادی ها در تشخیص عفونت های این دسته پاتوژن ها (مانند تب روماتیسمی و گلومرونفریت استرپتوکوکی) مفید است. در اندازه گیری آنتی بادی های تولید شده بر علیه آنزیم های مختلف استرپتوکوکی (ASO) مورد انتخابی بوده زیرا حساس و در 80 الی 85٪ موارد افزایش آن مشاهده میگردد.

- **اساس روش:**

در این روش سنجش ASO بر اساس واکنش بین آنتی بادی ها علیه Streptolysin O (ASO) میباشد که تشکیل کمپلکس داده و ایجاد کدورت مینماید. شدت کدورت حاصل در طول موج 550-530 نانومتر قابل اندازه گیری بوده که متناسب با میزان ASO موجود در نمونه میباشد.

ASO Antigen + Anti-ASO antibody ⟶ Antigen/Antibody Complex

- **شرایط نگهداری و آماده‌سازی معرف‌ها:**

معرف ها آماده مصرف میباشند. قبل از استفاده محتویات هر ظرف را به آرامی مخلوط نمایید.
معرف ها در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی ویال ها پایدار میباشند، مشروط بر اینکه درب ویال ها بسته و آلوده نگردند. از فریز نمودن و قرار دادن معرف ها در مقابل نور خودداری نمایید.
محلول شماره 1: محلول شفاف و بدون رنگ.
محلول شماره 2: محلول سفید رنگ کدر.

- **نحوه امحاء پسماند:**

معرف های باقیمانده در ویال‌ها، مطابق دستورالعمل‌های دفع پسماند میبایست با آب فراوان رقیق و سپس دفع گردند. (دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی مرجع سلامت)

- **هشدار ها:**

از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی میتوان استفاده نمود. در هنگام کار با معرف‌ها، از وسایل حفاظت فردی مانند: دستکش، عینک و ... استفاده شود و کلیه موارد ایمنی مطابق با دستورالعمل‌های ایمنی در آزمایشگاه رعایت گردد. در صورت تماس مستقیم معرف‌ها با دهان، دست و چشم‌ها، بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

- **نمونه مورد آزمایش:**

سرم تازه بدون همولیز و غیر لیپمیک.
پایداری ASO در نمونه سرم، در دمای 2 تا 8 درجـه سانتیگراد به مدت 2 روز و در دمای 20- درجـه سانتیگراد به مدت 3 ماه میباشد. از فریز دفریز نمودن و آلوده شدن نمونه ها جلوگیری بفرمایید.

- **موارد مورد نیازی که در کیت تعبیه نشده اند:**

کنترل‌های ASO Control Level 1 & 2 شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کنترل-های معتبر دارای محدوده تعریف شده برای این روش.
کالیبراتور ASO Calibrator شرکت توسعه کیمیای سعادت و یا سایر کالیبراتورهای معتبر دارای غلظت تعریف شده برای این روش.
سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl
تجهیزات معمول مورد استفاده در آزمایشگاه.

- **نکات قابل توجه:**

قبل از انجام آزمایش دستورالعمل و توضیحات بروشور را به دقت مطالعه نمایید.
جهت انجام این آزمایش از ظروف، لوله ها و پیپت های شیشه ای تمیز و نوک سمپلر نو استفاده نمایید.

- **خصوصیات عملکردی کیت:**
- **ماکزیمم حد سنجش:**

این کیت جهت اندازه‌گیری Anti-Streptolysin O (ASO) تا غلظت800 IU/ml طراحی شده است. نمونه‌های با غلظت بیش از 800 IU/ml را قبل از آزمایش به نسبت 1 به 4 با سرم فیزیولوژی 0.9 درصد NaCl، رقیق نموده، آزمایـش را تکرار و نتیجه را در عدد 5 ضرب نمایید.

- **حداقل میزان قابل اندازه‌گیری (LOD):** 20 IU/ml
- **پدیده منطقه ایی (Prozone):**

در این آزمایش تا غلظت 1000 IU/ml پدیده منطقه ایی (Prozone) مشاهده نشده است.

- **دقت:**

Intra Assay-Within run CV

Sample	n	Mean (IU/ml)	SD	CV (%)
1	20	100	2.4	2.4
2	20	200	3.4	1.7
3	20	400	5.6	1.4

Inter Assay-Between run CV

Sample	n	Mean (IU/ml)	SD (IU/ml)	CV (%)
1	20	100	3.6	3.6
2	20	200	8.4	4.2
3	20	400	19.6	4.9

- **صحت:**

جهت ارزیابی صحت، از مقایسه روش‌ها استفاده شده است. در این بررسی، این کیت با یکی از متداول‌ترین کیت‌های معتبر موجود مقایسه گردیده و نتایج زیر حاصل شده است:

r = 0.99
Y = 0.915 (X) – 4.844

- **عوامل مداخله گر:**

آنالیت‌های زیر تا مقادیر ذکر شده تداخلی در این آزمایش ایجاد نمیکنند:

Hemolysis	Less than 10% interference up to 1000 mg/dl Hemoglobin
Bilirubin (mixed isomers)	Less than 10% interference up to 20 mg/dl Bilirubin
Lipemia	Less than 10% interference up to Intralipid 1000 mg/dl
RF	600 IU/ml

- **مقادیر مرجع:**

Normal Range adults	< 200 IU/ml
Children <5 years old	<100 IU/ml

"توصیه میگردد که هر آزمایشگاه با توجه به اطلاعات آماری بیمارانش محدوده (دامنه) مرجع مختص به خود را تعیین نماید. برای اهداف تشخیصی نتایج این آزمایش باید با تاریخچه پزشکی بیمار، دیگر آزمایش ها و یافته ها بطور همزمان مورد بررسی قرار گیرند."

نشانی کارخانه: کیلومتر جاده تهران-سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر 6 **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، ، پلاک 5
تلفن : **021-88549754-9 ارتباط با پشتیبانی:** 09129579409 – 09129579408 **info@tksmed.com** **www.tksmed.com**

BIOMEDIC Anti-Streptolysin O (ASO)

(Latex Enhanced Immunoturbidimetric)

- **روش آزمایش:**

طول موج	530-550 nm
دمای انکوباسیون	37 °C
قطر کووت	1 cm
اندازه‌گیری	اندازه‌گیری در مقابل بلانک معرف

	بلانک	کالیبراتور/نمونه/کنترل
معرف R1	800 µl	800 µl
معرف R2	200 µl	200 µl
کالیبراتور/نمونه/کنترل	-	10 µl
به آرامی مخلوط کرده، و جذب نوری اولیه (OD1) نمونه را اندازه گیری نمایید به مدت 2 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه نموده و جذب نوری ثانویه (OD2) را اندازه گیری نمایید.		

- **محاسبات:**

$$\text{Anti-Streptolysin O (ASO) (IU/ml)} = \frac{\Delta\text{Abs. Sample}}{\Delta\text{Abs. Calibrator}} \times \text{Cal.Conc. (IU/ml)}$$

$\Delta A = [(A2-A1)\ \text{Sample or Calibrator}] - [(A2-A1)\ \text{Blank}]$

$\Delta Abs = OD2-OD1$

- **این محصول بر روی انواع دستگاه‌های اتوآنالایزر بیوشیمی قابل نصب میباشد. جهت نصب یا دریافت پارامترهای مربوطه میتوانید با بخش پشتیبانی شرکت توسعه کیمیای سعادت تماس حاصل فرمایید.**

- **References:**

1-Claus DR.Osmaud AP, Gewurz H. J Lab Clin Med 87.120.128(1976)
2-Burtis CA. Ashwood ER. Tietz Fund. Of Clin.Chem. 5th ed.:30-54 and 462-494.
3-Shire B, De Beer FC, Pepys MB, Clin,Chem. Acta 117.13-23(1981)
4-Baudner S, Dati F. Standardization of the measurement of 14 proteins in human serum based on the new IFCC/BCR/CAP international reference material CRM470. J Lab Med 1996;20:145-152.

نشانی محل تولید	
تاریخ تولید	
شماره کاتالوگ	REF
شماره رسته تولید	LOT
تعداد/مقدار/حجم	Σ
محدودیت دمای نگهداری	
تاریخ انقضاء	
احتیاط	
دستورالعمل استفاده	
محصول تشخیص آزمایشگاهی	IVD
حمل و نقل/جا به جایی با دقت	
نگهداری در مکان خشک	
سمت/جهت قرار دادن بسته بندی	

TKS TOSE'E KIMIA SA'ADAT توسعه کیمیای سعادت

BRS

ISO 13485:2016
ISO 9001:2015

IVD

بازنگری: 040203

نشانی کارخانه: کیلومتر جاده تهران-سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر 6 **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، ، پلاک 5
تلفن : **021-88549754-9 ارتباط با پشتیبانی:** 09129579408 – 09129579409 **info@tksmed.com** **www.tksmed.com**