D-Dimer
(Latex Enhanced Immunoturbidimetric)

شماره سفارش	حجم معرف R1	حجم معرف R2	Total Vol.	دمای نگهداری
DM0017	1 x 30 ml	1 x 10 ml	40 ml	2-8 °C

- **کاربرد:**
معرف تشخیصی برای تعیین کمّی **D-dimer** در پلاسما روی سیستم‌های فتومتریک

- **اهمیت بالینی:**
دی‌دایمر یکی از محصولات تجزیه فیبرین است که از تجزیه فیبرین پایدار توسط پلاسمین حاصل می‌شود. فیبرین پایدار توسط فاکتور لخته‌کننده XIII در سیستم انعقاد و فیبرینولیز به‌صورت عرضی پیوند خورده است. افزایش سطح دی‌دایمر در خون به تولید ترومبوز و نیز اثربخشی فیبرینولیز مربوط می‌شود. همچنین، افزایش سطح دی‌دایمر با بیماری‌های مختلفی از جمله تومورهای بدخیم، بیماری‌های زنان و زایمان، ضایعات عروقی و سندرم DIC (انعقاد داخل عروقی منتشر) مرتبط است.

- **اساس روش:**
دی‌دایمر موجود در نمونه با لاتکسی که با آنتی‌بادی مونوکلونال ضد دی‌دایمر انسانی (از نوع موشی) حساس شده، واکنش داده و تجمع‌هایی ایجاد می‌کند که به‌صورت نوری برای محاسبه غلظت دی‌دایمر اندازه‌گیری می‌شود.

- **شرایط نگهداری و آماده‌سازی معرف‌ها:**
معرف‌ها آماده استفاده هستند.
در صورت نگهداری در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد و رعایت شرایط صحیح، تا تاریخ انقضا پایدارند.
زمان پایداری روی آنالایزر (در حال استفاده یا در یخچال) : ۴ هفته

رنگ و ظاهر معرف ها:
معرف R1: بافر
معرف R2: لاتکس پوشش‌داده‌شده با آنتی‌بادی مونوکلونال ضد دی‌دایمر انسانی

- **شرایط آماده‌سازی کالیبراتور/استاندارد:**
کالیبراتور را با استفاده از سرم فیزیولوژی (NaCl 0.9%) به شرح ذیل تهیه نمایید:

Dilution	NaCl	1/16	1/8	1/4	1/2	Neat
Dilution Factor	1	0.063	0.125	0.25	0.5	1

از سرم فیزیولوژی (NaCl 0.9%) به عنوان استاندارد صفر (0) استفاده نمایید.

نحوه امحاء پسماند:
معرف های باقیمانده در ویال‌ها، مطابق دستورالعمل‌های دفع پسماند میبایست با آب فراوان رقیق و سپس دفع گردند. (دستورالعمل مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی مرجع سلامت)

- **هشدار ها:**
از این کیت تنها برای مصرف در آزمایشگاه های تشخیص طبی میتوان استفاده نمود. در هنگام کار با معرف‌ها، از وسایل حفاظت فردی مانند: دستکش، عینک و ... استفاده شود و کلیه موارد ایمنی مطابق با دستورالعمل‌های ایمنی در آزمایشگاه رعایت گردد. در صورت تماس مستقیم معرف‌ها با دهان، دست و چشم‌ها، بلافاصله با آب فراوان شستشو داده شود.

- **نمونه مورد آزمایش:**
پلاسما سیتراته
پلاسما پس از سانتریفیوژ، در ۴ درجه سانتی‌گراد تا یک هفته و در دمای —۸۰ درجه سانتی‌گراد تا دو ماه قابل نگهداری است.
سرم جداشده با لوله حاوی ترومبین و آپروتینین نیز پایداری مشابه پلاسما دارد.

- **موارد مورد نیازی که در کیت تعبیه نشده‌اند:**
کنترل دی‌دایمر
کالیبراتور دی‌دایمر
تجهیزات عمومی آزمایشگاهی

- **نکات قابل توجه:**
معرف‌ها را طبق روش نگهداری مشخص‌شده ذخیره کنید و از سری‌هایی که تاریخ انقضای آن گذشته استفاده نکنید.
محلول لاتکس را هرگز فریز نکنید.
معرف‌ها از سری های مختلف را با هم مخلوط نکنید.
بقایای معرف را به ظرف جدید اضافه نکنید، ممکن است منجر به آلودگی یا خرابی شود.
پس از خارج کردن از یخچال، معرف‌های لاتکس باید کامل مخلوط شوند.

حد سنجش:
30 µg/ml

- **حداقل میزان قابل اندازه‌گیری:**
0.5 µg/mL

- **پدیده منطقه ایی (Prozone):**
در این آزمایش تا غلظت 50 µg/mL پدیده منطقه ایی (Prozone) مشاهده نشده است.

- **دقت:**

	intra-assay			total		
mean(µg/mL)	0.92	2.16	5.39	0.98	1.98	4.94
SD	0.018	0.028	0.064	0.042	0.049	0.092
CV%	1.91	1.31	1.18	4.33	2.51	1.86

- **صحت:**
جهت ارزیابی صحت، از مقایسه روش‌ها استفاده شده است. در این بررسی، این کیت با یکی از متداول‌ترین کیت‌های معتبر موجود مقایسه گردیده و نتایج زیر حاصل شده است:
r = 0.986
Y = 1.05 (X) - 0.18

- **عوامل مداخله گر:**
آنالیت‌های زیر تا مقادیر ذکر شده تداخلی در این آزمایش ایجاد نمیکنند:

Hemolysis	500 mg/dl Hemoglobin
Bilirubin (mixed isomer)	18 mg/dl Bilirubin
Lipids	2000 mg/dl

- **مقادیر مرجع:**
- 1.0 میکروگرم در میلی‌لیتر یا کمتر

"توصیه میگردد که هر آزمایشگاه با توجه به اطلاعات آماری بیمارانش محدوده (دامنه) مرجع مختص به خود را تعیین نماید. برای اهداف تشخیصی نتایج این آزمایش باید با تاریخچه پزشکی بیمار، دیگر آزمایش ها و یافته ها بطور همزمان مورد بررسی قرار گیرند."

- **روش آزمایش:**

طول موج	700 nm
دمای انکوباسیون	37 °C
قطر کووت	1 cm
اندازه‌گیری	اندازه‌گیری در مقابل بلانک معرف

	بلانک	کالیبراتور/نمونه/کنترل
معرف R1	900 µl	900 µl
معرف R2	300 µl	300 µl
کالیبراتور/نمونه/کنترل	-	20 µl
به آرامی مخلوط کرده، جذب نوری اولیه (OD1) نمونه را اندازه گیری نمایید به مدت 5 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد انکوبه نموده و جذب نوری ثانویه (OD2) را اندازه گیری نمایید.		

نشانی کارخانه: کیلومتر 54 جاده تهران-سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر6 **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک 5
تلفن: 9 الی 88549754- 021 **ارتباط با پشتیبانی:** 09129579408 – 09129579409
www.tksmed.com **info@tksmed.com**

- **محاسبات:**

ΔA=A2-A1

از منحنی کالیبراسیون (با ۵ سطح کالیبراتور) برای محاسبه استفاده می‌شود.
پایداری منحنی کالیبراسیون: 4 هفته

- **این محصول بر روی انواع دستگاه‌های اتوآنالایزر بیوشیمی قابل نصب میباشد. جهت نصب یا دریافت پارامترهای مربوطه میتوانید با بخش پشتیبانی شرکت توسعه کیمیای سعادت تماس حاصل فرمایید.**

- **References:**

1. Rylatt D.B.,et al: An immunoassay for human D dimmer using monoclonal antibodies. Thromb. Res., 31(6):767,1983.

نشانی محل تولید	
تاریخ تولید	
شماره کاتالوگ	
شماره رسته تولید	
تعداد/مقدار/حجم	
محدودیت دمای نگهداری	
تاریخ انقضاء	
احتیاط	
دستورالعمل استفاده	
محصول تشخیص آزمایشگاهی	
حمل و نقل/جا به جایی با دقت	
نگهداری در مکان خشک	
سمت/جهت قرار دادن بسته بندی	

TKS TOSE'E KIMIA SA'ADAT توسعه کیمیای سعادت

BRS ISO 13485:2016 ISO 9001:2015

IVD

بازنگری: 040410

نشانی کارخانه: کیلومتر 54 جاده تهران-سمنان، شهرک صنعتی پایتخت، بلوار نخل، بلوارتوسکا، نیلوفر6 **نشانی دفتر مرکزی:** تهران، یوسف آباد، خیابان اسد آبادی، کوچه سی و دوم، پلاک 5
تلفن: 9 الی 88549754 -021 **ارتباط با پشتیبانی:** 09129579408 – 09129579409 **info@tksmed.com** **www.tksmed.com**