1 Chemistry Parameters

Test	ALB	*	Test Name	ALB	Unit	g/dl
Data Mode	On Board		Report Name	**Albumin (BCG)**		
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a	1.0	
				b	0.0	

Expected Value <Serum>

Age		(M)			(F)		
10	Y	3.5	-	5	3.5	-	5
50	Y	-9999	-	99999	-9999	-	99999
		-9999	-	99999	-9999	-	99999

Expected Value <Urine>

-9999	-	99999

Technical Value <Serum>

			< Urine >		
0	-	6	-9999	-	99999

STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	0.0	1	3	0	0	#	#	(1) 0	
(2)	#	#	3	0	0	#	#	(2) 0	
(3)	0	0	3	0	0	#	#	(3) 0	
(4)	0	0	3	0	0	#	#	(4) 0	
(5)	0	0	3	0	0	#	#	(5) 0	
(6)	0	0	3	0	0	#	#	(6)	

Test	ALB				
Assay Code	1 Point	5		Wavelength (2nd / Primary)	700 / 600
Assay Point	15 - 0 - 0 - 0			Diluent / Rgt. Stability	0 / 0

	< Serum >			< Urine >				
S. Vol. (Normal)	3	0	0	3	0	0		
S. Vol. (Decrease)	3	0	0	3	0	0		
S. Vol. (Increase	6	0	0	6	0	0		
ABS. Limit	0			0			Increase	
Prozone Limit	32000			32000			Upper Limit	

Reagent						
	R1	350	0	350	0	
	R2	0	0	350	0	
	R3	0	0	350	0	
	R4	0	0	350	0	

Calibration Type	Linear	2	2	0	0	
Auto Time Out	Blank	0		SD Limit	0.1	
	Span	0		Duplicate Limit	500	
	2 Point	0		Sensitivity Limit	0	
	Full	0		S1 ABS Limit	-32000	32000
Auto Change	Lot	CANCEL		Compensated Limit		
	Bottle	CANCEL				

* در این قسمت تغییری ایجاد نکنید

غلظت و جایگاه کالیبراتو

شرکت توسعه کیمیای سعادت www.tksmed.ir

پشتیبانی ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ - ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

1 Chemistry Parameters

Test	ALP	*	Test Name	ALP	Unit: U/L
Data Mode	On Board		Report Name	**Alkaline phosphatase**	
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a: 1.0	
				b: 0.0	

Expected Value <Serum>

Age		(M)			(F)		
10	Y	98	-	280	98	-	280
50	Y	-9999	-	99999	-9999	-	99999
		-9999	-	99999	-9999	-	99999

Expected Value <Urine>: -9999 - 99999

Technical Value <Serum>: 2 - 1000

< Urine >: -9999 - 99999

STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	0	1	6	0	0	#	#	(1) 0	
(2)	#	#	6	0	0	#	#	(2) 0	
(3)	0	0	6	0	0	#	#	(3) 0	
(4)	0	0	6	0	0	#	#	(4) 0	
(5)	0	0	6	0	0	#	#	(5) 0	
(6)	0	0	6	0	0	#	#	(6)	

Test	ALP				
Assay Code	Rate-A	10		Wavelength (2nd / Primary)	660 / 415
Assay Point	19 - 28 - 0 - 0			Diluent / Rgt. Stability	0 / 0

	< Serum >			< Urine >			
S. Vol. (Normal)	6	0	0	6	0	0	
S. Vol. (Decrease)	3	0	0	3	0	0	
S. Vol. (Increase	12	0	0	12	0	0	
ABS. Limit	14000			0			Increase
Prozone Limit	32000			32000			Upper Limit

Reagent					
	R1	240	0	351	0
	R2	0	0	351	0
	R3	60	0	351	0
	R4	0	0	351	0

Calibration Type: Linear | 2 | 2 | 0 | 0

Auto Time Out	Blank	0	SD Limit	0.1	
	Span	0	Duplicate Limit	500	
	2 Point	0	Sensitivity Limit	0	
	Full	0	S1 ABS Limit	-32000	32000
Auto Change	Lot	CANCEL	Compensated Limit		
	Bottle	CANCEL			

* در این قسمت تغییری ایجاد نکنید

غلظت و جایگاه کالیبراتو

شرکت توسعه کیمیای سعادت www.tksmed.ir

پشتیبانی ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ - ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

1 Chemistry Parameters

Test	ALT	*	Test Name	ALT	Unit: U/L
Data Mode	On Board		Report Name	ALT/GPT	
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a: 1.0	
				b: 0.0	

Expected Value <Serum>

Age		(M)			(F)		
10	Y	0	-	40	0	-	40
50	Y	-9999	-	99999	-9999	-	99999
		-9999	-	99999	-9999	-	99999

Expected Value <Urine>: -9999 - 99999

Technical Value <Serum>: 1 - 300

< Urine >: -9999 - 99999

STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.
(1)	0	1	25	0	0	#	#
(2)	#	#	25	0	0	#	#
(3)	0	0	25	0	0	#	#
(4)	0	0	25	0	0	#	#
(5)	0	0	25	0	0	#	#
(6)	0	0	25	0	0	#	#

Qualitative		No
(1)	0	
(2)	0	
(3)	0	
(4)	0	
(5)	0	
(6)		

Test	ALT				
Assay Code	Rate-A	10		Wavelength (2nd / Primary)	415 / 340
Assay Point	19 - 28 - 0 - 0			Diluent / Rgt. Stability	0 / 0

	< Serum >			< Urine >		
S. Vol. (Normal)	25	0	0	25	0	0
S. Vol. (Decrease)	5	0	0	5	0	0
S. Vol. (Increase	40	0	0	40	0	0
ABS. Limit	5000			0		
Prozone Limit	32000			32000		

ABS. Limit: Decrease

Prozone Limit: Upper Limit

Reagent					
	R1	200	0	352	0
	R2	0	0	352	0
	R3	50	0	352	0
	R4	0	0	352	0

Calibration Type	Linear			2	2	0	0
Auto Time Out	Blank	0		SD Limit	0.1		
	Span	0		Duplicate Limit	500		
	2 Point	0		Sensitivity Limit	0		
	Full	0		S1 ABS Limit	-32000	32000	
Auto Change	Lot	CANCEL		Compensated Limit			
	Bottle	CANCEL					

* در این قسمت تغییری ایجاد نکنید

غلظت و جایگاه کالیبراتو

شرکت توسعه کیمیای سعادت www.tksmed.ir

پشتیبانی ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ - ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

1 Chemistry Parameters

Test	AMY	*	Test Name	AMY	Unit: U/L
Data Mode	On Board		Report Name	**Amylase - total**	
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a: 1.0	
				b: 0.0	

Expected Value <Serum>

Age		(M)			(F)		
10	Y	0	-	90	0	-	90
50	Y	-9999	-	99999	-9999	-	99999
		-9999	-	99999	-9999	-	99999

Expected Value <Urine>: -9999 - 99999

Technical Value <Serum>: 1 - 2000

< Urine >: -9999 - 99999

STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.
(1)	0	1	6	0	0	#	#
(2)	#	#	6	0	0	#	#
(3)	0	0	6	0	0	#	#
(4)	0	0	6	0	0	#	#
(5)	0	0	6	0	0	#	#
(6)	0	0	6	0	0	#	#

Qualitative		No
(1)	0	
(2)	0	
(3)	0	
(4)	0	
(5)	0	
(6)		

Test	AMY				
Assay Code	Rate-A	5		Wavelength (2nd / Primary)	660 / 415
Assay Point	3 - 12 - 0 - 0			Diluent / Rgt. Stability	0 / 0

	< Serum >			< Urine >			
S. Vol. (Normal)	6	0	0	6	0	0	
S. Vol. (Decrease)	3	0	0	3	0	0	
S. Vol. (Increase	12	0	0	12	0	0	
ABS. Limit	20000			0			Increase
Prozone Limit	32000			32000			Upper Limit

Reagent					
	R1	300	0	354	0
	R2	0	0	354	0
	R3	0	0	354	0
	R4	0	0	354	0

Calibration Type	Linear	2	2	0	0	
Auto Time Out	Blank	0		SD Limit	0.1	
	Span	0		Duplicate Limit	500	
	2 Point	0		Sensitivity Limit	0	
	Full	0		S1 ABS Limit	-32000	32000
Auto Change	Lot	CANCEL		Compensated Limit		
	Bottle	CANCEL				

* در این قسمت تغییری ایجاد نکنید

غلظت و جایگاه کالیبراتو

شرکت توسعه کیمیای سعادت www.tksmed.ir

پشتیبانی ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ - ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

1 Chemistry Parameters

Test	AST	*	Test Name	AST	Unit	U/L
Data Mode	On Board		Report Name	AST/GOT		
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a	1.0	
				b	0.0	

Expected Value <Serum>

Age		(M)			(F)		
10	Y	0	-	38	0	-	38
50	Y	-9999	-	99999	-9999	-	99999
		-9999	-	99999	-9999	-	99999

Expected Value <Urine>: -9999 - 99999

Technical Value <Serum>: 1 - 300

< Urine >: -9999 - 99999

STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.
(1)	0	1	25	0	0	#	#
(2)	#	#	25	0	0	#	#
(3)	0	0	25	0	0	#	#
(4)	0	0	25	0	0	#	#
(5)	0	0	25	0	0	#	#
(6)	0	0	25	0	0	#	#

Qualitative		No
(1)	0	
(2)	0	
(3)	0	
(4)	0	
(5)	0	
(6)		

Test	AST				
Assay Code	Rate-A	10		Wavelength (2nd / Primary)	415 / 340
Assay Point	19 - 28 - 0 - 0			Diluent / Rgt. Stability	0 / 0

	< Serum >			< Urine >			
S. Vol. (Normal)	25	0	0	25	0	0	
S. Vol. (Decrease)	5	0	0	5	0	0	
S. Vol. (Increase	40	0	0	40	0	0	
ABS. Limit	5000			0			Decrease
Prozone Limit	32000			32000			Upper Limit

Reagent					
	R1	200	0	358	0
	R2	0	0	358	0
	R3	50	0	358	0
	R4	0	0	358	0

Calibration Type	Linear	2	2	0	0	
Auto Time Out	Blank	0		SD Limit	0.1	
	Span	0		Duplicate Limit	500	
	2 Point	0		Sensitivity Limit	0	
	Full	0		S1 ABS Limit	-32000	32000
Auto Change	Lot	CANCEL		Compensated Limit		
	Bottle	CANCEL				

* در این قسمت تغییری ایجاد نکنید

غلظت و جایگاه کالیبراتو

شرکت توسعه کیمیای سعادت www.tksmed.ir

پشتیبانی ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ - ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

1 Chemistry Parameters

Test	C3	*	Test Name	C3	Unit: mg/dl
Data Mode	On Board		Report Name	**Complement 3**	
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a: 1.0	
				b: 0.0	

Expected Value <Serum>

Age		(M)			(F)		
10	Y	80	-	180	80	-	180
50	Y	-9999	-	99999	-9999	-	99999
		-9999	-	99999	-9999	-	99999

Expected Value <Urine>: -9999 - 99999

Technical Value <Serum>: 2 - 500

< Urine >: -9999 - 99999

STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.
(1)	0	1	3	0	0	#	#
(2)	#	#	3	0	0	#	#
(3)	#	#	3	0	0	#	#
(4)	#	#	3	0	0	#	#
(5)	#	#	3	0	0	#	#
(6)	#	#	3	0	0	#	#

Qualitative		No
(1)	0	
(2)	0	
(3)	0	
(4)	0	
(5)	0	
(6)		

Test	C3					
Assay Code	2 Point End	10		Wavelength (2nd / Primary)	700	/ 340
Assay Point	15 - 31 - 0 - 0			Diluent / Rgt. Stability	0	/ 0

	< Serum >			< Urine >			
S. Vol. (Normal)	3	0	0	3	0	0	
S. Vol. (Decrease)	3	0	0	3	0	0	
S. Vol. (Increase	6	0	0	6	0	0	
ABS. Limit	0			0			Increase
Prozone Limit	32000			32000			Upper Limit

Reagent					
	R1	250	0	00361	0
	R2	0	0	00361	0
	R3	50	0	00361	0
	R4	0	0	00361	0

Calibration Type: Logit-Log (4P) | 6 | 6 | 0 | 0

Auto Time Out	Blank	0	SD Limit	999.9
	Span	0	Duplicate Limit	2000
	2 Point	0	Sensitivity Limit	0
	Full	0	S1 ABS Limit	-32000 / 32000
Auto Change	Lot	CANCEL	Compensated Limit	
	Bottle	CANCEL		

* در این قسمت تغییری ایجاد نکنید

غلظت و جایگاه کالیبراتو

شرکت توسعه کیمیای سعادت www.tksmed.ir

پشتیبانی ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ - ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

1 Chemistry Parameters

Test	C4	*	Test Name	C4	Unit: mg/dl
Data Mode	On Board		Report Name	**Complement 4**	
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a: 1.0	
				b: 0.0	

Expected Value <Serum>

Age		(M)			(F)		
10	Y	10	-	40	10	-	40
50	Y	-9999	-	99999	-9999	-	99999
		-9999	-	99999	-9999	-	99999

Expected Value <Urine>: -9999 - 99999

Technical Value <Serum>: 1 - 80

< Urine >: -9999 - 99999

STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	0.0	1	6	0	0	#	#	(1) 0	
(2)	#	#	6	0	0	#	#	(2) 0	
(3)	#	#	6	0	0	#	#	(3) 0	
(4)	#	#	6	0	0	#	#	(4) 0	
(5)	#	#	6	0	0	#	#	(5) 0	
(6)	#	#	6	0	0	#	#	(6)	

Test	C4				
Assay Code	2 Point End	10		Wavelength (2nd / Primary)	700 / 340
Assay Point	15 - 31 - 0 - 0			Diluent / Rgt. Stability	0 / 0

	< Serum >			< Urine >				
S. Vol. (Normal)	6	0	0	6	0	0		
S. Vol. (Decrease)	3	0	0	3	0	0		
S. Vol. (Increase	12	0	0	12	0	0		
ABS. Limit	0			0			Increase	
Prozone Limit	32000			32000			Upper Limit	

Reagent					
	R1	250	0	00362	0
	R2	0	0	00362	0
	R3	50	0	00362	0
	R4	0	0	00362	0

Calibration Type	Logit-Log (4P)	6	6	0	0	
Auto Time Out	Blank	0		SD Limit	999.9	
	Span	0		Duplicate Limit	2000	
	2 Point	0		Sensitivity Limit	0	
	Full	0		S1 ABS Limit	-32000	32000
Auto Change	Lot	CANCEL		Compensated Limit		
	Bottle	CANCEL				

* در این قسمت تغییری ایجاد نکنید

غلظت و جایگاه کالیبراتو

شرکت توسعه کیمیای سعادت www.tksmed.ir

پشتیبانی ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ - ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

1 Chemistry Parameters

Test	CA	*	Test Name	CA	Unit: mg/dl
Data Mode	On Board		Report Name	**Calcium**	
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a: 1.0	
				b: 0.0	

Expected Value <Serum>

Age		(M)			(F)		
10	Y	8.4	-	10.4	8.4	-	10.4
50	Y	-9999	-	99999	-9999	-	99999
		-9999	-	99999	-9999	-	99999

Expected Value <Urine>: -9999 - 99999

Technical Value <Serum>: 3 - 20

< Urine >: -9999 - 99999

STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	0.0	1	4	0	0	#	#	(1) 0	
(2)	#	#	4	0	0	#	#	(2) 0	
(3)	0	0	4	0	0	#	#	(3) 0	
(4)	0	0	4	0	0	#	#	(4) 0	
(5)	0	0	4	0	0	#	#	(5) 0	
(6)	0	0	4	0	0	#	#	(6)	

Test	CA				
Assay Code	1 Point	3		Wavelength (2nd / Primary)	800 / 660
Assay Point	10 - 0 - 0 - 0			Diluent / Rgt. Stability	0 / 0

	< Serum >			< Urine >				
S. Vol. (Normal)	4	0	0	4	0	0		
S. Vol. (Decrease)	3	0	0	3	0	0		
S. Vol. (Increase	8	0	0	8	0	0		
ABS. Limit	0			0			Increase	
Prozone Limit	32000			32000			Upper Limit	

Reagent					
	R1	300	0	363	0
	R2	0	0	363	0
	R3	0	0	363	0
	R4	0	0	363	0

Calibration Type	Linear	2	2	0	0	
Auto Time Out	Blank	0		SD Limit	0.1	
	Span	0		Duplicate Limit	500	
	2 Point	0		Sensitivity Limit	0	
	Full	0		S1 ABS Limit	-32000	32000
Auto Change	Lot	CANCEL		Compensated Limit		
	Bottle	CANCEL				

* در این قسمت تغییری ایجاد نکنید

غلظت و جایگاه کالیبراتو

شرکت توسعه کیمیای سعادت www.tksmed.ir

پشتیبانی ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ - ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

1 Chemistry Parameters

Test	CHOL	*	Test Name	CHOL	Unit	mg/dl
Data Mode	On Board		Report Name	**Cholesterol**		
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a	1.0	
				b	0.0	

Expected Value <Serum>

Age		(M)			(F)		
10	Y	0	-	200	0	-	200
50	Y	-9999	-	99999	-9999	-	99999
		-9999	-	99999	-9999	-	99999

Expected Value <Urine>

-9999	-	99999

Technical Value <Serum>

			< Urine >		
5	-	600	-9999	-	99999

STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.
(1)	0	1	3	0	0	#	#
(2)	#	#	3	0	0	#	#
(3)	0	0	3	0	0	#	#
(4)	0	0	3	0	0	#	#
(5)	0	0	3	0	0	#	#
(6)	0	0	3	0	0	#	#

Qualitative		No
(1)	0	
(2)	0	
(3)	0	
(4)	0	
(5)	0	
(6)		

Test	CHOL					
Assay Code	1 Point	10		Wavelength (2nd / Primary)	700	/ 505
Assay Point	31 - 0 - 0 - 0			Diluent / Rgt. Stability	0	/ 0

	< Serum >			< Urine >			
S. Vol. (Normal)	3	0	0	3	0	0	
S. Vol. (Decrease)	3	0	0	3	0	0	
S. Vol. (Increase	6	0	0	6	0	0	
ABS. Limit	0			0			Increase
Prozone Limit	32000			32000			Upper Limit

Reagent					
	R1	300	0	366	0
	R2	0	0	366	0
	R3	0	0	366	0
	R4	0	0	366	0

Calibration Type	Linear	2	2	0	0	
Auto Time Out	Blank	0		SD Limit	0.1	
	Span	0		Duplicate Limit	500	
	2 Point	0		Sensitivity Limit	0	
	Full	0		S1 ABS Limit	-32000	32000
Auto Change	Lot	CANCEL		Compensated Limit		
	Bottle	CANCEL				

* در این قسمت تغییری ایجاد نکنید

غلظت و جایگاه کالیبراتو

شرکت توسعه کیمیای سعادت www.tksmed.ir

پشتیبانی ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ - ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

1 Chemistry Parameters

Test	CPK	*	Test Name	CPK	Unit	U/L
Data Mode	On Board		Report Name	**CK-NAC**		
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a	1.0	
				b	0.0	

Expected Value <Serum>

Age		(M)			(F)		
10	Y	24	-	190	24	-	190
50	Y	-9999	-	99999	-9999	-	99999
		-9999	-	99999	-9999	-	99999

Expected Value <Urine>

-9999	-	99999

Technical Value <Serum>

			< Urine >		
1	-	1500	-9999	-	99999

STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.
(1)	0	1	10	0	0	#	#
(2)	#	#	10	0	0	#	#
(3)	0	0	10	0	0	#	#
(4)	0	0	10	0	0	#	#
(5)	0	0	10	0	0	#	#
(6)	0	0	10	0	0	#	#

Qualitative		No
(1)	0	
(2)	0	
(3)	0	
(4)	0	
(5)	0	
(6)		

Test	CPK								
Assay Code	Rate-A	10			Wavelength (2nd / Primary)	546	/	340	
Assay Point	22	- 31	- 0	- 0	Diluent / Rgt. Stability	0	/	0	

	< Serum >			< Urine >				
S. Vol. (Normal)	10	0	0	10	0	0		
S. Vol. (Decrease)	3	0	0	3	0	0		
S. Vol. (Increase	20	0	0	20	0	0		
ABS. Limit	10000			0			Increase	
Prozone Limit	32000			32000			Upper Limit	

Reagent					
	R1	200	0	368	0
	R2	0	0	368	0
	R3	40	0	368	0
	R4	0	0	368	0

Calibration Type					
	Linear	2	2	0	0

Auto Time Out			SD Limit		
	Blank	0		0.1	
	Span	0	Duplicate Limit	500	
	2 Point	0	Sensitivity Limit	0	
	Full	0	S1 ABS Limit	-32000	32000
Auto Change	Lot	CANCEL	Compensated Limit		
	Bottle	CANCEL			

* در این قسمت تغییری ایجاد نکنید

غلظت و جایگاه کالیبراتو

شرکت توسعه کیمیای سعادت www.tksmed.ir

پشتیبانی ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ - ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

1 Chemistry Parameters

Test	CREAT	*	Test Name	CREAT	Unit: mg/dl
Data Mode	On Board		Report Name	**Creatinine (Jaffe)**	
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a: 1.0	
				b: 0.0	

Expected Value <Serum>

Age		(M)			(F)		
10	Y	0.7	-	1.4	0.7	-	1.4
50	Y	-9999	-	99999	-9999	-	99999
		-9999	-	99999	-9999	-	99999

Expected Value <Urine>: -9999 - 99999

Technical Value <Serum>: 0 - 20

< Urine >: -9999 - 99999

STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	0.00	1	24	0	0	#	#	(1) 0	
(2)	#	#	24	0	0	#	#	(2) 0	
(3)	0	0	24	0	0	#	#	(3) 0	
(4)	0	0	24	0	0	#	#	(4) 0	
(5)	0	0	24	0	0	#	#	(5) 0	
(6)	0	0	24	0	0	#	#	(6)	

Test	CREAT							
Assay Code	2 Point Rate	4				Wavelength (2nd / Primary)	700	/ 505
Assay Point	8	12	0	0		Diluent / Rgt. Stability	0	/ 0

	< Serum >			< Urine >				
S. Vol. (Normal)	24	0	0	24	0	0		
S. Vol. (Decrease)	3	0	0	3	0	0		
S. Vol. (Increase	40	0	0	40	0	0		
ABS. Limit	32000			0			Increase	
Prozone Limit	32000			32000			Upper Limit	

Reagent					
	R1	120	0	370	0
	R2	120	0	370	0
	R3	0	0	370	0
	R4	0	0	370	0

Calibration Type: Linear | 2 | 2 | 0 | 0

Auto Time Out	Blank	0	SD Limit	0.1	
	Span	0	Duplicate Limit	500	
	2 Point	0	Sensitivity Limit	0	
	Full	0	S1 ABS Limit	-32000	32000
Auto Change	Lot	CANCEL	Compensated Limit		
	Bottle	CANCEL			

* در این قسمت تغییری ایجاد نکنید

غلظت و جایگاه کالیبراتو

شرکت توسعه کیمیای سعادت www.tksmed.ir

پشتیبانی ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ - ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

1 Chemistry Parameters

Test	CRP	*	Test Name	CRP	Unit	mg/L
Data Mode	On Board		Report Name	C-REACTIVE PROTEIN		
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a	1.0	
				b	0.0	

Expected Value <Serum>

Age		(M)			(F)		
10	Y	0	-	10	0	-	10
50	Y	-9999	-	99999	-9999	-	99999
		-9999	-	99999	-9999	-	99999

Expected Value <Urine>

-9999	-	99999

Technical Value <Serum>

			< Urine >		
1	-	160	-9999	-	99999

STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative		No
(1)	0.0	1	10	0	0	#	#	(1)	0	
(2)	#	#	10	0	0	#	#	(2)	0	
(3)	#	#	10	0	0	#	#	(3)	0	
(4)	#	#	10	0	0	#	#	(4)	0	
(5)	#	#	10	0	0	#	#	(5)	0	
(6)	#	#	10	0	0	#	#	(6)		

Test	CRP				
Assay Code	2 Point End	10		Wavelength (2nd / Primary)	700 / 340
Assay Point	15 - 31 - 0 - 0			Diluent / Rgt. Stability	0 / 0

	< Serum >			< Urine >		
S. Vol. (Normal)	10	0	0	10	0	0
S. Vol. (Decrease)	3	0	0	3	0	0
S. Vol. (Increase	30	0	0	30	0	0
ABS. Limit	0			0		
Prozone Limit	32000			32000		

Increase					
Upper Limit					

Reagent					
	R1	250	0	371	0
	R2	0	0	371	0
	R3	50	0	371	0
	R4	0	0	371	0

Calibration Type	Logit-Log (4P)	6	6	0	0	

Auto Time Out	Blank	0	SD Limit	999.9	
	Span	0	Duplicate Limit	2000	
	2 Point	0	Sensitivity Limit	0	
	Full	0	S1 ABS Limit	-32000	32000
Auto Change	Lot	CANCEL	Compensated Limit		
	Bottle	CANCEL			

* در این قسمت تغییری ایجاد نکنید

غلظت و جایگاه کالیبراتو

شرکت توسعه کیمیای سعادت www.tksmed.ir

پشتیبانی ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ - ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

1 Chemistry Parameters

Test	GLU	*	Test Name	GLU	Unit: mg/dl
Data Mode	On Board		Report Name	**Glucose**	
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a: 1.0	
				b: 0.0	

Expected Value <Serum>

Age		(M)			(F)		
10	Y	70	-	110	70	-	110
50	Y	-9999	-	99999	-9999	-	99999
		-9999	-	99999	-9999	-	99999

Expected Value <Urine>: -9999 - 99999

Technical Value <Serum>: 0 - 400

< Urine >: -9999 - 99999

STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	0	1	3	0	0	#	#	(1) 0	
(2)	#	#	3	0	0	#	#	(2) 0	
(3)	0	0	3	0	0	#	#	(3) 0	
(4)	0	0	3	0	0	#	#	(4) 0	
(5)	0	0	3	0	0	#	#	(5) 0	
(6)	0	0	3	0	0	#	#	(6)	

Test	GLU				
Assay Code	1 Point	10		Wavelength (2nd / Primary)	700 / 505
Assay Point	31 - 0 - 0 - 0			Diluent / Rgt. Stability	0 / 0

	< Serum >			< Urine >			
S. Vol. (Normal)	3	0	0	3	0	0	
S. Vol. (Decrease)	3	0	0	3	0	0	
S. Vol. (Increase	6	0	0	6	0	0	
ABS. Limit	0			0			Increase
Prozone Limit	32000			32000			Upper Limit

Reagent					
	R1	300	0	379	0
	R2	0	0	379	0
	R3	0	0	379	0
	R4	0	0	379	0

Calibration Type: Linear | 2 | 2 | 0 | 0

Auto Time Out	Blank	0	SD Limit	0.1	
	Span	0	Duplicate Limit	500	
	2 Point	0	Sensitivity Limit	0	
	Full	0	S1 ABS Limit	-32000	32000
Auto Change	Lot	CANCEL	Compensated Limit		
	Bottle	CANCEL			

* در این قسمت تغییری ایجاد نکنید

غلظت و جایگاه کالیبراتو

شرکت توسعه کیمیای سعادت www.tksmed.ir

پشتیبانی ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ - ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

1 Chemistry Parameters

Test	HDL-C	*	Test Name	HDL-C	Unit	mg/dl
Data Mode	On Board		Report Name	**HDL Cholesterol Direct**		
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a	1.0	
				b	0.0	

Expected Value <Serum>

Age		(M)			(F)		
10	Y	30	-	90	30	-	90
50	Y	-9999	-	99999	-9999	-	99999
		-9999	-	99999	-9999	-	99999

Expected Value <Urine>: -9999 - 99999

Technical Value <Serum>: 5 - 120

< Urine >: -9999 - 99999

STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.
(1)	0	1	3	0	0	#	#
(2)	#	#	3	0	0	#	#
(3)	0	0	3	0	0	#	#
(4)	0	0	3	0	0	#	#
(5)	0	0	3	0	0	#	#
(6)	0	0	3	0	0	#	#

Qualitative		No
(1)	0	
(2)	0	
(3)	0	
(4)	0	
(5)	0	
(6)		

Test	HDL-C				
Assay Code	2 Point End	10		Wavelength (2nd / Primary)	700 / 600
Assay Point	15 - 31 - 0 - 0			Diluent / Rgt. Stability	0 / 0

	< Serum >			< Urine >			
S. Vol. (Normal)	3	0	0	3	0	0	
S. Vol. (Decrease)	3	0	0	3	0	0	
S. Vol. (Increase	6	0	0	6	0	0	
ABS. Limit	0			0			Increase
Prozone Limit	32000			32000			Upper Limit

Reagent					
	R1	225	0	00381	0
	R2	0	0	00381	0
	R3	75	0	00381	0
	R4	0	0	00381	0

Calibration Type	Linear	2	2	0	0	
Auto Time Out	Blank	0		SD Limit	0.1	
	Span	0		Duplicate Limit	500	
	2 Point	0		Sensitivity Limit	0	
	Full	0		S1 ABS Limit	-32000	32000
Auto Change	Lot	CANCEL		Compensated Limit		
	Bottle	CANCEL				

* در این قسمت تغییری ایجاد نکنید

غلظت و جایگاه کالیبراتو

شرکت توسعه کیمیای سعادت www.tksmed.ir

پشتیبانی ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ - ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

1 Chemistry Parameters

Test	IgA	*	Test Name	IgA	Unit: mg/dl
Data Mode	On Board		Report Name	**Immunoglobulin A**	
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a: 1.0	
				b: 0.0	

Expected Value <Serum>

Age		(M)			(F)		
10	Y	70	-	400	70	-	400
50	Y	-9999	-	99999	-9999	-	99999
		-9999	-	99999	-9999	-	99999

Expected Value <Urine>: -9999 - 99999

Technical Value <Serum>: 1 - 700

< Urine >: -9999 - 99999

STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.
(1)	0	1	3	0	0	#	#
(2)	#	#	3	0	0	#	#
(3)	#	#	3	0	0	#	#
(4)	#	#	3	0	0	#	#
(5)	#	#	3	0	0	#	#
(6)	#	#	3	0	0	#	#

Qualitative		No
(1)	0	
(2)	0	
(3)	0	
(4)	0	
(5)	0	
(6)		

Test	IgA						
Assay Code	2 Point End	10		Wavelength (2nd / Primary)	700	/	340
Assay Point	15 - 31 - 0 - 0			Diluent / Rgt. Stability	0	/	0

	< Serum >			< Urine >			
S. Vol. (Normal)	3	0	0	3	0	0	
S. Vol. (Decrease)	3	0	0	3	0	0	
S. Vol. (Increase	6	0	0	6	0	0	
ABS. Limit	0			0			Increase
Prozone Limit	32000			32000			Upper Limit

Reagent					
	R1	250	0	00383	0
	R2	0	0	00383	0
	R3	50	0	00383	0
	R4	0	0	00383	0

Calibration Type	Logit-Log (4P)	6	6	0	0

Auto Time Out	Blank	0	SD Limit	999.9	
	Span	0	Duplicate Limit	2000	
	2 Point	0	Sensitivity Limit	0	
	Full	0	S1 ABS Limit	-32000	32000
Auto Change	Lot	CANCEL	Compensated Limit		
	Bottle	CANCEL			

* در این قسمت تغییری ایجاد نکنید

غلظت و جایگاه کالیبراتو

شرکت توسعه کیمیای سعادت www.tksmed.ir

پشتیبانی ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ - ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

1 Chemistry Parameters

Test	IgG	*	Test Name	IgG	Unit: mg/dl
Data Mode	On Board		Report Name	**Immunoglobulin G**	
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a: 1.0	
				b: 0.0	

Expected Value <Serum>

Age		(M)			(F)		
10	Y	700	-	1600	700	-	1600
50	Y	-9999	-	99999	-9999	-	99999
		-9999	-	99999	-9999	-	99999

Expected Value <Urine>: -9999 - 99999

Technical Value <Serum>: 1 - 3500

< Urine >: -9999 - 99999

STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.
(1)	0	1	3	0	0	#	#
(2)	#	#	3	0	0	#	#
(3)	#	#	3	0	0	#	#
(4)	#	#	3	0	0	#	#
(5)	#	#	3	0	0	#	#
(6)	#	#	3	0	0	#	#

Qualitative		No
(1)	0	
(2)	0	
(3)	0	
(4)	0	
(5)	0	
(6)		

Test	IgG				
Assay Code	2 Point End	10		Wavelength (2nd / Primary)	Cancel / 600
Assay Point	15 - 31 - 0 - 0			Diluent / Rgt. Stability	0 / 0

	< Serum >			< Urine >			
S. Vol. (Normal)	3	0	0	3	0	0	
S. Vol. (Decrease)	3	0	0	3	0	0	
S. Vol. (Increase	6	0	0	6	0	0	
ABS. Limit	0			0			Increase
Prozone Limit	32000			32000			Upper Limit

Reagent					
	R1	250	0	00384	0
	R2	0	0	00384	0
	R3	50	0	00384	0
	R4	0	0	00384	0

Calibration Type	Logit-Log (4P)	6	6	0	0	
Auto Time Out	Blank	0		SD Limit	999.9	
	Span	0		Duplicate Limit	2000	
	2 Point	0		Sensitivity Limit	0	
	Full	0		S1 ABS Limit	-32000	32000
Auto Change	Lot	CANCEL		Compensated Limit		
	Bottle	CANCEL				

* در این قسمت تغییری ایجاد نکنید

غلظت و جایگاه کالیبراتو

شرکت توسعه کیمیای سعادت www.tksmed.ir

پشتیبانی ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ - ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

1 Chemistry Parameters

Test	IgM	*	Test Name	IgM	Unit: mg/dl
Data Mode	On Board		Report Name	**Immunoglobulin M**	
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a: 1.0	
				b: 0.0	

Expected Value <Serum>

Age		(M)			(F)		
10	Y	40	-	230	40	-	230
50	Y	-9999	-	99999	-9999	-	99999
		-9999	-	99999	-9999	-	99999

Expected Value <Urine>: -9999 - 99999

Technical Value <Serum>: 1 - 250

< Urine >: -9999 - 99999

STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	0	1	3	0	0	#	#	(1) 0	
(2)	#	#	3	0	0	#	#	(2) 0	
(3)	#	#	3	0	0	#	#	(3) 0	
(4)	#	#	3	0	0	#	#	(4) 0	
(5)	#	#	3	0	0	#	#	(5) 0	
(6)	#	#	3	0	0	#	#	(6)	

Test	IgM				
Assay Code	2 Point End	10		Wavelength (2nd / Primary)	700 / 340
Assay Point	15 - 31 - 0 - 0			Diluent / Rgt. Stability	0 / 0

	< Serum >			< Urine >			
S. Vol. (Normal)	3	0	0	3	0	0	
S. Vol. (Decrease)	3	0	0	3	0	0	
S. Vol. (Increase	6	0	0	6	0	0	
ABS. Limit	0			0			Increase
Prozone Limit	32000			32000			Upper Limit

Reagent					
	R1	250	0	00385	0
	R2	0	0	00385	0
	R3	50	0	00385	0
	R4	0	0	00385	0

Calibration Type: Logit-Log (4P) — 6 6 0 0

Auto Time Out	Blank	0		SD Limit	999.9
	Span	0		Duplicate Limit	2000
	2 Point	0		Sensitivity Limit	0
	Full	0		S1 ABS Limit	-32000 / 32000
Auto Change	Lot	CANCEL		Compensated Limit	
	Bottle	CANCEL			

* در این قسمت تغییری ایجاد نکنید

غلظت و جایگاه کالیبراتو

شرکت توسعه کیمیای سعادت www.tksmed.ir

پشتیبانی ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ - ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

1 Chemistry Parameters

Test	LDH	*	Test Name	LDH	Unit	U/L
Data Mode	On Board		Report Name	**Lactate Dehydrogenase**		
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a	1.0	
				b	0.0	

Expected Value <Serum>

Age		(M)			(F)			Expected Value <Urine>		
10	Y	200	-	400	200	-	400	-9999	-	99999
50	Y	-9999	-	99999	-9999	-	99999			
		-9999	-	99999	-9999	-	99999			

Technical Value <Serum> < Urine >

1	-	1200	-9999	-	99999

STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	0	1	4	0	0	#	#	(1) 0	
(2)	#	#	4	0	0	#	#	(2) 0	
(3)	0	0	4	0	0	#	#	(3) 0	
(4)	0	0	4	0	0	#	#	(4) 0	
(5)	0	0	4	0	0	#	#	(5) 0	
(6)	0	0	4	0	0	#	#	(6)	

Test	LDH									
Assay Code	Rate-A	10			Wavelength (2nd / Primary)	415	/	340		
Assay Point	19	28	0	0	Diluent / Rgt. Stability	0	/	0		

	< Serum >			< Urine >				
S. Vol. (Normal)	4	0	0	4	0	0		
S. Vol. (Decrease)	3	0	0	3	0	0		
S. Vol. (Increase	8	0	0	8	0	0		
ABS. Limit	3000			0			Decrease	
Prozone Limit	32000			32000			Upper Limit	

Reagent					
	R1	200	0	388	0
	R2	0	0	388	0
	R3	40	0	388	0
	R4	0	0	388	0

Calibration Type	Linear	2	2	0	0	
Auto Time Out	Blank	0	SD Limit	0.1		
	Span	0	Duplicate Limit	500		
	2 Point	0	Sensitivity Limit	0		
	Full	0	S1 ABS Limit	-32000	32000	
Auto Change	Lot	CANCEL	Compensated Limit			
	Bottle	CANCEL				

* در این قسمت تغییری ایجاد نکنید

غلظت و جایگاه کالیبراتو

شرکت توسعه کیمیای سعادت www.tksmed.ir

پشتیبانی ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ - ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

1 Chemistry Parameters

Test	LDL-C	*	Test Name	LDL-C	Unit: mg/dl
Data Mode	On Board		Report Name	**LDL Cholesterol Direct**	
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a: 1.0	
				b: 0.0	

Expected Value <Serum>

Age		(M)			(F)		
10	Y	0	-	130	0	-	130
50	Y	-9999	-	99999	-9999	-	99999
		-9999	-	99999	-9999	-	99999

Expected Value <Urine>: -9999 - 99999

Technical Value <Serum>: 5 - 700

< Urine >: -9999 - 99999

STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.
(1)	0	1	4	0	0	#	#
(2)	#	#	4	0	0	#	#
(3)	0	0	4	0	0	#	#
(4)	0	0	4	0	0	#	#
(5)	0	0	4	0	0	#	#
(6)	0	0	4	0	0	#	#

Qualitative		No
(1)	0	
(2)	0	
(3)	0	
(4)	0	
(5)	0	
(6)		

Test	LDL-C				
Assay Code	2 Point End	10		Wavelength (2nd / Primary)	700 / 546
Assay Point	15 - 31 - 0 - 0			Diluent / Rgt. Stability	0 / 0

	< Serum >			< Urine >			
S. Vol. (Normal)	4	0	0	3	0	0	
S. Vol. (Decrease)	3	0	0	3	0	0	
S. Vol. (Increase	8	0	0	6	0	0	
ABS. Limit	0			0			Increase
Prozone Limit	32000			32000			Upper Limit

Reagent					
	R1	240	0	00389	0
	R2	0	0	00389	0
	R3	80	0	00389	0
	R4	0	0	00389	0

Calibration Type	Linear	2	2	0	0	
Auto Time Out	Blank	0		SD Limit	0.1	
	Span	0		Duplicate Limit	500	
	2 Point	0		Sensitivity Limit	0	
	Full	0		S1 ABS Limit	-32000	32000
Auto Change	Lot	CANCEL		Compensated Limit		
	Bottle	CANCEL				

* در این قسمت تغییری ایجاد نکنید

غلظت و جایگاه کالیبراتو

شرکت توسعه کیمیای سعادت www.tksmed.ir

پشتیبانی ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ - ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

1 Chemistry Parameters

Test	LIP	*	Test Name	LIP	Unit	U/L
Data Mode	On Board		Report Name	**Lipase**		
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a	1.0	
				b	0.0	

Expected Value <Serum>

Age		(M)			(F)		
10	Y	0	-	60	0	-	60
50	Y	-9999	-	99999	-9999	-	99999
		-9999	-	99999	-9999	-	99999

Expected Value <Urine>

-9999	-	99999

Technical Value <Serum>

			< Urine >		
1	-	150	-9999	-	99999

STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.
(1)	0	1	6	0	0	#	#
(2)	#	#	6	0	0	#	#
(3)	0	0	6	0	0	#	#
(4)	0	0	6	0	0	#	#
(5)	0	0	6	0	0	#	#
(6)	0	0	6	0	0	#	#

Qualitative		No
(1)	0	
(2)	0	
(3)	0	
(4)	0	
(5)	0	
(6)		

Test	LIP								
Assay Code	Rate-A	10			Wavelength (2nd / Primary)	700	/	570	
Assay Point	21	27	0	0	Diluent / Rgt. Stability	0	/	0	

	< Serum >			< Urine >				
S. Vol. (Normal)	6	0	0	6	0	0		
S. Vol. (Decrease)	3	0	0	3	0	0		
S. Vol. (Increase	12	0	0	12	0	0		
ABS. Limit	10000			0			Increase	
Prozone Limit	32000			32000			Upper Limit	

Reagent					
	R1	240	0	390	0
	R2	0	0	390	0
	R3	60	0	390	0
	R4	0	0	390	0

Calibration Type					
	Linear	2	2	0	0

Auto Time Out			SD Limit		
	Blank	0		0.1	
	Span	0	Duplicate Limit	500	
	2 Point	0	Sensitivity Limit	0	
	Full	0	S1 ABS Limit	-32000	32000
Auto Change	Lot	CANCEL	Compensated Limit		
	Bottle	CANCEL			

* در این قسمت تغییری ایجاد نکنید

غلظت و جایگاه کالیبراتو

شرکت توسعه کیمیای سعادت www.tksmed.ir

پشتیبانی ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸ - ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹

1 Chemistry Parameters

Test	MALB	*	Test Name	MALB	Unit: mg/L
Data Mode	On Board		Report Name	**Micro Albumin**	
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a: 1.0	
				b: 0.0	

Expected Value <Serum>

Age		(M)			(F)		
10	Y	0	-	30	0	-	30
50	Y	-9999	-	99999	-9999	-	99999
		-9999	-	99999	-9999	-	99999

Expected Value <Urine>: -9999 - 99999

Technical Value <Serum>: 1 - 240

< Urine >: -9999 - 99999

STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	0.0	1	18	0	0	#	#	(1) 0	
(2)	#	#	18	0	0	#	#	(2) 0	
(3)	#	#	18	0	0	#	#	(3) 0	
(4)	#	#	18	0	0	#	#	(4) 0	
(5)	#	#	18	0	0	#	#	(5) 0	
(6)	#	#	18	0	0	#	#	(6)	

Test	MALB				
Assay Code	2 Point End	10		Wavelength (2nd / Primary)	700 / 340
Assay Point	15 - 31 - 0 - 0			Diluent / Rgt. Stability	0 / 0

	< Serum >			< Urine >			
S. Vol. (Normal)	18	0	0	18	0	0	
S. Vol. (Decrease)	3	0	0	3	0	0	
S. Vol. (Increase	35	0	0	35	0	0	
ABS. Limit	0			0			Increase
Prozone Limit	32000			32000			Upper Limit

Reagent					
	R1	250	0	392	0
	R2	0	0	392	0
	R3	50	0	392	0
	R4	0	0	392	0

Calibration Type: Logit-Log (4P) | 6 | 6 | 0 | 0

Auto Time Out	Blank	0	SD Limit	999.9	
	Span	0	Duplicate Limit	2000	
	2 Point	0	Sensitivity Limit	0	
	Full	0	S1 ABS Limit	-32000	32000
Auto Change	Lot	CANCEL	Compensated Limit		
	Bottle	CANCEL			

* در این قسمت تغییری ایجاد نکنید

غلظت و جایگاه کالیبراتو

شرکت توسعه کیمیای سعادت www.tksmed.ir

پشتیبانی ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ - ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

1 Chemistry Parameters

Test	CK-MB	*	Test Name	CK-MB	Unit	U/L
Data Mode	On Board		Report Name	**CK-MB**		
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a	1.0	
				b	0.0	

Expected Value <Serum>

Age		(M)			(F)		
10	Y	0	-	24	0	-	24
50	Y	-9999	-	99999	-9999	-	99999
		-9999	-	99999	-9999	-	99999

Expected Value <Urine>: -9999 - 99999

Technical Value <Serum>: 1 - 1000

< Urine >: -9999 - 99999

STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.		Qualitative	No
(1)	0.0	1	10	0	0	#	#	(1)	0	
(2)	#	#	10	0	0	#	#	(2)	0	
(3)	0	0	10	0	0	#	#	(3)	0	
(4)	0	0	10	0	0	#	#	(4)	0	
(5)	0	0	10	0	0	#	#	(5)	0	
(6)	0	0	10	0	0	#	#	(6)		

Test	CK-MB				
Assay Code	Rate-A	10		Wavelength (2nd / Primary)	546 / 340
Assay Point	22 - 31 - 0 - 0			Diluent / Rgt. Stability	0 / 0

	< Serum >			< Urine >				
S. Vol. (Normal)	10	0	0	10	0	0		
S. Vol. (Decrease)	3	0	0	3	0	0		
S. Vol. (Increase	20	0	0	20	0	0		
ABS. Limit	10000			0			Increase	
Prozone Limit	32000			32000			Upper Limit	

Reagent					
	R1	200	0	367	0
	R2	0	0	367	0
	R3	40	0	367	0
	R4	0	0	367	0

Calibration Type	Linear	2	2	0	0	
Auto Time Out	Blank	0		SD Limit	0.1	
	Span	0		Duplicate Limit	500	
	2 Point	0		Sensitivity Limit	0	
	Full	0		S1 ABS Limit	-32000	32000
Auto Change	Lot	CANCEL		Compensated Limit		
	Bottle	CANCEL				

* در این قسمت تغییری ایجاد نکنید

غلظت و جایگاه کالیبراتو

شرکت توسعه کیمیای سعادت www.tksmed.ir

پشتیبانی ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ - ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

1 Chemistry Parameters

Test	MG	*	Test Name	MG	Unit: mg/dl
Data Mode	On Board		Report Name	**Magnesium**	
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a: 1.0	
				b: 0.0	

Expected Value <Serum>

Age		(M)			(F)		
10	Y	1.6	-	2.5	1.6	-	2.5
50	Y	-9999	-	99999	-9999	-	99999
		-9999	-	99999	-9999	-	99999

Expected Value <Urine>: -9999 - 99999

Technical Value <Serum>: 0.2 - 5

< Urine >: -9999 - 99999

STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.		Qualitative	No
(1)	0.0	1	3	0	0	#	#	(1)	0	
(2)	#	#	3	0	0	#	#	(2)	0	
(3)	0	0	3	0	0	#	#	(3)	0	
(4)	0	0	3	0	0	#	#	(4)	0	
(5)	0	0	3	0	0	#	#	(5)	0	
(6)	0	0	3	0	0	#	#	(6)		

Test	MG				
Assay Code	1 Point	3		Wavelength (2nd / Primary)	660 / 505
Assay Point	10 - 0 - 0 - 0			Diluent / Rgt. Stability	0 / 0

	< Serum >			< Urine >				
S. Vol. (Normal)	3	0	0	3	0	0		
S. Vol. (Decrease)	3	0	0	3	0	0		
S. Vol. (Increase	6	0	0	6	0	0		
ABS. Limit	0			0			Increase	
Prozone Limit	32000			32000			Upper Limit	

Reagent					
	R1	300	0	393	0
	R2	0	0	393	0
	R3	0	0	393	0
	R4	0	0	393	0

Calibration Type	Linear	2	2	0	0	
Auto Time Out	Blank	0		SD Limit	0.1	
	Span	0		Duplicate Limit	500	
	2 Point	0		Sensitivity Limit	0	
	Full	0		S1 ABS Limit	-32000	32000
Auto Change	Lot	CANCEL		Compensated Limit		
	Bottle	CANCEL				

* در این قسمت تغییری ایجاد نکنید

غلظت و جایگاه کالیبراتو

شرکت توسعه کیمیای سعادت www.tksmed.ir

پشتیبانی ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ - ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

1 Chemistry Parameters

Test	PHOS	*	Test Name	PHOS	Unit: mg/dl
Data Mode	On Board		Report Name	**Phosphorus**	
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a: 1.0	
				b: 0.0	

Expected Value <Serum>

Age		(M)			(F)		
10	Y	2.5	-	5	2.5	-	5
50	Y	-9999	-	99999	-9999	-	99999
		-9999	-	99999	-9999	-	99999

Expected Value <Urine>: -9999 - 99999

Technical Value <Serum>: 0 - 25

< Urine >: -9999 - 99999

STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.
(1)	0.0	1	3	0	0	#	#
(2)	#	#	3	0	0	#	#
(3)	0	0	3	0	0	#	#
(4)	0	0	3	0	0	#	#
(5)	0	0	3	0	0	#	#
(6)	0	0	3	0	0	#	#

Qualitative		No
(1)	0	
(2)	0	
(3)	0	
(4)	0	
(5)	0	
(6)		

Test	PHOS				
Assay Code	1 Point	5		Wavelength (2nd / Primary)	700 / 340
Assay Point	15 - 0 - 0 - 0			Diluent / Rgt. Stability	0 / 0

	< Serum >	< Urine >
S. Vol. (Normal)	3 0 0	3 0 0
S. Vol. (Decrease)	3 0 0	3 0 0
S. Vol. (Increase	6 0 0	6 0 0
ABS. Limit	0	0
Prozone Limit	32000	32000

Increase

Upper Limit

Reagent					
	R1	300	0	395	0
	R2	0	0	395	0
	R3	0	0	395	0
	R4	0	0	395	0

Calibration Type: Linear — 2 2 0 0

Auto Time Out	Blank	0		SD Limit	0.1
	Span	0		Duplicate Limit	500
	2 Point	0		Sensitivity Limit	0
	Full	0		S1 ABS Limit	-32000 32000
Auto Change	Lot	CANCEL		Compensated Limit	
	Bottle	CANCEL			

* در این قسمت تغییری ایجاد نکنید

غلظت و جایگاه کالیبراتو

شرکت توسعه کیمیای سعادت www.tksmed.ir

پشتیبانی ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ - ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

1 Chemistry Parameters

Test	TG	*	Test Name	TG	Unit: mg/dl
Data Mode	On Board		Report Name	**Triglycerides**	
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a: 1.0	
				b: 0.0	

Expected Value <Serum>

Age		(M)			(F)		
10	Y	0	-	160	0	-	160
50	Y	-9999	-	99999	-9999	-	99999
		-9999	-	99999	-9999	-	99999

Expected Value <Urine>: -9999 - 99999

Technical Value <Serum>: 5 - 700

< Urine >: -9999 - 99999

STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.
(1)	0	1	3	0	0	#	#
(2)	#	#	3	0	0	#	#
(3)	0	0	3	0	0	#	#
(4)	0	0	3	0	0	#	#
(5)	0	0	3	0	0	#	#
(6)	0	0	3	0	0	#	#

Qualitative		No
(1)	0	
(2)	0	
(3)	0	
(4)	0	
(5)	0	
(6)		

Test	TG				
Assay Code	1 Point	10		Wavelength (2nd / Primary)	700 / 505
Assay Point	31 - 0 - 0 - 0			Diluent / Rgt. Stability	0 / 0

	< Serum >			< Urine >			
S. Vol. (Normal)	3	0	0	3	0	0	
S. Vol. (Decrease)	3	0	0	3	0	0	
S. Vol. (Increase	6	0	0	6	0	0	
ABS. Limit	0			0			Increase
Prozone Limit	32000			32000			Upper Limit

Reagent					
	R1	300	0	398	0
	R2	0	0	398	0
	R3	0	0	398	0
	R4	0	0	398	0

Calibration Type: Linear | 2 | 2 | 0 | 0

Auto Time Out	Blank	0	SD Limit	0.1	
	Span	0	Duplicate Limit	500	
	2 Point	0	Sensitivity Limit	0	
	Full	0	S1 ABS Limit	-32000	32000
Auto Change	Lot	CANCEL	Compensated Limit		
	Bottle	CANCEL			

* در این قسمت تغییری ایجاد نکنید

غلظت و جایگاه کالیبراتو

شرکت توسعه کیمیای سعادت www.tksmed.ir

پشتیبانی ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ - ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

1 Chemistry Parameters

Test	T.PRO	*	Test Name	T.PRO	Unit: g/dl
Data Mode	On Board		Report Name	**Total Protein**	
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a: 1.0	
				b: 0.0	

Expected Value <Serum>

Age		(M)			(F)		
10	Y	6.6	-	8.3	6.6	-	8.3
50	Y	-9999	-	99999	-9999	-	99999
		-9999	-	99999	-9999	-	99999

Expected Value <Urine>: -9999 - 99999

Technical Value <Serum>: 1 - 14

< Urine >: -9999 - 99999

STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.	Qualitative	No
(1)	0.0	1	8	0	0	#	#	(1) 0	
(2)	#	#	8	0	0	#	#	(2) 0	
(3)	0	0	8	0	0	#	#	(3) 0	
(4)	0	0	8	0	0	#	#	(4) 0	
(5)	0	0	8	0	0	#	#	(5) 0	
(6)	0	0	8	0	0	#	#	(6)	

Test	T.PRO				
Assay Code	1 Point	5		Wavelength (2nd / Primary)	700 / 546
Assay Point	15 - 0 - 0 - 0			Diluent / Rgt. Stability	0 / 0

	< Serum >			< Urine >			
S. Vol. (Normal)	8	0	0	8	0	0	
S. Vol. (Decrease)	3	0	0	3	0	0	
S. Vol. (Increase	16	0	0	16	0	0	
ABS. Limit	0			0			Increase
Prozone Limit	32000			32000			Upper Limit

Reagent					
	R1	300	0	397	0
	R2	0	0	397	0
	R3	0	0	397	0
	R4	0	0	397	0

Calibration Type: Linear | 2 | 2 | 0 | 0

Auto Time Out	Blank	0	SD Limit	0.1	
	Span	0	Duplicate Limit	500	
	2 Point	0	Sensitivity Limit	0	
	Full	0	S1 ABS Limit	-32000	32000
Auto Change	Lot	CANCEL	Compensated Limit		
	Bottle	CANCEL			

* در این قسمت تغییری ایجاد نکنید

غلظت و جایگاه کالیبراتو

شرکت توسعه کیمیای سعادت www.tksmed.ir

پشتیبانی ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ - ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

1 Chemistry Parameters

Test	UA	*	Test Name	UA	Unit: mg/dl
Data Mode	On Board		Report Name	**Uric acid**	
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a: 1.0	
				b: 0.0	

Expected Value <Serum>

Age		(M)			(F)		
10	Y	3.6	-	7.7	3.6	-	7.7
50	Y	-9999	-	99999	-9999	-	99999
		-9999	-	99999	-9999	-	99999

Expected Value <Urine>: -9999 - 99999

Technical Value <Serum>: 0 - 30

< Urine >: -9999 - 99999

STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.		Qualitative	No
(1)	0.0	1	6	0	0	#	#	(1)	0	
(2)	#	#	6	0	0	#	#	(2)	0	
(3)	0	0	6	0	0	#	#	(3)	0	
(4)	0	0	6	0	0	#	#	(4)	0	
(5)	0	0	6	0	0	#	#	(5)	0	
(6)	0	0	6	0	0	#	#	(6)		

Test	UA				
Assay Code	1 Point	5		Wavelength (2nd / Primary)	700 / 546
Assay Point	15 - 0 - 0 - 0			Diluent / Rgt. Stability	0 / 0

	< Serum >			< Urine >			
S. Vol. (Normal)	6	0	0	6	0	0	
S. Vol. (Decrease)	3	0	0	3	0	0	
S. Vol. (Increase	12	0	0	12	0	0	
ABS. Limit	0			0			Increase
Prozone Limit	32000			32000			Upper Limit

Reagent					
	R1	120	0	402	0
	R2	120	0	402	0
	R3	0	0	402	0
	R4	0	0	402	0

Calibration Type: Linear | 2 | 2 | 0 | 0

Auto Time Out	Blank	0	SD Limit	0.1	
	Span	0	Duplicate Limit	500	
	2 Point	0	Sensitivity Limit	0	
	Full	0	S1 ABS Limit	-32000	32000
Auto Change	Lot	CANCEL	Compensated Limit		
	Bottle	CANCEL			

* در این قسمت تغییری ایجاد نکنید

غلظت و جایگاه کالیبراتو

شرکت توسعه کیمیای سعادت www.tksmed.ir

پشتیبانی ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ - ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

1 Chemistry Parameters

Test	UREA	*	Test Name	UREA	Unit: mg/dl
Data Mode	On Board		Report Name	**Urea/BUN**	
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a: 1.0	
				b: 0.0	

Expected Value <Serum>

Age		(M)			(F)		
10	Y	15	-	45	15	-	45
50	Y	-9999	-	99999	-9999	-	99999
		-9999	-	99999	-9999	-	99999

Expected Value <Urine>: -9999 - 99999

Technical Value <Serum>: 2 - 300

< Urine >: -9999 - 99999

STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.
(1)	0	1	3	0	0	#	#
(2)	#	#	3	0	0	#	#
(3)	0	0	3	0	0	#	#
(4)	0	0	3	0	0	#	#
(5)	0	0	3	0	0	#	#
(6)	0	0	3	0	0	#	#

Qualitative		No
(1)	0	
(2)	0	
(3)	0	
(4)	0	
(5)	0	
(6)		

Test	UREA				
Assay Code	2 Point Rate	4		Wavelength (2nd / Primary)	415 / 340
Assay Point	8 - 12 - 0 - 0			Diluent / Rgt. Stability	0 / 0

	< Serum >			< Urine >			
S. Vol. (Normal)	3	0	0	3	0	0	
S. Vol. (Decrease)	3	0	0	3	0	0	
S. Vol. (Increase	6	0	0	6	0	0	
ABS. Limit	3000			0			Decrease
Prozone Limit	32000			32000			Upper Limit

Reagent					
	R1	240	0	403	0
	R2	60	0	403	0
	R3	0	0	403	0
	R4	0	0	403	0

Calibration Type	Linear	2	2	0	0	
Auto Time Out	Blank	0		SD Limit	0.1	
	Span	0		Duplicate Limit	500	
	2 Point	0		Sensitivity Limit	0	
	Full	0		S1 ABS Limit	-32000	32000
Auto Change	Lot	CANCEL		Compensated Limit		
	Bottle	CANCEL				

* در این قسمت تغییری ایجاد نکنید

غلظت و جایگاه کالیبراتو

شرکت توسعه کیمیای سعادت www.tksmed.ir

پشتیبانی ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ - ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸

1 Chemistry Parameters

Test	ZN	*	Test Name	ZN	Unit: µg/dl
Data Mode	On Board		Report Name	ZINC	
Control Interval	0		Instrument Factor (Y=aX+b)	a: 1.0	
				b: 0.0	

Expected Value <Serum>

Age		(M)			(F)		
10	Y	67	-	127	67	-	127
50	Y	-9999	-	99999	-9999	-	99999
		-9999	-	99999	-9999	-	99999

Expected Value <Urine>: -9999 - 99999

Technical Value <Serum>: 20 - 400

< Urine >: -9999 - 99999

STD	Conc.	Pos.	Sample	Pre.	Dil.	Calib.	Lot No.
(1)	0	1	15	0	0	#	#
(2)	#	#	15	0	0	#	#
(3)	0	0	15	0	0	#	#
(4)	0	0	15	0	0	#	#
(5)	0	0	15	0	0	#	#
(6)	0	0	15	0	0	#	#

Qualitative		No
(1)	0	
(2)	0	
(3)	0	
(4)	0	
(5)	0	
(6)		

Test	ZN				
Assay Code	1 Point	3		Wavelength (2nd / Primary)	700 / 570
Assay Point	10 - 0 - 0 - 0			Diluent / Rgt. Stability	0 / 0

	< Serum >			< Urine >			
S. Vol. (Normal)	15	0	0	15	0	0	
S. Vol. (Decrease)	5	0	0	5	0	0	
S. Vol. (Increase	30	0	0	30	0	0	
ABS. Limit	0			0			Increase
Prozone Limit	32000			32000			Upper Limit

Reagent					
	R1	300	0	404	0
	R2	0	0	404	0
	R3	0	0	404	0
	R4	0	0	404	0

Calibration Type	Linear	2	2	0	0	
Auto Time Out	Blank	0		SD Limit	0.1	
	Span	0		Duplicate Limit	500	
	2 Point	0		Sensitivity Limit	0	
	Full	0		S1 ABS Limit	-32000	32000
Auto Change	Lot	CANCEL		Compensated Limit		
	Bottle	CANCEL				

* در این قسمت تغییری ایجاد نکنید

غلظت و جایگاه کالیبراتو

شرکت توسعه کیمیای سعادت www.tksmed.ir

پشتیبانی ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۹ - ۰۹۱۲۹۵۷۹۴۰۸