



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری

تایید صلاحیت

NACI/Lab/۲۶۹

تاریخ و محل اعطا گواهینامه:

۱۴۰۱/۱۱/۰۲ - تهران

تاریخ صدور مجدد گواهینامه : ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه:

۱۴۰۴/۱۱/۰۱

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

پیوست

دامنه کاربرد تایید صلاحیت آزمایشگاه لوله بوکان

ردیف	نام محصول	محصول محور ^۱	آزمون محور ^۲	عنوان آزمون	محدوده کاربرد	مرجع
۱	لوله و اتصالات پلیمری (16 to 630) mm	✓		اندازه گیری ابعاد	OD: up to 850 mm Th : up to 100 mm	ISO 2412 ISO 3126
				تعیین خواص کششی	up to 20 kN (25,50,100) mm/min	ISO 17140-1 ISO 17140-3 ISO 6259-1 ISO 6259-3
				تعیین مقاومت در برابر فشار داخلی	up to 100 bar	ISIRI 12181-1 ISIRI 12181-2 ISO 1167-1 ISO 1167-2
				اندازه گیری برگشت طولی	---	ISO 17614 ISO 2505
				تعیین سفتی حلقوی	up to 900 kgf	ISO 11436 ISO 9969
				اندازه گیری نرخ جریان جرمی (MFR)	---	ISO 6980-1 ISO 1133-1
				تعیین زمان القاء اکسایش (OIT)	up to 232 °C	ISO 7186-6 ISO 11357-6
				تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی (Method A)	$\rho \geq 0.79 \text{ g/cm}^3$	ISO 7090-1 (Method A) ISO 1183-1
				تعیین مقاومت ضربه ای به روش چارپی	up to 15 J	ISIRI 12828-1 ISIRI 12828-2 ISO 9854-1 ISO 9854-2

اللهم عجل لوليک الفرج

دکتر سید محمود هاشمی

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران



جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran



شماره انحصاری
تایید صلاحیت
NACI/Lab/۲۶۹

تاریخ و محل اعطا گواهینامه:

۱۴۰۱/۱۱/۰۲ - تهران

تاریخ صدور مجدد گواهینامه: ---

تاریخ اصلاح گواهینامه: ---

تاریخ خاتمه اعتبار گواهینامه:

۱۴۰۴/۱۱/۰۱

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

پیوست

دامنه کاربرد تایید صلاحیت آزمایشگاه لوله بوکان

ردیف	نام محصول	محصول محور ^۱	آزمون محور ^۲	عنوان آزمون	محدوده کاربرد	مرجع
۱	لوله های پلی اتیلنی		✓	اندازه گیری مقدار دوده	---	INSO 19990 ISO 6964
				بررسی چگونگی پراکنش دوده		INSO 20059 ISO 18553
				بررسی حساسیت در برابر ترک خوردگی بر اثر تنش محیطی ناشی از اتصالات نوع فرورونده		ISIRI 8988 ISO 8796
۲	لوله های پلی ونیل کلراید سخت (PVC)		✓	تعیین مقاومت در مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش ساعت گرد	OD: up to 250 mm h : up to 2 m t : 0 °C	INSO 22996 ISO 3127
				تعیین دمای نرمی ویکات	---	INSO 6982 ISO 2507
				مقاومت در برابر دی کلرو متان در دمای مشخص		ISIRI 10609 EN 580
				تعیین خاکستر		ISIRI 10237-5

۱- محصول محور: آزمایشگاه جهت انجام کلیه آزمون های مندرج در استاندارد ویژگی های محصول، تایید صلاحیت شده است

۲- آزمون محور: آزمایشگاه جهت انجام آزمون های مندرج در جدول فوق تایید صلاحیت شده است .

اللهم عجل لولیک الفرج

دکتر سید محمود هاشمی

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

Identification Number of Accreditation
 NACI/Lab/269
 Initial Accreditation Date and Place: 2023.01.22-Tehran
 Initial Date: ---
 Amendment Date: ---
 Expiry Date :2026.01.21

Laboratory Accreditation Certificate

Annex

Accreditation Scope of Luleh Bukan Laboratory

No.	Product Name	Product Oriented ¹	Test Oriented ²	Test Title	Applicable Range	Reference
1	polyolefin pipes & fittings (16 to 630) mm	✓		determination of Dimensions	OD: up to 850 mm Th : up to 100 mm	INSO 2412 ISO 3126
				Determination of tensile properties	up to 20 kN (25,50,100) mm/min	INSO 17140-1 INSO 17140-3 ISO 6259-1 ISO 6259-3
				Determination of the resistance to internal pressure	up to 100 bar	ISIRI 12181-1 ISIRI 12181-2 ISO 1167-1 ISO 1167-2
				Determination of Longitudinal reversion	---	INSO 17614 ISO 2505
				Determination of ring stiffness	up to 900 kgf	INSO 11436 ISO 9969
				Determination of the melt mass-flow rate (MFR)	---	INSO 6980-1 ISO 1133-1
				Determination of oxidation induction time (OIT)	up to 232 °C	INSO 7186-6 ISO 11357-6
				determining the density of non-cellular plastics (Method A)	$\rho \geq 0.79 \text{ g/cm}^3$	INSO 7090-1 (Method A) ISO 1183-1
				Determination of pendulum impact strength by the Charpy method	up to 15 J	ISIRI 12828-1 ISIRI 12828-2 ISO 9854-1 ISO 9854-2

Dr.S.M Hashemi
 NACI PRESIDENT

Identification Number of Accreditation
 NACI/Lab/269
 Initial Accreditation Date and Place: 2023.01.22-Tehran
 Initial Date: ---
 Amendment Date: ---
 Expiry Date :2026.01.21

Laboratory Accreditation Certificate

Annex

Accreditation Scope of Luleh Bukan Laboratory

No.	Product Name	Product Oriented ¹	Test Oriented ²	Test Title	Applicable Range	Reference
2	Polyethylene pipes(PE)	✓		Determination of carbon black content by calcination and pyrolysis	---	INSO 19990 ISO 6964
				Method for the assessment of the degree of pigment or carbon black dispersion		INSO 20059 ISO 18553
				Susceptibility to environmental stress cracking induced by insert-type fittings		ISIRI 8988 ISO 8796
3	Unplasticized poly(vinyl chloride) pipes(PVC-U)	✓		Test method for resistance to external blows by the round-the-clock method	OD: up to 250 mm h : up to 2 m t :0 °C	INSO 22996 ISO 3127
				Vicat softening temperature	---	INSO 6982 ISO 2507
				Determination of resistance to dichloromethane (DCMT)		ISIRI 10609 EN 580
				Determination of ash		ISIRI 10237-5

1- Product Oriented: Laboratory is accredited to meet all requirements of the product specification standard.

2- Test Oriented: Laboratory is accredited for carrying out the tests mentioned in the above table.


Dr.S.M.Hashemi
NACI PRESIDENT