

Nr.	Test	Medium/Gerät	Kriterien	Beständig gegen	Status
1	Einlegetest	ÖIMD500	optische Veränderung, Gewicht	Öl	
2	Einlegetest	Mikrozid AF Liquid	optische Veränderung, Gewicht	Desinfektionsmittel	
3	Sterilisationstest	Lisa	optische Veränderung, Gewicht Länge	Sterilisation	
4	Thermodesinfektionstest	Miele Thermodesinfektor	optische Veränderung, Gewicht Länge	Thermodesinfektion	
5	Zugprüfung	Zugmaschine			