

Parte insertada	aScope 4 Cysto	Sistema óptico	aScope 4 Cysto
Ángulo de flexión ¹	210° ± 15° mín. 120 o	Dirección de la vista	0°
Diámetro del cordón de inser...	16,2 Fr ±0,3 Fr/ 5,4 mm ±0,1 ...	Campo de visión	120° ± 10°
Diámetro del extremo distal	16,2 Fr ±0,3 Fr / 5,4 mm ±0,1...	Profundidad de campo	3-100 mm
Diámetro máximo de la parte ...	Máx. 18 Fr / 6,0 mm (0,24")	Método de iluminación	LED
Longitud de trabajo	390 mm ±10 mm (15,4" ±0,4")		
Canal de trabajo		Esterilización	
Anchura mínima del canal de...	Mín. 6,6 Fr / 2,2 mm (0,086")	Método de esterilización	EtO