

Nr.	Test	Medium/Gerät	Kriterien	Beständig gegen	Status
1	Einlegetest	ÖIMD500	optische Veränderung, Gewicht	Öl	✓
2	Einlegetest	Mikrozid AF Liquid	optische Veränderung, Gewicht	Desinfektionsmittel	✓
3	Sterilisationstest	Lisa	optische Veränderung, Gewicht Länge	Sterilisation	✓
4	Thermodesinfektionstest	Miele Thermodesinfektor	optische Veränderung, Gewicht Länge	Thermodesinfektion	✓
5	Zugprüfung	Zugmaschine			✓