

Vysledky zkouseni - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	524	mg/l 100% ethano	max. 2000	A	SOP OV 324	± 20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethano	-	N	SOP OV 324	-
ethanol	76.5	% obj.	-	A	SOP OV 108	±0.7%