

Nr.	Test	Medium/Gerät	Kriterien	Beständig gegen	Status
1	Einlegetest	ÖIMD500	optische Veränder...	Öl	
2	Einlegetest	Mikrozid AF Liquid	optische Veränder...	Desinfektionsmittel	
3	Sterilisationstest	Lisa	optische Veränder...	Sterilisation	
4	Thermodesinfekti...	Miele Thermodesi...	optische Veränder...	Thermodesinfektion	
5	Zugprüfung	Zugmaschine			