VIREO™

ДОКУМЕНТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

VIREO Duo Light

Профессиональный аппарат фотодинамической терапии с двумя гибкими световыми панелями

ИЗДЕЛИЕ

VIREO Duo Light

РЕДАКЦИЯ

1.0 · 2026

КОД ДОКУМЕНТА

VDL-MAN-2026

ЯЗЫК

Русский

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с документом. Сохраняйте руководство на весь срок эксплуатации изделия.

01 Назначение и область применения

VIREO Duo Light — аппарат профессиональной фотодинамической терапии с двумя гибкими световыми панелями. Применяется в медицинских учреждениях широкого профиля, косметологических клиниках, салонах и кабинетах.

Гибкие панели позволяют работать с лицом и телом, в том числе на локальных участках. Устройство рассчитано на профессиональное использование под контролем специалиста.

02 Принцип действия

Источником излучения служат полупроводниковые светодиоды синего и красного света. Предусмотрены раздельные режимы и совмещение света. Световое воздействие активирует фотосенсибилизирующий препарат, нанесённый на кожу.

03 Показания к применению

- акне, постакне и расширенные поры;
- гиперпигментация и неровный тон кожи;
- фотостарение и снижение тонуса;
- протоколы ФДТ для лица и тела;
- комплексные программы с препаратами VIREO.

04 Комплектация

- Аппарат светодиодный медицинский Duo Light — 1 шт.
- Кабель и блок питания — 1 шт.
- Очки для врача и очки для пациента.
- Руководство по эксплуатации и паспорт изделия.
- Регистрационное удостоверение на медицинское изделие.

05 Основные характеристики

Длины волн	Синий 400 нм, красный 660 нм
Режимы	Раздельно и совмещение света
Световые панели	2 гибкие панели
Управление	Электронное, на русском языке
Таймер	от 5 до 60 минут
Питание	100–240 В, 50/60 Гц
Страна производства	Россия
Сертификация	Есть

06 Подготовка к работе

- Проверьте комплектность и состояние панелей и кабеля.
- Разместите аппарат на устойчивой поверхности.
- Подключите блок питания к сети с заземлением.
- Выдайте защитные очки врачу и пациенту.
- Выберите режим и установите время процедуры.

07 Порядок проведения процедуры

- Очистите кожу и нанесите фотосенсибилизатор по протоколу.
- Выдержите препарат необходимое время.
- Расположите гибкие панели над зоной воздействия.
- Включите свет и контролируйте состояние пациента.
- По завершении отключите аппарат и удалите остатки препарата.

> Параметры процедуры и экспозицию определяет врач. Не превышайте рекомендованное время воздействия.

08 Уход и обслуживание

- Очищайте панели и корпус мягкой сухой тканью.
- Не допускайте попадания влаги на разъёмы и светодиоды.
- Не используйте агрессивные моющие средства.
- Храните аппарат в сухом месте, защищённом от прямого солнца.
- Плановое обслуживание выполняет производитель.

09 Меры безопасности

- Не смотрите на включённые светодиоды.
- Защитные очки обязательны для всех участников процедуры.
- Не используйте аппарат рядом с водой и горючими материалами.
- Прекратите процедуру при жжении или выраженном дискомфорте.
- Не разбирайте аппарат и не ремонтируйте его самостоятельно.

10 Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость фотосенсибилизатора.
- Беременность и лактация — по решению врача.
- Острые воспаления и повреждения кожи.
- Фотодерматозы и повышенная чувствительность к свету.
- Приём фотосенсибилизирующих препаратов.

11 Гарантия и поддержка

Гарантийный срок — 24 месяца. Условия гарантии и сервисного обслуживания указаны в паспорте изделия. По вопросам обучения и поддержки свяжитесь с представителем VIREO.

12 Контакты

Телефон: +7 (495) 123-45-67
E-mail: karlovserg@mail.ru
Работаем по всей России.

> Документ носит информационный характер. Актуальную редакцию руководства и регистрационные документы предоставляет производитель.