VIREO™

ДОКУМЕНТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

VIREO Mini Light

Компактный аппарат фотодинамической терапии для локальных зон

ИЗДЕЛИЕ

VIREO Mini Light

РЕДАКЦИЯ

1.0 · 2026

КОД ДОКУМЕНТА

VML-MAN-2026

ЯЗЫК

Русский

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с документом. Сохраняйте руководство на весь срок эксплуатации изделия.

01 Назначение и область применения

VIREO Mini Light — компактный аппарат фотодинамической терапии, предназначенный для работы на локальных участках тела. Применяется в косметологических кабинетах, клиниках и медицинских центрах.

Аппарат удобен для небольших зон и точечных протоколов. Работать с ним должен специалист, знакомый с методикой ФДТ.

02 Принцип действия

Источник излучения — полупроводниковые светодиоды синего и красного диапазона. Режимы могут использоваться раздельно или совместно. Свет активирует фотосенсибилизатор, нанесённый на обрабатываемую зону.

03 Показания к применению

- локальные воспалительные элементы и постакне;
- небольшие зоны гиперпигментации;
- протоколы ФДТ для лица и отдельных участков тела;
- комплексная работа с препаратами VIREO.

04 Комплектация

- Аппарат Mini Light — 1 шт.
- Блок питания и кабель — 1 комплект.
- Защитные очки для врача и пациента.
- Руководство по эксплуатации и паспорт изделия.

05 Основные характеристики

Длины волн	Синий 400 нм, красный 660 нм
Режимы	Раздельно и совмещение света
Источник света	Полупроводниковые светодиоды
Управление	Электронное, русский язык
Цвет корпуса	Серебристый
Изготовитель	ПСС
Страна производства	Россия
Сертификация	Есть

06 Подготовка к работе

- Осмотрите аппарат, кабель и защитные очки.
- Установите устройство на устойчивой поверхности.
- Подключите блок питания к сети с заземлением.
- Выдайте очки врачу и пациенту.
- Выберите режим воздействия.

07 Порядок проведения процедуры

- Очистите кожу и нанесите препарат по протоколу.
- Выдержите фотосенсибилизатор необходимое время.
- Расположите излучатель над локальной зоной.
- Включите свет и контролируйте реакцию пациента.
- Отключите аппарат и проведите постпроцедурный уход.

> Точную схему и экспозицию определяет врач. Не превышайте параметры протокола.

08 Уход и обслуживание

- Протирайте корпус мягкой сухой тканью после процедуры.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь устройства.
- Проверяйте кабель питания перед каждым использованием.
- Храните аппарат в сухом защищённом месте.
- Ремонт и плановое обслуживание выполняет производитель.

09 Меры безопасности

- Не смотрите на включённые светодиоды.
- Используйте защитные очки для врача и пациента.
- Не применяйте аппарат во влажных помещениях.
- При дискомфорте или жжении прекратите процедуру.
- Не оставляйте включённый аппарат без присмотра.

10 Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость препарата.
- Беременность и лактация — по решению врача.
- Острые воспаления и повреждения кожи.
- Фотодерматозы и повышенная чувствительность к свету.
- Приём фотосенсибилизирующих средств.

11 Гарантия и поддержка

Условия гарантии и обслуживания указаны в паспорте изделия. По вопросам сервиса и обучения свяжитесь с представителем VIREO.

12 Контакты

Телефон: +7 (926) 073-20-87
E-mail: karlovserg@mail.ru
Работаем по всей России.