VIREO™

ДОКУМЕНТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

VIREO ARC LED

Профессиональный переносной аппарат ФДТ
Arc Led Multi · 4 кг

ИЗДЕЛИЕ
VIREO ARC LED

РЕДАКЦИЯ
1.0 · 2026

КОД ДОКУМЕНТА
VAL-IFU-2026

ЯЗЫК
Русский

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с документом. Сохраняйте руководство на весь срок эксплуатации изделия.

01 Назначение

VIREO ARC LED — профессиональный переносной аппарат фотодинамической терапии, также известный как Arc Led Multi. Применяется в клиниках, косметологических кабинетах и у частных специалистов.

Аппарат предназначен для локальных и зональных процедур в комплексе с препаратами VIREO.

02 Устройство и принцип работы

Корпус аппарата содержит светодиодную излучающую панель и блок управления. Плотность мощности — до 60 мВт/см². Переносное исполнение позволяет обрабатывать разные зоны и перемещать аппарат между кабинетами.

- Вес — 4 кг.
- Габариты — 600 × 250 × 50 мм.
- Профессиональное переносное исполнение.
- Светодиодный источник излучения.

Лечебный эффект основан на активации светом фотосенсибилизатора, нанесённого на кожу.

03 Показания к применению

Процедуры фотодинамической терапии по назначению врача:

- Дерматология и косметология.
- Локальные и зональные протоколы.
- Комплексные программы с препаратами VIREO.
- Реабилитационные и поддерживающие процедуры.

> Схему применения определяет специалист.

04 Порядок работы

- Осмотрите аппарат, кабель питания и излучающую панель.
- Подготовьте зону процедуры и нанесите препарат по протоколу.
- Расположите аппарат над зоной обработки и зафиксируйте положение.
- Выберите режим и время на блоке управления.
- Наденьте защитные очки на пациента и персонал.
- Проведите сеанс, контролируя состояние пациента.
- Выключите аппарат и очистите панель.

> Параметры процедуры подбираются индивидуально.

05 Меры безопасности

- К работе допускается только обученный персонал.
- Не используйте аппарат с повреждённым кабелем или корпусом.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса.
- Обязательно используйте защитные очки.
- Не направляйте излучение в глаза.
- Не перекрывайте панель и вентиляционные отверстия.
- Не разбирайте аппарат и не ремонтируйте его самостоятельно.

06 Противопоказания и ограничения

Противопоказания определяет врач. Общие ограничения:

- Индивидуальная непереносимость фотосенсибилизатора.
- Беременность и период лактации.
- Фотодерматозы и повышенная чувствительность к свету.
- Острые воспалительные процессы в зоне обработки.
- Онкологические заболевания — только по назначению специалиста.

07 Техническое обслуживание

- Протирайте корпус мягкой салфеткой со слабым моющим средством.
- Не используйте растворители, спирт и абразивы.
- Очищайте излучающую панель мягкой сухой тканью.
- Проверяйте кабель и разъёмы перед каждым включением.
- Плановое обслуживание выполняет сервисная служба.
- Фиксируйте обслуживание в журнале аппарата.

08 Хранение и транспортировка

- Храните при температуре от 5 до 25 °C в сухом месте.
- Защищайте от влаги, пыли и прямого солнечного света.
- Транспортируйте в заводской упаковке.
- Оберегайте панель от ударов и давления.
- После холодной перевозки дайте аппарату прогреться перед включением.

09 Комплектация

Базовый комплект поставки:

- Аппарат VIREO ARC LED.
- Кабель питания.
- Защитные очки.
- Руководство по эксплуатации и паспорт изделия.
- Заводская упаковка.

> Точный состав комплекта указан в паспорте изделия.

10 Производитель и качество

VIREO — Россия. Аппарат выпускается для профессионального применения. Сведения о производителе, серии и сопроводительных документах указаны в паспорте изделия.

11 Контакты

Телефон: +7 (926) 073-20-87
E-mail: griznata@yandex.ru
Работаем по всей России.

12 Основные сведения

Тип аппарата	переносной, профессиональный
Вес	4 кг
Габариты	600 × 250 × 50 мм
Плотность мощности	до 60 мВт/см²
Источник излучения	полупроводниковые светодиоды
Применение	дерматология, косметология, комплексные протоколы ФДТ
Страна происхождения	Россия