VIREO™

ДОКУМЕНТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

VIREO DENTAL LED

Стоматологическая капа для ФДТ
слизистой полости рта

ИЗДЕЛИЕ

VIREO DENTAL LED

РЕДАКЦИЯ

1.0 · 2026

КОД ДОКУМЕНТА

VDL-IFU-2026

ЯЗЫК

Русский

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с документом. Сохраняйте руководство на весь срок эксплуатации изделия.

01 Назначение

VIREO DENTAL LED — стоматологическая капа со встроенными светодиодами для фотодинамической терапии слизистой полости рта.

Применяется при афтозном стоматите и других заболеваниях слизистой. Лечебный эффект достигается без антибиотиков за счёт светового воздействия на фотосенсибилизатор.

02 Устройство и принцип работы

Капа надевается на зубной ряд и обеспечивает равномерное освечивание слизистой полости рта. Управление режимами и временем сеанса выполняется с блока управления.

- Светодиодный источник излучения внутри капы.
- Блок управления с настройкой режима и времени.
- Сменные защитные покрытия для гигиены.
- Возможность применения в кабинете и дома по назначению врача.

Аппарат не обладает самостоятельным фармакологическим действием: эффект возникает при активации светом нанесённого препарата.

03 Показания к применению

Применяется по назначению врача-стоматолога:

- ФДТ при афтозном стоматите.
- Другие заболевания слизистой оболочки полости рта.
- Комплексная терапия воспалительных процессов.
- Реабилитация слизистой после вмешательств.

> Конкретный протокол и количество сеансов определяет стоматолог.

04 Порядок работы

- Проверьте комплектность капы и блока управления.
- Нанесите препарат VIREO на слизистую по назначению врача.
- Установите сменное защитное покрытие на капу.
- Разместите капу в полости рта пациента.
- Выберите режим и время сеанса на блоке управления.
- Проведите сеанс, контролируя состояние пациента.
- Извлеките капу и проведите гигиеническую обработку.

> Время экспозиции и режим определяет врач.

05 Меры безопасности

- Применяйте аппарат только по назначению врача.
- Не используйте капу при повреждении корпуса или светодиодов.
- Не допускайте попадания жидкости на блок управления.
- Обрабатывайте капу после каждого применения.
- Не оставляйте пациента без наблюдения во время сеанса.
- Храните аппарат в недоступном для детей месте.
- Не разбирайте блок управления самостоятельно.

06 Противопоказания и ограничения

Решение о применении принимает врач. Общие ограничения:

- Индивидуальная непереносимость препарата.
- Острые гнойные процессы в полости рта — по решению врача.
- Повышенная чувствительность к свету.
- Беременность и период лактации — по решению врача.
- Повреждение слизистой — только по назначению специалиста.

07 Техническое обслуживание

- Промывайте капу тёплой водой с мягким моющим средством.
- Не используйте горячую воду, спирт и агрессивные средства.
- Просушивайте капу перед хранением.
- Протирайте блок управления мягкой сухой салфеткой.
- Проверяйте кабель и разъёмы перед каждым использованием.
- При неисправности обратитесь в сервисную службу.

08 Хранение и транспортировка

- Храните капу в чистом сухом контейнере.
- Храните блок управления при температуре от 5 до 25 °C.
- Защищайте от влаги, пыли и прямого солнечного света.
- Транспортируйте в заводской упаковке.
- Не допускайте деформации капы.

09 Комплектация

Базовый комплект поставки:

- Стоматологическая капа VIREO DENTAL LED.
- Блок управления.
- Кабель питания или сетевой адаптер.
- Сменные защитные покрытия.
- Руководство по эксплуатации и паспорт изделия.

> Точный состав комплекта указан в паспорте изделия.

10 Производитель и качество

VIREO — Россия. Аппарат выпускается для стоматологического применения. Сведения о производителе, серии и сопроводительных документах указаны в паспорте изделия.

11 Контакты

Телефон: +7 (926) 073-20-87
E-mail: griznata@yandex.ru
Работаем по всей России.

12 Основные сведения

Тип изделия	стоматологическая капа со светодиодами
Назначение	ФДТ слизистой оболочки полости рта
Показания	афтозный стоматит и другие заболевания слизистой
Управление	блок управления, настройка режима и времени
Применение	кабинет стоматолога, домашнее применение по назначению врача
Сертификация	декларация соответствия
Страна происхождения	Россия