VIREO™

ДОКУМЕНТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

VIREO MULTI LIGHT QUATTRO

Стационарный светодиодный аппарат ФДТ
на мобильной стойке

ИЗДЕЛИЕ

VIREO MULTI LIGHT QUATTRO

РЕДАКЦИЯ

1.0 · 2026

КОД ДОКУМЕНТА

VMQ-IFU-2026

ЯЗЫК

Русский

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с документом. Сохраняйте руководство на весь срок эксплуатации изделия.

01 Назначение

VIREO MULTI LIGHT QUATTRO — стационарный светодиодный аппарат фотодинамической терапии на мобильной стойке с удобной настройкой режимов.

Предназначен для дерматологии, косметологии, трихологии и пластической хирургии. Применяется в клиниках и медицинских центрах, а также в профильных кабинетах.

02 Устройство и принцип работы

Источником излучения служат полупроводниковые светодиоды. Спектры света можно использовать по отдельности или в сочетании, подбирая параметры под протокол процедуры.

Лечебный эффект основан на активации светом фотосенсибилизатора, нанесённого на кожу. Аппарат не заменяет препарат и не обладает самостоятельным фармакологическим действием.

- Управление — сенсорный экран с меню на русском языке.
- Исполнение — напольное, на мобильном шасси.
- Гибкая настройка времени и дозы облучения.

03 Показания к применению

Процедуры фотодинамической терапии по назначению врача:

- Дерматология и косметология.
- Трихология — протоколы для кожи головы.
- Пластическая хирургия и реабилитация.
- Работа с фотосенсибилизаторами хлоринового ряда.

> Схему и количество процедур определяет специалист.

04 Порядок работы

Перед началом работы осмотрите аппарат, проверьте кабель питания и крепление световых сегментов.

- Подготовьте зону процедуры и нанесите фотосенсибилизатор по протоколу.
- Расположите аппарат над зоной обработки.
- Выберите режим, спектр и время на панели управления.
- Наденьте защитные очки на пациента и персонал.
- Проведите сеанс и оцените реакцию кожи.
- Выключите аппарат, очистите световые сегменты.

> Параметры процедуры подбираются индивидуально и фиксируются в протоколе.

05 Меры безопасности

- К эксплуатации допускается только обученный персонал.
- Не используйте аппарат с повреждённым кабелем или корпусом.
- Не допускайте попадания жидкости на панель управления и внутрь корпуса.
- Обязательно используйте защитные очки во время сеанса.
- Не направляйте свет в глаза пациенту и сотрудникам.
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия во время работы.
- Не проводите ремонт и разборку самостоятельно.

06 Противопоказания и ограничения

Противопоказания определяет врач с учётом состояния пациента и выбранного фотосенсибилизатора. Общие ограничения:

- Индивидуальная непереносимость компонентов препарата.
- Беременность и период лактации.
- Фотодерматозы, повышенная чувствительность к свету.
- Острые воспалительные процессы в зоне обработки.
- Онкологические заболевания — только по назначению специалиста.

07 Техническое обслуживание

- Протирайте корпус мягкой салфеткой со слабым моющим средством.
- Не используйте спирт, растворители и абразивы для панели управления.
- Очищайте световые сегменты мягкой сухой тканью.
- Проверяйте разъёмы и кабель перед каждым включением.
- Плановое обслуживание выполняет сервисная служба.
- Фиксируйте обслуживание в журнале аппарата.

08 Хранение и транспортировка

- Храните при температуре от 5 до 25 °C в сухом месте.
- Защищайте от влаги, пыли и прямого солнечного света.
- Транспортируйте в заводской упаковке.
- Закрепляйте световые сегменты при перемещении.
- После холодной перевозки дайте аппарату прогреться до комнатной температуры.

09 Комплектация

Базовый комплект поставки:

- Аппарат VIREO MULTI LIGHT QUATTRO на мобильной стойке.
- Световые сегменты и крепёжные элементы.
- Кабель питания.
- Защитные очки.
- Руководство по эксплуатации и паспорт изделия.

> Точный состав комплекта указан в паспорте изделия.

10 Производитель и качество

VIREO — Россия. Аппарат выпускается для профессионального применения. Сведения о производителе, серии и сопроводительных документах указаны в паспорте изделия. На выпускаемые аппараты оформлены декларации соответствия.

11 Контакты

Телефон: +7 (926) 073-20-87
E-mail: griznata@yandex.ru
Работаем по всей России.

12 Основные сведения

Тип аппарата	стационарный, на мобильной стойке
Источник излучения	полупроводниковые светодиоды
Спектры света	по отдельности или в сочетании
Управление	сенсорный экран, меню на русском языке
Применение	дерматология, косметология, трихология, пластическая хирургия
Сертификация	декларация соответствия
Страна происхождения	Россия