VIREO™

ДОКУМЕНТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

VIREO PAD LED

Портативный светодиодный аппарат ФДТ
для частного специалиста · 2 кг

ИЗДЕЛИЕ
VIREO PAD LED

РЕДАКЦИЯ
1.0 · 2026

КОД ДОКУМЕНТА
VPL-IFU-2026

ЯЗЫК
Русский

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с документом. Сохраняйте руководство на весь срок эксплуатации изделия.

01 Назначение

VIREO PAD LED — компактный портативный аппарат фотодинамической терапии. Предназначен для частного специалиста и домашнего применения под наблюдением врача.

Аппарат работает в комплексе с препаратами VIREO и применяется для локальной обработки небольших зон.

02 Устройство и принцип работы

Корпус аппарата содержит светодиодную панель и блок управления. Питание осуществляется через сетевой адаптер. Плотность мощности — до 60 мВт/см².

- Вес — 2 кг.
- Габариты — 400 × 250 × 50 мм.
- Портативное исполнение, удобное для кабинета и выездной работы.
- Светодиодный источник излучения.

Лечебный эффект возникает при активации светом фотосенсибилизатора, нанесённого на кожу по протоколу.

03 Показания к применению

Локальные процедуры фотодинамической терапии по назначению специалиста:

- Небольшие зоны кожи и локальные элементы.
- Комплексные программы с препаратами VIREO.
- Домашнее применение по согласованной с врачом схеме.
- Поддерживающие и реабилитационные протоколы.

> Самостоятельное применение без назначения специалиста не допускается.

04 Порядок работы

- Подключите аппарат к сети через штатный адаптер.
- Очистите и подготовьте зону процедуры.
- Нанесите препарат VIREO и выдержите экспозицию по протоколу.
- Расположите панель над зоной обработки на расстоянии, указанном специалистом.
- Выберите режим и время сеанса.
- Наденьте защитные очки и проведите сеанс.
- Выключите аппарат и оцените реакцию кожи.

> Время и режим обработки определяет специалист; ориентируйтесь на протокол процедуры.

05 Меры безопасности

- Используйте аппарат только по назначению.
- Не направляйте свет в глаза; применяйте защитные очки.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса.
- Не используйте аппарат с повреждённым кабелем или адаптером.
- Не накрывайте панель во время работы.
- Не разбирайте корпус и не ремонтируйте аппарат самостоятельно.
- Храните аппарат в недоступном для детей месте.

06 Противопоказания и ограничения

Решение о применении принимает врач. Общие ограничения:

- Индивидуальная непереносимость фотосенсибилизатора.
- Беременность и период лактации.
- Фотодерматозы и повышенная чувствительность к свету.
- Острые воспалительные процессы в зоне обработки.
- Нарушение целостности кожи — только по назначению врача.

07 Техническое обслуживание

- Протирайте корпус мягкой сухой или слегка влажной салфеткой.
- Не используйте спирт, растворители и абразивные средства.
- Очищайте светодиодную панель мягкой сухой тканью.
- Проверяйте кабель и адаптер перед каждым использованием.
- При неисправности прекратите эксплуатацию и обратитесь в сервис.
- Не вскрывайте корпус аппарата.

08 Хранение и транспортировка

- Храните при температуре от 5 до 25 °C в сухом месте.
- Защищайте от влаги, пыли и прямого солнечного света.
- Транспортируйте в заводской упаковке.
- Не допускайте падений и механических повреждений.
- После холодной перевозки дайте аппарату прогреться перед включением.

09 Комплектация

Базовый комплект поставки:

- Аппарат VIREO PAD LED.
- Сетевой адаптер питания.
- Защитные очки.
- Руководство по эксплуатации и паспорт изделия.
- Заводская упаковка.

> Точный состав комплекта указан в паспорте изделия.

10 Производитель и качество

VIREO — Россия. Аппарат выпускается для профессионального и домашнего применения по назначению специалиста. Сведения о производителе, серии и сопроводительных документах указаны в паспорте изделия.

11 Контакты

Телефон: +7 (926) 073-20-87
E-mail: griznata@yandex.ru
Работаем по всей России.

12 Основные сведения

Тип аппарата	портативный
Вес	2 кг
Габариты	400 × 250 × 50 мм
Плотность мощности	до 60 мВт/см²
Источник излучения	полупроводниковые светодиоды
Питание	от сети через штатный адаптер
Страна происхождения	Россия