

Lu-177 退出基準到達時間 予測ツール 設計書(原案)

版:0.1(原案) / 作成:RI室 新留 信幸 / 定数の承認:別紙「定数 決定・承認記録シート」参照

最重要:本ツールの位置づけ

本ツールは、特別措置病室に入院中の患者について退院(退出)可能となる日を「予測(見込み)」する補助ツールです。最終的な退出可否は、退出前の実測および医師の判断により確定します。本ツールの数値のみで退出を決定しません。

1 目的・利用場面

- 投与直後に測定した体表面から1mの線量率(D_0)を初期値として、退出しきい値に達する日時を予測する。
- 用途:退院見込みの目処づけ・病床計画・患者/家族への説明・スケジュール調整。
- 利用者:RI室スタッフ。1台の指定端末で使用(親機1台方式)。

2 形態・非機能要件

形態	オフライン単一ファイル(HTML)。ブラウザで開くだけ。インストール不要。
通信	外部・院内網へ一切通信しない(CDN等の外部読込もなし=完全自己完結)。
個人情報	患者ID・患者名(いずれも任意)・測定値・時刻。記録用に患者名を任意入力できる。データは端末内に保存され外部へ送信しない。院内の取扱規定に従う。
保守性	1ファイルのため差し替えで更新。ソース(テキスト)を確認可能。
記録	計算結果を端末内に保存(ブラウザ内)+CSV書き出し・印刷。

3 入力項目

項目	形式	備考
患者ID(任意)	テキスト	記録の識別用
患者名(任意)	テキスト	記録用に任意入力
薬剤	選択(プルヴィクト/ルタテラ)	選択でしきい値・実効半減期が自動決定
投与日時	日時	予測日時の起点
投与直後の1m線量率 D_0	数値($\mu\text{Sv/h}$)	体表面から1m・投与直後の1回測定

4 使用する定数(承認済み／別紙参照)

定数	プルヴィクト	ルタテラ
物理半減期	6.647 日	6.647 日
実効半減期(承認値)	40 時間	34 時間
退出しきい値(1m)	16 $\mu\text{Sv/h}$	18 $\mu\text{Sv/h}$

定数は画面と記録に明示。変更時は承認記録シートの再承認を要する(画面上では変更不可)。

5 計算仕様

単一指数減衰を仮定し、**実効半減期・物理半減期の両方**で算出する。

到達まで(日) = (半減期 $\div$ $\ln 2$) $\times$ $\ln(D_0 \div$ しきい値)

- $D_0 \leq$ しきい値 の場合は「即時(0)」。
- 退出可能(予測)日時 = 投与日時 + 到達まで。
- 実効ベース=最短の見込み／物理ベース=最長(保守側)の見込みとして幅で提示。**

前提と限界(記録)

実際の線量率減衰は2段階(前半＝腎排泄で急、後半＝物理に近い緩やか)で、単一指数は近似。排尿状況の個人差が大きいため、**予測は幅で捉え、退出前の実測で確認する。**

6 出力仕様

- 適用したしきい値・実効半減期(自動選択された値)を表示。
- 退出可能(予測)日時:実効ベース ～ 物理ベース(幅)。**それぞれ「○日○時間後」も併記。
- 「これは予測(目安)であり、最終判断は実測・医師による」旨を常時明示。
- 入力チェック:数値・日時の妥当性、 D_0 がしきい値以下なら即時表示。

7 記録・印刷

- 計算実行時に、日時・患者ID・薬剤・ D_0 ・予測結果を端末内に記録(追記)。
- 記録一覧の**CSV書き出し**(Excel対応)と**印刷**。

8 画面構成

- 計算画面:**入力欄(薬剤・投与日時・ D_0 ・患者ID)→結果(実効/物理の予測日時、幅)。
- 記録一覧:**過去の計算履歴、CSV書き出し・印刷。
- 設定・根拠:**使用中の定数と出典、承認情報の表示(変更不可)。

9 モジュール構成(故障しにくく・検証しやすく)

- **計算エンジン**(純粋関数): 入力値だけで予測日時を返す。既知の検算表と照合してテスト。
- **定数**: 1か所に集約(承認値)。画面から変更不可。
- **入力チェック**: 範囲・単位・日時。
- **表示・記録・印刷**: 計算エンジンから分離。

10 制約・免責

- 医療機器ではなく、退出の予測・記録の補助ツール。
- 予測は近似であり、**実測・医師判断を代替しない**。
- 定数・運用は別紙承認記録シートに従う。

11 今後の進め方

1. 本原案の確認・承認。
2. 計算エンジンの実装+検算表での確認。
3. 画面・記録・印刷の実装(オフライン単一HTML)。
4. 試用(少数の実データで実測と比較)→ 運用へ。

Lu-177 退出基準到達時間 予測ツール 設計書(原案)／RI室 内部資料／院内配布・印刷・PDF保存が可能です。