N O R I K S

NORIKS KneeHeat — ohřev, komprese a masáž kolena

Tři terapie v jednom sezení: teplo do 42 °C, vzduchová komprese a vibrace 60 Hz. Sezení trvá 12 minut.

Teplo	Do 42 °C, tři stupně
Komprese	Vzduchová
Vibrace	60 Hz, tři režimy
Sezení	12 minut, spouští se jedním tlačítkem
Napájení	Nabíjecí baterie, USB-C
Provedení	Nastavitelné pásky, prodlužovací pásek v balení

V BALENÍ

- 1 bandáž NORIKS KneeHeat
- Prodlužovací pásek
- Nabíjecí kabel USB-C
- Návod

RYCHLÝ START

1. Před prvním použitím přístroj nabijte.
2. Nasaďte bandáž na koleno tak, aby čéška byla uprostřed, a utáhněte pásky.
3. Stiskněte tlačítko — sezení 12 minut začne ihned.

1. Před prvním použitím

Přístroj nabijte do plna kabelem USB-C. Jedno nabití stačí na více sezení.

- Koleno musí být čisté a suché, bez krémů a mastí.
- Nepoužívejte přístroj, když je připojen k nabíjení.
- Pro větší obvody použijte prodlužovací pásek z balení.

2. Nasazení

Bandáž obtočte kolem kolena tak, aby čéška zůstala uprostřed otvoru, a utáhněte pásky. Musí přiléhat k noze, ale neutahovat — lýtko nesmí mravenčet.



- Sedí na levé i pravé koleno.
- Sedněte si a mírně pokrčte nohu, než sezení spustíte.

3. Sezení

Jedním stiskem tlačítka spustíte sezení na 12 minut. Teplo rozšiřuje cévy, komprese vytlačuje nahromaděnou tekutinu a přivádí čerstvou krev a vibrace uvolňuje ztuhlost kolem kloubu.

- Začněte nejnižším stupněm tepla a nejmírnějším režimem vibrací.
- Teplo má být příjemné — nikdy horké. Pokud pálí, ihned přerušte.
- Jedno až dvě sezení denně stačí.

4. Nabíjení a uchovávání

- Nabíjejte přiloženým kabelem USB-C na standardní 5V nabíječce.
- Přístroj otřete suchým nebo mírně vlhkým hadříkem; neponořujte jej do vody a neperte v pračce.
- Uchovávejte jej na suchém místě, mimo dosah dětí.

5. Řešení problémů

Co se děje	Příčina	Řešení
Přístroj se nezapne	Vybitá baterie	Nabíjejte jej alespoň 30 minut
Teplo je cítit slabě	Nejnižší stupeň	Přejděte na vyšší stupeň tepla
Bandáž sjíždí po noze	Pásky nejsou utažené	Utáhněte pásky nebo přidejte prodlužovací pásek
Lýtko mravenčí	Příliš silná komprese	Přerušte sezení a povolte pásky
Na nabití vydrží krátce	Vysoký stupeň tepla	Teplo spotřebuje nejvíce energie — používejte nižší stupeň

6. Záruka, výměna a vrácení

O vrácení nebo výměnu můžete požádat do 30 dnů od doručení.

Produkt musí být nepoužitý, nepraný a v původním balení, s přiloženým dokladem.

Náklady na zpětné doručení hradí zákazník — kromě případu, kdy produkt přišel poškozený nebo byla poslána nesprávná položka.

Peníze vracíme na PayPal nebo IBAN, do 3 až 5 pracovních dnů od přijetí zásilky.

Při vrácení nebo výměně napište na info@noriks.com a uveďte číslo objednávky.

Pokud produkt přijde poškozený nebo s vadou ve výrobě, ozvěte se nám hned — takový případ řešíme bez nákladů pro vás.

7. Upozornění

NORIKS KneeHeat je přístroj pro domácí použití a uvolnění, nikoli léčebná metoda. Nepoužívejte jej přes otevřené rány, při akutním zánětu, trombóze, s elektronickými implantáty ani při sníženém vnímání tepla. Pokud bolest přetrvává nebo se zhoršuje, obraťte se na lékaře.