N O R I K S

NORIKS RedRelief — terapie červeným světlem pro zápěstí

Dvojitá vlnová délka 660 nm a 850 nm, 48 dvojitých LED diod, sezení 15 minut.

Vlnové délky	660 nm červené + 850 nm infračervené
Diody	48 dvojitých LED diod po celé vnitřní straně
Režimy	4 režimy a 3 úrovně výkonu
Sezení	15 minut, přístroj se sám vypne
Napájení	Nabíjecí baterie, USB-C — až 4 sezení na nabití
Hmotnost	126 g, otvor pro palec a nastavitelný pásek

V BALENÍ

- 1 návlek NORIKS RedRelief
- Nabíjecí kabel USB-C
- Návod

RYCHLÝ START

1. Před prvním použitím přístroj nabijte, dokud kontrolka nepřestane blikat.
2. Protáhněte palec otvorem a připevněte pásek přes hřbet ruky.
3. Stiskněte tlačítko — sezení 15 minut začne ihned.

1. Před prvním použitím

Přístroj nabijte do plna kabelem USB-C. Nabíjení trvá asi 2 hodiny; jedno nabití stačí až na čtyři sezení.

- Zápěstí musí být čisté a suché, bez krémů a olejů.
- Sundejte hodinky a náramky — pásek musí doléhat přímo na kůži.
- Nepoužívejte přístroj, když je připojen k nabíjení.

2. Nasazení

Protáhněte palec otvorem a obtočte pásek přes hřbet ruky. Diody musí ležet na vnitřní straně zápěstí, tam kudy prochází střední nerv.



- Pásek má přiléhat ke kůži, ale ne utahovat — prsty nesmí mravenčet.
- Návlek sedí na levou i pravou ruku; stačí jej otočit.

3. Sezení

Jedním stiskem tlačítka spustíte sezení na 15 minut. Zvolte režim a úroveň výkonu; přístroj se na konci sám vypne.

- Doporučeno je jedno sezení denně — výsledek přináší pravidelnost.
- Během sezení ucítíte mírné teplo. Světlo nesmí pálit.
- Prvních několik dní začněte na nižší úrovni výkonu.



660 nm zklidňuje povrchový zánět a 850 nm proniká hlouběji, ke tkáni kolem středního nervu.

4. Nabíjení a uchovávání

- Nabíjejte výhradně přiloženým kabelem USB-C, na standardní 5V nabíječce.
- Přístroj otřete suchým nebo mírně vlhkým hadříkem — nikdy jej neponořujte do vody.
- Uchovávejte jej na suchém místě, mimo přímé slunce a mimo dosah dětí.

5. Řešení problémů

Co se děje	Příčina	Řešení
Přístroj se nezapne	Vybitá baterie	Nabíjejte jej alespoň 30 minut a zkuste to znovu
Světlo se zdá slabé	Nízká úroveň výkonu	Tlačítkem přejděte na vyšší úroveň
Je cítit horko	Příliš vysoká úroveň nebo příliš dlouhé nošení	Přerušte sezení, snižte úroveň a příště dodržte 15 minut
Po pár dnech není účinek	Příliš krátká doba	Terapie působí postupně — používejte ji denně několik týdnů
Pásek klouže	Není utažený přes hřbet ruky	Znovu protáhněte palec a utáhněte pásek přes dlaň

6. Záruka, výměna a vrácení

O vrácení nebo výměnu můžete požádat do 30 dnů od doručení.

Produkt musí být nepoužitý, nepraný a v původním balení, s přiloženým dokladem.

Náklady na zpětné doručení hradí zákazník — kromě případu, kdy produkt přišel poškozený nebo byla poslána nesprávná položka.

Peníze vracíme na PayPal nebo IBAN, do 3 až 5 pracovních dnů od přijetí zásilky.

Při vrácení nebo výměně napište na info@noriks.com a uveďte číslo objednávky.

Pokud produkt přijde poškozený nebo s vadou ve výrobě, ozvěte se nám hned — takový případ řešíme bez nákladů pro vás.

7. Upozornění

NORIKS RedRelief je přístroj pro domácí použití a uvolnění, nikoli léčebná metoda. Nestanovuje diagnózu a nenahrazuje radu lékaře. Nepoužívejte jej přes otevřené rány, v těhotenství, s elektronickými implantáty ani pokud užíváte léky zvyšující citlivost na světlo. Pokud potíže přetrvávají nebo se zhoršují, obraťte se na lékaře.