N O R I K S

NORIKS RedRelief — terapia czerwonym światłem na nadgarstek

Podwójna długość fali 660 nm i 850 nm, 48 podwójnych diod LED, sesja 15 minut.

Długości fali	660 nm czerwone + 850 nm podczerwone
Diody	48 podwójnych diod LED na całej wewnętrznej stronie
Tryby pracy	4 tryby i 3 poziomy mocy
Sesja	15 minut, urządzenie samo się wyłącza
Zasilanie	Akumulator, USB-C — do 4 sesji na jednym ładowaniu
Masa	126 g, otwór na kciuk i regulowany pasek

W ZESTAWIE

- 1 opaska NORIKS RedRelief
- Kabel USB-C do ładowania
- Instrukcja

SZYBKI START

1. Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie, aż kontrolka przestanie migać.
2. Przełóż kciuk przez otwór i zapnij pasek na wierzchu dłoni.
3. Naciśnij przycisk — 15-minutowa sesja rozpocznie się od razu.

1. Przed pierwszym użyciem

Naładuj urządzenie do pełna kablem USB-C. Ładowanie trwa około 2 godzin; jedno ładowanie wystarcza na maksymalnie cztery sesje.

- Nadgarstek musi być czysty i suchy, bez kremów i olejków.
- Zdejmij zegarek i bransoletki — pasek musi przylegać bezpośrednio do skóry.
- Nie używaj urządzenia podczas ładowania.

2. Zakładanie

Przełóż kciuk przez otwór i owiń pasek na wierzchu dłoni. Diody muszą leżeć po wewnętrznej stronie nadgarstka, tam gdzie przebiega nerw pośrodkowy.



- Pasek ma przylegać do skóry, ale nie uciskać — palce nie mogą cierpnąć.
- Opaska pasuje na lewą i prawą rękę; wystarczy ją odwrócić.

3. Sesja

Jedno naciśnięcie przycisku uruchamia 15-minutową sesję. Wybierz tryb i poziom mocy; urządzenie na końcu samo się wyłącza.

- Zalecana jest jedna sesja dziennie — efekt przynosi regularność.
- Podczas sesji poczujesz łagodne ciepło. Światło nie może parzyć.
- Przez pierwsze dni zacznij od niższego poziomu mocy.



660 nm łagodzi powierzchowny stan zapalny, a 850 nm wnika głębiej, do tkanki wokół nerwu pośrodkowego.

4. Ładowanie i przechowywanie

- Ładuj wyłącznie dołączonym kablem USB-C, na standardowej ładowarce 5 V.
- Urządzenie przetrzyj suchą lub lekko wilgotną ściereczką — nigdy nie zanurzaj go w wodzie.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego słońca i poza zasięgiem dzieci.

5. Rozwiązywanie problemów

Co się dzieje	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie się nie włącza	Rozładowany akumulator	Ładuj je co najmniej 30 minut i spróbuj ponownie
Światło wydaje się słabe	Niski poziom mocy	Przyciskiem przejdź na wyższy poziom
Czuć gorąco	Za wysoki poziom lub zbyt długie noszenie	Przerwij sesję, zmniejsz poziom i następnym razem trzymaj 15 minut
Brak efektu po kilku dniach	Zbyt krótki czas	Terapia działa stopniowo — stosuj ją codziennie przez kilka tygodni
Pasek się zsuwa	Nie jest zaciągnięty na wierzchu dłoni	Ponownie przełóż kciuk i zaciągnij pasek nad dłonią

6. Gwarancja, wymiana i zwrot

O zwrot lub wymianę możesz wystąpić w ciągu 30 dni od dostawy.

Produkt musi być nieużywany, nieprany i w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym dowodem zakupu.

Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący — chyba że produkt dotarł uszkodzony lub wysłano niewłaściwą pozycję.

Pieniądze zwracamy na PayPal lub IBAN, w ciągu 3 do 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki.

W sprawie zwrotu lub wymiany napisz na info@noriks.com i podaj numer zamówienia.

Jeśli produkt dotrze uszkodzony lub z wadą wykonania, zgłoś się od razu — taki przypadek rozwiązujemy bez kosztów dla Ciebie.

7. Uwaga

NORIKS RedRelief to urządzenie do użytku domowego i relaksu, a nie leczenie. Nie stawia diagnozy i nie zastępuje porady lekarza. Nie stosuj go na otwartych ranach, w ciąży, z implantami elektronicznymi ani jeśli przyjmujesz leki zwiększające wrażliwość na światło. Jeśli dolegliwości się utrzymują lub nasilają, zgłoś się do lekarza.
