N O R I K S

NORIKS RedRelief — terapia červeným svetlom na zápästie

Dvojitá vlnová dĺžka 660 nm a 850 nm, 48 dvojitých LED diód, sedenie 15 minút.

Vlnové dĺžky	660 nm červené + 850 nm infračervené
Diódy	48 dvojitých LED diód po celej vnútornej strane
Režimy	4 režimy a 3 úrovne výkonu
Sedenie	15 minút, prístroj sa sám vypne
Napájanie	Nabíjateľná batéria, USB-C — až 4 sedenia na nabitie
Hmotnosť	126 g, otvor pre palec a nastaviteľný pásik

V BALENÍ

- 1 návlek NORIKS RedRelief
- Nabíjací kábel USB-C
- Návod

RÝCHLY ŠTART

1. Pred prvým použitím prístroj nabite, kým kontrolka neprestane blikať.
2. Prevlečte palec otvorom a pripevnite pásik cez chrbát ruky.
3. Stlačte tlačidlo — sedenie 15 minút sa začne ihneď.

1. Pred prvým použitím

Prístroj nabite naplno káblom USB-C. Nabíjanie trvá asi 2 hodiny; jedno nabitie stačí až na štyri sedenia.

- Zápästie musí byť čisté a suché, bez krémov a olejov.
- Zložte hodinky a náramky — pásik musí doliehať priamo na kožu.
- Nepoužívajte prístroj, kým je pripojený na nabíjanie.

2. Nasadenie

Prevlečte palec otvorom a obtočte pásik cez chrbát ruky. Diódy musia ležať na vnútornej strane zápästia, tam kadiaľ prechádza stredový nerv.



- Pásik má priliehať ku koži, ale neuťahovať — prsty nesmú mravčať.
- Návlek sadne na ľavú aj pravú ruku; stačí ho otočiť.

3. Sedenie

Jedným stlačením tlačidla spustíte sedenie na 15 minút. Zvoľte režim a úroveň výkonu; prístroj sa na konci sám vypne.

- Odporúča sa jedno sedenie denne — výsledok prináša pravidelnosť.
- Počas sedenia pocítite mierne teplo. Svetlo nesmie páliť.
- Prvých pár dní začnite na nižšej úrovni výkonu.



660 nm upokojuje povrchový zápal a 850 nm preniká hlbšie, k tkanivu okolo stredového nervu.

4. Nabíjanie a uchovávanie

- Nabíjajte výhradne priloženým káblom USB-C, na štandardnej 5 V nabíjačke.
- Prístroj utrite suchou alebo mierne vlhkou handričkou — nikdy ho neponárajte do vody.
- Uchovávajte ho na suchom mieste, mimo priameho slnka a mimo dosahu detí.

5. Riešenie problémov

Čo sa deje	Príčina	Riešenie
Prístroj sa nezapne	Vybitá batéria	Nabíjajte ho aspoň 30 minút a skúste znova
Svetlo sa zdá slabé	Nízka úroveň výkonu	Tlačidlom prejdite na vyššiu úroveň
Cítiť horúčavu	Príliš vysoká úroveň alebo príliš dlhé nosenie	Prerušte sedenie, znížte úroveň a nabudúce dodržte 15 minút
Po pár dňoch niet účinku	Príliš krátke obdobie	Terapia pôsobí postupne — používajte ju denne niekoľko týždňov
Pásik kĺže	Nie je utiahnutý cez chrbát ruky	Znova prevlečte palec a utiahnite pásik cez dlaň

6. Záruka, výmena a vrátenie

O vrátenie alebo výmenu môžete požiadať do 30 dní od doručenia.

Produkt musí byť nepoužitý, nepraný a v pôvodnom balení, s priloženým dokladom.

Náklady na spätné doručenie hradí zákazník — okrem prípadu, keď produkt prišiel poškodený alebo bola poslaná nesprávna položka.

Peniaze vraciame na PayPal alebo IBAN, do 3 až 5 pracovných dní od prijatia zásielky.

Pri vrátení alebo výmene napíšte na info@noriks.com a uveďte číslo objednávky.

Ak produkt príde poškodený alebo s chybou vo výrobe, ozvite sa nám hneď — taký prípad riešime bez nákladov pre vás.

7. Upozornenie

NORIKS RedRelief je prístroj na domáce použitie a uvoľnenie, nie liečebná metóda. Nestanovuje diagnózu a nenahrádza radu lekára. Nepoužívajte ho cez otvorené rany, v tehotenstve, s elektronickými implantátmi ani ak užívate lieky zvyšujúce citlivosť na svetlo. Ak ťažkosti pretrvávajú alebo sa zhoršujú, obráťte sa na lekára.
