

고압증기멸균기내부점검표

관리번호		차기점검일	
점검항목	점검기준		판정
(1) 멸균상태	· Biological indicator (BI)의 색깔 (정상 : 자주색, 비정상 : 노란색)		
(2) 작동여부	· 멸균온도가 121℃까지 올라가는가?		
	· 멸균시간은 10분 이상 유지되는가?		
BI ample 사진부착			

년 월 일

점검자 : (서명)