

피펫내부점검표

관리번호		점검일		
부피(μL)	출력지		평균(g)	판정
				☐ 적합 ☐ 부적합
				☐ 적합 ☐ 부적합

설정용량 (μL)	측정 포인트 (μL)	최대허용 계통오차	
		± μL	중량범위 (g)
1000	1000	8	0.992 ~ 1.008
	100	8	0.092 ~ 0.108
200	200	1.6	0.1984 ~ 0.2016
	20	1.6	0.0184 ~ 0.0216
20	20	0.2	0.0198 ~ 0.0202
	10	0.2	0.0098 ~ 0.0102
10	10	0.12	0.0099 ~ 0.0102

점검자 : _____ (서명)