

ICP-OES 사용시점검기록서

기기번호				
점검일	점검항목	점검결과	비고	서명
	Ar의 양은 적합한가?	☐ 부적합 ☐ 적합		
	Chiller(냉각수장치)는 정상작동하는가?	☐ 부적합 ☐ 적합		
	Tubing의 상태는 적합한가?	☐ 부적합 ☐ 적합		
	Software와 ICP의 연동은 정상인가?	☐ 부적합 ☐ 적합		
	토치의 오염은 없는가?	☐ 부적합 ☐ 적합		
	QC의 결과는 적합한가?	☐ 부적합 ☐ 적합(QC값:)		
	Ar의 양은 적합한가?	☐ 부적합 ☐ 적합		
	Chiller(냉각수장치)는 정상작동하는가?	☐ 부적합 ☐ 적합		
	Tubing의 상태는 적합한가?	☐ 부적합 ☐ 적합		
	Software와 ICP의 연동은 정상인가?	☐ 부적합 ☐ 적합		
	토치의 오염은 없는가?	☐ 부적합 ☐ 적합		
	QC의 결과는 적합한가?	☐ 부적합 ☐ 적합(QC값:)		
	Ar의 양은 적합한가?	☐ 부적합 ☐ 적합		
	Chiller(냉각수장치)는 정상작동하는가?	☐ 부적합 ☐ 적합		
	Tubing의 상태는 적합한가?	☐ 부적합 ☐ 적합		
	Software와 ICP의 연동은 정상인가?	☐ 부적합 ☐ 적합		
	토치의 오염은 없는가?	☐ 부적합 ☐ 적합		
	QC의 결과는 적합한가?	☐ 부적합 ☐ 적합(QC값:)		