

ICP-OES내부점검표

기기번호																							
■ 내부 점검방법 · 유도결합플라즈마 광학방출분광기(ICP-OES)는 연 1회/2년 Cadmium ICP Standard를 이용하여 내부 점검을 실시한다. · 내부점검 운영방법 <table border="1"> <tr> <th>항목</th> <th>기준 및 방법</th> </tr> <tr> <td>직선성 (Linearity Test)</td> <td>• Test 기준 ($R^2 \geq 0.99$)</td> </tr> <tr> <td>검출한계 (LOD)</td> <td>• 검량선(0.5, 1, 2.5, 5 및 10 mg/L) 연속 3회 측정한 값이 0.06 mg/L ($\pm 20\%$)</td> </tr> <tr> <td>정밀성 (Precision)</td> <td>• 2.5 mg/L 3회 조제, 3회 반복 측정(총 9회) - $\pm 15\%$ CV(분산계수) 이내 ※ CV (%) = (측정농도 표준편차/측정농도 평균) $\times 100$</td> </tr> <tr> <td>정확성 (Accuracy)</td> <td>• 2.5 mg/L 3회 조제, 3회 반복 측정(총 9회) - $\pm 15\%$ RE(상대오차) 이내 ※ RE (%) = [(측정농도-설정농도)/설정농도] $\times 100$</td> </tr> </table>						항목	기준 및 방법	직선성 (Linearity Test)	• Test 기준 ($R^2 \geq 0.99$)	검출한계 (LOD)	• 검량선(0.5, 1, 2.5, 5 및 10 mg/L) 연속 3회 측정한 값이 0.06 mg/L ($\pm 20\%$)	정밀성 (Precision)	• 2.5 mg/L 3회 조제, 3회 반복 측정(총 9회) - $\pm 15\%$ CV(분산계수) 이내 ※ CV (%) = (측정농도 표준편차/측정농도 평균) $\times 100$	정확성 (Accuracy)	• 2.5 mg/L 3회 조제, 3회 반복 측정(총 9회) - $\pm 15\%$ RE(상대오차) 이내 ※ RE (%) = [(측정농도-설정농도)/설정농도] $\times 100$								
항목	기준 및 방법																						
직선성 (Linearity Test)	• Test 기준 ($R^2 \geq 0.99$)																						
검출한계 (LOD)	• 검량선(0.5, 1, 2.5, 5 및 10 mg/L) 연속 3회 측정한 값이 0.06 mg/L ($\pm 20\%$)																						
정밀성 (Precision)	• 2.5 mg/L 3회 조제, 3회 반복 측정(총 9회) - $\pm 15\%$ CV(분산계수) 이내 ※ CV (%) = (측정농도 표준편차/측정농도 평균) $\times 100$																						
정확성 (Accuracy)	• 2.5 mg/L 3회 조제, 3회 반복 측정(총 9회) - $\pm 15\%$ RE(상대오차) 이내 ※ RE (%) = [(측정농도-설정농도)/설정농도] $\times 100$																						
■ 기록 및 판정 <table border="1"> <tr> <td></td> <td>년</td> <td>월</td> <td>일</td> <td>점검자</td> <td>(서명)</td> </tr> <tr> <td>내부점검 물질</td> <td>직선성 (Linearity Test)</td> <td>검출한계 (LOD)</td> <td>정밀성 (Precision)</td> <td>정확성 (Accuracy)</td> <td>판정 (적합여부)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>							년	월	일	점검자	(서명)	내부점검 물질	직선성 (Linearity Test)	검출한계 (LOD)	정밀성 (Precision)	정확성 (Accuracy)	판정 (적합여부)						
	년	월	일	점검자	(서명)																		
내부점검 물질	직선성 (Linearity Test)	검출한계 (LOD)	정밀성 (Precision)	정확성 (Accuracy)	판정 (적합여부)																		
■ 내부점검 결과 Raw Data(별도 첨부)																							