

GC-MSMS내부점검표

기기번호																										
■ 내부 점검방법 · 기체크로마토그래피 질량분석기(GC-MSMS)는 연 1회/2년 Tebuconazole을 이용하여 내부점검을 실시한다. · 내부점검 운영방법 <table border="1"> <tr> <th>항목</th> <th>기준 및 방법</th> </tr> <tr> <td>직선성 (Linearity Test)</td> <td>• Test 기준 ($R^2 \geq 0.99$)</td> </tr> <tr> <td>검출한계 (LOD)</td> <td>• 검량선(0.005, 0.01, 0.025, 0.05 및 0.1 mg/L) 연속 3회 측정한 값이 0.002 mg/L ($\pm 20\%$)</td> </tr> <tr> <td>정밀성 (Precision)</td> <td>• 0.025 mg/L 3회 조제, 3회 반복 측정(총 9회) - $\pm 15\%$ CV(분산계수) 이내 ※ CV (%) = (측정농도 표준편차/측정농도 평균) $\times 100$</td> </tr> <tr> <td>정확성 (Accuracy)</td> <td>• 0.025 mg/L 3회 조제, 3회 반복 측정(총 9회) - $\pm 15\%$ RE(상대오차) 이내 ※ RE (%) = [(측정농도-설정농도)/설정농도] $\times 100$</td> </tr> </table>						항목	기준 및 방법	직선성 (Linearity Test)	• Test 기준 ($R^2 \geq 0.99$)	검출한계 (LOD)	• 검량선(0.005, 0.01, 0.025, 0.05 및 0.1 mg/L) 연속 3회 측정한 값이 0.002 mg/L ($\pm 20\%$)	정밀성 (Precision)	• 0.025 mg/L 3회 조제, 3회 반복 측정(총 9회) - $\pm 15\%$ CV(분산계수) 이내 ※ CV (%) = (측정농도 표준편차/측정농도 평균) $\times 100$	정확성 (Accuracy)	• 0.025 mg/L 3회 조제, 3회 반복 측정(총 9회) - $\pm 15\%$ RE(상대오차) 이내 ※ RE (%) = [(측정농도-설정농도)/설정농도] $\times 100$											
항목	기준 및 방법																									
직선성 (Linearity Test)	• Test 기준 ($R^2 \geq 0.99$)																									
검출한계 (LOD)	• 검량선(0.005, 0.01, 0.025, 0.05 및 0.1 mg/L) 연속 3회 측정한 값이 0.002 mg/L ($\pm 20\%$)																									
정밀성 (Precision)	• 0.025 mg/L 3회 조제, 3회 반복 측정(총 9회) - $\pm 15\%$ CV(분산계수) 이내 ※ CV (%) = (측정농도 표준편차/측정농도 평균) $\times 100$																									
정확성 (Accuracy)	• 0.025 mg/L 3회 조제, 3회 반복 측정(총 9회) - $\pm 15\%$ RE(상대오차) 이내 ※ RE (%) = [(측정농도-설정농도)/설정농도] $\times 100$																									
■ 기록 및 판정 <table border="1"> <tr> <th colspan="2"></th> <th>년</th> <th>월</th> <th>일</th> <th>점검자</th> <th>(서명)</th> </tr> <tr> <th>내부점검 물질</th> <th>직선성 (Linearity Test)</th> <th>검출한계 (LOD)</th> <th>정밀성 (Precision)</th> <th>정확성 (Accuracy)</th> <th colspan="2">판정 (적합여부)</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>								년	월	일	점검자	(서명)	내부점검 물질	직선성 (Linearity Test)	검출한계 (LOD)	정밀성 (Precision)	정확성 (Accuracy)	판정 (적합여부)								
		년	월	일	점검자	(서명)																				
내부점검 물질	직선성 (Linearity Test)	검출한계 (LOD)	정밀성 (Precision)	정확성 (Accuracy)	판정 (적합여부)																					
■ 내부점검 결과 Raw Data(별도 첨부)																										