

Standard Operating Procedures

(분류코드 : GMS)

Title	시험시설의 운영 및 관리		
SOP No.	IAI/GMS/015	Total page	6
Version	03	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	■ 어류 실험실	13	■ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	■ 어류 사육실	14	■ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	■ 조류 실험실	15	■ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	■ 조류 배양실	16	■ 자료보관실
5	■ 기기분석실-1	11	■ 물벼룩 사육실	17	■ 폐수 / 폐기물실
6	■ 기기분석실-2	12	■ 물벼룩 실험실	18	

작성자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

검토자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

운영책임자)

(서명)

Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정 번호	제·개정일	작성자	제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2024.11.28.	이언제	첨부문서 내용 수정으로 인한 개정(F01)
02	2025.04.02.	김유나	- 가스 입고 관리를 위한 내용 추가 - non-GLP 인원 입출입 관련 내용 추가
03	2026.04.01.	김유나	- 5. 출입관련 내용 명확화 - 첨부문서(F01, F05) 기록서 제목 및 내용 수정

<목 차>

1. 목적	4
2. 적용 범위	4
3. 용어의 정의	4
4. 시설의 운영	4
5. GLP 시설 출입 절차	4
6. 응급 또는 이상 상황 발생 시 대처방안	5
7. 첨부문서	6

1. 목적

국제분석연구원(주)에서 운영하는 GLP 시험이 수행되는 시설의 운영 및 관리에 있어 보안, 사용 규칙, 유지 관리의 방법 등을 규정하여 GLP 규정을 준수하여 운영하기 위함이다.

2. 적용 범위

국제분석연구원(주)의 GLP 시설 사용자 모두에게 적용한다.

3. 용어의 정의

3.1. 실험구역

실험구역이란 GLP 시험을 실시하는 곳으로 시험계 취급 및 유지시설(어류 사육실, 물벼룩 사육실, 조류 배양실), 시험계를 위한 물품 공급시설(시약/물품 보관실), 시험물질 및 대조물질 취급 시설(시험물질 보관/조제실) 및 시험작업구역(어류 실험실, 물벼룩 실험실, 조류 실험실, 기기분석실, 전처리 및 준비실)으로 구성한다.

3.2. 관리구역

관리구역이란 GLP 시설 중 실험구역을 제외한 곳으로 자료보관시설(자료보관실), 관리용 시설(운영책임자실, 사무실-1, 사무실-2, QA실, 가스실/UPS 실) 및 폐수/폐기물실로 구성한다.

4. 시설의 운영

- (1) 시설의 운영 및 관리, 보수, 수리는 업무분장 되어 있는 인원이 책임을 가지며 시설의 비상 상황 발생 시 운영책임자에게 즉각 보고하고 조치를 취해야 한다.
- (2) 특정시설에 대한 대대적 공사, 수리가 필요할 때는 운영책임자에게 보고하여야 한다.
- (3) 실험구역에는 먼지 발생 등을 최소화하기 위하여 스티키 매트 등의 먼지 발생 저감 깔판 등을 설치 또는 비치한다.
- (4) 배출되는 모든 폐기물은 폐수/폐기물 보관실에 폐기물의 특성에 따라 별도 관리 및 임시보관하고 특정 업체에 의뢰하여 배출한다.
- (5) 분석에 사용하는 가스는 입고 시 '가스입고내역서(IAI/GMS/015-F03)'에 기록하며, 월 1회 점검을 실시하고 '가스점검기록서(IAI/GMS/015-F04)'에 기록한다. 점검일이 휴일(연휴, 공휴일 등)인 경우, 휴일이 지난 다음 날 점검한다.


5. GLP 시설 출입 절차

- (1) GLP 구역에 입실 전 외부 신발을 실내화로 갈아신고, 실험복으로 환복 후 입실한다.
- (2) GLP 구역을 출입하는 모든 인원은 **출입기록**을 남겨야 한다.
- (3) GLP 인원은 주 출입구에 비치된 '**출입기록서**(IAI/GMS/015-F01)'를 작성 하고 출입구의 지문 리더기를 통하여 **입퇴실**한다.
- (4) non-GLP 인원은 출입 시 GLP 인원과 함께 동행해야 하며 '**방문자** 출입기록서(IAI/GMS/015-F05)'를 작성하고 **내부자는 이를 확인하고 동행한다.**
- (5) 주 출입구의 **출입기록**은 신뢰성보증팀에서, 그 외 구역은 해당 실의 **관리책임자**가 월 1회

정리하여 관리 및 보관하고 년 1회 운영자료 이관 시 함께 이관한다.

6. 응급 또는 이상 상황 발생 시 대처방안

응급 또는 이상 상황 발생 시 아래와 같이 대처한다.



6.1. 인원

- (1) 인원에게 응급상황이 발생한 경우 본인 또는 발견자는 신속하게 세척이나 지압, 부목 등 응급 조치를 취하면서 부서장(혹은 팀장) 또는 선임자에게 연락하도록 한다.
- (2) 응급상황이 종료된 후 시험에 관련된 문제가 발생한 경우에는 '응급이상(상황) 발생기록서 (IAI/GMS/015-F02)'를 작성하고 해당 시험 기초자료로서 보관한다.

6.2. 정전

- (1) 정전 등의 사유로 냉장 냉동고의 성능 이상이 발생할 경우 드라이아이스 또는 얼음을 이용하여 온도를 낮춘다.
- (2) 정전 시에는 기기를 사용하지 않고 문을 닫아놓아 온도의 손실이 없도록 하여야 한다.
- (3) 온도가 유지되지 않는다면, 정상적으로 가동하는 기기와 동일한 조건의 기기로 보관물질과 재료 등을 옮기도록 하여야 한다.
- (4) 보관고 내의 측정온도가 규정된 온도 범위를 벗어난 경우, 각각의 보관물의 대응방법에 따라 최선의 조치를 강구하여야 한다.
- (5) 관련 책임자는 '응급이상(상황) 발생기록서(IAI/GMS/015-F02)'를 작성하고, 운영책임자는 이를 확인한다.

6.3. 화재

- (1) 소화기로 진압이 가능한 화재의 경우, 발견자가 신속하게 소화기를 이용하여 진압한다.

-
- (2) 소화기로 진압이 불가능한 화재일 경우 곧바로 119에 신고하고 운영책임자에게 보고한 후 인명피해가 없도록 신속하게 대피할 수 있도록 한다.
 - (3) 화재 진압 후 관련 책임자는 '응급이상(상황) 발생기록서(IAI/GMS/015-F02)'를 작성하고, 운영책임자는 이를 확인한다.

6.4. 단수, 누수

- (1) 공사에 의하여 예정된 단수의 경우 관련 책임자들과 협의하여 단수시간에 따라 대처한다.
- (2) 돌발적인 단수 · 누수가 발생한 경우 발견자는 상황에 따라 운영책임자에게 보고한 후 대처한다.
- (3) 대처 후 '응급이상(상황) 발생기록서(IAI/GMS/015-F02)'를 작성하고, 운영책임자는 이를 확인한다.

6.5. 그 외의 이상 사태

그 밖에 시험에 영향이 미치는 이상 시험책임자는 운영책임자와 관련 책임자에게 대한 상황을 보고하고 대처해야 한다.

7. 첨부문서

- (1) 출입기록서(IAI/GMS/015-F01-02)
- (2) 응급이상(상황) 발생기록서(IAI/GMS/015-F02-00)
- (3) 가스입고내역서(IAI/GMS/015-F03-00)
- (4) 가스점검기록서(IAI/GMS/015-F04-00)
- (5) 방문자 출입기록서(IAI/GMS/015-F05-01)