

Standard Operating Procedures

(분류코드 : QAU)

Title	신뢰성보증팀의 책무		
SOP No.	IAI/QAU/001	Total page	5
Version	00	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정

<목 차>

1. 목적	4
2. 적용 범위	4
3. 신뢰성보증프로그램(Quality Assurance Programme)	4
4. 신뢰성보증 인원의 책무	4
5. 신뢰성보증팀의 업무	5
6. 첨부문서	5

1. 목적

국제분석연구원(주)에서 생산된 GLP 시험의 질과 신뢰성을 보증하기 위하여 신뢰성보증팀(QAU, Quality Assurance Unit)의 책무를 규정한다.

2. 적용 범위

국제분석연구원(주)의 신뢰성보증 업무를 수행하는 GLP 인원에 적용한다.

3. 신뢰성보증프로그램(Quality Assurance Programme)

- (1) 신뢰성보증프로그램은 GLP 시험을 수행하는데 있어 시험의 수행 방법 및 결과의 해석 등이 GLP 관련 규정을 준수하고 있는지 점검하고 평가하기 위한 프로그램으로 모든 점검에 대하여 계획, 기록, 보고, 개선, 자료이관 등의 절차가 문서화 된 것을 말한다.
- (2) 신뢰성보증프로그램을 수행하는 조직 및 인원은 시험기관 내에서 독립적인 조직으로 시험수행절차에 익숙하며 신뢰성보증 확보에 책임을 가지고 있는 인원으로 구성하여야 한다.
- (3) 신뢰성보증프로그램은 3가지 점검으로 구분하여 실시하며 시험기관의 위험 요소를 파악하여 인원의 교육 및 해결책을 권고하고 보완될 수 있도록 하여야 한다.

가. 시험위주의 점검(Study-based inspections)

각 시험의 중요한 단계의 첫 시점을 일반적으로 점검하게 되며, 점검의 방법은 시험계획서의 일정에 준하여 계획하고 점검한다. 점검의 방법은 '시험위주의 점검(IAI/QAU/002)'에 준하여 실시한다.

나. 시설위주의 점검(Facility-based inspections)

시험시설 내의 일반적인 모든 사항과 인원의 활동에 대한 것을 점검한다. 점검의 항목은 시설의 설치 및 운영, 기기의 설치, 운영, 보수, 유지, 환경 정기점검 등의 모든 사항이 포함된다. 점검의 방법은 '시설위주의 점검(IAI/QAU/003)'에 준하여 실시한다.

다. 수행절차의 점검(Process-based inspections)

특정 시험위주의 점검과는 별개로 신뢰성보증팀의 내부에서 점검 항목을 결정하고, 실험실 내에서 빈번하게 반복 수행되는 절차, 실험실간 이루어지는 업무의 이동 등에 대한 점검을 수행한다. 점검의 방법은 '수행절차의 점검(IAI/QAU/004)'에 준하여 실시한다.

- (4) 신뢰성보증프로그램에 참여하는 인원은 시험책임자 또는 시험담당자로 업무를 수행할 수 있으나 본인이 직접 수행 또는 참여하는 GLP 시험에는 신뢰성보증업무담당자의 활동을 수행할 수 없다.

4. 신뢰성보증 인원의 책무

- (1) 시험기관에서 승인된 모든 시험계획서와 표준작업지침서의 사본을 유지하며 최신의 시험 일정총괄표 사본을 보유한다.
- (2) GLP준수를 위해 필요한 사항이 시험계획서, 표준작업지침서 등에 포함되어 있는지를 확인하고, 그 결과를 문서화한다.
- (3) 모든 시험이 GLP에 따라 수행되고 있는지를 확인하기 위하여 점검을 실시한다. 점검결과를 토대로 시험담당자들이 시험계획서와 표준작업지침서에 따라 시험하고 있는지를 판단

하고, 그 결과를 기록하여야 한다. 점검은 신뢰성보증업무 표준작업지침서에 따라 다음 세 가지로 분류할 수 있다.

가. 시험위주의 점검

나. 시설위주의 점검

다. 수행절차의 점검

- (4) 시험방법, 시험절차, 관찰결과가 정확하고 완전하게 서술되고 있는지, 보고서에 기재된 결과가 시험기초자료를 정확하고 완전하게 반영하고 있는지를 확인하기 위하여 최종보고서를 점검하여야 한다.
- (5) 점검결과는 운영책임자, 시험책임자, 주임시험자 및 관련된 책임자에게 신속하게 문서로 보고하여야 한다.
- (6) 신뢰성보증확인서를 작성하고, 서명한다. 신뢰성보증확인서에는 점검을 수행한 시험의 단계, 점검날짜, 점검의 종류 및 운영책임자·시험책임자·주임시험자에게 보고한 날짜 등이 포함되어야 한다. 서명된 신뢰성보증확인서는 최종보고서가 시험기초 자료를 반영하고 있다는 것을 증명하는 것으로 최종보고서에 포함되어야 한다.
- (7) GLP 직원이 GLP 업무를 수행하기 전 직무에 대한 적절한 교육 및 훈련을 받았는지 점검 및 확인하여야 한다.

5. 신뢰성보증팀의 업무

5.1. 신뢰성보증 점검

신뢰성보증을 위한 점검은 점검 기록서를 활용하여 계획하고 점검한다. 점검 기록서의 세부 점검 항목 등은 추가할 수 있으며, 추가된 사항으로 인한 SOP의 개정은 해당되지 않음을 숙지하여야 한다.

5.2. 교육 기획 및 실시

- (1) 신입직원 기본교육프로그램
- (2) 신뢰성보증업무담당자 임명을 위한 교육프로그램

5.3. SOP의 제정 및 개정

- (1) SOP의 효력이 발생되기 전 제정 및 개정된 SOP의 내용이 GLP 규정을 준수하고 명백하게 서술하고 있는지 검토하여야 한다.
- (2) 신뢰성보증업무담당자(QAP, Quality Assurance Personnel, 이하 QAP)는 작성된 SOP에 신뢰성보증 점검을 수행하였다는 기록으로 점검 날짜와 서명을 실시하여야 한다.

6. 첨부문서

없음.