

Standard Operating Procedures

(분류코드 : TIP)

Title	시험물질의 오염예방에 관한 지침		
SOP No.	IAI/TIP/004	Total page	5
Version	00	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	■ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정

<목 차>

1. 목적	4
2. 적용 범위	4
3. 시험물질로 인한 오염 및 피해대책	4
4. 첨부문서	5
5. 첨부자료	5

1. 목적

시험에 사용되는 시험물질에 의해 시험종사자 또는 시험시설 · 환경이 오염되는 것을 방지하기 위해 시험물질의 안전관리 방법을 기술한다.

2. 적용 범위

시험물질의 취급, 관리 시에 적용된다.

3. 시험물질로 인한 오염 및 피해대책

3.1. 시험물질로 인한 오염 및 피해대책

시험물질 취급자는 시험물질로 인한 오염 및 피해를 입지 않도록 해당물질을 취급하기 전에 MSDS를 숙지하고 아래와 같은 사항에 대해 주의한다.

- (1) 발암물질 또는 유해물질로 알려져 있는 물질을 취급 할 경우에는 충분한 주의를 기울인다.
- (2) 시험물질을 흘리거나 분산시키지 않도록 주의하고, 삼키거나 흡입하거나 피부에 접촉하지 않도록 주의한다.
- (3) 휘발성 물질, 가스 상태의 물질 및 미세분말 등과 같은 시험물질은 흡후드 내에서 취급한다.
- (4) 시험물질을 취급하는 기구 및 용기는 쉽게 파손되지 않는 튼튼한 것을 사용한다. 시험물질이 오염되는 것을 방지하기 위해 시험에 사용되는 기구는 실험종류를 기록한 시험기구 라벨을 부착하여 사용한다. 단, 대조군(Control) 및 시험에 사용하는 시험기구는 구별하여 라벨링을 실시한다.

예) 시험기구 라벨

시 험 용	시 험 용 (Control)
-------	--------------------

- (5) 시험물질 취급 시에는 반드시 보호구를 착용한다.
- (6) 작업이 종료되면 저울 및 사용한 기구에 부착된 시험물질을 솔로 털고 쏟아진 시험물질은 실험용 티슈(예: 김와이프스)로 닦아 깨끗이 제거한다.
- (7) 시험물질을 취급하는 구역에서는 흡연, 음식물 섭취, 약물복용, 주사, 이물의 흡입 및 화장품 사용 등을 하지 않는다.
- (8) 작업이 종료되면 사용한 기구를 청소하고 기구 및 용기 등을 처음의 상태로 정돈한다.

3.2. 시험물질을 소량 엮지른 경우의 조치

- (1) 엮질러진 시험물질을 제거하기 전에 해당 시험물질의 물리 · 화학적 성질에 대한 지식을 가지고 있는 시험물질 관리책임자에게 조치방법에 대해 조언을 구한다.
- (2) 시험물질 관리책임자의 조언을 참고하여 실험실 바닥 등에 엮질러진 시험물질을 솔로 쓸어 세척실의 폐수통에 버리거나 걸레로 깨끗이 닦아 폐기물 보관박스에 버린다.

- (3) 시험물질이 시험종사자(시험기관의 모든 구성원)에 묻은 경우에는 시험물질이 묻은 피복은 벗어 충분히 세척한다. 만약 시험물질을 삼키거나 피부로 흡수된 경우에는 병원에 가서 의사의 조언을 구한다.

3.3. 다량의 시험물질에 오염된 경우는 다음과 같은 조치를 취한다.

- (1) 시험물질로 인한 오염이 확산되지 않도록 한다.
- (2) 만약 시험종사자(시험기관의 모든 구성원)가 시험물질에 오염된 경우 오염된 의복을 벗고 수돗물로 의복 및 신체의 오염 부위를 씻어 오염물을 제거한다.
- (3) 시험물질 관리책임자는 오염된 시험종사자(시험기관의 모든 구성원)의 오염제거 및 구급처치를 취한다. 의사의 처치를 필요로 하는 경우에는 119에 전화하여 구급차를 요청한다.

3.4. 물질보건안전자료(MSDS; Material Safety Data Sheet)의 관리

- (1) 시험물질 관리책임자는 시험물질에 대한 MSDS 등의 필요한 정보를 수집하여 시험물질 보관/조제실에 비치한다.
- (2) 시험물질 관리책임자 시험물질 누출 시 해당 MSDS를 참고하여 기재된 처리방법에 따라 시험물질을 제거하는 등 안전조치를 신속하게 취한다.
- (3) MSDS의 다음 항목을 유의하여 열람한다.

가. 응급조치 요령

나. 흡입, 피부 접촉, 눈 접촉 및 섭취 시의 응급조치와 의사에 대한 정보(해독제 종류 및 사용량)

다. 화재 시의 대응방법

라. 화재 및 폭발 위험성 여부, 소화제 종류, 진화 방법, 인화점, 발화점, 유해 연소 생성물

마. 누출 사고 시의 대응방법

바. 사고에 의한 누출과 물질의 토양, 대기 및 수중 누출에 대한 대처 방법

4. 첨부문서

없음.

5. 첨부자료

- (1) 시험기구 라벨