

# 분석방법검증기록서

|      |                                                                                                                                                                            |          |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 시험번호 |                                                                                                                                                                            | CODE no. |  |
| 분석기간 |                                                                                                                                                                            |          |  |
| 분석기기 | <input type="checkbox"/> LC-MSMS(                      ) <input type="checkbox"/> GC-MSMS(                      ) <input type="checkbox"/> HPLC-UV(                      ) |          |  |
|      | <input type="checkbox"/> GC-FID(                      ) <input type="checkbox"/> ICP-OES(                      ) <input type="checkbox"/> 기타(                      )       |          |  |

## 1. 직선성(Linearity)

| R <sup>2</sup> | 판단기준   | 판단 결과                                                    |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------|
|                | 0.99 ≤ | <input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |

## 2. 검출한계(LOD), 정량한계(LOQ)

| 검출한계 | 정량한계 |
|------|------|
|      |      |

## 3. 특이성(Specificity)

| 검량선 최저농도 분석값의 면적 | 대조군 시료 분석값 면적의 평균 | 판단기준             | 판단결과                                                     |
|------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
|                  |                   | 검량선 최저농도 면적의 30% | <input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |

## 4. 회수율 시험(Recovery Test)<sup>a)</sup>

| Recovery Average(%) | 판단기준                   | 판단결과                                                     |
|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
|                     | Rec(%)<br>: 80 ~ 120 % | <input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |

a) 회수율 시험의 결과는 '회수율시험기록지(IAI/TIA/001-F07)'를 참고하여 작성한다.

## 5. 정밀성(Precision), 정확성(Accuracy)

| CV (%) <sup>b)</sup> | RE (%) <sup>c)</sup> | 판단기준               | 판단결과                                                     |
|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
|                      |                      | CV <15%<br>RE <15% | <input type="checkbox"/> 적합 <input type="checkbox"/> 부적합 |

b) CV (%) : Coefficient of variation(변동계수)

c) RE (%) : Relative error (상대오차)

작 성 자 \_\_\_\_\_ (서 명)

확 인 자 \_\_\_\_\_ (서 명)