



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua,
web: <http://www.moz.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00012925

від _____ 20 ____ р. № _____

На № 544-02/07 від 15.05.2025

**Комунальне некомерційне
підприємство «Золочівська
центральна районна
лікарня» Золочівської міської ради
Золочівського району Львівської
області**
zolcrl@i.ua

Міністерство охорони здоров'я України (далі – МОЗ) розглянуло повідомлення КНП «Золочівська центральна районна лікарня» Золочівської міської ради Золочівського району (код ЄДРПОУ – 01996272) та повідомляє.

За поданою КНП «Золочівська центральна районна лікарня» Золочівської міської ради Золочівського району інформацією вбачається порушення вимог пунктів 6, 7² та підпункту 25 пункту 13 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285 (далі – Ліцензійні умови), а саме:

- Відомості про стан матеріально-технічної бази, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня (далі – Відомості) оформлені із порушенням форми Додатка 2 Ліцензійних умов, необхідно подати Відомості в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1393 із змінами від 27.02.2024 № 213 та від 10.05.2024 № 536.

Також зазначаємо, що сторінки Відомостей нумеруються, але не прошиваються.

- оснащення, зазначене у пункті 7 Відомостей в задекларованих приміщеннях, не відповідає вимогам наказу МОЗ України від 11.08.2014 № 552 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров'я», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 03.09.2014 за № 1067/25844 (не допускається проведення стерилізації медичних виробів у кабінетах, де надається медична допомога пацієнтам, або в інших приміщеннях, де відсутні умови для дотримання санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму, необхідних для процесу стерилізації).

Проведення стерилізації необхідно здійснювати у відокремленому кабінеті для стерилізації медичних виробів.



Міністерство охорони здоров'я України

17-04/19180/2-25 від 13.06.2025

Підписання КЕП Осташко Світлана Іванівна

Мітка часу 13.06.2025 15:13:08

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000003CBF3300AD9BDC00

Міністерство охорони здоров'я України

17-04/19180/2-25 від 13.06.2025



Також зазначаємо, що відповідно до вимог наказу МОЗ України від 06.05.2021 № 882 «Про затвердження санітарно-протиепідемічних правил і норм використання ультрафіолетового бактерицидного випромінювання для знезараження повітря та дезінфекції поверхонь в приміщеннях закладів охорони здоров'я та установ/закладів надання соціальних послуг/соціального захисту населення», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28.07.2021 за № 978/36600, рециркулятори заборонено використовувати в ЗОЗ/ЗСЗ з метою знезараження повітря для профілактики передавання аерогенних інфекцій.

У разі надходження повідомлення та Відомостей, складених згідно з Ліцензійними умовами, МОЗ забезпечить їх розгляд у встановленому законодавством порядку та у разі відповідності ліцензіата Ліцензійним умовам внесе зміни до Ліцензійного реєстру МОЗ з медичної практики.

МОЗ наголошує на необхідності посилення внутрішнього контролю зі сторони суб'єкта господарювання за дотриманням вимог Ліцензійних умов.

Повідомлення залучено до ліцензійної справи.

Принагідно зазначаємо, що з більш докладними роз'ясненням стосовно порядку оформлення та подачі повідомлень, можна ознайомитись на офіційному вебсайті МОЗ «Головна – Про міністерство – Адміністративні послуги – Ліцензування» за посиланням <https://moz.gov.ua/uk/licenzuvannya-69094>.

Відмову у внесенні змін даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, може бути оскаржено протягом тридцяти календарних днів до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування у порядку, передбаченому Законом України «Про адміністративну процедуру», та/або до адміністративного суду.

**Начальник Управління контролю
якості надання медичної допомоги**

Світлана ОСТАШКО

