

陰道脫垂修復手術（網片／生物移植組織）

病人須知 · 用額外支撐材料加固脫垂修復

WARWIKI

部分經陰道進行嘅脫垂修復手術，會加入移植組織 (graft) — 喺你自身組織較弱嘅位置放入額外支撐材料。材料可以係生物移植組織，或者喺特定情況下使用網片 (mesh)。呢張資料單會如實解釋各個選項，包括陰道網片嘅安全歷史，幫你同外科醫生一齊作出知情決定。

關於呢個手術

外科醫生會經陰道切口修復薄弱嘅陰道壁，再放入移植組織加強支撐，降低脫垂復發嘅機會。材料包括：

- **生物移植組織** — 來自捐贈嘅人體或動物組織；隨住你自身組織癒合而逐漸被吸收。
- **合成網片** — 永久性材料，只喺特定情況下**謹慎使用**，並需充分諮詢。

重要安全背景

用於脫垂嘅經陰道**合成網片**曾受到**美國食品藥物管理局 (FDA)** 警告，因為有網片外露及疼痛等風險，現時美國已停止銷售用於呢個用途。目前，脫垂修復最常使用**你自身（原生）組織**或生物移植組織；腹腔網片（如骶骨陰道固定術）係另一個選項，仍有充分支持。你嘅外科醫生會解釋計劃使用嘅材料及原因。

詞彙解釋

脫垂

盆腔器官下墮，引起隆起或壓迫感。

移植組織 (Graft)

修復時放入嘅額外支撐材料。

生物移植組織

來自組織嘅材料，身體會逐漸吸收。

合成網片

永久性材料；經陰道脫垂修復嘅使用已受限制。

原生組織修復

只用你自身組織修復，唔放入移植植物。

網片外露

少量網片變得可見或可觸及；可引起疼痛或異常分泌物。

我需要擔心網片嘅問題嗎？ 呢係一個合理嘅問題。引致警告嘅問題專門係針對**用於脫垂嘅經陰道合成網片**。原生組織修復、生物移植組織同腹腔網片有唔同、已充分研究過嘅安全性。最重要係了解你嘅外科醫生計劃用咩材料同原因 — 請主動問佢。

問你嘅外科醫生

- 你會用**咩材料** — 原生組織、生物移植組織定係合成網片 — 點解係適合我嘅選擇？
- 具體**風險**係咩，包括網片外露或性交時疼痛？
- 我有咩**其他選擇**（原生組織修復、骶骨陰道固定術、子宮托 (pessary)）？
- 每個選項脫垂**復發**嘅機會有幾大？

點樣準備

- 跟從**麻醉指示**（禁食、按指示停服薄血藥）。
- 唔好吸煙；安排人接送同在家照顧。
- 計劃好幾個星期內做輕鬆活動，並進行盆腔休息。

之後

- 術後幾個星期有少量出血或分泌物係正常嘅。
- **約 6 個星期內避免搬重物、用力及性行為。**
- 保持大便軟滑；逐步恢復活動。

如果你有以下情況，請即刻聯絡醫療團隊：

- 發燒或畏冷，或大量出血
- 你**無法小便**，或疼痛加劇
- 之後：**性交時疼痛**、異常分泌物，或伴侶感覺到**有異物**（可能係網片外露）

要記住嘅三件事

1. 移植組織為陰道脫垂修復提供額外支撐 — 生物移植組織會被吸收；合成網片係永久性，只喺特定情況下使用。
2. 用於脫垂嘅經陰道網片曾有 FDA 警告；原生組織修復同生物移植組織係常用選項，腹腔網片係另一個選擇。
3. 問清楚計劃用咩材料同原因。術後如有性交時疼痛或異常分泌物，要向醫療團隊報告。