

Balones ajustables ProACT (para hombres)

Información para el paciente · Dos balones ajustables que apoyan la uretra tras la cirugía de próstata

WARWIKI

ProACT es un implante pequeño y **ajustable** para hombres que pierden orina tras la cirugía de próstata (**incontinencia urinaria de esfuerzo**). Se colocan dos balones de silicona a cada lado de la uretra, justo debajo de la vejiga, para apoyarla con suavidad y mejorar el control. Una ventaja clave: los balones pueden **ajustarse en el consultorio** después de la cirugía — agregando o quitando un poco de líquido hasta lograr el equilibrio justo.

Cómo funciona

Tras la cirugía de próstata, el músculo que retiene la orina puede debilitarse. Los dos balones dan apoyo suave y ajustable en el **cuello de la vejiga**, de modo que la uretra cierre mejor al toser, levantar peso o moverse — **sin** cerrarla por completo. Cada balón se conecta a un pequeño **puerto** bajo la piel del escroto, que su cirujano usa para ajustar el llenado.

¿Es adecuado para mí?

- Una opción para pérdidas **leves a moderadas** tras la cirugía de próstata
- Útil si desea una opción mínimamente invasiva, **ajustable y reversible**, o si quiere evitar el esfínter urinario artificial (AUS) o no es candidato a él
- Menos indicado para pérdidas **graves**, y por lo general **no se aconseja tras radiación pélvica** (menor éxito, mayor riesgo de que el balón erosione el tejido)
- Puede ser un paso intermedio — algunos hombres luego eligen un AUS

APRENDA LOS TÉRMINOS

Incontinencia de esfuerzo

Pérdida al toser, levantar peso o hacer ejercicio.

Cuello de la vejiga

Donde la vejiga se une con la uretra (el conducto de salida).

Balón

Un balón pequeño de silicona que da apoyo suave y ajustable.

Puerto

Una válvula diminuta bajo la piel del escroto para ajustar el balón.

Titulación

Ajuste fino del líquido del balón en varias visitas al consultorio.

AUS

Esfínter urinario artificial — un implante distinto, con manguito.

¿LE DOLERÁ? Los balones se colocan en una **operación corta** con anestesia (general o espinal, o local con sedación), suele ser un **procedimiento ambulatorio** por dos punciones diminutas — sin incisión grande. Después puede sentir molestia e hinchazón unos días. Los ajustes posteriores en el consultorio son rápidos y solo usan una pequeña aguja en el puerto.

Cómo se hace

- 1 Con anestesia, guiándose con **rayos X, ecografía o un endoscopio**, el cirujano coloca un balón a **cada lado** de la uretra en el cuello de la vejiga por punciones diminutas.
- 2 Los tubos de conexión se llevan a **dos puertos** bajo la piel del escroto.
- 3 Los balones empiezan casi vacíos y se dejan cicatrizar.

Ajuste del dispositivo

- Unas semanas después, su equipo agrega un poco de líquido por el puerto del escroto **en el consultorio** — un pinchazo rápido, sin cirugía.
- Se repite en varias visitas hasta lograr buen control **sin dificultad para vaciar**.
- Ajustable arriba o abajo cuando sea necesario; todo el dispositivo puede **retirarse** si hace falta.

Después

- Molestia, hinchazón o moretones leves unos días; evite levantar peso y montar a horcadas (bicicleta/caballo) un tiempo breve.
- La pérdida mejora **de forma gradual** al ajustar los balones — no siempre de inmediato.
- Avise a cualquier cirujano o equipo de imágenes que tiene el implante.

Llame a su equipo si tiene:

- **Dificultad para orinar** o no puede orinar (un balón puede estar muy lleno, o hay hinchazón)
- Fiebre, dolor creciente, enrojecimiento o secreción en un sitio (posible infección)
- Pérdida súbita del beneficio, o sangre en la orina

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. ProACT usa dos balones ajustables para apoyar la uretra y reducir la pérdida tras la cirugía de próstata — mínimamente invasivo y reversible.
2. Se coloca por punciones diminutas y luego se ajusta en el consultorio en varias visitas por un puerto del escroto.
3. Mejor para pérdidas leves a moderadas, sin radiación; llame enseguida si no puede orinar o tiene signos de infección.