

인공 요도괄약근(AUS)

환자 안내문 · AUS 수술 전에 알아두어야 할 사항

WARWIKI

인공 요도괄약근(AUS)은 피부 아래에 완전히 삽입되는 소형 기기로, 소변이 새는 증상을 치료합니다. 주로 전립선 수술 후에 나타나는 요실금에 사용됩니다. 음낭 안에 숨겨진 펌프를 직접 조작하여 기기를 작동합니다. 이 안내문은 기기의 작동 원리, 수술 준비 방법, 수술 후 경과에 대해 설명합니다.

이 수술에 대하여

활동, 기침, 무거운 것을 들 때 소변이 새는 증상을 **복합성 요실금**이라고 하며, 전립선 수술 후에 흔히 나타납니다. AUS는 피부 아래에 완전히 삽입되는 세 부품으로 이를 치료합니다.

- 요도(소변이 흐르는 관) 주위를 감싸는 부드러운 **커프** — 요도를 부드럽게 눌러 막아 건조하게 유지합니다
- 소변을 볼 때 누르는 **음낭 안의 펌프**
- 압력을 조절하는 **저장낭(풍선)** — 하복부에 위치합니다

사용 방법: 평소에는 커프가 닫혀 있어 건조하게 유지됩니다. 소변을 보려면 펌프를 몇 번 쥐었다 놓으면 커프가 열려 소변을 볼 수 있습니다. 몇 분 후 커프는 자동으로 다시 닫힙니다.

안전한가요?

AUS는 이러한 요실금의 표준 치료법으로, 대부분의 남성 환자에서 효과적으로 요실금을 조절합니다. 모든 삽입형 기기와 마찬가지로 감염, 또는 시간이 지남에 따른 기기나 요도의 마모 등의 위험이 있습니다. 의료진은 항생제, 무균 수술 기법, 수술 전 요로감염(UTI) 치료 등으로 감염 위험을 최소화합니다.

용어 설명

복합성 요실금

활동, 기침, 무거운 것을 들 때 소변이 새는 증상.

요도

소변을 몸 밖으로 내보내는 관.

커프

요도를 부드럽게 눌러 막아 건조하게 유지하는 기기 부품.

펌프

음낭에 위치하며 눌러서 커프를 열고 소변을 보게 하는 부품.

활성화

수술 후 약 6주가 지나 상처가 회복되면 외래 방문 시 기기를 켜는 것.

비활성화

기기를 끄는 것(커프를 열린 상태로 유지) — 도뇨관 삽입 전에 반드시 필요합니다.

전신마취

수술 중 완전히 잠들어 통증을 느끼지 못하게 하는 마취.

방광경 검사

수술 전에 요도와 방광 내부를 카메라로 확인하는 검사.

아픈가요? 수술은 전신마취 또는 척추마취로 진행되므로 수술 중에는 통증을 느끼지 못합니다. 수술 후 1~2주간 음낭과 회음부(음낭과 항문 사이)에 통증, 부기, 멍이 생길 수 있습니다. 음낭 지지대 착용, 냉찜질, 진통제가 도움이 됩니다. 수술 시간은 약 1~2시간이며, 당일 퇴원이 가능한 경우가 많습니다.

준비 방법 (수술 전)

- 전신마취 또는 척추마취로 시행됩니다 — 금식, 혈액 희석제(항응고제) 포함 복용 중지 약물 등 모든 수술 전 지침을 따르십시오.
- 소변 검사로 감염 여부를 확인합니다 — 감염이 있으면 먼저 치료한 후 수술하므로, 감염이 발견되면 수술이 연기될 수 있습니다.
- 금연·전자담배 금지; 제공된 항균 비누로 샤워하고 처방된 항생제를 복용하십시오 — 삽입형 기기이므로 감염 예방이 최우선입니다.

다음에 해당하면 수술 전에 반드시 의료진에게 알려십시오:

- 골반 부위에 방사선 치료를 받은 적이 있거나, 이전에 요도 또는 요실금 수술을 받은 경우
- 당뇨병이 있거나 손 조작이 어려운 경우(펌프를 직접 조작해야 합니다)
- 몸 어느 부위에든 감염이 있는 경우

수술 과정

- 1 마취로 완전히 잠들거나 허리 아래가 마비된 상태에서 항생제를 투여합니다.
- 2 작은 절개를 통해 집도의가 요도 주위에 커프, 하복부에 저장낭(풍선), 음낭에 펌프를 모두 피부 아래에 삽입합니다.
- 3 기기에 액체를 채우고 이상 없음을 확인한 후, 상처 회복을 위해 기기를 비활성화 상태(꺼진 상태)로 유지합니다.

후

- 1~2주간 음낭과 회음부의 부기와 멍이 예상됩니다. 음낭 지지대를 착용하고, 냉찜질을 하며, 의료진이 권고하는 기간 동안 무거운 물건 들기, 힘주기, 자전거 타기, 성생활을 피하십시오.
- 기기는 약 6주간 꺼진 상태입니다. 그동안 요실금이 계속될 수 있으므로 패드를 계속 사용하십시오 — 정상적인 경과입니다. 의료진이 활성화하기 전까지 펌프를 누르지 마십시오.
- 수술 약 6주 후 외래 방문 시 집도의가 기기를 활성화하고 펌프 사용법을 알려드립니다.
- 모든 의료진에게 AUS가 삽입되어 있음을 반드시 알려십시오 — 도뇨관 삽입 전에 기기를 반드시 비활성화해야 하며, 그렇지 않으면 요도가 손상될 수 있습니다. 의료 경고 카드를 항상 지참하십시오.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열, 오한, 또는 절개 부위의 발적·통증·분비물이 악화되는 경우
- 갑자기 소변이 전혀 나오지 않는 경우
- 음낭이 심하게 붓거나 딱딱해지거나 통증이 점점 심해지는 경우

기억할 세 가지

1. AUS는 피부 아래에 삽입된 기기로 요실금을 치료합니다 — 커프가 요도를 막아 건조하게 유지하며, 음낭의 펌프를 쥐면 소변을 볼 수 있습니다.
2. 기기는 약 6주간 꺼진 상태로 유지됩니다(그동안 요실금은 정상적인 경과입니다). 이후 활성화하여 사용법을 익힙니다.
3. 감염 예방이 가장 중요합니다. 감염을 먼저 치료하고, 금연하며, 항균 비누와 항생제를 사용하십시오. 모든 의료진에게 AUS가 있음을 알리고 — 도뇨관 삽입 전에 반드시 비활성화해야 합니다.