

“미용 부인과(cosmetic gynecology)”는 생식기의 외형 또는 불편감을 개선하기 위한 다양한 선택적 시술을 포함합니다 — 여기에는 “질 재생(리쥬비네이션)”이라는 이름으로 많이 홍보되는 에너지·레이저 시술도 포함됩니다. 이 안내문은 의학적으로 검증된 것과 주로 마케팅에 불과한 것, 그리고 안전하게 결정을 내리는 방법에 대해 균형 잡힌 정보를 제공합니다.

포함되는 시술

- **소음순 성형술(labiaplasty)** — 신체적 불편감(마찰, 활동 또는 성교 시 통증)이나 외형 개선을 위해 소음순을 재형성하는 수술입니다. 공인된 외과적 시술입니다.
- 외형 변화를 목적으로 하는 기타 선택적 시술.
- **“질 재생(리쥬비네이션)” 에너지·레이저 기기** — 질 이완, 건조증, 요실금 개선을 위해 홍보됩니다.

“리쥬비네이션”에 대한 솔직한 이야기

에너지·레이저 기반 “질 재생(리쥬비네이션)” 기기는 질 이완, 요실금, 폐경 증상 치료에 대해 **FDA 승인을 받지 않았으며, FDA는 이 기기들이 화상, 흉터, 통증 등의 피해를 유발할 수 있다고 경고(FDA warning)**하고 있습니다. 이러한 증상에는 골반저근 운동, 질 에스트로겐, 페서리, 요실금 시술 등 효과가 입증된 치료법이 있습니다. 마케팅 약속에 주의하세요.

용어 설명

선택적 시술

의학적으로 필수가 아닌, 본인이 선택하는 시술입니다.

소음순 성형술

소음순을 재형성하는 수술입니다.

“질 재생(리쥬비네이션)”

에너지·레이저 시술에 사용되는 마케팅 용어로, 해당 용도에 FDA 승인을 받지 않았습니다.

에너지·레이저 기기

질 이완이나 건조증에 효과가 있다고 홍보되는 열 기반 치료 기기로, FDA 경고 대상입니다.

GSM

폐경성 질 건조증으로, 질 에스트로겐 등 효과가 입증된 치료법이 있습니다.

현실적 기대

선택 전에 예상 결과, 한계, 위험성을 충분히 이해하는 것입니다.

제 몸에 “문제”가 있는 건가요? 거의 대부분은 그렇지 않습니다. 생식기의 외형은 사람마다 크게 다르며, 정상적인 신체는 “교정”이 필요하지 않습니다. 이 시술들은 개인적인 선택입니다 — 신체적·정서적으로 진정으로 불편한 점이 있을 때 합리적인 선택이 될 수 있지만, 정상 또는 건강을 위해 반드시 해야 하는 것은 아닙니다.

시술을 고려 중이라면

- 1 목표를 명확히 하세요** — 편안함, 기능, 외형 중 어느 것인지 파악하고, 더 적합한 검증된 의학적 치료가 있는지 확인하세요.
- 2 전문 의료진을 선택하세요** — 해당 시술 경험이 풍부한 집도의를 선택하고, 기대 결과를 솔직하게 논의하세요.
- 3 위험성을 이해하세요** — 출혈, 감염, 흉터, 감각 변화, 만족도 저하 등의 가능성이 있습니다.
- 4 승인되지 않은 “리쥬비네이션” 기기에 주의하세요.** 근거 자료와 FDA 승인 여부를 반드시 확인하세요.

회복 (예: 소음순 성형술)

- 2주 정도 부기와 통증이 있을 수 있으며, 냉찜질과 청결 유지가 도움이 됩니다.
- 의료진의 안내에 따라 수 주간 성관계와 격렬한 활동을 삼가세요.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열, 붉어짐이 퍼지거나 악취 나는 분비물 (감염 의심)
- 심한 출혈이나 상처 벌어짐
- 심하거나 악화되는 통증, 또는 에너지 시술 후 화상·물집

알아두세요

- **요실금, 탈출증, 건조증**이 걱정된다면, “리쥬비네이션” 기기보다 검증된 치료법이 더 효과적입니다.
- 서두르지 말고, 부담 없이 다른 의료진의 의견도 들어보세요.

기억할 세 가지

- 1. 미용 부인과 시술은 선택적입니다.** 정상적인 해부학적 구조는 교정이 필요하지 않으며, 이는 개인적인 선택입니다.
- 2. 소음순 성형술은 불편감이나 외형 개선을 위한 공인된 시술이지만, “질 재생(리쥬비네이션)” 레이저는 FDA 승인을 받지 않았으며 경고 대상입니다.**
- 3. 요실금, 탈출증, 건조증에는 검증된 치료법을 선택하세요.** 전문 의료진을 선택하고, 사전에 위험성을 충분히 이해하세요.