

팽창형 음경 보형물(IPP)

환자 안내문 · 음경 보형물 수술 전 알아야 할 사항

WARWIKI

팽창형 음경 보형물(IPP)은 피부 속에 완전히 삽입되는 장치로, 약물·주사·기타 치료에 반응하지 않는 발기부전 환자가 원하는 때에 단단한 발기를 얻을 수 있도록 합니다. 음낭 안에 숨겨진 펌프로 작동합니다. 이 안내문은 작동 원리, 준비 방법, 수술 후 경과를 설명합니다.

이 수술에 대하여

발기부전(ED)이 약물, 진공 장치, 주사로 호전되지 않을 때 보형물 삽입은 가장 신뢰할 수 있는 다음 단계이며 만족도가 매우 높습니다. 피부 아래에 3가지 부품이 삽입됩니다:

- 음경 내부에 삽입되어 체액으로 채워져 단단해지는 두 개의 **실린더**
- 음낭 안에 위치하며 짜면 팽창하고 누르면 수축하는 **펌프**
- 하복부에 위치하는 체액 **저장낭**

사용 방법: 펌프를 여러 번 짜면 실린더에 체액이 차 발기가 됩니다. 해제 밸브를 누르면 다시 부드러워집니다. 시기와 지속 시간은 본인이 결정합니다.

알아야 할 사항

이것은 **영구적인 선택**입니다. 보형물을 삽입하면 발기 조직이 변화하여, 이 후에는 자연 발기와 다른 ED 치료(약물, 주사)가 더 이상 작동하지 않습니다. 보형물이 발기의 유일한 방법이 됩니다. 중요한 점은, 보형물이 **배뇨, 감각, 오르가슴, 사정에는 영향을 주지 않습니다**. 모든 보형물과 마찬가지로 감염 위험이 있으며, 수년 후 교체가 필요할 수 있습니다.

용어 설명

발기부전(ED)

성행위에 충분한 발기를 유지하기 어려운 상태.

음경 보형물(IPP)

원할 때 발기를 만들어 주는 삽입 장치.

실린더

음경 내부에 삽입되어 체액으로 채워져 단단해지는 두 부품.

펌프

음낭 안의 부품으로, 짜면 팽창하고 누르면 수축됨.

저장낭

하복부에 삽입된 체액 보관 용기.

활성화(Activation)

수술 약 4~6주 후 장치를 처음 사용하고 조작법을 배우는 외래 방문.

사이클링(Cycling)

회복 후 매일 팽창·수축 반복 — 기능 유지 및 길이 보존에 도움.

전신마취

수술 중 완전히 잠들고 통증을 느끼지 못하게 하는 마취.

아픈가요? 수술은 전신마취 또는 척추마취 하에 진행되므로 수술 중에는 아무것도 느끼지 못합니다. 이후 1~2주간 음경과 음낭에 통증·부기·멍이 생길 수 있으며, 음낭 지지대, 냉찜질, 진통제가 도움이 됩니다. 수술 시간은 약 1시간이며 당일 퇴원이 가능한 경우가 많습니다. 의료진이 활성화할 때까지 장치를 사용하지 마세요.

준비 방법(수술 전)

- **전신마취 또는 척추마취**로 진행됩니다 — 금식, 혈액희석제를 포함한 약물 복용 중단 등 수술 지침을 철저히 따르세요.
- **감염 예방이 매우 중요합니다.** 요로감염을 포함한 모든 감염을 먼저 치료하고, 항균 비누로 샤워하며 항생제를 투여합니다.
- **금연·전자담배 금지; 당뇨병**이 있다면 혈당을 잘 조절하세요 — 두 가지 모두 감염 위험을 낮춥니다.

다음에 해당하면 **미리 의료진에게** 알려주세요:

- **당뇨병**이 있거나, 손 사용에 어려움이 있는 경우(펌프를 직접 조작해야 합니다)
- 이전에 골반·음경 수술, 방사선 치료, 또는 보형물 삽입을 받은 경우

수술 과정

- 1 마취 후 완전히 잠들거나 허리 아래 감각이 없어지면 항생제를 투여합니다.
- 2 음낭 또는 하복부의 작은 절개를 통해 집도의가 **실린더(음경)**, **펌프(음낭)**, **저장낭(하복부)**를 모두 피부 아래에 삽입합니다.
- 3 장치를 테스트한 뒤 수축 상태로 두어 회복합니다. 잠시 도뇨관이 삽입될 수 있습니다.

수술 후

- 1~2주간 음경과 음낭에 **부기와 멍**이 생깁니다. 음낭 지지대를 착용하고, 냉찜질과 진통제를 사용하며, 절개 부위를 청결하고 건조하게 유지하세요.
- **의료진의 허락 전까지 장치 사용 및 성관계 금지** — 보통 약 **4~6주** 후입니다. **활성화 방문** 시 장치를 처음으로 팽창시키고 펌프 조작법(수축이 가장 많은 연습이 필요)을 배웁니다.
- 그 이후에는 수개월간 **매일 팽창·수축("사이클링")**을 반복하세요 — 원활한 작동과 길이 유지에 도움이 됩니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 발열 또는 오한, 또는 절개 부위의 발적·통증·부기·분비물이 심해지는 경우
- 소변이 전혀 나오지 않는 경우
- 심하거나 악화되는 통증, 또는 음경이 검거나 어두운 색으로 변하는 경우

기억할 세 가지

1. IPP는 다른 치료에 반응하지 않는 발기부전을 위한 숨겨진 장치입니다 — 음낭 펌프를 짜면 발기가 되고, 해제 밸브를 누르면 수축됩니다.
2. 이는 **영구적인 선택**입니다(이후 자연 발기·약물·주사는 작동하지 않음). 단, **배뇨, 감각, 오르가슴, 사정에는 영향이 없습니다.**
3. 감염 예방이 가장 중요합니다 — 모든 감염을 먼저 치료하고, 금연하며, 항균 세정제와 항생제를 사용하세요. 활성화(약 4~6주 후)까지 장치를 사용하지 말고, 이후에는 매일 사이클링하세요.