

Bóng ProACT Có Thể Điều Chỉnh (dành cho Nam)

Thông tin cho bệnh nhân · Hai bóng có thể điều chỉnh hỗ trợ niệu đạo sau phẫu thuật tuyến tiền liệt

WARWIKI

ProACT là thiết bị cấy ghép nhỏ, **có thể điều chỉnh** dành cho nam giới bị tiểu không kiểm soát sau phẫu thuật tuyến tiền liệt (**tiểu không kiểm soát khi gắng sức**). Hai bóng silicone nhỏ được đặt ở hai bên niệu đạo, ngay dưới bàng quang, để nâng đỡ nhẹ nhàng và cải thiện khả năng kiểm soát. **Điểm đặc biệt: bóng có thể được điều chỉnh tại phòng khám** sau phẫu thuật — thêm hoặc rút bớt một ít nước muối cho đến khi đạt cân bằng tốt nhất.

Cơ chế hoạt động

Sau phẫu thuật tuyến tiền liệt, cơ giữ nước tiểu có thể bị yếu đi. Hai bóng tạo thêm lực nâng đỡ nhẹ nhàng, có thể điều chỉnh tại **cổ bàng quang** để niệu đạo đóng lại tốt hơn khi bạn ho, nâng vật nặng hoặc vận động — **mà không** siết chặt hoàn toàn. Mỗi bóng kết nối với một **cổng tiêm** nhỏ dưới da bìu, dùng để điều chỉnh lượng nước bơm vào.

Thiết bị này có phù hợp với tôi không?

- Phù hợp với tình trạng tiểu không kiểm soát **mức độ nhẹ đến vừa** sau phẫu thuật tuyến tiền liệt
- Thích hợp nếu bạn muốn lựa chọn ít xâm lấn, **có thể điều chỉnh, có thể tháo ra**, hoặc muốn tránh hoặc không đủ điều kiện để đặt cơ vòng niệu đạo nhân tạo (AUS)
- Ít phù hợp với tình trạng tiểu không kiểm soát **nặng**, và thường **không khuyến cáo sau xạ trị vùng chậu** (hiệu quả thấp hơn, nguy cơ bóng làm mòn mô cao hơn)
- Đây có thể là một bước trong lộ trình điều trị — một số nam giới sau đó vẫn lựa chọn AUS

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Tiểu không kiểm soát khi gắng sức

Rò rỉ nước tiểu khi ho, nâng vật nặng hoặc tập thể dục.

Cổ bàng quang

Nơi bàng quang nối với niệu đạo (ống dẫn nước tiểu).

Bóng

Bóng silicone nhỏ tạo lực nâng đỡ nhẹ nhàng, có thể điều chỉnh.

Cổng tiêm (port)

Van nhỏ dưới da bìu, dùng để điều chỉnh lượng nước trong bóng.

Hiệu chỉnh

Điều chỉnh lượng nước muối trong bóng qua nhiều lần tái khám.

AUS

Cơ vòng niệu đạo nhân tạo — thiết bị cấy ghép khác dạng vòng bít.

CÓ ĐAU KHÔNG? Bóng được đặt trong một **ca phẫu thuật ngắn** dưới gây mê (toàn thân hoặc tùy sống, hoặc gây tê tại chỗ kết hợp an thần), thường là **thủ thuật trong ngày** qua hai vết chọc nhỏ — không cần rạch lớn. Sau đó, bạn có thể thấy đau nhẹ và sưng vài ngày. Các lần điều chỉnh sau tại phòng khám nhanh chóng, chỉ dùng kim nhỏ tại cổng tiêm.

Cách thực hiện

- 1 Dưới gây mê, bác sĩ phẫu thuật dùng **X-quang, siêu âm hoặc ống soi** để dẫn đường, đặt một bóng ở **mỗi bên** niệu đạo tại cổ bàng quang qua các vết chọc nhỏ.
- 2 Ống nối được đưa đến **hai cổng tiêm** dưới da bìu.
- 3 Bóng ban đầu gần như rỗng và được để lạnh thương.

Điều chỉnh thiết bị

- Vài tuần sau, nhóm chăm sóc bơm thêm một ít nước muối qua cổng tiêm ở bìu **ngay tại phòng khám** — chỉ là một mũi kim nhỏ, không cần phẫu thuật.
- Lặp lại qua nhiều lần tái khám cho đến khi bạn kiểm soát tốt **mà không gặp khó khăn khi đi tiểu**.
- Có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm bất cứ lúc nào; toàn bộ thiết bị có thể **tháo ra** nếu cần.

Sau khi

- Đau nhẹ, sưng hoặc bầm vài ngày; tránh nâng vật nặng và các hoạt động dạng cưỡi (xe đạp/ngựa) trong thời gian ngắn.
- Tình trạng tiểu không kiểm soát cải thiện **dần dần** khi bóng được điều chỉnh — không phải ngay lập tức.
- Thông báo cho bất kỳ bác sĩ phẫu thuật hoặc nhóm chẩn đoán hình ảnh nào biết bạn có thiết bị cấy ghép này.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- **Khó đi tiểu** hoặc không tiểu được (bóng có thể bơm quá căng, hoặc do sưng)
- Sốt, đau tăng dần, đỏ hoặc chảy dịch tại vết mổ (có thể là nhiễm trùng)
- Mất tác dụng đột ngột, hoặc tiểu ra máu

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. ProACT sử dụng hai bóng có thể điều chỉnh để nâng đỡ niệu đạo và giảm tiểu không kiểm soát sau phẫu thuật tuyến tiền liệt — ít xâm lấn và có thể tháo ra.
2. Thiết bị được đặt qua các vết chọc nhỏ, sau đó điều chỉnh tại phòng khám qua nhiều lần tái khám thông qua cổng tiêm ở bìu.
3. Phù hợp nhất với tiểu không kiểm soát nhẹ đến vừa, không xạ trị trước đó; gọi ngay nếu không tiểu được hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng.