

ProACT可调节球囊（男性）

WARWIKI

患者须知 · 两枚可调节球囊，用于前列腺手术后支撑尿道

ProACT是一种小型可调节植入物，适用于前列腺切除术后出现男性压力性尿失禁（stress urinary incontinence）的男性患者。两枚微型硅胶球囊分别植入尿道两侧，位于膀胱颈正下方，轻柔支撑尿道，改善控尿能力。其核心特点是：球囊可在门诊随访时进行微调——注入或抽出少量液体，直至达到最佳控尿效果。

作用原理

前列腺手术后，控制排尿的括约肌可能减弱。两枚球囊在膀胱颈处提供温和的可调节支撑，使尿道在咳嗽、提重物或运动时能更好地闭合——而不会将尿道完全夹紧。每枚球囊通过阴囊皮下的一个小注射口与外部相连，医生可由此调整注水量。

适合我吗？

- 适用于前列腺手术后**轻至中度**尿失禁
- 适合希望选择微创、**可调节、可逆**方案，或希望避免人工尿道括约肌（AUS）、或不适合AUS的患者
- 对**重度**漏尿效果较差，**盆腔放疗后通常不推荐**（成功率低，球囊侵蚀组织的风险更高）
- 可作为阶梯治疗的一步——部分患者之后仍会选择AUS

名词解释

压力性尿失禁

咳嗽、提重物或运动时漏尿。

膀胱颈

膀胱与尿道（排尿管道）相连处。

球囊

提供温和可调节支撑的小型硅胶球囊。

注射口

位于阴囊皮下的小型瓣膜，用于调节球囊注水量。

滴定调节

通过多次门诊访视逐步微调球囊液量。

AUS

人工尿道括约肌——另一种基于袖套的植入装置。

会疼吗？ 球囊在麻醉下（全身麻醉、脊髓麻醉，或局部麻醉加镇静）通过两个微小穿刺点植入，通常为**日间手术**，无需大切口。术后数日内可能有轻微酸痛和肿胀。之后的门诊调节操作快速，仅需在注射口处进行小针刺。

操作过程

- 1 麻醉后，医生在**X线、超声或内镜**引导下，通过微小穿刺点在膀胱颈处尿道**两侧**各放置一枚球囊。
- 2 连接管道延伸至阴囊皮下的**两个注射口**。
- 3 球囊初始几乎为空，待愈合后再进行调节。

装置调节

- 数周后，医疗团队在**门诊**通过阴囊注射口注入少量生理盐水——操作快速，无需手术。
- 经过多次随访逐步调节，直至控尿良好且**排尿顺畅**。
- 随时可增减注水量；如有需要，整套装置可予以**取出**。

之后

- 术后数日可有轻微酸痛、肿胀或瘀伤；短期内避免重体力劳动及骑跨动作（如骑车、骑马）。
- 漏尿改善是**渐进的**，随球囊调节逐步显效，并非立竿见影。
- 日后就医或接受影像检查时，请告知医生您已植入此装置。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- **排尿困难**或完全无法排尿（球囊可能过满，或存在肿胀）
- 发热、疼痛加重、切口处发红或渗液（可能提示感染）
- 控尿效果突然下降，或出现血尿

需要记住的三件事

1. ProACT通过两枚可调节球囊支撑尿道、减少前列腺手术后漏尿——微创且可逆。
2. 装置通过微小穿刺点植入，之后经阴囊注射口在门诊分次微调。
3. 最适合未经放疗的轻至中度漏尿；若出现无法排尿或感染迹象，请立即就医。