



Procedimento em caso de não conformidade de temperatura

1. Registrar a temperatura fora do limite na ficha, marcando NC.
2. Acionar a RT imediatamente — não aguardar a próxima leitura.
3. Avaliar os produtos: verificar se estão comprometidos. Transferir para equipamento reserva.
4. Registrar o evento no formulário de não conformidade.
5. Acionar manutenção do equipamento.

Atencao: Arquivar mensalmente. Manter disponível por no mínimo 12 meses.