

PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL PRODUCTO BIOTECNOLÓGICO

Producto	Adalimumab 40 mg/0.4 mL, solución inyectable
Trámite	TR-2026-025 · COFEPRIS-04-004-G
Fecha de emisión	11 de mayo de 2026
Sección CTD	3.2.R.1 – Programa de aseguramiento de calidad del producto biotecnológico

6.1.1 Programa de validaciones y revalidaciones

Revalidación anual del proceso de purificación y de la cadena de frío.

6.1.2 Parámetros críticos de validación

Parámetro	Rango validado
Temperatura de biorreactor	36.5 ± 0.5 °C
pH de cultivo	7.0 ± 0.1
Rendimiento de proteína A	$\geq 85\%$

6.1.4 Acciones preventivas y correctivas

Se reportan las CAPA asociadas a parámetros críticos.

6.1.5 Reporte anual

Se presentará anualmente a partir de la emisión del registro.


Aprobaciones



Elaboró
 Modesto Carrión Blanco
 Gerente de Aseguramiento de Calidad
 Fecha: 11/05/2026



Revisó
 Modesto Carrión Blanco
 Gerente de Aseguramiento de Calidad
 Fecha: 13/05/2026



Aprobó (Responsable Sanitario)
 Ricardo Castañeda Ontiveros
 Responsable Sanitario · Céd. Prof. 12195810
 Fecha: 14/05/2026